INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA
Direccion Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 06 de abril de 2015

ADENDA N° 03

En referencia al Llamado con ID Nº 293.144, **Licitación por Concurso de Oferta Nº 08/2015 "*ADQUISICION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS ONM*",** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Se envía el documento adjunto en la pestaña de Especificaciones Técnicas

Observaciones:

- ✓ En cuanto a las especificaciones técnicas donde se menciona códigos y/o normas; solo son a motivos de referencia y no limitan la participación de ninguna Empresa y/o Marca.
- ✓ Todos los equipos deberán contar con una garantía escrita, durante el cual se realizaran sin costo para la Convocante, a) los mantenimientos preventivos según el protocolo del fabricante, y b) los mantenimientos correctivos (incluyendo servicios técnicos y/o repuestos necesarios).
- ✓ El servicio de Respaldo técnico del equipo deberá ser efectuado en las oficinas de INTN con técnicos certificados.
- ✓ Los accesorios el así como mano de obra necesarios para traslado, instalación y puesta en marcha en los lugares de destino respectivos correrá por cuenta de la Empresa Adjudicada.
- ✓ Los manuales e información adicional (catálogos) se deben suministrar en idioma español.
- ✓ Las características mencionadas en las especificaciones técnicas son mínimas.
- ✓ Todos los bienes ofertados deberán ser nuevos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
Regla Graduada de Presión	3	Regla "T" de Aluminio de 600 mm Rango: 0 - 600 mm Material : Aluminio de alta resistencia Remachada a un alto impacto, pieza cabeza de aluminio Corte profundo, graduaciones muy visibles
Densímetro de presión	1	Densímetro: Rango de medición Densidad: 0 g/cm³ a 3 g/cm³ Temperatura: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)* - Precisión Densidad: 0,001 g/cm³ ** - Volumen de la muestra 2 ml -Temperatura ambiente -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F). Con certificado y sello de calibración emitido por un ente metrológico reconocido dentro de los NMIs con CMC declaradas en el alcance del instrumento.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA
Direccion Administrativa y Financiera
Unidad Operativa de Contrataciones

Equipo de patrón másico	1	Base de comparación de granito, lapeado fino al diamante. libre de rebabas, bordes, moho y deterioro a tavés del tiempo Brazo con 120 mm de saliente Columna de 35 mm de diámetro Superficie de medición de 200 mm x 140 mm Tamaño de la base: 260x140x50 mm Saliente: 120 mm Ajuste de amarre: 8 mm de diámetro Ajuste de precisión: 8 mm Planitud de la mesa: 2 µm

Lic. Marcos Villalba P.
Jefe Dpto. Programación y Compras
I.N.T.N.