PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 94/10

"Adquisición de Instrumentales para Cirugía de Columna Vertebral" AD REFERENDUM EJERCICIO 2011" ADENDA Nº 5

Asunción, 17 de febrero de 2011.

AL OFERENTE:

Con relación a la **Licitación Pública Nacional N° 94/10 "Adquisición de Instrumentales para Cirugía de Columna Vertebral" - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011,** se aclaran y modifican los siguientes puntos:

1- **SECCIÓN V - PROGRAMA DE SUMINISTROS – PUNTO 3: PLAN DE ENTREGAS. CRONOGRAMA DE ENTREGAS:**

Se modifica quedando de la siguiente manera:

DONDE DICE:
El cronograma de entrega se realizará de la siguiente manera:

Cantidad Mínima: La entrega debe ser realizada dentro de 8 (ocho) días de recibida la orden por parte del proveedor.

Cantidad Máxima: La entrega debe ser realizada dentro de los 15 (quince) días de recibida la orden por parte del proveedor.

DEBE DECIR:
El cronograma de entrega se realizará de la siguiente manera:

Cantidad Mínima: La entrega debe ser realizada dentro de los **8 (ocho) días** de recibida la orden por parte del proveedor.
Cantidad Máxima: La entrega debe ser realizada dentro de los **30 (treinta) días** de recibida la orden por parte del proveedor.

CONSULTA 1:
IAO 11.1 (e) Punto 3.a Certificado de Calidad según normas internacionales ISO7153 – UNE/EN/ISO 7153-1:2001, se podría presentar dichos protocolos de análisis o certificados únicamente de la norma ISO 7153 ya que la misma abarca ya a la UNE/EN/ISO 7153-1, debido a que la misma trata sobre las inspecciones y selección de acero inox. disponibles para el uso en la fabricación de material de cirugía, dental y específicos para cirugía ortopédica.

RESPUESTA:
Si, se puede presentar los protocolos de análisis o certificados de la Norma ISO 7153 que ya abarca los de la Norma UNE/EN/ISO7153-1:2001 para instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos.

CONSULTA 2:
IAO 11.1 (e) Punto 3.a. Certificados de Calidad según normas internacionales, DIN58298-20, se podría presentar el protocolo, análisis o certificados correspondientes a las normas DIN 58298 ya que la misma trata completamente sobre el uso de los aceros inox y las diversas pruebas de corrosión en la fabricación de instrumentales en general en cambio la DIN 58298-20 abarca únicamente a los instrumentales para uso con trocares (que no corresponden al presente llamado).

RESPUESTA:
Si, se puede presentar el protocolo de análisis o certificaciones correspondientes a las Normas DIN 58298 en lugar de DIN 58298-20.

CONSULTA 3:
Sección V, Programa de Suministros, Listados de Bienes Solicitados, Ítem N° 4 y 5 Pinza Kerrison o Punzonadora sacabocado, se solicita de 30° se podría ampliar el rango hasta 40°? Ya que existen pequeñas diferencias entre los fabricantes y su utilización es exactamente la misma.

RESPUESTA:
Los ángulos en las Pinzas Kerrison pueden tener una variación de hasta 10° sin afectar el uso a las que están destinadas.

CONSULTA 4:
Sección V, Programa de Suministros, Listado de Bienes solicitados, Ítem N° 24 Escoplo quirúrgico ancho 12 mm, dice longitud de 100 a 105mm, esta correcta esta medida? Ya que lo habitual es de 200 a 205mm como lo vienen solicitando en los demás ítems similares a dicho escoplo.

RESPUESTA:
Los escoplos solicitados son de diferentes medidas ya que están destinados para diferentes usos, por lo que la medida que figura en el Pliego de Bases y Condiciones está correcta.

CONSULTA 5:
Sección V, Programa de Suministros, Listado de Bienes solicitados, Ítem N° 36, 37 y 38 Pinza Kerrison o Punzonadora sacabocado, se solicitan de 30° se podría ampliar el rango hasta de 40°? Ya que existen pequeñas diferencias entre los fabricantes y su utilización es exactamente la misma.

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 3.

CONSULTA 6:
Sección V, Programa de Suministros, Listados de Bienes solicitados, Ítem N° 41 y 44 Pinzas para menisco, se solicitita con tamaño de boca de 10x8mm, se podría ofertar de 10x6mm? Favor confirmar.

RESPUESTA:
La medida del tamaño de boca de las Pinzas para Meniscos pueden tener una variación de +- 2 mm.

CONSULTA 7:
Sección V, Programa de Suministros, Listados de Bienes solicitados, Ítems N° 39, 40, 41, 42, 43, y 44 Pinzas para menisco, se podría habilitar un margen de +-1cm para la longitud de dichas pinzas, así como lo vienen realizando en los demás instrumentales. Favor confirmar

RESPUESTA:
La Longitud de las Pinzas para Meniscos pueden tener una variación de +- 10 mm.

CONSULTA 8:
IAO 11.1 (e) Punto 3.a Certificado de Calidad según normas internacionales ISO7153 – UNE/EN/ISO 7153-1:2001, DIN 58298, a que se refiere con presentar autenticados en origen, a que dichos documentos estén autenticados por escribanía publica del país de origen del fabricante? Se podría presentar dichos protocolos de análisis o certificados en copia sin autenticación en origen debido a que el tiempo para obtener estas autenticaciones es muy corto? Favor aclarar.

RESPUESTA:
Los certificados presentados en el momento de la apertura de sobres podrán ser copias, acompañadas de una declaración jurada en que el oferente se compromete a presentar los certificados debidamente autenticados en origen y consularizados en caso de ser adjudicados.

CONSULTA 9:
IAO 11.1 (e) Punto 3.a. Certificados de Calidad según normas internacionales ISO7153 – UNE/EN/ISO 7153-1:2001, DIN58298, autenticados en origen, en todo caso a la copia no autenticada se podría adjuntar una declaración jurada que en caso de ser adjudicado se presentaría dichos documentos autenticados por escribanía pública del país de origen del fabricante.

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 8.

CONSULTA 10:
Ítem 4 PINZA KERRISON (PINZA DE KERRISON OBLICUA DE 30º GRANDE, MIRADA ANTERIOR O SACABOCADO ESFENOIDAL TIPO HAJEK-KOFLER CORTE INFERIOR DE 3 A 3,3 MM).
¿Se puede cotizar con corte inferior de 3 a 3,5 mm?

RESPUESTA:
Las pinzas Kerrison solicitadas requieren en lo posible que sean de 3 mm., con un rango máximo de 3,3 mm., ya que las de 3,5 mm son grandes para el uso previsto.

CONSULTA 11:
Ítem 5 PINZA KERRISON (PINZA DE KERRISON OBLÍCUA DE 30º GRANDE MIRADA POSTERIOR O SACABOCADO ESFENOIDAL TIPO HAJEK-KOFLER CORTE SUPERIOR DE 3 A 3,3 MM.).
¿Se puede cotizar con corte superior de 3 a 3,5 mm?

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 10.

CONSULTA 12:
Ítem 11 LEGRA NEUROLOGICA (LEGRA O RASPADOR DE LOBB ANCHO 10 MM(+-1), LONGITUD 280 MM (+-1).)
¿Se puede cotizar con una longitud de +- 2 cm?

RESPUESTA:
El rango máximo que podría variar la longitud de estos instrumentales es de + - 10 mm.

CONSULTA 13:
Ítem 21 MARTILLOS QUIRÚRGICOS (MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR., DIÁMETRO DE LA CABEZA 30 MM(+-2), UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM.)
¿Se puede cotizar con una longitud de 200 a 210 mm?

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la consulta 12.

CONSULTA 14:
Ítem 25, 26 y 27 ESCOPLO QUIRÚRGICO
¿Se puede cotizar con una longitud de 200 a 205 mm?

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la consulta 12.

CONSULTA 15:
Ítem 35 CURETA QUIRÚRGICA (CURETA SCHOEDER O CUCHARILLA UTERINA SCHOER CORTANTE RÍGIDA. BOCA 13 MM (+-1). LONGITUD 308 A 311 MM.)
¿Se puede cotizar con una longitud de 300 a 311 mm?

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la consulta 12.

CONSULTA 16:
Item 36, 37 y 38 Pinza Kerrison
¿Se pueden cotizar oblicua de 40º?

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la consulta 22.

CONSULTA 17:
Item 39, 40, 41, 42, 43, y 44 Pinza para menisco
¿Se puede cotizar con un vástago de 170 a 180 mm?

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la consulta 12.

CONSULTA 17:
Variación de +-1 o +-2
Solicitamos que la variación estipulada por Ustedes sea en cm, teniendo en cuenta que las medidas están establecidas en mm y no se especifica la medida de las variaciones.

RESPUESTA:
Si la medida estipulada en un ítem es en mm o cm, la variación correspondiente al mismo se refiere a la misma unidad de medida.

CONSULTA 18:
Certificados de calidad
Solicitamos acepten Certificados de Calidad con Normas Aplicadas EN-ISO-13485:2003/AC: 2009, Certificados CE y Certificados DIN 58298, DIN EN ISO 7153-1

RESPUESTA:
Para la oferta se podrá presentar Certificados de Calidad DIN EN ISO 7153-1 y otras similares que mencionen esta norma, que podrán acompañar con los otros certificados mencionados por la firma.

CONSULTA 19:
Plan de Entregas
Cantidad Mínima: Solicitamos la entrega a los 30 (treinta) días de recibida la orden por parte del proveedor.
Cantidad Máxima: Solicitamos la entrega a los 45 (cuarenta y cinco) días de recibida la orden por parte del proveedor.
Realizamos esta solicitud teniendo en cuenta que los instrumentales deben ser importados, cuyo proceso supera el tiempo establecido por Ustedes.

RESPUESTA:
Remitirse a la modificación Nº 1.

CONSULTA 20:
Consulta del ítem 4: Se puede cotizar pinza sacabocado esfenoidal modelo JAJEK-KOFLER de 90º corte inferior de 3,3 mm?.

RESPUESTA:
Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 21:
Consulta del ítem 5: Se puede cotizar pinza sacabocado esfenoidal modelo JAJEK-KOFLER de 90º corte superior de 3,3 mm?.

RESPUESTA:
Ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 22:
Consulta de los ítems 36, 37, 38: Se puede cotizar con angulación de 130º? Teniendo en cuenta que midiendo desde el plano horizontal por fuera del instrumental correspondería a la misma angulación de 30º a 40º.

RESPUESTA:
El ángulo de 45º (± 15º) de las pinzas es una medida con respecto al plano horizontal (nomenclatura utilizada en Latinoamérica) y que corresponde al de 130º con respecto al plano del instrumental (nomenclatura utilizada en U.S.A. Y C.E.) por lo que se puede cotizar el de 130º.

CONSULTA 23:
Consulta ítem 39: Se puede cotizar el modelo tipo Cushing?

RESPUESTA:
Sí, se puede cotizar el modelo CUSHING: es muy similar al solicitado.

CONSULTA 24:
Consulta ítem 41: Se puede cotizar Pinza tipo Rounger modelo tipo Caspar, abertura unilateral para arriba, vástago de 160 mm a 185 mm, tamaño de boca 5x14 mm o 6x16 mm?

RESPUESTA:
Las variaciones de la longitud del vástago se pueden considerar de hasta + 10mm y tamaño de boca de + 2mm ya que no variará la utilidad del instrumental.

CONSULTA 25:
Consulta ítem 42: Se puede cotizar Pinza tipo Rounger modelo tipo Caspar, abertura angular para arriba, abertura unilateral para arriba, vástago de 160 mm tamaño de boca 3x12 mm?

RESPUESTA:
Se puede considerar variación en la longitud del vastago de + 10mm, pero con respecto al tamaño de boca se solicita de 2mm ya que en el Ítem 43 se solicita el de 3mm.-

CONSULTA 26:
Consulta ítem 44: Se puede cotizar Pinza tipo Rounger modelo tipo Love-Gruenwald, abertura angular para arriba, abertura unilateral para arriba, vástago de 170 mm tamaño de boca 4x10 mm?

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 24.

CONSULTA 27:
CONSULTA EN RELACION AL PBC:
En relación al IAO 11.1 (e) 4. "Muestras de los productos ofertados"; Sección III. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. 4. "Muestras" "Provisión de Muestras para la evaluación de las ofertas" y "Observaciones", párrafo 2 de la página 41.

Al respecto de todas estas referencias que hacen relación a la presentación de muestras de los productos ofertados, solicitamos tengan la amabilidad en aceptar algunas muestras aleatorias y no las idénticas por cada ítem acompañadas por catálogos digitales e impresos.

Teniendo en cuenta que las mismas son para la evaluación de la calidad del acero quirúrgico y debe ser sometido a pruebas físicas/químicas. Solicitamos al comité evaluador tengan flexibilidad en esta exigencia ya que para algunas empresas oferentes implica un costo muy algo adquirir un lote de instrumentos de muestras. No ocurre lo mismo con los insumos, ya que en esos casos los costos por una unidad son mucho más bajos en relación al costo de un instrumental.

RESPUESTA:
Deberán aceptarse muestras, las que corresponderán exactamente a lo solicitado y ofertado y/o catálogos acompañados de una declaración jurada del oferente que exprese que los instrumentales a ser entregados corresponden a lo detallado en el catálogo, con su correspondiente código de producto presentados en cada ítem, conforme a la planilla de datos garantizados.

CONSULTA 28:
SECCION II . DATOS DE LA LICITACION (DDL)
IAO 11.1 (e)- 3.a) Certificados de calidad autenticados en origen , según las normas establecidas en las especificaciones técnicas (ISO 7153, UNE-EN-ISO 7153- 1:2001, DIN 58298-20).
Solicitamos a la convocante, tenga a bien aclarar como debe entenderse el término "autenticados en origen".

Solicitamos a la convocante, tenga a bien aceptar como valido la presentación del certificado de Calidad ISO 13485:2003 + AC: 2009. Este certificado es superior y más actualizado que el certificado mencionado más arriba.
Solicitamos a la convocante, tenga a bien aclarar cual de los certificados solicitados debe presentarse, pues en este punto se solicita los certificados ISO 7153 UNE-EN-ISO ... ; pero sin embargo en la pagina 46 y siguientes, 2. Especificaciones Técnicas solicitan *"Fabricado según normas de internacionales ISO-DIN-CE".* En este punto, también solicitamos a la convocante, tenga a bien incluir la frase "al menos una de ellas" como normalmente se solicita en todos los llamados que el I.P.S. realiza.

RESPUESTA:
Las normas citadas son equivalentes según la norma adoptada por cada país o fabricante, vale decir que sí se pueden presentar, tanto los certificados de la ISO 7153, y/o la ISO 13485, pudiendo estas adoptar otras denominaciones tales como DIN, ISO O CE, es decir se debe presentar al menos una de ellas.
Los certificados que acompañan a las ofertas deben ser de origen, y una vez adjudicados deben de presentar las copias consularizadas de los mismos. Para el estudio de ofertas se puede aceptar una fotocopia simple, no se aceptan declaraciones juradas.

CONSULTA 29:
Item Nº 6 PINZA DE MENISCO CUSHING RECTA. VASTAGO 170 MM. BOCA 10X2 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "vástago de 170 mm con rango de variación de (+-) 10 mm".

RESPUESTA:
Se pueden considerar variaciones en las longitudes del instrumental y/o vástago de +- 10 mm. lo cual no implicaría una dificultad técnica para su uso.

CONSULTA 30:
Item Nº 9 PINZA DE MENISCO (PINZA DE DISCO CUSHING OBLICUO, VASTAGO 170 MM. BOCA 3 MM. X 10 MM).
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "vástago de 170 mm con rango de variación de (+-) 10 mm".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 31:
Item Nº 10 PERIOSTOMO (UÑA DE FINOCHETO O PERIOSTOMO TIPO SEMB 230 MM. (+2).
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "tipo Semb de 230mm con rango de variación de (+-) 10 mm".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 32:
Item Nº 11 LEGRA NEUROLÓGICA (O RASPADOR DE LOBB ANCHO 10 MM. LONGITUD 290 MM.)
Solicitamos a la convocante aclarar el nombre del autor, tenemos entendido que se trata de "Raspador de Cobb".

A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "longitud 280 mm con rango de variación de (+-) 10 mm".

RESPUESTA:
Se aclara que lo solicitado en este item el Legra de Lobb, tal como figura en Cuadro Básico de Insumos.
En cuanto a la variación, se puede considerar variaciones es las longitudes del instrumental y/o vástago de + - 10 mm, lo cual no implica una dificultad técnica para su uso.

CONSULTA 33:
Item Nº 14 SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR AUTO ESTATICO DE BECUMANU DE ADSON ROMO SEMI AGUDO, LONGITUD DE 320 MM. (+1).
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "longitud 320 mm con rango de variación de (+-) 10 mm".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 34:
Item Nº 15 SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR GRANDE CON CRICKET SCOVILLE RICHTER O RETRACTOR AUTOESTATICO TIPO SCOVILLE RICHTER COMPLETO.
Solicitamos a la convocante aclarar el término "Completo" y que elementos son necesarios para que este ítem sea completo. Solo por mencionar, este separador utiliza "hojas de diferentes medidas", que nos genera la duda sobre la composición del mismo.

RESPUESTA:
El termino "completo" se refiere a que el "SET de SEPARADOR" debe incluir por lo menos (3) tres pares de hojas de medidas diferentes.

CONSULTA 35:
Item Nº 16 SEPARADOR PARA LAMINECTOMIA (SEPARADOR MOSSER TAYLOR O GANCHO HERIDA DE TAYLOR HOJA DE 30 X 70 (+1). LONGITUD TOTAL 185 MM. (+1).
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "hoja 30 x 70 mm con rango de variación de (+-) 5 mm" y longitud total 185 mm con rango de variación de (+-) 20 mm".

RESPUESTA:
Se puede considerar la variación de +- 5mm para la hoja del separador.

CONSULTA 36:
Item Nº 21 MARTILLO QUIRÚRGICO (MARTILLO DE COTTLE 200 A 236 GR. DIAMETRO DE LA CABEZA 30 MM. (+2). UN LADO PLANO Y EL OTRO CONVEXO, LONGITUD 200 A 205 MM.)
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "200 A 236 GR. con rango de variación de (+-) 4 GR." y longitud total 200 A 205 mm con rango de variación de (+-) 15 mm".

RESPUESTA:
El rango de variación en el peso puede ser de +- 5GR. Y la longitud puede variar en +- 10 mm.

CONSULTA 37:
Item Nº 24 ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO RECTO MEDIANO O CINCEL BISELADO STILLE RECTO. ANCHO 12 MM. (+1) LONGITUD DE 100 A 105 MM.)
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "longitud 100 a 105 mm. con rango de variación de (+-) 10MM."

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 38:
Item Nº 26 ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE FINO CURVA. ANCHO 100 MM. (+1). LONGITUD DE 202 A 205 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Longitud total 202 a 205 mm. con rango de variación de (+-) 5MM."

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 39:
Item Nº 27 ESCOPLO QUIRÚRGICO (ESCOPLO PLANO CURVO PEQUEÑO U OSTEOTOMO STILLE FINO CURVA. ANCHO 15 MM. (+1). LONGITUD 202 A 205 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Longitud total 202 a 205 mm. con rango de variación de (+-) 5MM."

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 40:
Item Nº 34 LEGRA NEUROLÓGICA (EXPLORADOR DE RAÍZ DE 4 MM. O RASPADOR DE SYMES PUNTA AFILADA. LONGITUD DE 18 A 18,5 MM. 190 MM. (+2).
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Longitud total 190 mm. con rango de variación de (+-) 10MM."

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 41:
Item Nº 35 CURETA QUIRÚRGICO (CURETA SHOEDER O CUCHARILLA UTERINA SHOEDER CORTANTE RIGIDA, BOCA 13 MM. (+-1). LONGITUD 308 A 311 MM.)
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Longitud total 308 A 311 mm. con rango de variación de (+-) 10MM."

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 42:
Item Nº 36 PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLICUA DE 30º CORTANTE HACIA ARRIBA. VASTAGO DE 180 MM. (+1). CORTE DE 2MM.)

A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "oblicua de 45º con rango de variación de (+-) 15º". O en todo caso, aclarar si es posible cotizar de 130º.

RESPUESTA:
El ángulo de 45º (± 15º) de las pinzas es una medida con respecto al plano horizontal (nomenclatura utilizada en Latinoamérica) y que corresponde al de 130º con respecto al plano del instrumental (nomenclatura utilizada en U.S.A. Y C.E.) por lo que se puede cotizar el de 130º.

CONSULTA 43:
Item Nº 37 PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLICUA DE 30º CORTANTE HACIA ARRIBA. VASTAGO DE 180 MM. (+1). CORTE DE 2 MM.)
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "oblicua de 45º con rango de variación de (+-) 15º". O en todo caso, aclarar si es posible cotizar de 130º.

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 42.

CONSULTA 44:
Item Nº 38 PINZA KERRISON (PINZA SACABOCADO OSEO DE KERRISON, OBLICUA DE 30º CORTANTE HACIA ARRIBA. VASTAGO DE 180 MM. (+1). CORTE DE 3 A 3,3 MM.)
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "oblicua de 45º con rango de variación de (+-) 15º". O en todo caso, aclarar si es posible cotizar de 130º.

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 42.

CONSULTA 45:
Item Nº 39 PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR. ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VASTAGO DE 170 MM. TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Vastago de 170 mm". con rango de variación de (+-) 10MM".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 46:
Item Nº 40 PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR. ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VASTAGO DE 170 MM. TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Vastago de 170 mm". con rango de variación de (+-) 10MM".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 47:
Item Nº 41 PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO RECTO O TIPO RANGEUR. ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA, VASTAGO DE 170 MM. TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "tamaño de boca 8 mm. con rango de variación de (+-) 2MM; Vastago de 170 mm. con rango de variación (+-) 10 MM".

RESPUESTA:
Las variaciones de la longitud del vástago se pueden considerar de hasta ± 10mm y tamaño de boca de ± 2mm ya que no variará la utilidad del instrumental.

CONSULTA 48:
Item Nº 42 PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLICUO O RANGEUR. ANGULO PARA ARRIBA. VASTAGO DE 170 MM. TAMAÑO DE BOCA 10 X 2 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Vastago de 170 mm". con rango de variación (+-) 10 MM".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 49:
Item Nº 43 PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLICUO O RANGEUR. ANGULO PARA ARRIBA. ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA. VASTAGO DE 170 MM. TAMAÑO DE BOCA 10 X 3 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "Vastago de 170 mm". con rango de variación (+-) 10 MM".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 29.

CONSULTA 50:
Item nº 44 PINZA PARA MENISCO (PINZA DE DISCO OBLICUO O RANGEUR. ANGULO PARA ARRIBA. ABERTURA UNILATERAL PARA ARRIBA. VASTAGO DE 170 MM. TAMAÑO DE BOCA 10 X 8 MM.
A fin de dar mayor oportunidad a los potenciales oferentes, solicitamos a la convocante tenga a bien permitir la cotización de: "tamaño de boca 8 mm. con rango de variación (+-) 2 MM; Vastago de 170 mm. con rango de variación (+-) 10 MM".

RESPUESTA:
Remitirse a la respuesta de la Consulta 47.