UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

26/06/2014

Adenda N°1
Contratación Directa N° 28
"Adquisición de Insumos y Reactivos – Proyecto De Tiet"
Nro. de Expediente: 320278 ID N°: 279827

Sres. OFERENTES:

Se ha realizado Consultas por una empresa oferente con relación al presente llamado:

Punto 1

En el ítem 13: Los filtros para muestra membrana sintética deben ser de 0,2 micras de porosidad y 0,47um de diámetro.

Punto 2

En el Item 14: El tipo de filtración es la filtración rápida para precipitados cristalinos, libre de cenizas.

CP Sonia Unzain
Jefe de Dpto. de la UOC