Universidad Nacional de Asunción
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

ACLARACION DE LA C.D. Nº 04/13
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Asunción, 31 de mayo de 2013.

Señores
PRESENTE

Referencia: Llamado de C.D. Nº 04/13 para la Adquisición de Equipos de Laboratorio. ID Nº 260.078.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de responder a su Consulta realizada en fecha 30/05/2013, con relación al llamado C.D. 04/13 "**ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO. ID Nº 260.078**".

CONSULTA: Ítem 6 Microscopio Binocular con Cámara: Favor aclarar si se puede cotizar un microscopio trinocular sin dispositivo para insertar analizador para polarización
RESPUESTA: a) El oferente podrá cotizar un cabezal trinocular. b) El oferente deberá ajustarse a lo establecido en las E.T. establecidas en el P.B.C.
CONSULTA: Ítem 7 Balanza de Precisión: Favor aclarar si se puede cotizar una balanza hasta 82 dg con resolución de 0.01 g.
RESPUESTA: a) La capacidad mínima solicitada es de 0 a 500 g. b) El oferente podrá cotizar balanzas que mejoren las prestaciones en lo que se refiere a la resolución.
CONSULTA: Ítem 8 Microscopio Binocular: Favor aclarar si se puede cotizar un microscopio binocular sin dispositivo para insertar analizador de polarización.
RESPUESTA: El oferente deberá ajustarse a lo establecido en las E.T. establecidas en el P.B.C.
CONSULTA: Ítem 10 Balanza con altímetro: Favor aclarar si se puede cotizar una balanza de 200 kg.
RESPUESTA: El oferente podrá cotizar una balanza hasta 200 kg.

Universidad Nacional de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

CONSULTA: Ítem 14 Microscopio Binocular: Favor aclarar si se puede cotizar un microscopio binocular sin dispositivo para insertar analizador de polarización, con sistema de iluminación LED.
RESPUESTA: El oferente podrá cotizar una balanza hasta 200 kg.

Atentamente;

C.P. Rodolfo Rojas
Jefe de la Sub-UOC IICS UNA

Río de la Plata esq. Lagerenza. Telefax (595 21) 421403. Asunción - Paraguay