San Lorenzo, 30 de septiembre de 2020.

ACLARACIÓN Nº 01

En referencia al Llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 02/2020 "ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y DE LABORATORIO", ID Nº 379.480,** con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

Consulta 1 - ITEM 129 LEPTOSPIRA ENRIQUECIMIENTO

ITEM 129. LEPTOSPIRA ENRIQUECIMIENTO. Favor considerar para este ítem solo autorización de comercialización del distribuidor, dado que hace varias años no se puede adjudicar debido a que solicitan la cadena de autorización y no siempre es posible contar con eso.

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 2 - ITEM 77 Emulsión de huevos con telurito de potasio

ITEM 77 Emulsión de huevos con telurito de potasio. Favor considerar para este ítem vencimiento máximo 6 meses y entrega programada en base a la experiencia de uso. El suplemento posee como máximo 12 meses desde su fabricación por lo tanto es imposible que que llegue al país con mas de 8 meses de vencimiento

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 3 - 179 Telurito de Potasio

ITEM 179 Telurito de Potasio. Favor considerar entrega con vencimiento máximo 8 meses. El suplemento Telurito de Potasio sale con 12 meses de vencimiento desde su fabricación y es imposible que llegue con más de 8 meses al país.

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 4 - 201 Columna para extracción en fase sólida

201 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para favorecer la mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 5 - ITEM 60 Columna para extracción en fase sólida

ITEM 60 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para así favorecer la participación de más proveedores

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 6 - ITEM 270 Columna para extracción en fase sólida

ITEM 270 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para favorecer la mayor cantidad de oferentes

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 7 - ITEM 384 Medio de Intercambio Cationico - MCX. Intercambio cationico moderado

ITEM 384 Medio de Intercambio Cationico - MCX. Intercambio cationico moderado. Favor confirmar que lo requerido es para intercambio cationico modero, dado que la referencia MCX aplica a intercambio cationico fuerte.

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 8 - ITEM 221 Plomo Estándar

ITEM 221 Plomo Estándar. Se puede ofertar Estándar Plomo 1000 ug/mL en 5% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 9 - ITEM 222 Mercurio Sustancia Patron

ITEM 222 Mercurio Sustancia Patrón. Se puede ofertar Estándar Mercurio 1000 ug/mL en 5% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?

Respuesta: **Verificar Adenda N° 4.**

Consulta 10 - ITEM 131 Listeria Suplemento Selectivo

ITEM 131 Listeria Suplemento Selectivo. Solicitan Moxalactam. Se puede ofertar Suplemento Selectivo Listeria Moxalactam 10 mg + Colistin Sulfato 5 mg?

Respuesta: **Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.**

Consulta 11 - ITEM 201 Columna para extracción en fase sólida

ITEM 201 Columna para extracción en fase sólida. Favor aclarar si precisan de 3mL o 6 mL, dado que en denominación dice 3 mL y en fórmula 6 mL

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 12 - ITEM 214 Columna para extracción en fase sólida

ITEM 214 Columna para extracción en fase sólida. Favor considerar presentación mínima 30 , para favorecer la presentación de mayor numero de oferentes.

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 13 - ITEM 34 Cartucho para extracción en fase sólida.

ITEM 34 Cartucho para extracción en fase solida. Favor considerar presentación mínima 30 u, para favorecer la presentación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 14 - ITEM 223 Arsenico Sustancia Patron.

ITEM 223 Arsenico Sustancia Patron. Se puede ofertar Estándar Arsenico 1000 ug/mL en 5% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 15 - ITEM 283 Cadmio Sustancia Patron.

ITEM 283 Cadmio Sustancia Patron. Se puede ofertar Estándar Cadmioi 10 ug/mL en 2% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 16 - ITEM 284 Cobre Sustancia Patron.

ITEM 284 Cobre Sustancia Patron. Se puede ofertar Estándar Cobre 10 ug/mL en 2% Ac. Nitrico - Presentación: 100 mL?

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 17 - ITEM 415 Novobiocina

ITEM 415 Novobiocina. Favor considerar la presentación del suplemento en caja x 10 viales como mínimo.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 18 - ITEM 464 Lamina portaobjeto

ITEM 464 Lamina portaobjeto. Favor considerar la medida de 25,0 X 75,0 mm a 25,4 x 76,2 mm, para favorecer la presentación de mayor cantidad de oferentes.
Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 19 - ITEM 473 Pinza para laboratorio

ITEM 473 Pinza para laboratorio. Favor considerar medida de 10 a 15 cm, para favorecer la presentación de mayor numero de oferentes
Respuesta: **Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.**

Consulta 20 - ITEM 545 Dimetilformamida p.a

ITEM 545 Dimetilformamida p.a. Favor ver si esta correcto el PM , dice el PBC 13,10, debería ser 73,09
Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 21 - ITEM 612 Acido Nítrico p.a

ITEM 612 Acido Nítrico p.a. Favor considerar presentación mínima 1 L para favorecer la presentación de más oferentes
Respuesta: **Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.**

Consulta 22 - ITEM 672 Tapón de goma -Tapón de goma para frascos de 5 ml

ITEM 672 Tapon de goma. Favor especificar diámetro interno de la boca del frasco.
Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 23 - ITEM 671 Sobretapa de aluminio
ITEM 671 Sobretapa de aluminio. Favor indicar diámetro externo de la boca del vial.

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 24 - ITEM 214: COLUMNA PARA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA

Es posible ofertar el producto en presentación de 30 unidades?. Favor considerar presentación mínima de 30 unidades de manera a dar oportunidad a más oferentes.-

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 25 - ITEM 614 e ITEM 615: Columna para Cromatografía Líquida
Podrian por favor confirmar si se trata del mismo producto en ambos ítems.
Respuesta: **Efectivamente se trata del mismo producto, por error involuntario se repite, las cantidades siguen vigentes, 2 para el ítem 614 y 2 para el ítem 615.**

Consulta 26 - ITEM 213: BSTFA

Se trata de un estándar?. Favor verificar la Denominación del producto.

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Consulta 27 - Ítems 38; 39; 40; 41, 42; 43; 44 45; 46;47; 48; 49; 51; Cepa de Referencia

Solicita: "Presentación Tubo x 6hisopos como mínimo" Consulta: Consulta: Se solicita considerar la posibilidad de cotizar: tubos x 5 pellets o un vial para 10 inoculo mínimo.

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 28 - Ítems 103; 105; 122; 123; 427

Solicita: "compatibles con Equipo DUPONT BAX PCR SYSTEM" Consulta: Considerar habilitar la posibilidad de ofertar alternativamente en estos ítems reactivos no compatibles con Dupont; reactivos validados por AOAC poniendo a disposicion de la convocante el equipamiento necesario para el desarrollo de la técnica con software y metodología PCR de última generación. Así mismo todos caldos, los suplementos e insumos necesarios

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 29 - Ítems 112; 115; 117; 119; 120; 127; 200; 517; Kit para detección de Anticuerpos.

Solicita: "Con instalación de software actualizados y compatibles con los Lectores de Microplacas de la Marca HUMAN y TERMO SCIENTIFIC MULTISKAN FC" Consulta: Considerando que los software no son compatibles con la marca Human y una gran mayoría con Thermo, Se solicita la posibilidad de cotizar instalando en préstamo en el Servicio afectado un lector compatible con el software que acompaña al kit ofertado

Respuesta: **Favor verificar Adenda N° 4.**

Consulta 30 - ITEMS 38 AL 51

En los items 38 al 51 mencionan las siglas ATCC, se refiere a una marca especifica?

Respuesta: No se refiere a ninguna marca específica. Se utiliza las siglas ATCC "American Type Culture Collection" como referencia para la identificación correcta de las Cepas requeridas. Si existe en el mundo otros bancos de Cepas con otros números o códigos, podrán ofertar cumpliendo las especificaciones técnicas de cada cepa requerida en el PBC. Tal como se indica en la sección Especificaciones Técnicas, suministros requeridos.

Consulta 31 - Ítems 517; Kit para detección de Anticuerpos

Solicita: "Con instalacion de software actualizados y compatibles con los Lectores de Microplacas de la Marca ALISEI - Radim," Consulta: Considerando que Autoanalizador Alisei, es un Equipo analizador totalmente automatizado para procesar muestras por el método de Elisa, favor aclarar si se refiere que necesita que el proveedor tendrá su cargo configurar el instrumento marca Radim modelo Alisei, según el protocolo de la marca adjudicada

Respuesta: **Favor verificar Adenda N°4.**

Consulta 32 - Ítems 87 Formol

Solicita: Formaldehido Solución 40%. Consulta: Se solicita si se permite Formaldehido Solución 37%.

Respuesta: **Favor ajustarse a las Especificaciones técnicas del PBC.**

Consulta 33 - Ítem 231 Agar Granulado

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Solicita: Solicita Agar Granulado. Consulta: El producto Agar Granulado, Agente de solidificación para medios de cultivo marca Registrada de la marca Difco. Se solicita amablemente modificar "granulado" y se permita ofertar un Agar Purificado, Agente de solidificación para medios de cultivo

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 34 - Ítems 254 Disco Identificación ONPG

Consulta: Favor aclarar si esta correcto la presentación solicitada de: "frasco x 500grm como mínimo". Usualmente este producto viene impregnado en discos en la presentación de "30 discos"

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 35 - Ítems 253 Agar medio de cultivo para la ureasa

Consulta: Necesita que la oferta incluya suplementos?

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. No necesita suplementos.

Consulta 36 - Ítems 289; 290; 291; Antigeno Somatico / Antisuero Polivalente de salmonella

Consulta: Favor aclarar si esta correcto la presentación solicitada de: "frasco x 25ml como mínimo". Usualmente este producto viene en presentación minima de 1ml (40test)

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 37 - Item 464

ITEM 464 Lamina portaobjeto. Favor considerar la medida de 226 x 76 mm para permitir la presentación de mayor cantidad de oferentes.

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 38 - Item 143 Microtubos cónicos de 2 mL

Donde dice: Microtubos cónicos en polipropileno transparente, autoclavable. Tapón unido al tubo y tapa plana mate... a que se refiere con tapa mate, se puede cotizar con la tapa plana del mismo color del microtubo.

Respuesta: Favor verificar Adenda N° 4.

Consulta 39 - Ítems 413 Test para identificación de staphyloccus

Consulta: Ya que este producto es un conjunto (kit) de reactivos en el cual el reactivo principal tiene 5ml. Se sugiere por tanto hacer referencia a la cantidad de test resultantes. La cantidad mínima sugerida seria de "kit x 50 test"

Respuesta: El ítem indicado es el N° 180. Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 40 - Ítems 540 Suplemento Colistina-Acido Nalidixico

Ítems 540 Suplemento Colistina-Acido Nalidixico Consulta: No queda claro que solicita para este ítem: requiere droga pura Acido Nalidixico 5grm. para usarlo como suplemento para medio o Suplemento

Selectivo liofilizado constituido por colistina-acido nalidixico (caja x 10fcos.) en combinación para usarlo como suplemento de medios ej Columbia Agar .

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 41 - Ítems 584 Pentafluorobenzoil 100ml

Se permite cotizar 100gr?.

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 42 - Ítems 285; 387 Perfluorotributilamina PFTBA

Se permite cotizar 500mg como minimo?

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 43 - Ítems 538 Verde de Malaquita

Consulta: Se permite cotizar Masa Molecular 364,92 g/mol?

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 44 - Ítem 677 Kits Reactivo para Amplificacion Genetica

Consulta: Solicitan Fast Polymerase DNA y Fast Universal , Desde que ambos son nombres comerciales y marca Registrada de Applied Biosystems ¿esto quiere decir que solo aceptan los kits de Applied Biosystems? Se puede ofrecer kits equivalentes con la misma composicion pero cuyos componentes no lleven los nombres comerciales citados?

Respuesta: Aceptaremos y evaluaremos ofertas cuyos reactivos y componentes cumplan con las Especificaciones Técnicas solicitadas. Podrán ofertar kits equivalentes con la misma composición que se ajusten a los protocolos validados en el laboratorio de Biología Molecular del SENACSA. **Favor verificar Adenda N°4.**

Consulta 45 - Plan de Entregas

La Convocante indica: Dentro de los 60 (SESENTA) días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato formalizado al proveedor. Para poder acceder a cotizar una mayor cantidad de ítems se solicita reveer el plazo de entrega y de ser posible aumentarlo a 90 días calendarios ya que los productos solicitados son prácticamente todos de origen importado y los proveedores del exterior no responden con la celeridad solicitada, más ahora por el Pandemia.

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 46 - Item 207 - Jeringa para Pipetas

En las Especificaciones Técnicas se indica: Compatible con repetidora Thermo-Finnpipette Volumen de aspiración: 0.5 mL. Se puede ofertar jeringuilla dispensadora de 1 ml?

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Consulta 47 - Item 579 - Cepillo para limpieza de tubo mediano

En las Especificaciones Técnicas se indica: Cepillos para lavar tubos. Medida aproximadas del cepillo: 6cm de diámetro total x 15cm de largo total Favor revisar las medidas del cepillo, porque un cepillo de 6cm de diámetro de cerda no es adecuado para lavar tubos medianos

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 48 - Item 393 - Ansas calibradas

En las Especificaciones Técnicas se indica: Asas fabricadas en poliestireno flexible. Esteriles por gamma. Tienen la particularidad de que son planas y el cuerpo del asa esta estriado para un mayor contacto al trabajar con guantes Favor indicar el volumen de las ansas que están necesitando

Respuesta: El ítem mencionado es el número 398. Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 49 - Item 463 - Lamina cubreobjeto

En las Especificaciones Técnicas se indica: Láminas cubre objetos medidas: 22x20mm Se pueden ofertar cubre objetos de 20 x 20 mm o 22 x 22 mm?

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 50 - Item 404 - Ansa recta

En las Especificaciones Técnicas se indica: ansa de platino Se pueden ofertar ansas de nicrom?

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 51 - Item 642 / 648 - Papel de filtro cualitativo

En las Especificaciones Técnicas de ambos ítems se indica: Papel de filtro cualitativo de filtrado rápido 300 mm ø Se puede ofertar papel de filtro de 293mm de diámetro?

Respuesta: Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 52 - Item 692 - Bolsa Esteril para Toma de Muestra

En la Presentación se indica: Caja Favor indicar caja por cuantas bolsas están necesitando

Respuesta: Favor verificar Adenda N°4.

Consulta 53 - Item 501 / 502 / 503 / 504 / 505 / 506 / 507 / 508 – Oligonucleotidos

En las Especificaciones Técnicas se indica: Secuencia a confirmar con la adjudicación Favor aclarar si la contratante va a suministrar, para cada ítem de los referidos, la secuencia a sintetizar, al proveedor adjudicado

Respuesta: La contratante proveerá al oferente adjudicado las secuencias a sintetizar. **Favor verificar Adenda N°4.**

Atentamente.

Lic. Dámaris Ocampo B.
Directora Operativa de Contrataciones

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863