UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Unidad Operativa de Contrataciones

ADDENDA Nº 1

Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 10/2013
"Adquisición de Equipos de Laboratorio"
(ID 253.838)

Se informa que en la presente licitación se realiza las siguientes modificaciones:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: **Mg. *Zully López de Paniagua*** Dirección: ***Calle Abog. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/Ruta 1; Campus Universitario*** Ciudad: ***Encarnación,* Paraguay** Teléfono: ***071-207184*** Fax: ***595-071-207184*** Dirección de correo electrónico: *[*contrataciones.uni@gmail.com **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: 30 de agosto de 2013 hasta las 09:00 hs.*
IAO 7.2	La Convocante realizará una **Junta de Aclaraciones**: *NO SE APLICA* Dirección: ***Calle Abog. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/Ruta 1; Campus Universitario*** *OFICINA U.O.C.* Ciudad: *ENCARNACION],* Paraguay Teléfono: : ***071-207184*** Fax*[****595-071-207184*** Dirección de correo electrónico: contrataciones.uni@gmail.com Fecha y hora de realización. **Dicha Junta de Aclaración Coincidirá con la Fecha tope de Consulta**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Mg. *Zully López de Paniagua*** Dirección: ***Calle Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255 c/Ruta 1; Campus Universitario*** Ciudad: ***Encarnación,* Paraguay** Teléfono: ***071-207184***

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
U. O. C.
Encarnación - Paraguay

	Fax: ***595-071-207184*** *Dirección de correo electrónico:* contrataciones.uni@gmail.com La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 06 *de setiembre de 2013* Hora: *09:30 A.M.*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: ***Calle Abog. Lorenzo Zacarias Nº 255 c/Ruta 1; Campus Universitario*** *Ciudad:* ***Encarnación, Paraguay*** Fecha: 06 de setiembre *de 2013* Hora: *10:00 A.M.*

También se realizan cambios en la **Sección III. Suministros Requeridos, y la Sección VI Formulario Nº 3** :

Items 3 y 5: En cuanto a la vida útil del LED lo correcto y lo que solicitamos es de 20.000 horas

Items 4 y 6: En este punto le presentamos las especificaciones correspondiente ya que la que se presento no corresponde. **Las especificaciones correctas requeridas son las siguientes:**
Estufa de esterilización:

- Con microprocesador digital.
- Cámara interna y contrapuerta en acero inoxidable
- Medidas internas útiles: (frente x alto x profundidad).
- 70x50x50 cm (175 Litros). **Como mínimo**
- Temperatura ambiente hasta los 250 °C. como máximo.

Items 12, 18 y 36: Pueden cotizarse equipos con sistema de iluminación LED

Item 24: Puede cotizarse un Agitador magnetico sin control digital y que posea un rango de 0 a 3000 rpm con plato de acero inoxidable de 16 cm de diametro y con capacidad de agitar hasta 20 litros. Como mínimo

Item 25: Se aceptara el equipo con rango de temperatura hasta 100ºC como máximo

Item 32: Se requiere una estufa de cultivo con una temperatura Máxima de 70ºC

Item 33: Se requiere la estufa de secado con un volumen interno de aprox. 100 litros con medidas internas de 50x50x40 como mínimo

Item 34: Se solicita un equipo con capacidad de 9 litros con medidas internas de 15x15x30 como mínimo

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
U.O.C.
Encarnación - Paraguay