INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2014"

ADENDA Nº 2

Asunción, 04 de febrero de 2014.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"- AD REFERENDUM 2014"**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1.- En la Sección III. Suministros Requeridos:

Ítem 1: Ecografo multipropósito Doppler color modular para aplicaciones generales para el Servicio de Ecografía General Centralizada del Hospital Central del IPS

- Ítem 1

  El panel de control podrá ser táctil, no siendo esto un requisito excluyente.

- Punto 1.2.1

  Donde dice.

  "Pantalla: Monitor color LCD de al menos 19" (pulgadas), medidas diagonalmente."

  Debe decir:

  "Pantalla: Monitor color LCD de al menos 17" (pulgadas), medidas diagonalmente."

- Punto 1.2.4

  Donde dice:

  "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 160 GB."

  Debe decir:

  "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 150 GB."

- Punto 1.2 7

  Donde dice

  "3 (tres) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores."

  Debe decir:

  "3 (tres) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores. El equipo deberá tener puertos de tecnologías tales que todos los transductores solicitados puedan ser conectados (no necesariamente al mismo tiempo) y utilizados. Los puertos podrán ser todos iguales o diferentes, de acuerdo a la tecnología del fabricante."

- Puntos 1 4.1.1

  Donde dice:

  "Software en español de entorno amigable."

  Debe decir:

  "Software en español o inglés de entorno amigable

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Benega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

- Puntos 1.5.1
  Donde dice.
  "Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha)"
  Debe decir:
  "Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha) o Active Array"

- Punto 1.5.5
  Donde dice:
  "Transductor endocavitario (transrectal) con un ancho de banda de 5 a 8 Mhz con ángulo de exploración de al menos 135°. Cantidad mínima: 1 (uno) unidad por la totalidad de los equipos"
  Debe decir:
  "Transductor endocavitario (transrectal) con un ancho de banda de 5 a 8 Mhz con ángulo de exploración de al menos 126°. Cantidad mínima: 1 (uno) unidad por la totalidad de los equipos"

- Punto 1.6.7
  Donde dice:
  "Gel para ultrasonido: pote en presentación de 500 mL o mayor. Cantidad mínima: 05 (cinco) unidades por cada equipo"
  Debe decir:
  "Gel para ultrasonido:
  Pote en presentación de 500 mL o mayor. Cantidad mínima: 05 (cinco) unidades por cada equipo ó pote en presentación de 250 mL o mayor. Cantidad mínima: 10 (diez) unidades por cada equipo"

Ítem 2: Ecografo multipropósito Doppler color portátil para aplicaciones Generales para el Servicio de Cirugía de Mínima Invasión del Hospital Central Del IPS.

- Ítem 2
  El panel de control podrá ser táctil, no siendo esto un requisito excluyente.

- Punto 2.2 2
  Donde dice:
  "Peso· hasta 5 Kg (incluyendo pantalla y batería interna)."
  Debe decir
  "Peso: hasta 10 Kg (incluyendo pantalla y batería interna)."

- Punto 2.2.6
  Donde dice:
  "Capacidad para el almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 80 GB."
  Debe decir:
  "Capacidad para el almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 40 GB "

- Punto 2 2.7
  Donde dice:
  "Memoria cine de al menos 1000 cuadros "
  Debe decir:
  "Memoria cine de al menos 400 cuadros."

- Punto 2.2.9
  Donde dice
  "1 (uno) Puerto activo, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables."
  Debe decir:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Ibáñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

"1 (uno) Puerto activo, como mínimo, para conexión de transductores, fácilmente intercambiables. El equipo deberá tener puerto de tecnología tal que todos los transductores solicitados puedan ser conectados y utilizados.

- Punto 2.4 2.9
  Donde dice:
  "Función convexo virtual"
  Debe decir.
  "Función convexo virtual o Imagen trapezoidal (funcionalidad para transductores lineales)"

- Punto 2.4.3.4
  Donde dice:
  "DICOM Query/Retrieve."
  Debe decir:
  "DICOM Query/Retrieve (opcional)."

- Puntos 2 5.1
  Donde dice:
  "Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha)"
  Debe decir:
  "Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha) o Active Array"

- Punto 2.6.9
  Donde dice:
  "Gel para ultrasonido: pote en presentación de 500 mL o mayor. Cantidad mínima: 05 (cinco) unidades por cada equipo"
  Debe decir:
  "Gel para ultrasonido:
  Pote en presentación de 500 mL o mayor. Cantidad mínima: 05 (cinco) unidades por cada equipo ó pote en presentación de 250 mL o mayor. Cantidad mínima· 10 (diez) unidades por cada equipo"

- Punto 2.7.2
  Donde dice·
  "Soportado por batería interna de al menos 2 horas (dos) horas de duración a carga máxima La empresa adjudicada deberá proveer y cambiar las baterías al término de la garantía (dos años, obligatorio) y antes de ese tiempo según las recomendaciones del fabricante."
  Debe decir:
  "Soportado por batería interna de al menos 45 (cuarenta y cinco) minutos de duración a carga máxima La empresa adjudicada deberá proveer y cambiar las baterías al término de la garantía (dos años, obligatorio) y antes de ese tiempo según las recomendaciones del fabricante."

Ítem 3: Ecografo multipropósito Doppler color modular para aplicaciones generales para el Servicio de Imagen Mamaria del Hospital Central del IPS.

- Ítem 3
  El panel de control podrá ser táctil, no siendo esto un requisito excluyente.

- Punto 3.2.1
  Donde dice:
  "Pantalla· Monitor color LCD de al menos 19" (pulgadas), medidas diagonalmente."
  Debe decir:
  "Pantalla. Monitor color LCD de al menos 17" (pulgadas), medidas diagonalmente "

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestion de Bienes y Servicios

- Punto 3.2.4
  Donde dice.
  "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 160 GB."
  Debe decir:
  "Capacidad de almacenamiento en disco rígido (HDD) de al menos 150 GB."

- Punto 3 2 7
  Donde dice
  "3 (tres) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores."
  Debe decir:
  "3 (tres) puertos activos, como mínimo, para conexión de transductores. El equipo deberá tener puertos de tecnologías tales que todos los transductores solicitados puedan ser conectados (no necesariamente al mismo tiempo) y utilizados. Los puertos podrán ser todos iguales o diferentes, de acuerdo a la tecnología del fabricante."

- Puntos 3. 4.1.2
  Donde dice:
  "Software en español de entorno amigable."
  Debe decir
  "Software en español o inglés de entorno amigable."

- Puntos 3.5.1
  Donde dice:
  "Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha)"
  Debe decir:
  "Transductores multifrecuenciales originales y de la misma marca que el equipo ofertado con tecnología broadband (banda ancha) o Active Array"

- Punto 3.6.6
  Donde dice:
  "Gel para ultrasonido: pote en presentación de 500 mL o mayor Cantidad mínima: 05 (cinco) unidades por cada equipo"
  Debe decir:
  "Gel para ultrasonido:
  Pote en presentación de 500 mL o mayor. Cantidad mínima: 05 (cinco) unidades por cada equipo ó pote en presentación de 250 mL o mayor. Cantidad mínima. 10 (diez) unidades por cada equipo"

Ítem 4: Electrocardiógrafo.

- Punto 4.2
  Donde dice:
  "Miografía."
  Debe decir.
  "Miografía. (Opcional)"

- Punto 7.4
  Donde dice:
  "Pote de gel para aplicaciones electrocardiográficas. Cantidad: 2 (dos) "
  Debe decir:
  "Pote de gel para aplicaciones electrocardiográficas de al menos 250 ml. Cantidad. 2 (dos)."

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios