PAC N°: 372844.-

NOTA ACLARATORIA N° 01

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA ***LICITACION POR CONSURSO DE OFERTA N° 61/2019 ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS Y PORTASUEROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS ID N° 372844*** LA SIGUIENTE RESPUESTA A LAS CONSULTA REALIZADA:

CONSULTA N° 1:

A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes y así tener mejores ofertas solicitamos respetuosamente a la convocante aclaración de algunos detalles Técnicos de los ítems solicitados en el Llamado "ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y PORTASUEROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS" ID 372844
Item 1: SILLAS DE RUEDAS PLEGABLES
Donde dice:
Apoya pié y eleva piernas en aluminio pulido. Atril porta suero robusto y resistente.
Consulta:

1-Si se refieren a apoya pies abatible y eleva pierna tiene que ser graduable en altura?.
Las sillas que coinciden con la descripción total del ítem traen el apoya pies abatible y piernera fija.

Respuesta 1: SE ACLARA QUE SE REQUIERE EL APOYA PIES ABATIBLES Y PIERNERA FIJA O MEJOR.

CONSULTA N° 2

2- El atril porta suero se refiere al lugar donde iría a colocarse la barra con ganchos donde se colocan sueros? Sería la base? O debe ir el soporte más el porta sueros con la silla?

Respuesta: Debería contar con atril portasuerto.

CONSULTA N° 3
Es fundamental que cuente con el atril portasuero y con el eleva piernas?

Respuesta: se aclara el apoya pies abatible fija o mejor y atril portasuero.

Asunción, 07 de Enero de 2019.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS