PAC Nº: 364.745

ADENDA Nº 05

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 36/2019 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PACIENTES OSTOMIZADOS DEL MSP Y BS- ID N° 364.745,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES EN CUANTO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	CÓDIGO CATALOGO	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
1	42295453 - 004	**BOLSA PARA COLOSTOMÍA**	Bolsa adultos de 2 (dos) piezas drenable con clamp individual incorporado con barrera parea piel y filtro para olor (carbón mactivo o similar) más base hidrocoloide. La base debe ser 100 % Hidrocoloide. El sistema de acoplamiento de las 2 piezas (base + bolsa debe ser ergonómico, a modo de garantizar el movimiento normal del paciente en sus actividades diarias. Adhesivo guiado. Ya que esto facilita la colocación en pacientes geriátricos, con visión y/o movilidad reducida.	Unidad	Unidad	33.000	66.000
2	42295453 - 004	**BOLSA PARA COLOSTOMÍA**	Bolsa pediátrica de 1 pieza drenable con clamp individual incorporado con barrera parea piel y filtro para olor (carbón mactivo o similar) más base Hidrocoloide. La base debe ser 100% Hidrocoloide	Unidad	Unidad	9.600	19.200
3	42312301 - 003	**APÓSITO QUIRÚRGICO**	En aerosol tipo alérgico trasparente sin alcohol con dispositivo incorporado. El producto debe ser hipo alergénico.	Unidad	Unidad	3.000	6.000

Ítem	CÓDIGO CATALOGO	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
4	42312101 - 001	**ADHESIVO PARA BOLSA DE COLOSTOMÍA**	Pasta protectora para piel periestomal para uso colostomía, ileostomías, urostomias y fístulas. Para prevenir fugas y reduzca el riesgo de irritación. La pasta debe ser sintética y libre de látex y PVC, se debe presentar copia del control de calidad de origen a fin de verificar este requisito.	Unidad	Unidad	3.000	6.000

Asunción, 07 de Agosto de 2019.

Abog. Pablo Lezcano Roa, Director
DOC - DGAF
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES