Ministerio Público
Unidad Operativa de Contratación

ADDENDA Nº 2

Donde dice:

Anexo 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de Catalogo	Ítem	CANT.	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS
			Contratación Directa " Adquisición de Equipos para Laboratorio Forense "
			El Oferente deberá presentar la cotización de las siguientes Especificaciones
41111709-001	1	1	**Microscopio Binocular**: *Para Investigación Pericial de semen en HP contra la autonomía sexual Comparación morfológica de pelos en HP varios.*
41111703-001	2	1	**Microscopio Estereoscopio:** *Investigación de residuos del disparo en HP con armas de fuego.*
41102426-004	3	1	**Baño Maria**: *Investigación pericial de semen en HP contra la autonomía sexual. Tipificación de manchas secas de sangre en HP varios.*
			Obs. • Los equipos a ser adquiridos deberán ser garantizados por escrito hasta dos años • Constancia de asistencia técnica por la empresa proveedora para la provisión de repuestos, mantenimiento y reparación de los equipos .

1. Plazo de entrega

5 días hábiles a partir de la emisión de la Orden de Compra

2. Lugar de entrega de los bienes/ o de prestación de los servicios:

Laboratorio Forense del Ministerio Publico conjuntamente con el Dpto. de Suministros.

3. Condiciones de pago:

A Crédito

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN

ADDENDA Nº 2

Debe decir:

Anexo 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de Catalogo	Ítem	CANT.	DESCRIPCION - ESPECIFICACIONES TECNICAS
			Contratación Directa " Adquisición de Equipos para Laboratorio Forense "
			El Oferente deberá presentar la cotización de las siguientes Especificaciones
41111709-001	1	1	**Microscopio Binocular**: *Para Investigación Pericial de semen en HP contra la autonomía sexual* *Comparación morfológica de pelos en HP varios* ***Especificación:*** • Oculares: 10x – posición ajustable • Objetivos: 10x , 40 o 45x, 100x • Tornillos macro y micrométricos • Sistema de iluminación eléctrico (luz blanca) • Intensidad de luz graduable • Altura modificable del condensador • Diafragma con apertura regulable
41111703-001	2	1	**Microscopio Estereoscopio:** *Investigación de residuos del disparo en HP con armas de fuego.* ***Especificación:*** • Lentes Oculares: 10x, 20x • Zoom: 4x • Cámara y software de mando y edición de objetos e imágenes, incorporados • Ranura para tarjeta SD • Tarjeta De memoria SD • Cable USB para conexión a videoproyector
41102426-004	3	1	**Baño Maria**: *Investigación pericial de semen en HP contra la autonomía sexual.* *Tipificación de manchas secas de sangre en HP varios* ***Especificación:*** • Eléctrico • Rango de temperatura: hasta 60ºc • Con 2 gradillas para tubos.
			Obs. • Los equipos a ser adquiridos deberán ser garantizados por escrito hasta dos años • Constancia de asistencia técnica por la empresa proveedora para la provisión de repuestos, mantenimiento y reparación de los equipos . • Los equipos a ser adquiridos deberán ser garantizados por escrito hasta dos años • Constancia de asistencia técnica por la empresa proveedora para la provisión de repuestos, mantenimiento y reparación de los equipos .

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público