INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Onondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 26/2014
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN Y DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 22 de agosto 2014.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 26/2014 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN Y DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", ID Nº 268.808,** se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas:

1. Consulta

Con referencia a los ítems 67, 68, 90 y 91.

Solicitamos a la convocante la reconsideración del modo a ofertar el Kit de Cánulas, ya que forma en que pide corresponde a un fabricante especifico.

Respuesta:

- **Ítem 67 y 68,** el oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
- **Ítem 90:** Se aclara que, no corresponde a kit, se refiere a trocares individuales de 5 mm, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
- **Ítem 91**: Se aclara que, no corresponde a kit, se refiere a trocares individuales de 5 – 12 mm, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

2. Consulta

Sección III Suministros Requeridos, Ítem N° 4 Aguja para Biopsia Prostática, estéril descartable, 22mm, disparo automático, solicitamos que se pueda ofertar dicha aguja de 20mm con préstamo al servicio de la pistola automática para la biopsia, ya que en caso contrario estaría totalmente dirigido este ítem a un proveedor en particular. Reiteramos que se estaría entregando en préstamo al servicio la pistola automática para la toma de la muestra obtenida con la aguja descartable para biopsia de próstata. Favor aclarar.

Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

3. Consulta

PARA LAS AGUJAS DE BIOPSIA	**CONSULTA**
Automáticas y semi-automáticas	Con cuáles pistolas deben ser compatibles las agujas automáticas y semi-automáticas?

Respuesta: Se aclara que, en cuanto a las Agujas Automáticas y semiautomáticas, son agujas Descartables, por lo que no es necesario que sean compatibles con pistolas.

4. Consulta

ÍTEM 4 – AGUJA P/ BIOPSIA PROSTÁTICA	**CONSULTA**
Estéril, descartable, 22 mm, disparo automático	Favor aclarar si 22 mm se refiere a la medida del biopsato. Favor especificar el calibre de la aguja.

Respuesta:

El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

5. Consulta

ÍTEM 9 – AGUJA DE CHIBA PARA BIOPSIA	CONSULTA
Agujas de 21 g. x 20 cm. de largo. Descartable	Se puede cotizar de 18 G x 150 mm?

Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

6. Consulta

ÍTEM 14 – AGUJA P/ BIOPSIA PULMONAR	CONSULTA
Agujas de 20 g. x 15 cm. de largo. Descartable	Se puede cotizar con aguja de 18 G?

Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

7. Consulta

Ítem 2: Se refiere a frasco de 500 ml con tapa?

Respuesta: Se aclara que, no se refiere a frasco de 500 ml. con tapa, se refiere a un adaptador para alimentación enteral, para conectar a las sondas

8. Consulta

Ítem 6: Se solicita ampliar el largo de la aguja a +- 1 cm.

Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

9. Consulta

Ítems 14 y 15: Se solicita ampliar el largo de la aguja a +- 1 cm.

Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

10. Consulta

Muestras: en caso de ofertarse en varios ítems el mismo producto pero de diferentes medidas se puede presentar la muestra de uno de ellos, acompañada de una declaración jurada en la que el oferente se comprometa, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las Especificaciones Técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia, que la muestra presentada?

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7.

11. Consulta

Ítem 20- Catéter cobra: catéter cobra de 5 fr de 100 cm de largo, Tipo C1. Se puede ofertar catéter cobra de 5 fr de 80 cm de largo, Tipo C1?

Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

12. Consulta
Ítem 55- Alambre Guía 0.018" punta angulada de Nitinol (aleación de Níquel y titanio) de 50-80 cm de longitud. Se puede ofertar Alambre Guía 0.018" punta angulada de Nitinol (aleación de Níquel y titanio) de 120 cm de longitud?
Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

13. Consulta
Ítem 56- Alambre Guía 0.018" punta curva en "J" y teflonada o de PTFE de 50-80 cm de longitud. Se puede ofertar Alambre Guía 0.018" punta curva en "J" y teflonada o de PTFE de 120 cm de longitud?
Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

14. Consulta
Ítem 57- Alambre Guía 0.018" punta curva recta y teflonada o de PTFE de 50-80 cm de longitud. Se puede ofertar Alambre Guía 0.018" punta curva recta y teflonada o de PTFE de 120 cm de longitud?
Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

15. Consulta
Ítem 104- Catéter de diagnosticopigtail corto 50-80 cm de longitud 6 fr. Se puede ofertar catéter de diagnosticopigtail corto de 110 cm de longitud 6 fr?
Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

16. Consulta
Ítem 105- Catéter de diagnosticopigtail corto 50-80 cm de longitud. 5fr
Se puede ofertar catéter de diagnosticopigtail corto de 110 cm de longitud. 5fr?
Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones

17. Consulta
Ítem 111-Catéter de diagnostico pigtail 6 French. El catéter pigtail debe ser angulado o recto?
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7, asimismo se informa que dicho ítem fue modificado en cuanto al número de orden, pasando a ser **Ítem 116**.

18. Consulta
Ítem 4. Código: 6495. Aguja para biopsia prostática. Estéril, descartable, 22mm, disparo automático.
Solicitamos saber si se puede cotizar de disparo semiautomático.
Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7

19. Consulta
Ítem 71. Código: 9848. Set de biopsia hepática transyugular. Aguja de 15g y 50 a 55 cm de largo.
Solicitamos saber si se puede cotizar la aguja del set de biopsia de 15 a 16 Gauge. Cumpliendo con las demás especificaciones y el propósito de dicho set.
Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

20. Consulta

Ítem 93. Código: 5706. Alambre guía teflonada o hidrofílica 0,038 x 250 a 300cm. Punta "J"

Favor aclarar cuál de los tipos se desea, si teflonada o hidrofílica, ya que cualquiera de los dos son características bastante diferentes con COSTOS DIFERENTES. Todos los oferentes iríamos a la teflonada por ser más económica pero quizás no es lo que los profesionales médicos necesitan para sus procedimientos.

Respuesta: Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

21. Consulta

Ítem 94. Código: 5706. Alambre guía teflonada o hidrofílica 0,038 x 250 a 300cm. Punta "RECTA"

a. Favor aclarar que el código de IPS de este insumo este correcto ya que coincide con el ítem 93 y son diferentes.
b. Favor aclarar cuál de los tipos se desea, si teflonada o hidrofílica, ya que cualquiera de los dos son características bastante diferentes con COSTOS DIFERENTES. Todos los oferentes iríamos a la teflonada por ser más económica pero quizás no es lo que los profesionales médicos necesitan para sus procedimientos.

Respuesta:

a. Se aclara que la descripción y especificaciones técnicas del ítem corresponde a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontólogos vigente, aprobado por Resolución del Consejo de Administración por lo que el oferente deberá remitirse al Pliego de Bases y Condiciones
b. El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7, asimismo se informa que dicho ítem fue desglosado en los ítems 95 y 96 respectivamente conforme a la descripción del CBI, específicamente en lo que respecta al material del insumo (teflonada o hidrofílica).

22. Consulta

Ítem 95. Código: 7170. Introductor arterial de 7 french.

Favor aclarar si el largo del introductor puede ir de 13 a 15cm y si este debe de venir también con la guía.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7, asimismo se informa que dicho ítem fue modificado en cuanto al número de orden, pasando a ser **Ítem 97**.

23. Consulta

Ítem 102. Código: 5660. Alambre guía teflonada o hidrofílica 0,025 a 0,035 x 140 a 180 cm. Punta "J" o punta recta.

Favor aclarar cuál de los tipos se desea, si teflonada o hidrofílica, ya que cualquiera de los dos son características bastante diferentes con COSTOS DIFERENTES. Todos los oferentes iríamos a la teflonada por ser más económica pero quizás no es lo que los profesionales médicos necesitan para sus procedimientos.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7, asimismo se informa que dicho ítem fue desglosado en los ítems 104, 105, 106y 107 respectivamente conforme a la descripción del CBI, específicamente en lo que respecta al material del insumo (teflonada o hidrofílica) y la forma de la punta (J o Recta).

24. Consulta:

Donde dice, las muestras deberán presentarse en la oficina de Suministros Médicos de la dirección de Gestión de Bienes y Servicios. Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser perjudicado. Se solicita a la Convocante que en caso de contar con varios ítems de igual denominación pero diferentes medidas, el oferente pueda presentar una muestra junto con una declaración jurada en la que conste que en caso de salir adjudicado, el oferente se compromete a entregar el producto adjudicado en las condiciones ofertadas según planillas d lista de precios, especificaciones técnicas y PBC.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

25. Consulta:

Donde dice, el listado del/los producto/s habilitado/s, para importar, y comercializar, expedida por el MSP y BS o Constancia de la Solicitud de Renovación de dicho documento, en el que deberá/n constar el /los producto/s ofertado/s. Se solicita a la Convocante que el listado de insumos habilitados para importar y comercializar se pueda presentar a la Convocante para la firma del Contrato.

Respuesta: El oferente deberá remitirse a lo establecido en las Bases y Condiciones, considerando que se refiere a un documento necesario para evaluar las ofertas correspondientes.

26. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2	9833	**Adaptador para alimentación enteral:** Adaptador para alimentación enteral	Para conectar a las sondas de alimentación, con tapa. Descartable.

Consultamos si lo solicitado corresponde a la medida de 18 Fr o a la 24 Fr. Definir si lo solicitan recto o angulado.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7.

27. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
20	9823	**Catéter cobra:** Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C1	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C1

Consultamos si se podría ampliar el rango solicitado para el largor de 60 a 100 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

28. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
21	9824	**Catéter cobra:** Catéter Cobra de 5 fr. de 100 cm de largo. Tipo C2	Con cobertura hidrofílica. Con punta tipo C2

Consultamos si se podría ampliar el rango solicitado para el largor de 60 a 100 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

29. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
23	9777	**Catéter de drenaje:** Catéter de drenaje biliar interno-externo de 10 a 11 Fr. y 35 a 50 cm. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Descartable.

Consultamos si se podría ofertar catéteres de drenaje de 10 a 11 de 25 a 50 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

30. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
24	9732	**Catéter de drenaje:** Catéter de drenaje biliar interno-externo de 8 a 9 Fr. y 35 a 50 cm. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Descartable.

Consultamos si se podría ofertar catéteres de drenaje de 8 a 9 de 25 a 50 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

31. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
25	9774	**Catéter de drenaje:** Catéter de drenaje multipropósito de 10 a 11 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.

Consultamos si lo solicitado seria con el dispositivo de sujeción de catéteres Revolution diseñado ahorrar tiempo y evitar la necesidad de utilizar agujas, facilitando la instalación del dispositivo de sujeción de catéteres, asegurando el catéter y dejando visible el sitio de inserción para limpieza y monitoreo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7.

32. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
26	9775	**Catéter de drenaje**: Catéter de drenaje multipropósito de 11,5 a 13 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.

Consultamos si lo solicitado seria con el dispositivo de sujeción de catéteres Revolution diseñado ahorrar tiempo y evitar la necesidad de utilizar agujas, facilitando la instalación del dispositivo de sujeción de catéteres, asegurando el catéter dejando visible el sitio de inserción para limpieza y monitoreo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7

33. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
27	9776	**Catéter de drenaje:** Catéter de drenaje multipropósito de 13,5 a 15 Fr. y 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.

Consultamos si lo solicitado seria con el dispositivo de sujeción de catéteres Revolution diseñado ahorrar tiempo y evitar la necesidad de utilizar agujas, facilitando la instalación del dispositivo de sujeción de catéteres, asegurando el catéter dejando visible el sitio de inserción para limpieza y monitoreo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7.

34. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
28	9696	**Catéter de drenaje:** Catéter de drenaje multipropósito de 8 a 9 Fr. y de 20 a 30 cm aprox. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiópaca.	Incluye trocar rígido. Con mariposa o disco para fijar el catéter. Catéter con cola de chancho. Descartable.

Consultamos si lo solicitado seria con el dispositivo de sujeción de catéteres Revolution diseñado ahorrar tiempo y evitar la necesidad de utilizar agujas, facilitando la instalación del dispositivo de sujeción de catéteres, asegurando el catéter dejando visible el sitio de inserción para limpieza y monitoreo.

Respuesta: El oferente deberá ajustarse a la Adenda N° 7.

35. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
30	9830	**Catéter gastroyeyuna:** Catéter gastroyeyunal de 16 a 17 fr 70 a 90 cm de largo. Silicona.	Incluye sólo el catéter para recambio. Descartable.

Consultamos si se pueden ofertar catéteres de 102 a 17 Fr.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

36. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
41	9859	**Dren colónico autoexpansible:** Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35 mm de diam (diámetro) en los extremos, cuerpo 25 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.

Consultamos, si se pueden ampliar los rangos solicitados, a extremos de 30 a 35 mm de diámetro y largo de 6 a 8 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

37. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
42	9860	**Dren colónico autoexpansible:** Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diam(diámetro) en los extremos, cuerpo 25 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.

Consultamos, si se pueden ampliar los rangos solicitados, a extremos de 30 a 35 mm de diámetro y largo de 8 a 10 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

38. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
43	9861	**Dren colónico autoexpansible:** Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám(diámetro) en los extremos, cuerpo 25 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.

Consultamos, si se pueden ampliar los rangos solicitados, a extremos de 30 a 35 mm de diámetro y largo de 10 a 14 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

39. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
44	9857	**Dren colónico autoexpansible:** Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám (diámetro)en los extremos, cuerpo 25 mm y 4 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.

Consultamos, si se pueden ampliar los rangos solicitados, a extremos de 30 a 35 mm de diámetro y largo de 4 a 6 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

40. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
45	9858	**Dren colónico autoexpansible:** Dren colónico autoexpansible no recubierto de 35mm de diám(diámetro) en los extremos, cuerpo 25 mm y 6 cm de largo	Incluye set introductor. Estéril. Descartable.

Consultamos, si se pueden ampliar los rangos solicitados, a extremos de 30 a 35 mm de diámetro.
Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

41. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
46	9854	**Dren esofágico autoexpansible:** Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám(diámetro) en los extremos, cuerpo 18 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.

Consultamos, si se podría considerar la válvula antirreflujo como una característica opcional, a fin de ampliar la cantidad de oferentes.
Respuesta: Se aclara que, la válvula antireflujo no es opcional.

42. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
47	9855	**Dren esofágico autoexpansible**: Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám(diámetro) en los extremos, cuerpo 18 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.

Consultamos, si se podría considerar la válvula antirreflujo como una característica opcional, a fin de ampliar la cantidad de oferentes.
Respuesta: Se aclara que, la válvula antireflujo no es opcional.

43. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
48	9856	**Dren esofágico autoexpansible:** Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám en los extremos, cuerpo 18 mm y 14 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.

Consultamos, si se podría considerar la válvula antirreflujo como una característica opcional, a fin de ampliar la cantidad de oferentes.
Respuesta: Se aclara que, la válvula antireflujo no es opcional.

44. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
49	9853	**Dren esofágico autoexpansible:** Dren esofágico autoexpansible con válvula antireflujo recubierto de 25 mm de diám(diámetro) en los extremos, cuerpo 18 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.

Consultamos, si se podría considerar la válvula antirreflujo como una característica opcional, a fin de ampliar la cantidad de oferentes.

Respuesta: Se aclara que, la válvula antireflujo no es opcional.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

45. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
50	9850	**Dren esofágico autoexpansible:** Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám(diámetro) en los extremos, cuerpo 18 mm y 10 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.

Consultamos, si se podría considerar la válvula antirreflujo como una característica opcional, a fin de ampliar la cantidad de oferentes.

Respuesta: Se aclara que, la válvula antireflujo no es opcional.

46. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
51	9851	**Dren esofágico autoexpansible:** Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám (diámetro)en los extremos, cuerpo 18 mm y 12 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.

Consultamos, si se puede ampliar el rango del diámetro de 23 a 25 mm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

47. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
53	9849	**Dren esofágico autoexpansible:** Dren esofágico autoexpansible recubierto de 25 mm de diám(diámetro) en los extremos, cuerpo 18 mm y 8 cm de largo	Incluye set introductor. No estéril. Descartable.

Consultamos, si se puede ampliar el rango del diámetro de 23 a 25 mm y del largo del stent de 8 a 10 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

48. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
58	9812	Alambre guía: Guía 0.035" Punta angulada, cobertura hidrofílica para procedimientos de cirugía percutánea biliar.	De 0.035" y de 150 a 200 cm. de long. Descartable.

Consultamos, si se puede ampliar el largor solicitado de 150 a 260 cm.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

49. Consulta:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
69	9813	**Mango para colocación de guías:** Mango para la colocación de guías	Accesorio para permitir el bloqueo de las guías. Descartable.

Consultamos, si lo solicitado corresponde a un dispositivo tipo anillo para colocación de alambres guías.

Respuesta: Se aclara que, se refiere a un dispositivo para bloqueo y colocación de guías.

50. Consulta:

En la Sección III. Suministros Requeridos. Punto N° 2: Plan de entregas (bienes), Cantidad Mínima: 20 % hasta los 08 (ocho) días corridos a partir de la fecha de recepción, por parte del proveedor de la Orden de Entrega.

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Solicitamos mayor plazo para la entrega de productos, 60 días como mínimo.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

51. Consulta:

En la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato, CEC, CGC 15.1. Pago de Anticipo y Garantía: No Aplica

Sugerimos Aplicar un Anticipo de 30 % como mínimo.

Respuesta: el oferente deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios