INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñoondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 86/2014
"ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS"

ADENDA N° 2

Asunción, de agosto de 2014

AL OFERENTE:
Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 86/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS"**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

En la Sección III "Suministros Requeridos"- Especificaciones Técnicas y En la Sección VI "Formularios" - Formulario N° 3 - Lista de Precios, queda redactada como sigue:

Observación:

- Se aclara que la descripción de los productos y las especificaciones técnicas, se detallan de acuerdo a lo que establece el Cuadro Básico General de Insumos Médicos, Químicos y Odontológicos vigente, aprobado por la Resolución del Consejo de Administración, por lo que debemos ceñirnos a cabalidad.
- Para los ítems 5 y 85, se aclara que el Kit debe contener: aguja y disparador
- **Para los ítems 25 y 26, se aclara que la palabra Tipo karaya no es limitativo, no representa una marca en particular. Asimismo se aclara que se solicita antiolor independientemente al sistema utilizado por los distintos fabricantes.**
- Se aclara que las marcas mencionadas en los ítems solicitados son detallados con carácter referencial los mismos no son limitativos, ni serán utilizados como criterio de descalificación:

  VELCRO: CIERRE MAGNETICO
  LUER LOCK: PUNTA ROSCA
  LUERP LEE: PUNTA FINA
  PIGTAIL O MALECO: COLA DE CHANCHO
- Para el ítem 58: Se aclara que la palabra (AMEU IPAS PLUS), es de carácter referencial, no es limitativa ni será utilizada como criterio de descalificación.
- **Se aclara que para los Ítems 81, 82 y 83 lo solicitado es para vendas ortopédicas**
- **Con relación el ítem N° 45: Se aclara que las medidas correspondiente son como sigue: 5 cm x 8cm +-2 cm.**

En la Sección III. Suministros Requeridos – Cantidad de Productos para Muestra, Farmacopea Sugerida, queda como sigue:

CANTIDAD DE PRODUCTOS PARA MUESTRA PROVEERDORES ADJUDICADOS, FARMACOPEA SUGERIDA

ITEM	CÓDIGO	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENT ACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE MUESTRAS	FARMACOPEA RECOMEMDADA
1	2451	42142523-001	**AGUJA HIPODÉRMICAS DESCARTABLES**: AGUJA 27G a 28G X 1/2	Estéril, tribicelada, descartable	UNIDAD	UNIDAD	100	USP 36 NF 31
2	2444	42142502-006	**AGUJA LUMBAR:** AGUJA PARA PUNCIÓN LUMBAR 20G x 3" a 3 1/2".	Estéril desechable. Equivale a 91 mm x 7,62 cm	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
3	6951	42142502-002	**AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA**: AGUJA PARA ASPIRACIÓN DE MÉDULA ÓSEA	De 15 a 16 G de 20 a 70 mm de longitud. Adulto/pediatrica. Estèril Desechable. Presentación. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
4	6945	42294903-001	**AGUJA PARA BIOPSIA PROSTATICA**: AGUJA P/BIOPSIA DE PRÓSTATA	Estéril, descartable, 22 mm, disparo automatico	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
5	5634	42142504-006	**AGUJA PARA BIOPSIA RENAL:** AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL.	Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit..	KITS	UNIDAD	NO APLICA	
6	2449	42142514-001	**AGUJA RAQUIDEA:** AGUJA ESPINAL P/ANESTESIA RAQUÍDEA N° 26G 90 MM. INTRODUCTOR 20G X 38 MM	Color marrón, estéril, descartable.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
7	3893	42312301-001	**ALGODÓN HIDROFILO:** ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 12CM X 6 MT	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	GRAMO	GRAMO	4.800	El criterio de evaluación para determinar el tenor de impurezas, será conforme a lo establecido en la USP 36 NF 31
8	3894	423112301-001	**ALGODÓN HIDROFILO:** ALGODÓN HIDRÓFILO CORTADO 32CM X 6 MT.	Uso Hospitalario C/bajo Tenor de impurezas; Color Blanco.	GRAMO	GRAMO	18.800	El criterio de evaluación para determinar el tenor de impurezas, será conforme a lo establecido en la USP 36 NF 31

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE MUESTRAS	FARMACOPEA RECOMEMDADA
10	3888	42312301-002	**ALGODÓN LAMINADO**: ALGODÓN LAMINADO 10 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	ROLLO	UNIDAD	10	El criterio de evaluación para determinar el tenor de impurezas, será conforme a lo establecido en la USP 36 NF 31
11	3889	42312301-002	**ALGODÓN LAMINADO**: ALGODÓN LAMINADO 15 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	ROLLO	UNIDAD	10	El criterio de evaluación para determinar el tenor de impurezas, será conforme a lo establecido en la USP 36 NF 31
12	3890	42312301-002	**ALGODÓN LAMINADO**: ALGODÓN LAMINADO DE 20 CM	Bajo tenor de impurezas, 1,5 a 2 mt. De longitud, blanco, uso hospitalario, paquete/rollo	ROLLO	UNIDAD	10	El criterio de evaluación para determinar el tenor de impurezas, será conforme a lo establecido en la USP 36 NF 31
13	2457	42182002-001	**ANOSCOPIO**: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA	Plástico Rígido. No Estéril	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
14	5929	42312301-003	**APOSITO CURATIVO QUIRÚRGICO:** APOSITO CURATIVO QUIRÚRGICO 20 X 11 CM (+ - 5)	No estéril, 100% Algodón Absorvente	UNIDAD	UNIDAD	30 unidades	USP 36 NF 31
15	5837	42311506-001	**APOSITO HIDROCOLOIDE:** APOSITO HIDROCOLOIDE HIPOALERGÉNICO 7 X 9 CM (+ 5) (largo y ancho)	Estéril	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
[illegible]	3838	42295406-001	**APOSITO TRANSPARENTE:** APOSITO TRANSPARENTE de 6 cm x 7 cm (+ - 2) HIPOALERGENICO P/FIJACION DE CATETER	Estéril	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
17	6959	42295417-001	**ASAS DE COLLINS:** ASA DE COLLINS Nº 27	Adaptable a Equipo Storz, Serv. Urología	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
18	3843	42281916-002	**BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO:** BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 18 x 9,5 x 38 cm. PARA AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y el ancho +- 5 cm. Caja x 100 uds.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
19	3840	42281916-002	**BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO**: BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO, C/FUELLE. 11 x 3 x 19 cm(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle;el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm. Caja x 100 uds.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
20	3841	42281916-002	**BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO:** BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR. QUÍMICO C/ FUELLE. 14 X 5 X 33 CM.(+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 3 cm y la altura +- 5 cm	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
21	3844	42281916-002	**BOLSA DE PAPEL C/ INDICADOR QUÍMICO**: BOLSA DE PAPEL C/INDICADOR QUÍMICO C/FUELLE. 32 x 12 x 54 cm (+ - 5) P/AUTOCLAVE	Bolsa de papel plano, grado médico de 60 gr/m2 como mínimo,para vapor, con indicador impreso, con fuelle; el ancho + el fuelle puede variar +- 5 cm y la altura +- 10 cm . Presentación: Caja .	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
22	5931	42231504-002	**BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL:** BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC		UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
[illegible]	3863	42281916-003	**BOLSA MIXTA PLEGABLE:** BOLSA MIXTA PLEGABLE C/FUELLE, C/INDICADOR QUÍMICO. 40X58X8 CM. PARA ÓXIDO DE ETILENO	Manta de polipropileno ó papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para óxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
24	3862	42281916-003	**BOLSA MIXTA PLEGABLE:** BOLSAS MIXTAS PLEG. C/ AUTOADHES. S/ FUELLE 30 X 45CM	Papel grado médico, 60 gr/m2 como mínimo y película laminada transparente con testigo químico impreso, para oxido de etileno; ancho + - 2 cm y altura + - 5 cm	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
25	5915	42295453-004	**BOLSA PARA COLOSTOMIA:** BOLSA P/ COLOSTOMÍA C/ ANILLO DE KARAYA DE 51 MM	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
26	3849	42295453-004	**BOLSA PARA COLOSTOMIA:** BOLSAS PARA COLOSTOMÍA C/ANILLO KARAYA 64 MM (+ - 1)	Adhesivo hipoalérgenico, con presilla p/ cinturón, drenable, reutilizable, sistema antiolor.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
27	3918	42131609-001	**BOTA CUBRE CALZADO:** CUBRE CALZADOS QUIRÚRGICO	No Estéril Descartable, confeccionado en tela no tejida tipo SMS, resistente a Fluidos, longitud de 35 a 45 cm, modelo standard..	PAR	UNIDAD	NO APLICA	
28	6917	42271709-005	**CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA:** CÁNULA NASAL ADULTO PARA OXÍGENO	De silicona y/o PVC siliconado, estéril, flexible	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
29	6920	42271709-005	**CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA**: CÁNULA NASAL PEDIÁTRICA PARA OXIGENOTERAPIA 9 FR	Formada por: Bigotera y dos cánulas intranasales de 9 Fr de silicona 100%, un arco de 45 a 48 cm. de largo regulables de PVC siliconado. Las dos cánulas intranasales deben tener un diámetro externo de 3 mm y diámetro interno de 2,30 mm con punta roma o	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
30	5538	42142518-001	**CASSETTE PARA BIOPSIA:** CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA	Con tapa, p/Uso de anatomía patológica.-	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
31	5456	42143105-001	**CEPILLO VAGINAL:** CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.	Para uso en Patología cervical, con protector distal antiperforación.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
32	2557	42311602-001	**CERA PARA HUESO:** CERA P/ HUESO		UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
33	3103	42311702-001	**CLAMP UMBILICAL:** CLAMP UMBILICAL	Estéril,Descartable,PVC, Rígido	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
34	3851	41104112-001	**COLECTOR DE ORINA PARA ANÁLISIS:** BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑAS.	Estéril Descartable	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	

Asesor Contable
Jefatura
Dirección de Compras
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE MUESTRAS	FARMACOPEA RECOMEMDADA
33	3103	42311702-001	**CLAMP UMBILICAL:** CLAMP UMBILICAL	Estéril,Descartable,PVC, Rígido	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
34	3851	41104112-001	**COLECTOR DE ORINA PARA ANÁLISIS:** BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑAS.	Estéril Descartable	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
35	3850	41104112-001	**COLECTOR DE ORINA PARA ANÁLISIS**:BOLSA EXTERNA P/ RECOLECCIÓN DE ORINA NIÑOS.	Estéril Descartable	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
36	9880	42242302-052	**COLLAR ORTOPÉDICO:** COLLAR ORTOPÉDICO TIPO FILADELFIA - TAMAÑO GRANDE	Material Plastazote y velcro, regulable	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
37	4681	41123403-005	**CONECCIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL:** CONECTOR DE 2 VIAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL	Material PVC siliconado, transparente, con una linea intravenosa primaria, conexiones Luer Lock, con clamp de seguridad en cada linea de conexión, estéril, descartable.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
38	3858	42281806-001	**CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA:** CONTROL EN TIRAS PARA ESTUFA	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867; tiras indicadoras de proceso con testigo impreso de uso interno,para calor seco.-	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
39	6876	41102916-002	**CUCHILLA PARA MICRÓTOMO:** CUCHILLA PARA MICRÓTOMO DESCARTABLE	Acero Inoxidable. 35 ° Y 80 Mm De Longitud.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
40	3931	41123403-001	**EQUIPO MICROGOTERO:** EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV.	Calibrado a 60 gotas/ml, espiga con protector, con cámara de goteo transparente para la visualización de la infusión y filtro de aire, regulador de goteo rotatorio, con puerto de inyección lateral libre de látex , conexión proxima al paciente con rosca y	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
41	3932	41123403-008	**EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN FOTOSENSIBLE**: EQ.P/ADMINISTRACIÓN DE SOLUC.C/FOTOSENSIBLE. C/MICROGOTERO	C/ Aguja Incluída	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
42	3925	42222001-004	**EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO PARA SOLUCIONES:** EQUIPO VOLUMÉTRICO 140 A 150 ML	Equipo volumétrico 140 a 150 ml, espiga con protector, con cámara de goteo con válvula antirreflujo y filtro de aire, con cierres rotatorios para regular el goteo con dos puertos de inyección (el primero en la cámara y el segundo situado en la línea pró	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
43	10645	42222001-004	**EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO:** EQUIPO VOLUMÉTRICO 140 A 150 ML(SISTEMA CERRADO)	Equipo volumétrico 140 a 150 ml, espiga con protector, con cámara de goteo con válvula antirreflujo y filtro de aire, con dos cierres rotatorios para regular el goteo con dos puertos de inyección (el primero en la cámara y el segundo situado en la línea	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
44	5886	42082001-003	**ESPÉCULO DESCARTABLE GRANDE:** ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE	Estéril	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
45	3004	42294945-001	**ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA:** ESPONJA HEMOSTÁTICA QUIRÚRGICA	Esponja Hemostática Quirúrgica De Colágeno Natural De Origen Bovino	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
46	4225	40101903-003	**FILTRO ANTIBACTERIANO:** FILTRO BACTERIANO C/ HUMIDIFICADOR	Estéril, Descartable,Con Adaptador Corrugado	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
47	10241	42222008-003	**FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL:** FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL	Membrana hidrofílica filtrante de PES (Polietersulfona) con prolongador y conexión macho y hembra, adaptable a las bolsas de nutrición.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
48	5787	42311511-001	**GASA HIDRÓFILA:** GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 10 X 10 CM (+ - 1)	Blanca, de Algodón Absorvente. Material NO DESHILACHABLE, Paquetes de 10 A 20 Unidades, que dobladas en cuatro deben medir 10 x 10 cm (+ - 1)	UNIDAD	UNIDAD	100	
49	5788	42311511-001	**GASA HIDRÓFILA:**GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)	Abiertas:15 x 15 cm y dobladas en cuatro deben medir 7,5 x 7,5 cm, algodón 100% absorvente, material no deshilachable,blanca, paquetes de 10/20 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	100	
50	3917	42151626-018	**GORRO DESECHABLES:** GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES	Desechables resistente a fluídos, tamaño estándar con goma	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
51	3549	42132205-001	**GUANTE QUIRÚRGICO:** GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL Nº 8 1/2	Látex Quirúrgico. Largo	PAR	UNIDAD	150*	USP 36 NF 31**
52	3355	42295123-001	**HEMOSUCTOR:** HEMOSUCTOR QUIRÚRGICO 16 a 18 FR. ADULTOS	Estéril de PVC con tubuladura, 16 a 18 Fr.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
53	2480	41122407-002	**HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE**: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
54	2482	41122407-002	**HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE**: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 24	Estéril. Acero Inoxidable Sanitario	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
55	3860	42281807-008	**INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE POR VAPOR:** INTEGRADOR PARA CONTROL DE PROCESO DE AUTOCLAVE	Control Clase 5/ clase D, según Norma ISO 111 40-1; Norma EN 867	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
56	2733-2	42142609-001	**JERINGA DESECHABLE CON AGUJA:** JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X11/2. Embolo de goma y punta a presión.	UNIDAD	UNIDAD	50	USP 36 NF 31
57	2733-1	42142609-001	**JERINGA DESECHABLE CON AGUJA:** JERINGA DESECHABLE 20 CC C/AGUJA 21 G X 1 1/2	Estéril C/aguja 21X1.1/2.Embolo De Goma y Punta Enroscable	UNIDAD	UNIDAD	50	USP 36 NF 31
58	10149	42143106-001	**KIT EQUIPO PARA EXAMEN GINECOLOGICO:** EQUIPO DE ASPIRACIÓN MANUAL ENDO UTERINA CON SISTEMA INTELIGENTE DE ADAPTACIÓN (AMEU IPAS PLUS)	**Componentes**: Aspirador cilindrico de 60 ml, con aro de seguridad; Válvulas(sencillas y dobles); Embolo con mango ergonómico y anillos de seguridad; Sistema de cánulas rigidas multiuso: cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm. Capacidad: contención 60 cc	KIT	UNIDAD	NO APLICA	

Ing. Daniel Jose Oliveira Prono
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Koch Sanchez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM	CÓDIGO	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE MUESTRAS	FARMACOPEA RECOMEMDADA
59	3737	42221612-001	**LLAVE DE 3 VÍAS:** LLAVE DE 3 VÍAS DESECHABLE	Plástico Rígido Estéril A Rosca Luerp.Lee	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
60	2772	42141607-002	**ORINAL PLASTICO MASCULINO:** ORINAL DE PLÁSTICO	Orinal De Pvc Rígido Masculino Adulto	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
61	9481	46151504-001	**PROTECTOR DE GENITALES:** PRESERVATIVO	De Látex de caucho natural, resistente a roturas, Lubricado con Cloruro de Benzalconio o silicona, con Depósito,Adaptable, Flexible, para uso masculino	UNIDAD	UNIDAD	1200	Normas establecidas En la ISO 4074
62	9466	42132105-001	**SABANA DE ENFERMERÍA:** SABANA PARA CAMA PARTE DE ABAJO 1,90 a 1,95 mts. X 1,52 a 1,57 mts.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
63	9467	42132105-001	**SABANA DE ENFERMERÍA:** SABANA PARA CAMA, PARTE DE ARRIBA 1,90 a 1,95 X 0,90 a 0,95 mts.	Descartable; 100 % de celulosa virgen de alta calidad, libre de productos químicos agresivos	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
64	9336	42142709-002	**SETS DE CISTOSTOMIA:** SET PARA CISTOSTOMÍA N° 12	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	KIT	UNIDAD	NO APLICA	
65	9337	42142709-002	**SETS DE CISTOSTOMIA:** SET PARA CISTOSTOMÍA N° 14	Descartable Con Catéter recto, con balón o cola de chancho (pigtail) o malecot, estéril. Presentación: kit.	KIT	UNIDAD	NO APLICA	
66	3847	41104112-004	**SISTEMA COLECTOR DE ORINA:** BOLSA COLECTORA ORINA. ADULTOS. 1500 - 2000 CC	Para adultos, con desagote y válvula antirreflujo de 1500 a 2000 cc. Con asa de sostén.-	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
67	3846	41104112-004	**SISTEMA COLECTOR DE ORINA:** COLECTOR DE ORINA C/ PRESERVATIVO	De Látex,	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
68	6110	41104112-004	**SISTEMA DE COLECTOR DE ORINA:** BOLSA EST.P/ RECL. DE ORINA ADLT. C/ URINÓMETRO		UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
69	5424	53131615-002	**TOALLA HIGIENICA S/ ALAS:** APOSITO POS-PARTO (medida mínima 30 x10 cm largo y ancho)	Toalla higiénica hospitalaria.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
70	3005	42182018-003	**TRAMPA DE MUCUS**: TRAMPA PARA MUCUS		UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
71	3666	42149999-9990	**TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA EQUIPO BIOMEDICO:** TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA	Conector Tipo DT 4812, estéril, reutilizable, adaptable a Equipos en stock en el H.C. IPS	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
72	7318	42291620-004	**TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL:** TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 12 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea radiopaca más trocar.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
73	3035	42291620-004	**TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL:** TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL 8 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de múltiples orificios no enfrentados, con línea radiopaca más trocar.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
74	7317	42291620-004	**TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL:** TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 10 FR	Tubo de Drenaje en PVC estéril, punta roma. Atraumática, de multiples orificios no enfrentados, con linea radiopaca más trocar.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
75	11025	42291620-004	**TROCAR PARA PUNCIÓIN PLEURAL:** TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 6 FR.	Tubo de Drenaje en PVC estéril, más trocar.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
76	4680	42295428-001	**TUBO DE IRRIGACIÓN:** EQUIPO DE 2 VÍAS CON CONECTOR EXTERNO P/ IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA	Con interruptores de plástico, estéril, descartable.	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
77	7202	42261610-001	**TUBO EN T CON CONECCIÓN CORRUGADA:** TUBO " T "	Con nebulizador y tubuladura de conección para Oxígeno, PVC, Estéril o altamente desinfectada, con ó sin máscara. Presentación: kit.	KIT	UNIDAD	NO APLICA	
78	3531	42142710-003	**TUBO PARA DRENAJE PENROSE:** DREN DE PENROSE 1	Desechable Estéril. De Látex	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
79	3534	42142710-003	**TUBO PARA DRENAJE PENROSE:** DREN DE PENROSE 1/4	Desechable Estéril. De Látex	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	
80	7011	42311505-001	**VENDA ENYESADA:** VENDA ENYESADA DE 10 CM X 3 MT.LARGO MÌNIMO	De rápido secado,3 a 5 minutos de fraguado, resistente, 3 mt. De largo mínimo, presentación: rollos	ROLLO	UNIDAD	15	USP 36 NF 31
81	3904	42311505-002	**VENDA SEMI ELASTICA:** VENDA SEMIELASTIZADA 10 CMX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÌNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	ROLLO	UNIDAD	15	USP 36 NF 31
82	3905	42311505-002	**VENDA SEMI ELASTICA**: VENDA SEMIELASTIZADA 15 cmX 1,50 A 1,80 MTS. DE LARGO MÌNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	ROLLO	UNIDAD	15	USP 36 NF 31
83	4760	42311505-002	**VENDA SEMI ELÁSTICA:** VENDA SEMIELASTIZADA 20 CMS X 1,50 A 1,80 MTS.DE LARGO MÌNIMO EN REPOSO.	De media compresión, presentación: en rollos. No adherente.	ROLLO	UNIDAD	15	USP 36 NF 31
84	5789	11101506-9999	**YESO ACRÍLICO:** YESO ACRÍLICO DE 10 CM		UNIDAD	UNIDAD	6	
85	5634	42142504-006	**AGUJA PARA BIOPSIA RENAL:** AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA RENAL.	Esterilizada con óxido de etileno, descartable. Longitud de 15 - 25 cm , calibre: 50% 16 G y 50% 18 G. Profundidad de penetración de 20 - 24 mm. Automática con dos botones de disparo. Presentación: kit..	KITS	UNIDAD	NO APLICA	

		*Para entrega de:	tamaño de la muestra
		Hasta 150000 unidades	300 unidades
		De 150000 a 500000	400 unidades
		mas de 500000 unidades	600 unidades

Abog. Daniel José Dioverti Pignc
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefe
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INDICADORES

ENSAYOS	ALGODÓN HIDRÓFILO	CINTA ADHESIVA	GASAS
Transferencia	*	*	*
Certificado Analítico	*	*	*
Protocolo Analítico	(*)	(*)	(*)
Verificación de Etiquetado	*	*	*
Aspecto	*	*	*
Ancho	*	*	*
Identificación	*	*	*
Peso Promedio	*	*	*
Adhesividad	NA	(**)	NA
Imperm. al agua	*	*	*
Fluorescencia	*	NA	*
Acidez o Alcalinidad	*	*	*
Sustanc Tensioactivas	*	NA	*
Tiempo de Inmersión	*	NA	*
Sustanc solubles	*	*	*
Capac de retención de agua	*	NA	*
Verificac de acondic.	*	*	*
pH	*	NA	*

Referencias: (*) Protoc. Analític solo en la primera entrega (**) Análisis Tercerizado (NA) No aplica

En la Sección VII "Anexos", Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III "Suministros Requeridos" punto G), se elimina dicho punto del P.B.C., el cual se detalla a continuación:

G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.		
6. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas dentro de los últimos 10 (diez) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).		

Quedando redactado dicho apartado del P.B.C. consecuentemente como sigue:

G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
1. Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al Formulario N° 10.
2. Declaración jurada donde el oferente declara poseer capacidad de suministro en tiempo y forma
3. Certificado de esterilidad de origen debidamente autenticada para los productos que así lo requieran.
4. Certificados de control de calidad de Origen de cada uno de los ítems entregados como muestras para su estudio por el proceso licitatorio.
5. Autorización del fabricante: Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. a. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante b. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. Para b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser

Abog. [illegible]
Jefatura
Sección de Ofertas
Instituto de Previsión Social

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Para b), la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección VI. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.- Para c), el IPS se reserva el derecho de solicitar la autorización del fabricante al representante local.
6. En lo que respecta al ítem N° 43 se deberá presentar por lo menos un estudio científico que avale que disminuye el riesgo de las infecciones.

Atentamente.-

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios