INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

Licitación Pública Nacional SBE Nº 72/12
"ADQUISICION DE INTRUMENTALES E INSUMOS VARIOS PARA ODONTOLOGIA"

ADENDA Nº 3

Asunción, 11 de setiembre de 2012.

AL OFERENTE:

Con relación a la **Licitación Pública Nacional SBE Nº 72/12 "ADQUISICION DE INTRUMENTALES E INSUMOS VARIOS PARA ODONTOLOGIA",** se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

Tope de Consultas:

Fecha: 13/09/2012.- hasta las 10:00 hs.

Sección III. Suministros Requeridos. Especificaciones técnicas

DONDE DICE

3	**9682**	**42152211-006**	**CONTRA ÁNGULO ODONTOLOGICO:** CONTRA ÁNGULO	Con refrigeración de agua. Acoplamiento rápido sistema intra. Regulable de 18.000 a 40.000 rpm. Para fresa de contra ángulo y adaptador para fresas de alta rotación	Unidad	Unidad
40	**3112**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE**	Medidas: 16 a 21 mm X 27 a 30 G.Uso Odontológico.	Unidad	Unidad
41	**3111**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA**	Medidas: 11 mm como mínimo, 30 G. Uso Odontológico.	Unidad	Unidad
15	**9661**	**42151635-001**	**EYECTOR DE SALIVA: EYECTOR DE SALIVA**	Uso odontológico, descartable, en paquetes de 100 unidades como mínimo.Presentación: paquetes.	Unidad	Paquetes

DEBE DECIR

3	**9682**	**42152211-006**	**CONTRA ÁNGULO ODONTOLOGICO: CONTRA ÁNGULO**	CONTRA ÁNGULO Con refrigeración de agua. Acoplamiento rápido sistema intra. Regulable de 18.000a 20000 rpm como minimo. Para fresa de contra ángulo y adaptador para fresas de alta rotación	Unidad	Unidad
40	**3112**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE**	Medidas: 30 a 40. mm .27G.Uso Odontológico.	Unidad	Unidad
41	**3111**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA**	Medidas: 11 a 13. mm .30G.Uso Odontológico.	Unidad	Unidad
15	**9661**	**42151635-001**	**EYECTOR DE SALIVA: EYECTOR DE SALIVA**	Uso odontológico, alambre recubierto sin memoria de forma para mantener la posición al ser doblado, descartable, en paquetes de 100 unidades como mínimo. Presentación: paquetes.	Unidad	Paquetes

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Viva Paraguay

Sección VI. Formularios. Planilla de Precios.

DONDE DICE

3	**9682**	**42152211-006**	**CONTRA ÁNGULO ODONTOLOGICO: CONTRA ÁNGULO**	Con refrigeración de agua. Acoplamiento rápido sistema intra. Regulable de 18.000 a 40.000 rpm. Para fresa de contra ángulo y adaptador para fresas de alta rotación
40	**3112**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE**	Medidas: 16 a 21 mm X 27 a 30 G.Uso Odontológico.
41	**3111**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA**	Medidas: 11 mm como mínimo, 30 G. Uso Odontológico.
15	**9661**	**42151635-001**	**EYECTOR DE SALIVA: EYECTOR DE SALIVA**	Uso odontológico, descartable, en paquetes de 100 unidades como mínimo.Presentación: paquetes.

DEBE DECIR

3	**9682**	**42152211-006**	**CONTRA ÁNGULO ODONTOLOGICO: CONTRA ÁNGULO**	CONTRA ÁNGULO Con refrigeración de agua. Acoplamiento rápido sistema intra. Regulable de 18.000a 20000 rpm como minimo. Para fresa de contra ángulo y adaptador para fresas de alta rotación
40	**3112**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE LARGA DESCARTABLE**	Medidas: 30 a 40. Mm. 27G.Uso Odontológico.
41	**3111**	**42152508-002**	**AGUJA P/ JERINGA CARPULE : AGUJA CARPULE CORTA DESCARTABLE - PEDIÁTRICA**	Medidas: 11 a 13. mm .30G.Uso Odontológico.
15	**9661**	**42151635-001**	**EYECTOR DE SALIVA: EYECTOR DE SALIVA**	Uso odontológico, alambre recubierto sin memoria de forma para mantener la posición al ser doblado, descartable, en paquetes de 100 unidades como mínimo. Presentación: paquetes.

- **En la sección VII. Anexos. Cualquier otro documento adicional requerido.**
    - Presentación de Certificado ISO 7153-1 con garantía mínima de 3 años para los Ítems 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 30, 31, 32.
- **Sección III. Suministros Requeridos. Inspecciones y Pruebas; Se agrega el siguiente párrafo.**

OBS: PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD. Se aclara que estos instrumentales deberán ser sometidos a las sigtes pruebas:

PRUEBAS DE ESTERILIZACIÓN

Estas pruebas serán llevadas a cabo, de la siguiente manera:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

1. Se recibirán en la Unidad de Control de Productos Médicos, de modo a identificar los instrumentales, y tener evidencias, de las condiciones en que se encuentran antes de los procesos.

2. Traslado al CENTRO ODONTOLOGICO., donde se realizarán:

2.1. Lavado con agua a alta presiòn ,luego con detergente enzimático, seguido con un lavado con agua limpia.

2.2. Esterilización a calor seco de 180°C, con una frecuencia de 3 veces al día, durante 5 días.

3. Traslado al completar los 5 días, a la Unidad de Control de Productos Médicos.

4. Los instrumentales sometidos a estas pruebas, no deben alterarse en su coloración, aspecto físico-químico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico, según informe de la Unidad de Control de Productos Médicos.

5. Las características técnicas de los materiales, deberán ser las siguientes: Acero inoxidable quirúrgico o titanio, según se requiera, tolerante a agentes corrosivos, resistentes a temperaturas de más de 180°C, sin cambios de aspecto y color.

6. El IPS no se hace responsable, en el caso de que dichas muestras se alteren o destruyan durante el proceso.

La presentación del producto deberá ser según Norma ISO 7153-1; los oferentes están obligados en la presentación del documento que certifique el cumplimiento de la mencionada norma , además se solicitara al ONA (Organismo Nacional de Acreditación) un documento que avale esta afirmación .

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios