Asunción, 02 de febrero de 2023

Señor
Abg. Pablo Seitz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referente: LPN N° 23/23 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MICROBIOLOGÍA PARA EL CENTRO MÉDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ-M" –AD REFERENDUM- ID. N° 421.665

Por medio de la presente, me dirijo a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos:

Dice la DNCP	*Descargo*
Tema: Carga de datos de llamados Sección: Especificaciones Técnicas Situación: Especificaciones Técnicas insuficientes Descripción: En relación a la Especificaciones Técnicas detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones/Carta de Invitación, creemos conveniente que las mismas sean ampliadas a los efectos que se definan e individualicen todos los aspectos necesarios para una correcta cotización de los bienes/servicios requeridos, de acuerdo con los Principios de Igualdad y Transparencia. Comentario: *PBC/ especificaciones técnicas: no puede identificarse plenamente las especificaciones técnicas, se solicita detallar las mismas dentro del margen establecido en el pliego electrónico. *Lote 1, ítem 1: como especificación técnica establecen "…Del total de determinaciones (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13) del lote 1, el 75% deberán ser por método de extracción automático y el 25% por kits de extracción manual…" el precio referencial establecido a que método corresponde? *Establecer en forma clara y objetiva a que ítems afectan lo requerido pues en PBC establecen (ítems 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 y 13) en nota de descargo de fecha 25/01/2023 (ítem 1,2,3,4,5,6,7 y 8) y que la extracción "puede "ser automatizado o manual, ante la inconsistencia no se debe establecer en un solo ítem como alternativos métodos con características técnicas diferentes y en porcentajes diferentes. ¿el precio referencial establecido a que método corresponde?	Respuesta: El precio referencial corresponde a ambas metodologías de extracción, el estudio de mercado fue realizado considerando ambos requerimientos de insumos, tanto automático y manual. Respuesta: Se realiza modificación en las especificaciones técnicas donde se corrige el número de ítems al cual afecta lo requerido. PBC Modificado a: "…Del total de determinaciones solicitadas en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Lote 1, el 75% deberán ser por método de extracción automático y el 25% por kits de extracción manual…" Se aclara que lo mencionado como ítem 13, fue eliminado dentro de las especificaciones técnica. Respuesta: La extracción corresponde a un paso previo al análisis por P.C.R. independientemente de la metodología de extracción, que según el caso es más beneficioso uno u otra metodología. La metodología automática permite la extracción de un número fijo de muestras y en el caso de que no completar esa cantidad establecida se estaría perdiendo la diferencia, por lo que se solicita la extracción manual para ser utilizados en casos de urgencia en la que se deba procesar inmediatamente muestra de paciente de forma individual, ya que esta muestra no puede estar en la espera de completar la cantidad requerida por el método automático.

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. –

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Abg. Alberto Jara Irala, Jefe
Departamento de Licitaciones