ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	416923				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	LPN Nº 69/2022 - "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOSTASIAY TROMBOSIS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO"				
ENTIDAD CONVOCANTE	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)				
FECHA DE APERTURA	11-Octubre-2022	HORA APERTURA	09:15	HORA FIN	09:26
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	Depto. de Licitaciones MSPYBS				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Nathalia Duarte Aquino				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Rocio Sanchez				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	80000084-6	G T SCIENTIFIC S.A.	licitaciones@gtscientific.com.py
2	80021897-3	INFOTEC SA	informaciones@infotec.com.py

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Depto. de Licitaciones
UOC Nro 1 Nivel Central
MSPyBS

Nathalia K. Duarte A.
Dpto. Licitaciones
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

ALBERTO RIQUELME
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTEC SA

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
G T SCIENTIFIC S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 40.023.011.200 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 1.500.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 30/09/2022 a 27/05/2023, 239 días
INFOTEC SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 37.938.632.800 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora **Monto total asegurado Gs.:** 1.400.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 30/09/2022 a 7/05/2023, 219 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
G T SCIENTIFIC S.A.	16	1715954	NO
INFOTEC SA	23	1715903	NO

a) Que solo fueron verificados cuantitativamente los documentos solicitados en el **Pliego de Bases y Condiciones. -**

b) La verificación cualitativa de los documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será realizada por los Miembros del Comité de Evaluación, con posterioridad al Acto de apertura de sobres. -

c) Deja observaciones la empresa: **INFOTEC S.A.**

d) Las comunicaciones, notificaciones, aclaraciones y consultas que la convocante realice durante la evaluación de ofertas, como consecuencia de los actos administrativos que resuelvan la contratación, así como las que se requieran para la suscripción de los contratos, serán remitidos a los correos electrónicos declarados en su oferta en este acto, acorde a la Resolución DNCP N° 2490/19.-

Cotización del Dólar 11/10/ 2022- 09:00 hs.-

Dólar Compra: 7.116,00

Dólar Venta: 7.120,00

https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante

Se encuentra presente para este Acto, el **Sr. Alberto Daniel Riquelme,** representante de la firma **INFOTEC S.A.**

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

Lic. Rocio González Araujo
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Nathalia L. Duarte A.
Dpto. Licitaciones
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

ALBERTO RIQUELME
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTEC SA

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:26 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
-MSP y BS

Nathalia K. Duarte A.
Dpto. Licitaciones
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

ALBERTO RIQUELME
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTEC S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 69/22" ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOSTASIA Y TROMBOSIS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO – MSPYBS" - PLURIANUAL - ID. N° 416.923

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	INFOTEC S.A.
Nombre del Representante Legal	Alberto Riquelme

Observaciones: Solicito al Comite de Evaluación de ofertas, verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas para el lote 1 de la oferta presentada por la firma GT SCIENTIFIC S.A., ya que no cumple en los siguientes puntos:

- En el Item Dimero D: Metodo inmunoturbidimetrico, con un valor predictivo negativo del 100%, certificado FDA para la exclusión de trombosis venosa y embolia pulmonar, con dilución automatica para una linealidad mayor a 50.000 ng/ml
- Para los items del 14 a 19 del Lote 1. La estabilidad como minimo 30 dias. Para el Item 20 del Lote 1 – Metodologias con diferentes vias de activación 1- DRVVT (Tiempo de veneno de viborá de Russell diluido) para Screening y confirmación 2- TTPA sensible al anticoagulante lúpico, para Screening y para confirmación.
- Verificar el Equipo ofrecido por la firma GT SCIENTIFIC para el lote 1, ya que no cumple en los siguientes item:
- Ambos equipos deben mostrar las graficas de Reacción de cada prueba.

Asunción, 11 de octubre de 2022

ALBERTO RIQUELME
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTEC S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 69/22" ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA HEMOSTASIA Y TROMBOSIS PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO – MSPYBS" - PLURIANUAL - ID. N° 416.923

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	INFOTEC S.A.
Nombre del Representante Legal	Alberto Riquelme.

Observaciones: El equipo ofrecido por GT SCIENTIFIC SA para el Lote 1, no cumple con las especificaciones técnicas de: Deben permitir la carga continua de muestra, reactivos y consumibles además de muestra urgentes. No cumple Paralelismo de factor, capacidad de priorizar las muestras urgentes.
Para el Lote 2, Item 5, la marca ofertada por la Empresa GT SCIENTIFIC SA, no cumple con las especificaciones técnicas del reactivo homocisteina, solicitado en el pliego de bases y condiciones. La marca Siemens Healthineers no cumple con las especificaciones técnicas del reactivo homocisteina.

ALBERTO RIQUELME
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTEC SA

Asunción, 11 de octubre de 2022

2/2.