PAC N°:373.441

ADENDA N° 04

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2020 "ADQUISICION DE FILTROS ANITBACTERIANO PARA ESPIROMETROS - MSPBS - ID N° 373.441**, SE REALIZAN MODIFICACIONES EN EL SICP EN CUANTO A LOS PLAZOS DEL LLAMADO y EL PBC.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	FILTROS PARA EQUIPO BIOMEDICO: FILTRO ANTIBACTERIANO.	FILTRO ANTIBACTERIANO ADAPTABLE AL EQUIPO ESPIROMETRO DE MARCA CAREFUSION	UNIDAD	UNIDAD	10.440	20.880

Los mismos deberán poseer las siguientes Especificaciones Técnicas

- Filtro pulmonar con validación de filtro y rendimiento del equipo, para evitar infecciones adquiridas en hospitales a través de patógenos del aire exhalado por el paciente. Con boquilla ovalada integrada para ayudar al paciente a colocar labios y dientes en una posición correcta que evite la fuga del aire por los labios.

Debe de contar con
Resistencia inspiratoria de **< 0,04 kPa/L/s a 1 L/s**
< 0,4 cm H2O/L/s a 1 L/s

Resistencia espiratoria de **< 0,04 kPa/L/s a 1 L/s**
< 0,4 cm H2O/L/s a 1 L/s

Deberá contar con eficacia del filtrado
% BFE >= 99,999 (Nelson Test Laba 30 L/min)
% VFE >= 99,9924 (Nelson Test Lab a 30 L/min)
% BFE y % VFE > 96 % (Health Protection Agency Test Lab a 750 L/min)
Deberá de tener un espacio muerto del filtro de 55ml
Certificación ISO 9001 y EN 46001

Adaptable a Equipo Espirómetro Marca: Vyaire (Ex Carefusion) Modelo: MicroGard

Observación: Se verificará la adaptabilidad del producto ofertado al equipo en existencia en el MSPyBS.

Los demás puntos permaneceran tal como lo indica en el PBC.

Asunción, 06 de abril de 2020.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.