INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 33/2014
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EL RESONADOR MAGNÉTICO MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL I.P.S."

ADENDA N° 2

Asunción, 13 de mayo de 2014.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 33/2014 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EL RESONADOR MAGNÉTICO MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL I.P.S."**, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

Sección I. Datos de la Licitación.
DONDE DICE:

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **EL TOTAL** **Contrato Abierto: Para los Ítems 2 al 53** ***Se realizara por la modalidad de Contrato Abierto por Monto mínimo y máximo.*** Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato

DEBE DECIR:

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: **EL TOTAL** **Contrato Abierto: Para los Ítems 2 al 55** ***Se realizara por la modalidad de Contrato Abierto por Monto mínimo y máximo.*** Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato

1.- En la Sección III. Suministros Requeridos. Lista de Bienes y Servicios queda de la siguiente manera:

1. **Lista de Bienes y Servicios.**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEM 1)

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo del Resonador Magnético Marca SIEMENS Modelo MAGNETON ESSENZA Perteneciente al Hospital Central del IPS.	4	UNIDAD	EVENTOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Cantidad de Equipos: ITEM 1- Un (01) Equipo.-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Contrato Abierto por Monto Mínimo y Monto Máximo (ITEM 2 al 55)

MONTO MINIMO	**973.964.500**
MONTO MAXIMO	**1.947.929.000**

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PARTES	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa electrónica de transmisión	7391886	1	EVENTO	UNIDAD
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de cuello	10131485	1	EVENTO	UNIDAD
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de rodilla	10351919	1	EVENTO	UNIDAD
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de abdomen	10131487	1	EVENTO	UNIDAD
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de Cabeza	10131483	1	EVENTO	UNIDAD
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de baterías	10164392	1	EVENTO	UNIDAD
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Grabador CD/DVD modelo PX-820A	10498014	1	EVENTO	UNIDAD
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador para SUN	10046349	1	EVENTO	UNIDAD
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador para ACS	10352741	1	EVENTO	UNIDAD
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Absorbedor del compresor F70 SUMITOMO	7461127	1	EVENTO	UNIDAD
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Dispositivo de seguridad para paciente	04757246	1	EVENTO	UNIDAD
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Audífono para paciente	10018373	1	EVENTO	UNIDAD
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit fusible F70	10125642	1	EVENTO	UNIDAD
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mouse	8676640	1	EVENTO	UNIDAD
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arandela metálica	3108094	1	EVENTO	UNIDAD
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de led para paciente	10168144	1	EVENTO	UNIDAD
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa metálica del sistema refill	8396520	1	EVENTO	UNIDAD
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Control PCB in ICS	10352739	1	EVENTO	UNIDAD
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación AC-DC VEGA 450	0393903	1	EVENTO	UNIDAD
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Can Open Bridge	10096504	1	EVENTO	UNIDAD
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RFPA E6 DORA	04753062	1	EVENTO	UNIDAD
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor AC-DC VEGA 650	03096260	1	EVENTO	UNIDAD
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D116-Tarjeta Power-UP	08364544	1	EVENTO	UNIDAD
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa RFIS_60_platina	10018714	1	EVENTO	UNIDAD
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa RCCS_60_D2	10018716	1	EVENTO	UNIDAD

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PARTES	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Body Coil Channel Selector	04753229	1	EVENTO	UNIDAD
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Selector canal de Bobina Body	10352749	1	EVENTO	UNIDAD
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de respiración	07386910	1	EVENTO	UNIDAD
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Fixed Spine Array	10164600	1	EVENTO	UNIDAD
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tracción vert Platina (C4110 VERT)	10168379	1	EVENTO	UNIDAD
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Función alimentación PCB (C4180 SUPF)	10168377	1	EVENTO	UNIDAD
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Horizontal controller (4140 CONT-H)	10168380	1	EVENTO	UNIDAD
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego ventilador CPU 12V-	08691219	1	EVENTO	UNIDAD
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CCD_Vario Camera	10164368	1	EVENTO	UNIDAD
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fibre Optical Cable (40mm)	10164369	1	EVENTO	UNIDAD
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de Circuito Secundario	10352731	1	EVENTO	UNIDAD
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión	10352736	1	EVENTO	UNIDAD
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor de flujo en circuito GC	10352734	1	EVENTO	UNIDAD
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Host AxxESS60 R640 Basic Processor	10144293	1	EVENTO	UNIDAD
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado KB900 USB Syngo ES	10661067	1	EVENTO	UNIDAD
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de supervisión AxxESS60 Magnet	10164397	1	EVENTO	UNIDAD
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de pulso periférico	07389567	1	EVENTO	UNIDAD
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja Eléctrica con movimiento vertical	10168123	1	EVENTO	UNIDAD
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación para Rfis	10165057	1	EVENTO	UNIDAD
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro gradiente A60	10163984	1	EVENTO	UNIDAD
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador 1,5	8626314	1	EVENTO	UNIDAD
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego mordaza sujec. Amortiguador	8623147	1	EVENTO	UNIDAD
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de AxxESS 60 mars	10141449	1	EVENTO	UNIDAD
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Distribuidor de agua refrigerada	10046315	1	EVENTO	UNIDAD
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Almohadilla de respiración completa	7389500	1	EVENTO	UNIDAD
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Baterías para UPS	NP712	1	EVENTO	UNIDAD
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cadena plástica protectora	10394679	1	EVENTO	UNIDAD
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte 0,5X10X47,5	10168069	1	EVENTO	UNIDAD
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos del Resonador Magnético de la Marca SIEMENS Modelo MAGNETON ESSENZA Perteneciente al Hospital Central del IPS	51102006	1	EVENTO	HORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

En la Sección III. Suministros Requeridos, punto 4). Obligaciones de la Contratista.
DONDE DICE:

Para el Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos:

La CONTRATISTA se compromete a atender todos los pedidos de mantenimiento correctivo que sean solicitadas única y exclusivamente por las personas autorizadas por el Administrador del Contrato. Dichos requerimientos deberán ser realizados al Centro de Requerimientos de LA CONTRATISTA, teléfono N° _____ de Lunes a Viernes de 08:00 hs a 17:00 hs y Sábados de 08:00 hs a 17:00hs, no incluyendo feriados, o al teléfono o dirección que comunique LA CONTRATISTA por medio escrito.
Cada requerimiento de mantenimiento correctivo será identificado con un NUMERO ID, proporcionado por la Sección Electromedicina correspondiente, este número es la constancia que el reclamo ha sido efectuado y recepcionado.
Para los reclamos realizados referentes a equipos instalados en el Hospital Central y Clínicas Periféricas, Hospitales y Dependencias del Área Metropolitana, la empresa posee dos (02) horas
Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, la Contratista posee 48hs para entregar el equipo en funcionamiento. En caso de necesitar prorroga, se deberá solicitar por medio de una nota.

Para el Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos

A partir de la recepción por parte de la contratista de la orden de entrega de Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de Repuestos, la misma dispone de un plazo de 15 (quince) días calendarios para la entrega de los equipos en funcionamiento.

DEBE DECIR:

Para el Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos:

La CONTRATISTA se compromete a atender todos los pedidos de mantenimiento correctivo que sean solicitadas única y exclusivamente por las personas autorizadas por el Administrador del Contrato. Dichos requerimientos deberán ser realizados al Centro de Requerimientos de LA CONTRATISTA, teléfono N° _____ de Lunes a Viernes de 08:00 hs a 17:00 hs y Sábados de 08:00 hs a 17:00 hs, no incluyendo feriados, o al teléfono o dirección que comunique LA CONTRATISTA por medio escrito. Cada requerimiento de mantenimiento correctivo será identificado con un NUMERO ID, proporcionado por la Sección Electromedicina correspondiente, este número es la constancia que el reclamo ha sido efectuado y recepcionado. Para los reclamos realizados referentes a equipos instalados en el Hospital Central la empresa posee dos (02) horas a partir de la emisión de orden de mantenimiento correctivo emitido por la Sección Electromedicina correspondiente.
Para las reparaciones que no involucren cambio de repuestos, la Contratista posee 48 hs para entregar el equipo en funcionamiento. En caso de necesitar prorroga, se deberá solicitar por medio de una nota.
La cuantificación del tiempo de trabajo será desde el inicio del mantenimiento correctivo hasta la culminación de dicho trabajo.
El tiempo mínimo de asistencia correctiva es de 0,25 horas.

Para el Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos

A partir de la recepción por parte de la contratista de la orden de entrega de Servicio de Mantenimiento Correctivo con provisión de Repuestos, la misma dispone de un plazo de **20 (Veinte) días** calendarios para la entrega de los equipos en funcionamiento. **La empresa deberá entregar los repuestos con Nota de Remisión en la Sección Electromedicina correspondiente, en el horario de 8 a 13hs. Una vez entregados los repuestos nuevos, la contratista podrá solicitar, nota mediante, al Jefe de la Sección Electromedicina HC el retiro del repuesto sustituido.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Martínez Núñez
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Inx. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

En la Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC), CGC 14.1, 14.2 y 14.3 y la CGC 27.5, queda de la siguiente manera:

CGC 14.1; 14.2 y 14.3	Las condiciones de pago serán: El pago se realizará por lo efectivamente realizado y entregado dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de las facturas con los documentos en forma exigidos para el pago. Documentos exigidos para el pago (para todos los casos), a parte de los mencionados en los párrafos precedentes son: 1. Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo: ➢ Número de Resolución que lo adjudica. ➢ Número de Contrato Vigente. ➢ Número de Factura. ➢ Monto solicitado en Guaraníes. ➢ Factura Crédito. 2. Certificado de Cumplimiento Tributario. 3. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia. Para los mantenimientos preventivos. El Instituto abonará los pagos semestrales acordados por semestre vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, acompañada de: 1) Acta de Conformidad de la Prestación del Servicio por periodicidad del mantenimiento debidamente firmada por el Jefe del Departamento de Electromedicina. 2) Resumen de Trabajos por periodicidad del mantenimiento. 3) Los Protocolos de Mantenimiento Preventivo, los cuales describirán los trabajos de mantenimiento preventivo. Para los Mantenimientos Correctivos con provisión y sin provisión de repuestos: El Instituto abonará los pagos mensuales acordados por mes vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, acompañada de: 1) Los Informes de Servicio que describirán los mantenimientos correctivos realizados Para la provisión de repuestos a demanda el pago se realizará por repuesto proveído previa presentación de la factura crédito correspondiente acompañado de: 1) Resumen de repuestos entregados, donde se incluya el detalle del repuesto, así como también los datos del equipos donde fue instalado (marca, modelo, numero de serie, numero de patrimonio, servicio al que pertenece y ubicación) y los Informes Técnicos u Hojas de Servicios que describirán los desperfectos del equipo, y aclaren que repuesto debe ser reemplazado; debidamente firmados por un técnico de la Sección de Electromedicina, por personal autorizado del Servicio correspondiente y por un representante técnico de la empresa. Dicho informe debe poseer todos los datos del equipo al cual debe efectuarse el cambio de repuesto. Estos informes se elaborarán en cuadruplicado, debiendo ser presentados: uno en el expediente de pago, uno en la Sección de Electromedicina HC, uno en el Servicio correspondiente y uno para registro de la empresa. Observaciones: ➢ El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS. ➢ La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal, ➢ Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María Brizuela Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Ser

	obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 Que Modifica la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas". **Para el Ítem 2 al 55:** Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato
CGC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: **20 (veinte)** días calendario a partir de la notificación de la irregularidad.

Las demás CGC, permanecen invariables.

En la Seccion V. Modelo de Contrato. Inciso 6):

DONDE DICE:

6) PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PARTES	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA

DEBE DECIR:

6) PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM 1

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO DNCP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)

ITEM 2 al 55

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)

Sección VI. Formularios. Formulario 3. Lista de Precios, queda de la siguiente manera:

Lista de Precios

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ITEM 1)

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo Del Resonador Magnético Marca SIEMENS Modelo MAGNETON ESSENZA Perteneciente al Hospital Central del IPS	4	UNIDAD	EVENTOS		
TOTAL GS.						IVA INCLUIDO	

Cantidad de Equipos: ITEM 1 - Un (01) Equipo.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Gloria Mariela Vega Nuñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

CONTRATO ABIERTO

Mantenimiento Correctivo con y sin provisión de repuestos a necesidad para El Resonador Magnético de la marca SIEMENS pertenecientes al I.P.S.-

MONTO MINIMO	**973.964.500**
MONTO MAXIMO	**1.947.929.000**

ITEM 2 al 55

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa electrónica de transmisión	1	Unidad	Evento	
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de cuello	1	Unidad	Evento	
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de rodilla	1	Unidad	Evento	
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de abdomen	1	Unidad	Evento	
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de Cabeza	1	Unidad	Evento	
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de baterías	1	Unidad	Evento	
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Grabador CD/DVD modelo PX-820A	1	Unidad	Evento	
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador para SUN	1	Unidad	Evento	
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador para ACS	1	Unidad	Evento	
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Absorbedor del compresor F70 SUMITOMO	1	Unidad	Evento	
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Dispositivo de seguridad para paciente	1	Unidad	Evento	
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Audífono para paciente	1	Unidad	Evento	
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit fusible F70	1	Unidad	Evento	
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mouse	1	Unidad	Evento	
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arandela metálica	1	Unidad	Evento	
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de led para paciente	1	Unidad	Evento	
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa metálica del sistema refill	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Control PCB in ICS	1	Unidad	Evento	
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación AC-DC VEGA 450	1	Unidad	Evento	
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Can Open Bridge	1	Unidad	Evento	
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de RFPA E6 DORA	1	Unidad	Evento	
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor AC-DC VEGA 650	1	Unidad	Evento	
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D116-Tarjeta Power-UP	1	Unidad	Evento	
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa RFIS_60_platina	1	Unidad	Evento	
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa RCCS_60_D2	1	Unidad	Evento	
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Body Coil Channel Selector	1	Unidad	Evento	
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Selector canal de Bobina Body	1	Unidad	Evento	
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de respiración	1	Unidad	Evento	
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Fixed Spine Array	1	Unidad	Evento	
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tracción vert Platina (C4110 VERT)	1	Unidad	Evento	
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Función alimentación PCB (C4140 SUPF)	1	Unidad	Evento	
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Horizontal controller (4140 CONT-H)	1	Unidad	Evento	
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego ventilador CPU 12V-	1	Unidad	Evento	
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CCD_Vario Camera	1	Unidad	Evento	
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fibre Optical Cable (40mm)	1	Unidad	Evento	
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de Circuito Secundario	1	Unidad	Evento	
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión	1	Unidad	Evento	
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor de flujo en circuito GC	1	Unidad	Evento	
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Host AxxESS60 R640 Basic Processor	1	Unidad	Evento	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Benítez Vega Núñez
Jefa de Sección de Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado KB900 USB Syngo ES	1	Unidad	Evento	
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de supervisión AxxESS60 Magnet	1	Unidad	Evento	
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de pulso periférico	1	Unidad	Evento	
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja Eléctrica con movimiento vertical	1	Unidad	Evento	
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación para Rfis	1	Unidad	Evento	
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro gradiente A60	1	Unidad	Evento	
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador 1,5	1	Unidad	Evento	
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego mordaza sujec. Amortiguador	1	Unidad	Evento	
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de AxxESS 60 mars	1	Unidad	Evento	
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Distribuidor de agua refrigerada	1	Unidad	Evento	
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Almohadilla de respiración completa	1	Unidad	Evento	
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Baterías para UPS	1	Unidad	Evento	
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cadena plástica protectora	1	Unidad	Evento	
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte 0,5X10X47,5	1	Unidad	Evento	
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos del Resonador Magnético de la Marca SIEMENS Modelo MAGNETON ESSENZA Perteneciente al Hospital Centra del IPS	1	Unidad	HORA	
Monto Total Precio Unitario Ítem 2 al 55 ..... IVA INCLUIDO						

Monto Total de la Oferta (Total del Mantenimiento Preventivo + Monto Máximo de los Mantenimientos Correctivos que es de **GS. 1.947.929.000.) IVA INCLUIDO.-**

- **No se aceptaran ofertas con decimales.**

Nombre del Oferente *[indicar el nombre completo del Oferente]*

Firma del Oferente *[firma de la persona que firma la Oferta]*

Gloria María D. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios