DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ACLARACIONES A LAS CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2012 - "ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE RODILLA Y PROTESIS TOTAL DE CADERA" – ID 247.426"

CONSULTA N° 1

Especificaciones Técnicas Item N° 1 Prótesis total de cadera, solicitamos la corrección de las especificaciones de dicho Item, el nombre y detalle de las especificaciones técnicas debe ser: Prótesis total de Cadera No Cementada, compuesto por :- Vástago no cementado en titanio con plasma spray – Componente Cabeza Femoral metálico (aleaciones) – Componente plástico de alta densidad – Componente acetabular no cementado metálico con plasma spray con orificios para fijación – Tornillos de fijación acetabular en titanio.-

RESPUESTA: Atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA N° 2

La descripción del Item 1 corresponde a la Prótesis Total de Cadera HIBRIDA. Entendemos que la convocante desea adquirir la Prótesis Total de Cadera NO CEMENTADA.

Entonces el ultimo componente debe ser 1(un) Componente Vástago en acero inoxidable o titanio – NO CEMENTADO.

RESPUESTA: Atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.-

CONSULTA N° 3

En el Item 2 Prótesis Total de Rodilla el componente patelar dice METALICO, **normalmente** este componente se confecciona en Plástico de Alta Densidad. (Polietileno).

RESPUESTA: Atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Handy Scanner for Android