**PAC N°: 368.059**

NOTA ACLARATORIA N° 02

**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DEL M.S.P. y B.S.**

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 81/2019 "ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS CARDIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO PLURIANUAL ID: 368.059** LAS SIGUIENTES RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

**CONSULTA 1:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 52:** Hilo para sutura de algodón: N° 3-0 sin aguja 10x45cm. Color blanco con revestimiento de polibutilato

**CONSULTA:** Se puede cotizar hilo 3.0 de 15 x 45 cm?

**Respuesta: AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC**

**Consulta 2:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 55:** Hilo para sutura de acero: Hilo para sutura de acero: N° 5 con aguja de acero inoxidable de 40mm, medio circulo, punta cortante.

**DONDE DICE:** Se puede cotizar hilo N° 5 con aguja de 48 mm?

**CONSULTA:** Remitirse a lo solicitado en el PBC.

**Respuesta: AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC**

**Consulta 3:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 56:** Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de nylon (poliamida). N° 2-0, con aguja a traumática de acero inoxidable de 3/8 de circulo 19mm extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos

**DONDE DICE:** Se puede cotizar Hilo 2.0 con aguja de 20 mm.

**CONSULTA:** Se puede ofertar de 20 mm?

**Respuesta:** YA FUE RESPONDIDA ANTERIORMENTE EN LA ADENDA 01.

**Consulta 4:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 57:** Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de nylon (poliamida) N° 3.0, con aguja atraumática de acero inoxidable, punta cortante, de 3/8 de círculo 19 mm extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos.

**DONDE DICE:** 19 mm

**CONSULTA:** Se puede ofertar de 20 mm?

**Respuesta:** YA FUE RESPONDIDA ANTERIORMENTE EN LA ADENDA 01.

ABG. PABLO LEZCANO RDA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.

**Consulta 5:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 58:** Hilo para sutura poliéster: Hilo para sutura poliéster: Kit con 10 hilos nº 2/0 con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 16mm (+/-2) medio circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínimo 60cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1,5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos

**CONSULTA:** Se puede cotizar con Pledget 3 x 3 1,5 mm?

**Respuesta: AJUSTARSE A LA ADENDA 03.**

**Consulta 6:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 69:** Hilo para sutura polipropileno: Hilo para sutura polipropileno. N° 8/0, con dos agujas de acero inoxidable de 6,5mm, 3/8 circulo, monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 45cm. los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos

**CONSULTA:** Se puede cotizar N° 8.0 con aguja de 6 mm?

**Respuesta: AJUSTARSE A LA ADENDA 03.**

**Consulta 7:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 47:** Hemoconcentrador de adultos con fibras de polisulfona microporasa de 0,8 a 1 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para vía con cierre seguro a rosca

**CONSULTA:** Se puede cotizar de 0,71 m2 de superficie?

**Respuesta: AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC.**

**Consulta 8:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 48:** Hemoconcentrador de adultos con fibras de polisulfona microporasa de 1,5 a 2 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para vía con cierre seguro a rosca

**CONSULTA:** Se puede cotizar de 1,3 A 2 m2 de superficie?

**Respuesta: AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC.**

**Consulta 9:**

SECCIÓN III: SUMINISTROS REQUERIDOS

**Especificaciones Técnicas**

**Ítem 93,94 Y101:**

**CONSULTA:** Se puede presentar solo catálogos debido al alto costo del producto y a la cantidad que solicitan?

**Respuesta: Será necesaria la presentación de las muestras para la etapa de evaluación.**

ABG. PABLO LEZCANO RDA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

**Consulta 10:**

**Vencimiento**

**CONSULTA:** Solicitamos que el vencimiento mínimo de los productos sea de 12 meses

**Respuesta:** El vencimiento mínimo de los Insumos no deberá ser inferior a 18 (diez y ocho) meses al momento de la entrega en los parques sanitarios, si por la naturaleza del mismo o por necesidad de la Institución no se puede cumplir con este requisito, la recepción del artículo deberá ser autorizada por la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud.

Para aquellos insumos cuyo vencimiento sea inferior a 15 meses, además de la autorización de la DGGIES, se deberá presentar Póliza de Seguro por el 100% del monto del producto con identificación del número de Lote, que serán entregados un original en la Oficina de Contrato y Garantías de la DGGIES y el duplicado en el Parque Sanitario que corresponda. La validez de dicha póliza deberá ser por 3 meses posteriores a la fecha del vencimiento del artículo a entregar

Además deberán presentar Declaración Jurada por la cual el oferente se compromete en caso de ser adjudicado a canjear los insumos 3 a 6 meses antes de su vencimiento, previo informe de los Responsables de los Parques Sanitarios. ADENDA 02.

**Consulta 11:**

SECCIÓN VII: ANEXOS

**Documentos que componen la oferta**

**5- Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.**

Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares (PROTESIS E INSUMOS CARDIOLOGICOS) en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (Tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.

**CONSULTA:** Se solicita modificar la experiencia requerida a insumos médicos, de manera a cumplir con lo que establece la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como ente regulador, clasifica a los hilos dentro del rubro de "Dispositivos médicos, materiales cortopunzantes y equipos de protección individual, Clase I, II, III y IV"

**Respuesta: AJUSTARSE A LA ADENDA 03.**

**Asunción, 29 de noviembre de 2.019**

ABG. PABLO MEZCAR BOA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP Y BS.