ADENDA N° 1
ID N° 233.492

a) Se modifica la Sección II. Datos de la Licitacion (DDL), D. Presentación y Apertura de Ofertas, IOA 23.1 y 26.1, quedando redactado como sigue:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: *Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN)* Dirección: Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa Número del Piso/Oficina: *Departamento de la UOC* Ciudad: *Asuncion*, Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 11 de julio del 2012 Hora: *09:30 hs. am.*
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa* Número de Piso/Oficina: Departamento de la UOC Ciudad: *Asuncion*, Paraguay Fecha: 11 de julio del 2012 Hora: *10:00 hs. am.*

Rita Raquel Rodriguez
Jefa Interina - U.O.C.
INTN

b) Se modifica la Sección III. Suministros Requeridos, 1. Especificaciones Tecnicas, Items 13, quedando redactado como sigue:

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
13	Bomba de Vacio	Camara de Vacio • Rango de operación: 40… 1100 hPa • Volumen de la cámara: aproximadamente 234 l • Ingreso de aire: 2 orificios 10 mm diámetro • Conexiones eléctricas: 16 terminales banana, 4 mm diámetro • Tensión: 230 V AC • Tabla de vibración: interior a la cámara con 18 W de consumo • Peso: aproximadamente 255 kg (el peso es solo de la cámara de vacio) • Cofre de vidrio acrílico: para calibración de barómetros de columna de líquido con ganchos de sujeción, peso aproximado 40 kg • Panel de montaje para barómetros de referencia: con iluminación. • Control remoto tipo vernier: para barómetros tipo fortín con servo motores. • Bomba rotativa de paletas de vacío/presión de una sola etapa, 2,4 m3/h, 0.22 kW y 12.5 kg La cámara de vacio debe ser con un estilo cilindro horizontal El nivel de vacio depende de la bomba rotativa citada mas arriba en las especificaciones tecnicas del Items Deber ser herméticamente cerrado.

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en las adendas permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA - INTN - Unidad Operativa de Contrataciones

Rita Raquel Rodriguez
Jefa Interina - U.O.C.
INTN