San Lorenzo, 16 de octubre de 2.017

Señores
PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 39/2.017 PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS" ID N° 336.201.
Presente:

El Departamento de Contrataciones Públicas, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la **ADENDA Nº 3**.

1. Se modifica parcialmente en el Pliego de Bases y Condiciones, quedando el siguiente punto de la siguiente manera:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem N°	Descripción del Bien	Presentación	Especificaciones Técnicas (Medidas-Color-Características Generales)	Foto de Referencia
1	MICROSCOPIO OPTICO BINOCULAR	Unidad	Microscopio binocular, debe estar equipado con sistema de óptica infinita con corrección cromática y objetivos tipo "plan – acromático" con tratamiento anti hongo. ESTATIVO. Construido en su mayor parte en metal; gran estabilidad mediante la base ancha y confort ergonómico mediante el acceso y manejo fácil de todos los elementos. Ofrece así las mejores condiciones de trabajo eficiente y libre de cansancio, movimiento macro métrico bilaterales y movimiento micrométrico ubicado al lado izquierdo del estativo. REVOLVER. Inclinado hacia atrás, permite la incorporación hasta 4 objetivos. PLATINA. Revestida de material altamente resistente a desgastes. Con pinza sujeta laminas y mecanismos de desplazamiento coaxial para los ejes X e Y. Desplazamiento de la platina: 75 x 30 mm. CONDENSADOR. Apertura numérica 0.9/1.25, centrable, con sistema de iluminación de koeler variable fijo y guía para encastre de accesorios para contraste de fases y/o campo oscuro. ILUMINACION. Sistema de iluminación halógena con lámpara halógena de 6V y 30W y LED blanco caliente de 3200 K de larga vida, 20.000 horas como mínimo, regulable en forma continúa. Despliegue azul control de la intensidad luminosa en ambos lados del estativo; rápido control de la intensidad luminosa por parte del usuario. Fácil cambio de ola lámpara, no son necesarias herramientas para el cambio de la misma. **MICROSCOPIO BINOCULAR SIN FOTOTUBO**. Principio de Siedentopf, giratorio inclinado en 30°; adaptación de la altura de observación a la estatura del usuario, ajuste de la distancia interpupilar individual en un amplio margen de 48 a 75 mm. OCULARES. Con sistema de aseguro (opcional) para que no puedan ser quitados 2 oculares compensados WF 10X/18 hasta WF10x/22 Br. Gran angulares enfocables para usar con o sin anteojos., con señalador en uno de los oculares en cada microscopio. El señalador consiste en una aguja metalica inserta en el ocular que permite señalar estructuras en las laminas observadas con el microscopio. OBJETIVOS Con sistema de seguro para que no puedan ser quitados Plan –Acromático 4x /a.n. 0,1 Plan – Acromático 10x / A.N. 0,25 Plan – Acromático 40X/ A.N. 0.65 Retráctil. Plan – Acromático 100x / A.N. 1.25 Retráctil de inmersión a aceite. Lentes con Anti hongo Incluye el suministro: . 1 filtro verde. . 1 Filtro Azul. . 1 funda de protección. . 1 Frasco de 10 cc de aceite de inmersión. Adaptador para conexión eléctrica, **Mantenimiento cada seis meses por periodo de 2(dos) años - Garantía de 2(dos) años.**	

SECCIÓN VII. ANEXOS

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay

Cualquier otro documento adicional requerido.
Habilitación vigente expedida por el M.S.P y B.S, como fabricante, importador, representante o distribuidor de Dispositivos Médicos. (para los ítems 2, 3)
Habilitación vigente de Servicio del Servicio Técnico de Equipos Médicos, emitido por el M.S.P Y B.S. (para los ítems 2, 3)

2. Se modifica fecha de etapas y plazos, visualizados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.

LIC. LIZ RAQUEL DUARTE
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas-UNA

Tel.: 683930, Interno 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal. López y
Cnel. Cazal
San Lorenzo-Paraguay