DICTAMEN DCP N° 81/2021

San Lorenzo, 12 de octubre de 2021

REF.: **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 25/2021 "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MAMOGRAFO, MARCA PHILIPS PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS" ID Nº 402.976".**

VISTO la Resolución DNCP 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones en el marco de la Ley 2051/03, este Departamento de Contrataciones Públicas detalla a continuación la metodología utilizada y que ha determinado la decisión de la Administración para la obtención de los Precios de Referencia;

ANTECEDENTES

Nota ADM Nº 935/2021 donde remite adjunto el formulario de análisis de precios de referencia, en el cual se detalla el parámetro utilizado para la obtención de los costos estimados: Método para la Elaboración de Precios Referenciales: Numeral 4.
Para la obtención del precio estimado de los ítems, no fue posible alcanzar la cantidad mínima de 3 fuentes, según fundamento detallado en el formulario adjunto. Para el mismo, se cuenta con un solo precio correspondiente a la opción 4.

- Evidencia documental: Reporte de la solicitud de presupuesto realizada a DYSA HEALTHCARE S.A., vía correo electrónico. Se adjunta copia del presupuesto de la empresa: DYSA.

DICTAMEN

El Departamento de Contrataciones Públicas, de acuerdo a la revisión meramente cuantitativa de los antecedentes arrimados para el llamado a licitación de referencia, y dado que el proceso se ajusta a las disposiciones establecidas en la Resolución DNCP Nº 1890/2020, procede a validar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION ★ FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ★ Dpto. de Contrataciones Públicas

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
LRDCoron
el Cazal
San Lorenzo -

LRD/mem

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Dirección de Administración y Finanzas

MEMORANDO DAF N° 1510/2021

PARA: **LIC. RAQUEL DUARTE,** *Jefa*
Dpto. de Contrataciones Públicas, FCM-UNA.

DE: **CP. MONICA AGÜERO,** *Directora.*
Dirección de Administración y Finanzas FCM-UNA

MOTIVO: **Remisión de Documento.**

FECHA: 05 de octubre del 2021.

A través del presente me dirijo a usted, a fin de remitir la nota D. Adm HC Nº 935/21 recibida con ME Nº 3844 de la Administración HC, por la cual solicita el inicio de los trámites para el **"SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MAMOGRAFO, MARCA PHILIPS PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS".**

Lo mencionado a fin de procesar el mencionado llamado.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
05 OCT 2021
N°: 2019
Hora: 11:54
Firma:
Aclaración: NICOLÁS VILLALBA
Dpto. de Contrataciones Públicas
FCM - UNA

DAF/MA/jc

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
ADMINISTRACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998



Nota Adm. HC N° 935/ 2021.-

San Lorenzo, 04 de Octubre de 2021.-

Señora
CP. Mónica Agüero, Jefa
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas
PRESENTE

Me dirijo a Ud. a fin de remitir **Memorando D.E.M. 189/2021** del Dto. de Electromedicina donde solicita iniciar los trámites necesarios para la " **"SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MAMOGRAFO, MARCA PHILIPS PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS"**

Se remite original con el V° B° V° B° Mgter. Dra. Fátima Ovando Vice Directora de Servicios Asistenciales Hospital de Clínicas, para dar inicio a los trámites correspondientes.

En espera de instrucciones a seguir, me despido de usted.

Atentamente.-

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Mgter. Dra. Fátima Soledad Ovando
Vice Directora de Servicios Asistenciales
Hospital de Clínicas
F.C.M. - U.N.A.

V° B° Mgter. Dra. Fátima Ovando
Vice Directora de Servicios Asistenciales
Encargada de Despacho
Hospital de Clínicas

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
Dirección de Administración y Finanzas
- 5 OCT 2021
M.E. Nº 3824 Hora 10:15
Recibido por: Javier Cañiza
Dirección de Administración y Finanzas
F.C.M. - U.N.A.

DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA

"Servicio de reparación y mantenimiento para Mamógrafo Marca: Phillips perteneciente al Hospital de Clínicas ". según MEMO D.E.M. N° /2021

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral __4__del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

LOTE 1. Servicio de reparación y mantenimiento para Mamógrafo, Marca Phillips, Modelo: Microdose SI

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Servicio de reparación y Mantenimiento para Mamógrafo, Marca Phillips, Modelo: Microdose SI			213.454.826	213.454.826	OBS: Debido la especialidad y/o complejidad del servicio así como la condición de dependencia tecnológica de los mismos, con la empresa representante DYSA, representante exclusivo en Paraguay y teniendo en cuenta que la misma cumple con los requisitos técnicos y profesionales requeridos. La convocante se ajusta a los precios referenciales de quien esté acreditado legalmente por el MSPyBS y el Fabricante, en salvaguarda de los pacientes y operarios de los dispositivos en cuestión.
Total Guaraníes				**213.454.826**	**213.454.826**	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fuente Lote 1			DYSA

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

PRESUPUESTO

FECHA	19/7/2021
PRESUPUESTO Nº	5151/21/DIB
VALIDO HASTA	18/8/2021

CLIENTE

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Ref.: Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos

EQUIPO: Mamografo
MARCA: Philips
MODELO: Microdose SI
SERIE: 160121-10

SERVICIOS	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
Diagnostico Cambio de partes detalladas **Ajustes y verificaciones generales del equipo según especificaciones del fabricante** Informe Final			
PROVISION DE PARTES			
SP HVG	194.049.842	1	**194.049.842**

Son Guaranies: Doscientos trece millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, ochocientos veinte y seis.-

Sub total	Gs	194.049.842
IVA %		10%
Total Impuesto	Gs	19.404.984
TOTAL		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Plazo de realizacion del servicio: 30/45 dias luego de aprobacion de presupuesto y según disponibilidad de stock de las piezas en fabrica.-
- Forma de pago: A convenir
- En caso de ser necesario el cambio de otra pieza no especificada en el presente presupuesto, se cotizará por separado.
- La operación esta sujeta a la variacion del tipo de cambio del dia.
- Todas las cotizaciones se proporcionan sobre la base de confiabilidad, y no debe ser divulgadas a terceras personas sin autorizacion de DYSA.

Lic. Iván Maciel
Director Comercial - Posventa

PRESUPUESTO

FECHA	19/7/2021
PRESUPUESTO Nº	5151/21/DIB
VALIDO HASTA	18/8/2021

CLIENTE

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Ref.: Mantenimiento Correctivo con Provision de Repuestos

EQUIPO: Mamografo
MARCA: Philips
MODELO: Microdose SI
SERIE: 160121-10

SERVICIOS	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
Diagnostico Cambio de partes detalladas **Ajustes y verificaciones generales del equipo según especificaciones del fabricante** Informe Final			
PROVISION DE PARTES			
SP HVG	194.049.842	1	**194.049.842**

Son Guaranies: Doscientos trece millones, cuatrocientos cincuenta y cuatro mil, ochocientos veinte y seis.-

Sub total	Gs	194.049.842
IVA %		10%
Total Impuesto	Gs	19.404.984
TOTAL		

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Plazo de realizacion del servicio: 30/45 dias luego de aprobacion de presupuesto y según disponibilidad de stock de las piezas en fabrica.-
- Forma de pago: A convenir
- En caso de ser necesario el cambio de otra pieza no especificada en el presente presupuesto, se cotizará por separado.
- La operación esta sujeta a la variacion del tipo de cambio del dia.
- Todas las cotizaciones se proporcionan sobre la base de confiabilidad, y no debe ser divulgadas a terceras personas sin autorizacion de DYSA.

Lic. Iván Maciel
Director Comercial - Posventa

Carta de Autorización

A quien corresponda:

Nosotros, Philips Medical Systems Nederland B.V. ("PMSN") Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands, certificamos que: **DYSA HEALTHCARE S.A.** con domicilio Av. Artigas 2698, Asunción, Paraguay es en el presente la única empresa en Paraguay autorizada a importar piezas, partes y repuestos, siendo también en el presente la única empresa en Paraguay que cuenta con Personal Técnico Capacitado y Servicio Técnico especializado, habilitado y autorizado por nuestra Fábrica para realizar, instalaciones, asistencia técnica, servicios de mantenimientos preventivos y correctivos, y en fin, verificaciones en general a los equipos de nuestra marca instalados en todo el territorio de la República del Paraguay.

In case of a conflict between the English and the local version of this statement the English language shall prevail.

Eindhoven, The Netherlands, 24 February 2021
Philips Medical Systems Nederland B.V.

Mr. Frank Geerings
Tender Business Support Manager
International Business Team
High Tech Campus 52, Building HTC52.5
5656 AG Eindhoven, the Netherlands
frank.geerings@philips.com
www.healthcare.philips.com

De: César Yegros <cyegros@med.una.py>
Enviado el: lunes, 5 de julio de 2021 12:17 p. m.
Para: Laura Sandoval <PosVenta@dysa.com.py>; Fernando llano <fernando.llano@dysa.com.py>; Ivan Maciel <ivan.maciel@dysa.com.py>
Asunto: Solicitud de informe sobre Mamografo Philips, modelo Microdose

Me dirijo a ustedes con relación al informe técnico Nro. 36839, de fecha 2 de julio del corriente; sobre el Mamografo Philips, modelo Microdose; en el cual se hace mención que el generador de alta tensión del mencionado equipo presenta fallas y debe ser reemplazado, a fin de solicitar un informe detallado sobre el proceso de diagnóstico y que deriva a la mencionada conclusión

Así también se solicita la copia del histórico de errores y de la cantidad de estudios realizados por el equipo en los últimos seis meses.

Atentamente

Ms. César Yegros

Jefe del Departamento de Electromedicina.

Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas.

Universidad Nacional de Asunción.

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."

De: Laura Sandoval
Enviado el: lunes, 19 de julio de 2021 3:12 p. m.
Para: 'César Yegros' <cyegros@med.una.py>
CC: Fernando llano <fernando.llano@dysa.com.py>; Cynthia Barcovich <cynthia.barcovich@dysa.com.py>
Asunto: RE: Solicitud de informe sobre Mamografo Philips, modelo Microdose

Buenas tardes Ing.

De acuerdo al diagnóstico realizado al equipo de Mamografía instalado en la institución, adjunto envío el presupuesto por la pieza necesaria al mismo.

Cualquier consulta a las órdenes.

Lic. Laura Sandoval
DYSA Healthcare S.A

Tel.: +595 (21)
282102

Cel.: +595 986
162229

Asunción - Paraguay
www.dysa.com.py