INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

CONTRATACION DIRECTA Nº 123/2018
"Adquisición de Equipos Alcoholímetros para la Industria Nacional del Cemento"

ADENDA Nº 3

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes prorroga de fechas y modificaciones realizadas en la Carta de Invitación Nº 123/2018 - Contratación Directa, que formarán parte de la misma, y queda de la siguiente manera:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas
a)-Queda de la siguiente manera:

No. de Artículo	*Especificaciones Técnicas y Normas*	*Cantidad*	*Unidad de Medida*
	P.M. N° 9077/2018-GSMS – Gestión, Salud, Medio Ambiente y Seguridad		
1	Equipo Alcoholímetro **Ampliación de especificaciones técnicas:** Sensor: celda de combustión electroquímica Idioma del display: español Rango del sensor: Detectar con exactitud los niveles de alcohol en aliento 440 BrAC o su equivalente. Precisión: Deberá cumplir con las especificaciones UD DOT. 0-1,000 g/l: -+5% 1,000 – 1,500 g/l: -+8%Automática Tiempo de respuesta: Proporcionará resultado de forma rápida en pruebas positivas como en pruebas negativas. Capacidad de pruebas: Prueba de aliento directa, pasiva y análisis de envase abierto. Pantalla: Multicolor, retro iluminada, gráficos, pantalla LCD. Temperatura ambiental: Deberá operar en un amplio rango de temperaturas ambientales. Boquillas: Diseñadas específicamente para pruebas directas, pruebas pasivas de forma automática para un análisis de envase abierto mejorado. Suministro de poder: Cuatro baterías AA (1500 o más pruebas de monitoreo por juego). Garantía: El oferente deberá presentar garantía escrita por el periodo de 1 (un) año. Manual de Funciones: En Español Capacitación: Como mínimos 2(dos) cursos de capacitación Servicio post venta: El oferente deberá certificar que podrá prestar el servicio de calibración, mantenimiento del bien ofertado y asegurar stock de insumos.	Unidad	3

b)-Modificaciones Realizadas en el SICP:

- Fecha y hora tope de consultas: (ver SICP)
- Fecha y hora tope de presentación de la oferta: (ver SICP)
- Fecha y hora de apertura de ofertas: (ver SICP)

C.P. Adriana Encina
Gerente de la UOC
23/11/2018.-