CIRCULAR Nº 1

Consultas al Concurso CGR/BID Nº 01/2016 - ID Nº 303756 - DNCP

"ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICIÓN"

Consulta: Solicitamos nos provean mayores datos técnicos de los ítems 5, 6, 7 y 8.

Respuesta: Se detallan mayores datos a continuación:

- **Megóhmetro digital:** Precisión: ± 5% FS, salida de corriente de cortocircuito: ±1,3 mA, valor final escala: 200MΩ a 400MΩ, valor medio escala: 2MΩ a 4MΩ.
- **Pinza amperométrica:** Pantalla de iluminación de fondo, memoria interna, puerto usb.
- **Multimetro:** Pantalla LCD clara, de alto contraste, iluminación de fondo, indicación de 3 ¾ dígitos de 4000.

ATN/OC-13604-PR Fortalecimiento del Sistema de Control Gubernamental
Unidad Ejecutora de Proyectos
Contraloría General de la República

C.P. Gerónimo David Cáceres
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Proyectos
Contraloría General de la República
Dirección: Austria N° 1879 e/Bélgica y Viena
Teléfono 6200-395
uepbid@contraloria.gov.py