ADDENDA N° 1
ID N° 213.276

a) **Se realizan modificaciones en la Sección IV. Formulario de la Oferta – Formulario de Listas de Precios – Lista de Precios – Items 6; quedando redactado como sigue:**

Sección IV. Formularios de la Oferta
Formulario de Listas de Precios

Lista de Precios

Fecha:_____
LPN___ No: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
6	41111621-9999	Calibrador de Esfignomanometro			unidad	unidad	1		

b) **Se realizan modificaciones en la Parte 2 – Suministros Requeridos, Sección V. Programa de Suministros, 1. Lista de Bienes – Items 6 y 3. Especificaciones Técnicas – Items 6 y 22; quedando redactado como sigue:**

PARTE 2 – Suministros Requeridos

Sección V. Programa de Suministros

1. Lista de Bienes

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
6	41111621-9999	Calibrador de Esfignomanometro	unidad	unidad	1

3. Especificaciones Técnicas

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
6	Calibrador de Esfignomanometro	Equipo calibrador para medidor de presión arterial, de 100mbar hasta 20 bar, Clase exactitud de 0,1%. Rango de trabajo en temperatura de -10°C a +35°C. Bomba manual, dispositivo ajuste fino, conector para equipor externo de calibración. Estuche para trasporte incluido.

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN

22	Calibrador de Ohmimetro	Puente de Medición Calibrador Calibrador de Puente de precisión para medir resistencia. - para conectar 2 sensores mínimo, 25 y 100 Ω, - 4 hilos, y una resistencia patrón externa - 0,5 y 1,0 mA corriente de medición con reversión automática y chequeo de autocalentamiento - con almacenamiento de datos características de mínimo 10 sensores - con análisis estadística y datalogging - con scanner para mínimo 10 canales PRT, 4 hilos - con data output RS 232 y software - Voltaje : 220 V, 50 Hz indicación digital, en °C, °F, K resolución en temperatura: 0,01 mK Incertidumbre: hasta 1 mK Frecuencias de prueba: Frecuencias seleccionables de 20 Hz a 1 MHz Intervalo de medición: o |Z|, R, X : 0.01 mOhms a 99.9999 MOhm o |Y|, G,B : 0.01 nS a 99.9999 S • Exactitud básica: |Z|: 0.05% • Resolución 6 ½ dígitos • Funciones de corrección Corto y circuito abierto • Nivel de la señal de prueba: 1 Vrms • Otros o Auto rango o Promediación (1- 256 muestras) o Interfaz IEEE 488 o Programable desde una PC

"Se reitera que todo aquello establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y que no se encuentre modificado en esta addenda permanece vigente"

Unidad Operativa de Contrataciones / INTN

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA, NORMALIZACION Y METROLOGIA
Unidad Operativa de Contrataciones
INTN