ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL IICS UNA

San Lorenzo, 15 de julio de 2024.

ACLARACIÓN Nº 01/2024

Señores
Presente:

Referencia: Llamado de L.N.R. Nº 01/2024 para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL IICS UNA. ID Nº 2893.

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de responder a sus consultas con relación al llamado **L.N.R. Nº 01/2024 para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DEL IICS UNA – ID N° 2893**.

ITEM: 7

Item	LAB. - PROYECTO	Descripción	Especificaciones Técnicas solicitadas
7	MA	Albumina Bovina	Albúmina sérica Bovina. BSA de grado molecular 20mg/ml

CONSULTA

Se solicita amablemente a la convocante aclarar la presentación del frasco de la albumina, puede ser de 5mg?

RESPUESTA

La albúmina es de grado molecular, la presentación debe ser en viales y es en líquido de concentración 20mg/ml.

ITEM: 10

Item	LAB. - PROYECTO	Descripción	Especificaciones Técnicas solicitadas
10	DS - MF	Alcohol Rectificado - Solucion	Alcohol rectificado, solución de 96º (con graduación certificada) Frasco de mínimo 1 Litro.

CONSULTA

Ítem Nº 10 Alcohol Rectificado: ¿Podemos ofertar el alcohol sin certificado de graduación?

RESPUESTA

Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.

ITEM: 12

Item	LAB. - PROYECTO	Descripción	Especificaciones Técnicas solicitadas
12	MA	Asa Bacteriologica	Asa bacteriológica estéril individual paquete x100 unidades

CONSULTA	12	Asa Bacteriológica	Se podrian admitir asas calibradas de 10ul, estériles, en cajas x 20 unidades y completar la cantidad solicitada? Se podrian admitir asas calibradas de 1ul, estériles, en cajas x 10 unidades y completar la cantidad solicitada?
RESPUESTA	**1 – Serán tenidas en cuenta asa de 10 ul y en cajas de 20 unidades, siempre y cuando el precio unitario corresponda a paquete x 100 unidades y se contemple la cantidad total solicitada.** **2 – No serán tenidas en cuenta ofertas con asa calibrada de 1 uL.**		

	Ítem	Descripción	ESPECIFCACIONES TÉCNICAS	Consulta
CONSULTA	12	Asa Bacteriologica	Asa bacteriológica estéril individual paquetex100 unidades	Favor aclarar si las asas solicitadas son calibradas o no, y si son calibradas de cuantos uLnecesitan.
RESPUESTA	**Son calibradas de 10ul.**			

ITEM: 26	26	DS	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO, TAPA ROSCA	Tubos de plástico para almacenamiento de sueros a -80°C. De minimo 1,2 mL y máximo 2 ml, esteriles, libres de DNA, DNAsas, RNAsas y pirógenos. Tapa rosca (exterior), graduados, plástico transparente (sin color).
CONSULTA	26	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO, TAPA ROSCA	Se podria admitir crioviales de polipropileno de 2 mi, estériles, libres de DNA, DNAsa, RNAsa y pirógenos?	
RESPUESTA	**Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.**			

ITEM: 27	27	MA	Detergente no ionico	Tritón x100 frasco 100 mL
CONSULTA	27	Detergente no iónico	Se podria admitir un detergente no iónico, biodegradable en presentación de frasco x 50o mi?	
RESPUESTA	**Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.**			

ITEM: 42	42	LM	Especulo descartable mediano	Especulo descartable individual, tamaño grande, esteril, con broche graduador (a rosca). Vencimiento mínimo de 1 año a lmomento de la entrega.
CONSULTA	42	Especulo descartable mediano	Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a especulo vaginal grande o mediano, debido a que la descripcion y las especificaciones técnicas no coinciden entre si Se podria admitir un especulo vaginal de tamaño grande, empaquetado individualmente, esterilizado por radiación ionizante, modelo tipo collins?	
RESPUESTA	**Se aclara que se solicita especulo descartable grande.**			

ITEM: 48	48	MA	Gradilla para Microtubos	Gradillas refrigerantes de sobremesa para 20 microtubos de 1,5 ml. De policarbonato irrompible, rellenos de gel no tóxico, con una tapa transparente.
CONSULTA	48	Gradilla para Microtubos	Se podria admitir una criocaja de policarbonato sin gel no tóxico, con capacidad para 81 tubos de 1-2 mi?	
RESPUESTA	**Se requiere que la oferta se ajuste a lo establecido en el PBC.**			
ITEM: 49	49	MA	Gradilla para Microtubos	Cryobloc 0 °C para placas y tubos PCR. Gradilla estable de sobremesa para 96 microtubos 0,2 ml en 1 microplaca PCR. Mantenimiento a 0 ° C durante más de una hora. Índice alfanumérico
CONSULTA	49	Gradilla para Microtubos	Se podria admitir un enfriador de micrtotubos y placas PCR que mantiene 0°C por hasta 4 horas. También se puede utilizar como estación de trabajo de PCR. Tiene dos lados, ideal para: microtubos de 1,5 y 2,0 mi, tubos y tiras de PCR de 0,2 ml, placas de PCR de 96 pocillos?	
RESPUESTA	**Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.**			
ITEM: 56	56	DS	Hisopo	Hisopos para toma de muestras nasofaríngeas, esteriles, en envoltorios sellados, de 3,2mm
CONSULTA	56	Hisopo	Se solicita a la convocante aclarar si los hisopos solicitados serian para uso en biologia molecular o microbiologia? Se solicita a la convocante aclarar punta de que material se estaria requiriendo?	
RESPUESTA	**Uso en microbiología, para toma de muestras pediátricas, de material nylon.**			
ITEM: 57	57	DS	Hisopo con medio de transporte	Hisopos con medios de transporte STUART para colectar y almacenar muestras biológicas. Stuart con tapa a rosca. Estéril y en envoltorios sellados.
CONSULTA	57	Hisopo con medio de transporte	Se podria admitir un hisopo con palo de ABS y punta de nailon flocado?	
RESPUESTA	**Toda vez que sea con el medio de transporte STUART y para uso en microbiología, es aceptable.**			
ITEM: 62	62	MA	Kits Extraccion de ADN	Para extracción de ADN de al menos 100 determinaciones. Para utilizarse a partir de sangre, suero, cultivos celulares, tejidos de mamíferos. Con vencimiento mínimo de un año al momento de entrega
CONSULTA	62	Kits Extracción de ADN	Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a un kit de extracción manual o se necesita equipo en comodato?	

RESPUESTA	**Es un kit de extracción manual.**
CONSULTA	1- Favor aclara si la metodologia es por columnas o perlas magneticas? 2- Se puede ofertar 2 kits de 50 determinaciones cada uno?
RESPUESTA	**1 - La metodología es por columnas.** **2 - Serán tenidas en cuenta ofertas con esas caracteristicas siempre y cuando el precio unitario corresponda a kit x 100 determinaciones y se contemple la cantidad total solicitada.**
ITEM: 64	64 | NB | Lamina portaobjeto | Portaobjetos excavados, 26 x 76 mm, pulidos, una cavidad; En cajas de 50 unidades,
CONSULTA	64 | Lamina portaobjeto | Se podria admitir un portaobjetos fabricado en vidrio especial, con un espesor de 1,0 mm a 1,2 mm. Con grado de transparencia de 91%, con extremo mate?
RESPUESTA	**Se puede admitir siempre que tenga una cavidad central.**
ITEM: 65	65 | NB | Lamina portaobjeto | Lámina portaobjeto de vidrio, de 76 x 26 X 1 mm, calidad estándar en cajas de 50 unidades, vidrio desengrasado, con márgenes pulidos. Sin manchas, no esmerilada. Con certificación de calidad. Caja de mínimo 50 unidades.
CONSULTA	65 | Lamina portaobjeto | Lámina portaobjeto de vidrio, de76 x 26 X 1 mm, calidad estándar en cajas de 50 unidades, vidrio desengrasado, con márgenes pulidos. Sin manchas, no esmerilada. Con certificación de calidad. Caja de mínimo 50 unidades. | Favor corroborar si es correcta la solicitud de certificación de calidad para las laminas portaobjetos, porque no es usual que la tengan.
RESPUESTA	**Se puede omitir la certificación de calidad debido a que es un material básico de laboratorio, sin embargo debería ser sin extremo mate.**
ITEM: 69	**Item** | **LAB. - PROYECTO** | **Descripción** | **Especificaciones Técnicas solicitadas** **69** | NB | Marcador de peso molecular | Marcador de peso Molecular(Low Molecular Weight DNA LADDER) que cubra un rango de tamaño bajo. Debe estar en el rango entre 25 - 500 PARES DE BASE, para corridas electroforéticas de Fragmentos múltliples e intervalos de 25 pb segun el rango. Con buffer de almacenamiento con colorante para facilitar la visualizacion del gel. Util para estimar la masa de DNA de peso desconocido con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen. Tubo de mínimo 50 uL. Concentración 0.1 µg/µL.
CONSULTA	Se solicita amablemente a la convocante aceptar concentraciones de 0.5ug/uL para no limitar oferentes y mejores ofertas.
RESPUESTA	**Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.**

ITEM: 70

Item	LAB. - PROYECTO	Descripción	Especificaciones Técnicas solicitadas
70	NB	Marcador de peso molecular	Marcador de peso Molecular(Ultra Low Range DNA Ladder) que cubra un rango de tamaño bajo. Debe estar en el rango entre 10 -300 PARES DE BASES, para corridas electroforéticas de Fragmentos múltiples e intervalos de 10 pb segun el rango. Util para estimar la masa de DNA de peso desconocido con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen. Tubo de mínimo 50 uL. Concentración 0.1 µg/µL.

CONSULTA

Se solicita amablemente a la convocante aceptar concentraciones de 0.5ug/uL para no limitar oferentes y mejores ofertas.

RESPUESTA

Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.

ITEM: 73

73	MA	Micropipeta	Micropipeta autoclavable con pistón magnético de volumen variable, **10- 200 ul**. con bloqueo de volumen, resistente a la luz UV con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. Acero inoxidable a prueba de corrosión en la mayoría de sus partes.

CONSULTA

Ítem Nº 73 Micropipeta: ¿Podemos ofertar con volumen variable de 20-200 ul ?

RESPUESTA

Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.

ITEM: 74

74	MA - NB	Micropipeta	Micropipeta autoclavable con pistón magnético de volumen variable, **0,5 - 10 ul**. con bloqueo de volumen, resistente a la luz UV con certificado de control de calidad, garantia minima de 1 año de alta fidelidad. Acero inoxidable a prueba de corrosión en la mayoría de sus partes.

CONSULTA

Ítems Nº 73, 74, 75 y 76: Solicitan Micropipetas con pistón magnético y de acero inoxidable a prueba de corrosión en la mayoría de sus partes, este pedido corresponde a una marca especifica.

Solicitamos a la convocante excluir esta parte de las especificaciones técnicas y dar oportunidad de ofertar micropipetas sin pistón magnético y hecha de material mecánicamente duraderos y químicamente resistentes.

RESPUESTA

El pistón magnético es esencial para los ensayos químicos que debemos realizar en el marco del Proyecto, por tanto, la oferta debe ajustarse a esa característica.

Serán tenidas en cuenta ofertas con material mecánicamente duraderos y químicamente resistente.

ITEM: 78

78	MA	Microtubo	De 0,2 ml. de polipropileno (plástico), para uso de biologia molecular, resistente a cambios de temperaturas desde 97º a 4º c, graduados, superficie tapa plana color natural. Bolsa de mínimo 1.000 unidades.

CONSULTA

78	Microtubo	Se podria admitir microtubos esterilizables en autoclave a 121ºC hasta por 20 minutos, temperatura: -80 ºC + 121ºC?

RESPUESTA	**Tiene que tener todas las características y se puede admitir los cambios de temperatura.**
ITEM: 79	79 | DS - MA - NB | Microtubo | De 1,5 ml de polipropileno (plástico) superficie tapa plana color natural (unidad), graduados
CONSULTA	79 | Microtubo | Se podria admitir microtubos de 1,5 mi, graduados en presentaciòn de 500 unidades x bolsa?
RESPUESTA	**Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características siempre y cuando el precio unitario ofertado corresponda a unidad y se contemple la cantidad total solicitada.**
ITEM: 80	80 | AA | Microtubo | Microtubos de polipropileno para uso en biologia molecular. De 0,5 mL. De material de baja adherencia para recuperación optimizada de recuperación de ADN y ARN. Libre de Dnasas y Rnasas, ADN humano e inhibidores de la PCR. Debe adjuntarse inserto. Presentación mínima 250 unidades .
CONSULTA	80 | Microtubo | Se podria admitir microtubos en presentacion de 500 o 1000 por bolsa?
	Se podria admitir microtubos esterilizables en autoclave a 121ºC hasta por 20 minutos, temperatura: -80 ºC + 121ºC?
RESPUESTA	**1 - Se puede admitir microtubos en presentación de 500 a 1000 por bolsa, siempre que se cumpla con la cantidad total solicitada y las especificaciones técnicas.** **2 - Ajustarse al pliego de bases y condiciones.**
ITEM: 81	81 | AA-MA | Microtubo | Microtubos de polipropileno **para uso en biología molecular. Autoclavables. Paredes delgadas. De 1,5 mL. Tapa plana. Libre de DNasas y RNasas**. Debe presentarse muestras. Con certificado de calidad del país de origen y experiencia satisfactoria de uso en el laboratorio por un periodo no menor a 1 año.
CONSULTA	81 | Microtubo | Se podria admitir microtubos en presentacion de 500 o 1000 por bolsa?
	Se podria admitir microtubos esterilizables en autoclave a 121ºC hasta por 20 minutos, temperatura: -80 ºC + 121ºC?
RESPUESTA	**1 - Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características siempre y cuando el precio unitario ofertado corresponda a unidad y se contemple la cantidad total solicitada.** **2 - Ajustarse al pliego de bases y condiciones.**

ITEM: 82	82	AA	Microtubo	Microtubos de polipropileno para uso en biologia molecular. De 1,5 mL. De material de baja adherencia para recuperación optimizada de recuperación de ADN y ARN. Libre de Dnasas y Rnasas, ADN humano e inhibidores de la PCR. Debe adjuntarse inserto. Presentación mínima 250 unidades .
CONSULTA	82	Microtubo	Se podria admitir microtubos en presentacion de 500 o 1000 por bolsa?	
			Se podria admitir microtubos esterilizables en autoclave a 121ºC hasta por 20 minutos, temperatura: -80 ºC + 121ºC?	
RESPUESTA	**1 - Se puede admitir microtubos en presentación de 500 a 1000 por bolsa, siempre que se cumpla con la cantidad total solicitada y las especificaciones técnicas.** **2 - Ajustarse al pliego de bases y condiciones.**			
ITEM: 83	83	AA - NB	Microtubo	Para PCR 200 ul para uso de biologia molecular. DE POLIPROPILENO ATOXICO CON 99,9% DE PUREZA, LIBRE DE DNAasa, RNAasa, PIROGENOS, DE PAREDES ULTRAFINAS RESISTENTE A CAMBIOS DE TEMPERATURAS, TAPA FLAT (LISO-CHATA) CAPACIDAD 200 UL. Bolsa de minimo 1000 unidades.
CONSULTA	83	Microtubo	Se podria admitir microtubos en presentacion de 500 o 1000 por bolsa?	
			Se podria admitir microtubos esterilizables en autoclave a 121ºC hasta por 20 minutos, temperatura: -80 ºC + 121ºC?	
RESPUESTA	**1 - Se puede admitir microtubos en presentación de 500 a 1000 por bolsa, siempre y cuando el precio unitario corresponda a bolsa de 1.000 unidades, se cumpla con la cantidad total solicitada y las especificaciones técnicas.** **2 - Ajustarse al pliego de bases y condiciones.**			
ITEM: 86	**Item**	**LAB. - PROYECTO**	**Descripción**	**Especificaciones Técnicas solicitadas**
	86	LM	Oligonucleotidos	Primers de aproximadamente 20 nucleotidos, todos con biot en 5´ y de 200 nmoles cada uno.
CONSULTA	Se solicita amablemente aclarar el significado de biot 5´			
RESPUESTA	**Sería que en el extremo 5´ del oligonucleótico posea la modificación biot.**			
ITEM: 95	95	LM-MA-NB	Placa de Petri descartable	Placas de petri de poliestireno, estériles lisos x 55 mm de diametro. En paquetes x 15 unidades como mínimo.

CONSULTA	95	Placa de Petri descartable	Se podria admitir una placa de petri de 65 mm? Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a una placa de petri con divisoria o sin divisoria?
RESPUESTA	**1 – Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características.** **2 - Sin divisoria.**		
ITEM: 96	**96**	MA	Placa de Petri descartable Placas de Petri de vidrio autoclavables.
CONSULTA	96	Placa de Petri descartable	Placas de Petri de vidrio autoclavable Favor indicar las medidas de las Placas de Petri de vidrio solicitadas.
RESPUESTA	**De 65 mm.**		
ITEM: 97	**97**	NB	Placa de Petri descartable Placas de petri de poliestireno, estériles, con 90 mm de diámetro, tamaño MEDIANA. Caja de 50 unidades.
CONSULTA	97	Placa de Petri descartable	Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a una placa de petri con divisoria o sin divisoria?
RESPUESTA	**Sin divisoria.**		
ITEM: 107	**107**	AA	Punta para pipeta automatica Puntas para uso en biologia molecular para pipeta automatica de **1000 ul.** Libres de Rnase y Dnase. Bolsa minima de 1.000 unidades. Debe presentarse obligatoriamente muestras.
CONSULTA	107	Punta para pipeta automática	Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado correponden a puntas de pipetas con o sin filtro, por no se especifica en las especificaciones?
RESPUESTA	**Las puntas son SIN FILTRO**		
ITEM: 109	**109**	DS - NB	Punta para pipeta automatica Puntas amarillas autoclavables de **5-200 ul**, universal para varias marcas de micropipeta **CON CORONA**
CONSULTA	109	Punta para pipeta automática	Se podria admitir puntas de pipetas de 200 ul universales sin corona, en presentacion de minimo 500 unidades? Y favor aclarar si seria con o sin filtro, porque no se especifica
RESPUESTA	**Serán tenidas en cuenta ofertas con esas características, siempre y cuando el precio unitario corresponda a unidad y se contemple la cantidad total solicitada.** **Las puntas son SIN FILTRO.**		

ITEM: 110	**110**	DS	Punta para pipeta automatica	Puntas **blancas sin filtro de 0,5 a 10 ul**. Universal para varias marcas de micropipeta **CON CORONA**.
CONSULTA	110	Punta para pipeta automática	Se podria admitir puntas de pipetas de 10 ul universales sin corona, en presentacion de minimo 500 unidades?	
RESPUESTA	**Si es SIN CORONA, necesitaríamos una muestra para probar que se ajuste a la única micropipeta que tenemos para ese volumen.**			

	Item	LAB. - PROYECTO	Descripción	Especificaciones Técnicas solicitadas
ITEM: 118	**118**	LM	Sonda para analisis de ADN	Sonda específica para uso en PCR en tiempo real con secuencia a determinar, purificados por método de HPLC, marcados en 5´con molécula fluorescente y en 3´con quencher (5´- FAM - 3´-TAMRA) o 5´- VIC-3`TAMRA Escala de síntesis de al menos 200 nmol
CONSULTA	¿Es posible ofertar sondas con presentación de 6000pmol?			
RESPUESTA	**Serán tenidas en cuenta ofertas cn esas caracteristicas. Se procederá a emitir una adenda al respecto.**			

ITEM: 132	**132**	DS	Tubo de Polipropileno	Tubo de plástico fondo redondo para toma de muestra de sangre, sin anticoagulanets(secos), con gel u otro material separador/activador del coagulo sanguineo. Tubo largo (13mmx75mm), para volumen de minimo 3 mL y maximo 4 mL de sangre, para uso en determinaciones de química clínica
CONSULTA	132	Tubo de Polipropileno	Se podria admitir tubos con gel de 6 ml?	
RESPUESTA	**Toda vez que el largo del tubo NO exceda los 75mm, por requerimiento de nuestra centrifuga**			

CONSULTA	Consultamos respetuosamente a la Convocante, ¿si será aceptada como valida la Constancia del Registro del Proveedor emitido por la DNCP, en sustitución de la Constancia del SIPE, en reemplazo de los documentos en físico?
RESPUESTA	**Serán aceptadas la Constancia del Perfil del Contribuyente en caso que los documentos solicitados en el PBC se encuentren activos en la misma.**

CONSULTA	1) **Plan de Entrega**: Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 60 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. **NOTA:** La solicitud se debe a que muchos de los insumos requieren ser importados del exterior (con su posterior despacho en aduanas).
RESPUESTA	**Se solicita que la oferta se ajuste a lo establecido en el PBC.** **Se requiere en ese plazo atendiendo a la urgencia de contar con los bienes licitados.**

CONSULTA	2) **Muestras** Solicitamos a la convocante considerar valida la presentación de catálogos para la evaluación de los ítems ofertados debido a que muchas veces no se cuenta en stock con los insumos solicitados.
RESPUESTA	**Será tenida en cuenta la presentación de catálogos para la evaluación de los ítems.** **Por otra parte, en caso que el Comité de Evaluación lo considere necesario, se solicitará las muestras correspondientes.**

Atentamente;

C.P. **RODOLFO ROJAS**
Jefe del Dpto. Contrataciones IICS - UNA