

## Consultas Realizadas

# Licitación 444835 - LPN 33/2024 - SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO Y DEL GRAN HOSPITAL GENERAL DEL SUR

### Consulta 1 - Sobre el PBC

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2024
La Convocante Solicita para este servicio que la empresa Adjudicada, en comodato Instale sus Maquinas para el Servicio de Hemodialisis a pacientes del Hospital de Coronel Oviedo donde esta, designara un Area para dicho servicio, por lo que solicitamos a la convocante designar UNA FECHA Y HORA DE CARACTER OBLIGATORIO, PARA VISITA TECNICA DEL LUGAR PARA VER LAS DIMENSIONES, ESPACIOS FISICOS ETC, PARA UNA MEJOR COTIZACION DEL SERVICIO Y UNA OFERTA ADECUADA A LA CONVOCANTE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

### Consulta 2 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2024
El pliego de bases y condiciones solicita Demostrar experiencia en la prestación de Servicios de Hemodiálisis, con facturaciones de servicios, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los 3 últimos años (2021,2022,2023).. Solicitamos respetuosamente a la Convocante evaluar dicho requerimiento en cuanto al porcentaje solicitado, y en consecuencia reducir el mismo a por lo menos el 30%, teniendo en cuenta el monto total y la envergadura de la licitación, a fin de brindar mayor oportunidad de participación a los oferentes conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/22.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

### Consulta 3 - Precio Referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>El precio referencial indicado en el ítem 1 para este proceso licitatorio está fijado en Gs. 700.000 (Guaraníes setecientos mil). Es nuestro parecer que tanto el ítem 1 e ítem 2 tengan el mismo precio referencial de G. 810.415 (guaraníes ochocientos diez mil cuatrocientos quince). Atendiendo que fueron utilizado el mismo parámetro en el análisis de precios referenciales según el dictamen adjunto en el SICP.</p> <p>Asi mismo se debe tener en cuenta variables financieras específicas - como ser los aumentos salariales, aumento en la cotización del DOLAR AMERICANO - considerando que la mayoría de los insumos utilizados en las sesiones de TSR SON DE ORIGEN EXTRANJERO - además de cumplimentar con otros requisitos solicitados en el presente llamado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>AJUSTARSE AL DICTAMEN REMITIDO Y PUBLICADO. SE HA PROCEDIDO A LA VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS REALIZADOS EN EL ANALISIS DE PRECIOS DE FECHA 06/08/2024 Y LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 COMO ASI TAMBIEN A LO RELACIONADO EN EL ART 4 DE LA LEY 7021. EN LA CUAL SE ESTABLECE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMIA Y EFICACIA OPORTUNIDAD CALIDAD Y COSTO QUE ASEGUREN AL ESTADO PARAGUAYO LAS MEJORES CONDICIONES MENCIONAR POR LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE LOS PRECIOS REFERENCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANALISIS DE PRECIO Y RESPALDADA EN EL DICTAMEN DOC N° 141/24 SE RATIFICAN Y MANTIENEN IGUALES.</p>		

### Consulta 4 - Planos y diseños Planos y diseños

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2024
<p>El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social destinará un área dentro del predio del Gran Hospital de Coronel Oviedo y del Gran Hospital del Sur, donde se pueda adecuar el área para la instalación y puesta en funcionamiento del Centro de Hemodiálisis. Es nuestro parecer la necesidad de adjuntar en el SICP el plano del área a ser destinada por el MPSBS para una correcta cotización del servicios, atendiendo de que surgan gastos imprevistos por la adecuación o readecuación del área cedida por el MPSBS.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
<p>AJUSTARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC .</p>		

### Consulta 5 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
<p>a. El oferente (o cualquiera de los miembros del Consorcio para casos de Consorcios), al momento de ofertar, debe estar legalmente habilitado en el mercado local para prestar el SERVICIO DE HEMODIALISIS, y contar con al menos (24) máquinas de hemodiálisis... • Se solicita aclaración si las 24 máquinas estarán activas, o cuantos deben ser activas y cuantas deben quedar en reserva como Backup (Ej. En otros licitaciones realizadas por el MPSBS se especificaba claramente que por cada y/o 6 máquinas debe haber 1 máquina de backup).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
<p>AJUSTARSE AL PBC. EN LA SECCION DE CAPACIDAD TECNICA CLARAMENTE SE INDICA QUE EL OFERENTE DEBE CONTAR CON 24 MAQUINAS DE HEMODIALISIS. AL RESPECTO DE ELLO, LAS MISMAS DEBEN ENCONTRARSE EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y CONTAR CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VIGENTE.</p>		

## Consulta 6 - Item Solicitado

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
En PBC se solicita 2 tipos de Maquinas (para hemodiálisis y para hemodiafiltracion) por ende seria 2 tipos de servicios totalmente diferente, de diferente duración, diferentes equipos. Por un lado tenemos El servicios hemodiálisis que se realiza con osmosis inversa, mientras que el servicios de diálisis por hemodiafiltracion requiere equipos de agua doble paso, personal exclusivo y calificado para el servicio. Por lo que se solicita el desdoblamiento del ítem, es decir un ítem para servicios de diálisis y otros servicios para hemodiafiltracion.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. EL MISMO REQUIERE LA COTIZACION DE DICHA MANERA ATENDIENDO A QUE RESULTA MUCHO MAS EFICIENTE PARA LA CONVOCANTE GESTIONAR LOS EVENTUALES CONTRATOS RESULTANTES DE ESTE PROCESO DE LA MANERA EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE ESTABLECIDA.		

## Consulta 7 - DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2024
Conforme al PBC: DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y CALIDAD DEL AGUA. Atendiendo a la gran cantidad de agua que se necesitara para el Servicio óptimo de la sesiones de diálisis, y no ponga en peligro el desabastecimiento de agua a las demás dependencia del Gran Hospital de Coronel Oviedo. (Ej. 60 Lts. aprox por cada máquina x 24 máquinas= 1.440 lts por 4 hs de sesiones= 5.760 lts, aprox 20.000 lts de agua x día). En este punto se solicita aclaración si el Sistema de Tratamiento de Agua estará conectado a la distribución interna de agua del Hospital General o deberá contar con un pozo artesiano propio o red de conexión propia de agua		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. EL OFERENTE DEBERA CONTAR CON 01 (UN) TANQUE DE RESERVA DE AGUA QUE ASEGURE EL SUMINISTRO DE AGUA A LA UNIDAD Y PUEDA ASEGURAR RAZONABLEMENTE LA FINALIZACION DE LA SESION EN CASO DE CORTE EN EL SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE TAL COMO SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN EL PBC		

## Consulta 8 - DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMODIALISIS

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2024
DE LA SALA DE HEMODIALISIS: en el caso que se presenten pacientes positivo en Hepatitis B o HIV, para ellos se requerirán sala de aislados?, al igual de aquellos pacientes que se encuentren en Terapias Intensivas? Se solicita aclaración si por cada servicios de diálisis o hemodiafiltracion proveídas tendrán un costo preferencial y/o adicional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
POR LOS CASOS SEÑALADOS SE DEBERA SEGUIR LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE. EN LO RELATIVO A COSTOS, EL PBC ESTABLECE QUE DEBEN SER COTIZADOS UNICAMENTE LOS ITEMS REQUERIDOS.		

## Consulta 9 - sobre el tiempo y los cantidad de turnos

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2024
SE SOLICITA UNA ACLARACION SOBRE LA CANTIDAD DE HORA A TRATAR POR CADA SESION Y HASTA CUANTOS TURNOS DIARIOS SE BRINDARA EL SERVICIO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
SE ACLARA QUE LA DURACION DE LAS SESIONES RESPONDE A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS PACIENTES		

## Consulta 10 - SOBRE EL COSTO DE INSTALACION DE LAS MAQUINAS

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2024
EN EL PBC NO SE ESPECIFICA SI EL COSTO DE LA INSTALACION DE LAS MAQUINAS ESTARA A CARGO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO O DE LA CONVOCANTE, Y EN CASO DE RESPONDER CUAL SERIA EL MONTO DESTINADO PARA TAL EFECTO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
AJUSTARSE AL PBC. EL PRESENTE LLAMADO ES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS. EL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERA ASUMIR TODOS LOS COSTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONFORME A LOS TERMINOS DEL PBC.		

## Consulta 11 - SOBRE EQUIPOS ADICIONALES

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2024
LOS EQUIPOS ADICIONALES PARA UNA CORRECTA REALIZACION DEL SERVICIOS : Electrocardiógrafo. Carro de Emergencia, compuesto de monitor cardiaco y desfibrilador. Según el Lineamiento de Carro de Paro. 1era. Edición 2021. Resolución S.G. N° 374/2021. Ventilador Pulmonar Manual. Medicamentos para atención de emergencias. Según el Lineamiento de Carro de Paro. 1era. Edición 2021. Resolución S.G. N° 374/2021. Salida de Oxígeno Central Aspirador centralizado o portátil Material necesario para entubación Orotraqueal cómo: tubos endotraqueales, cánulas de distintos calibres, laringoscopio con juegos completos de láminas, etc. Esfigmomanómetro y Estetoscopio, en número suficiente según número de pacientes en diálisis por turno TODOS ESTOS MATERIALES QUEDARAN A CARGO DEL PROVEEDOR O DE LA CONVOCANTE?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
SE ACLARA QUE EL PRESENTE LLAMADO ES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS. EL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERA ASUMIR TODOS LOS COSTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO CONFORME A LOS TERMINOS DEL PBC.		