

Consultas Realizadas

Licitación 444714 - LPN 32/24 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000268

Consulta 1 - Especificaciones tecnicas item 13

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Para dar mayor participación a posibles oferentes en el llamado, solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas de I item 13 MALLA DE POLIPROPILENO Y POLIGLACTINA CHICA 7,6 x 15 cm a MALLA DE POLIPROPILENO 7.6 x 15 cm Variación del ancho + 10 cm y del largo + 5 cm. Envase individual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2024
Se aclara que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones del presente llamado se fundamentan en criterios técnicos para su aplicación clínica que corresponden a lo estipulado en el cuadro básico de dispositivos médicos autorizado por la máxima autoridad institucional según Resolución C.A N°: 100-023/2020, por lo que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Se solicita a la convocante considerar la posibilidad de cotizar cánulas hechas a partir de PVC grado médico, considerando que este material tiene un buen desempeño y alta biocompatibilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2024
Las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones del presente llamado se fundamentan en criterios técnicos para su aplicación clínica que corresponden a lo estipulado en el cuadro basico de dispositivos medicos autorizado por la maxima autoridad institucional según RESOLUCION C.A. N°: 100-023/2020, por lo que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 3 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Se solicita a la convocante considerar la posibilidad de cotizar sondas hechas a partir de PVC grado médico, considerando que este material tiene un buen desempeño y alta biocompatibilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2024
Las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones del presente llamado se fundamentan en criterios técnicos para su aplicación clínica que corresponden a lo estipulado en el cuadro basico de dispositivos medicos autorizado por la maxima autoridad institucional según RESOLUCION C.A. N°: 100-023/2020 por lo que el Oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 4 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante definir cuál será el criterio de selección para este artículo, esto es, si se hará referencia al calibre que se describe a través del valor numérico o se utilizará el valor referido junto a la K. Esto responde al hecho de que cada fabricante utiliza un criterio diferente para la nomenclatura, utilizando o el calibre o el valor K.	24-10-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se aclara que el calibre se mide en unidades french por tanto el valor numérico que precede a la unidad "fr" corresponde al calibre de la sonda. La designación "tipo K" se refiere a un diseño específico de la sonda, que incluye características funcionales específicas, el producto debe cumplir con estas especificaciones técnicas fundamentadas en su aplicación clínica para su selección.	02-11-2024	