Consultas Realizadas

Licitación 449516 - LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO

Consulta 1 - VisitaTecnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Se solicita a la convocante que os Horarios de las visitas técnicas a las dependencia no se realice en el mismo horario, para poder destinar un grupo técnico y puede visitar ambos lugares. (se solicita uno a la mañana y otro por la Tarde)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LA VISITA TÉCNICA YA FUE REALIZADA		

Consulta 2 - Lote 61-7 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 2-200 ul? El mismo cumple con el rango solicitado, es decir se puede usar las puntas para pipetas automáticas de hasta 200 ul.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 3 - Lote 61-8 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 2-200 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 4 - Lote 61-9 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 50 - 1.000 ul?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 5 - Lote 61-9 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
¿Podemos ofertar las puntas en una presentación de Bolsa x 500 unidades como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 6 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Se solicita a la convocante poder separar el ITEM de DENGUE NS1 de los de HERPES para lograr mayor competitividad entre posibles convocantes y a su vez habilitar de posibilidad de ofertar Sistema ELFA para las distintas determinaciones además de ELISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LAS EETT FUERON SUFICIENTEMENTE ESTUDIADAS Y PLANIFICADAS EN EL CONTEXTO DE LA NECESIDAD Y ESPACIO FISICO DEL SERVICIO. DESGLOSAR EL ITEM CON EQUIPOS INDEPENDIENTES PARA UN SOLO TEST, RETRASARIA LA CAPACIDAD TECNICA DEL SERVICIO.		

Consulta 7 - LOTE 84

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Se solicita a la convocante poder separar el ITEM de DENGUE NS1 de los de HERPES para lograr mayor competitividad entre posibles convocantes y a su vez habilitar de posibilidad de ofertar Sistema ELFA para las distintas determinaciones además de ELISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LAS EETT FUERON SUFICIENTEMENTE ESTUDIADAS Y PLANIFICADAS EN EL CONTEXTO DE LA NECESIDAD Y ESPACIO FISICO DEL SERVICIO. DESGLOSAR EL ITEM CON EQUIPOS INDEPENDIENTES PARA UN SOLO TEST, RETRASARIA LA CAPACIDAD TECNICA DEL SERVICIO.		

Consulta 8 - LOTE 27 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita tira reactiva de orina de 10 parámetros. Consulta: ¿ Podemos ofrecer tiras de 11 parámetros ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LO SOLICITADO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE: 10 PARAMETROS COMO MINIMO A DETECTAR CON LAS TIRAS DE ORINA.		

Consulta 9 - LOTE 28 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita Reactivo Antígeno V.D.R.L. POR FLOCULACION DIRECTA CON MINIMO 100 Y MAXIMO 250 DETERMINACIONES. CONSULTA: ¿ PODEMOS OFERTAR UN REACTIVO DE 100 DETERMINACIONES CON METODOLOGIA DE AGLUTINACION RPR (= REAGINA PLASMÁTICA REACTIVA) ? NOTA: EL REACTIVO DE AGLUTINACIÓN RPR MENCIONADO SE SUMINISTRA CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CONTROL NEGATIVO, CONTROL POSITIVO, 10 TARJETAS CON 10 ÁREAS, 100 PIPETAS DESECHABLES PARA 50 UL DE MUESTRA (PARA SUERO/PLASMA). EL PRODUCTO OFRECE UNA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DIAGNÓSTICAS DEL 100%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LOS REACTIVOS Y SUS CARACTERISTICAS FUERON AJUSTADOS DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS CONFORME A LO REQUERIMIENTOS TECNICOS Y A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO.		

Consulta 10 - Lote 1 - Item 102 y Lote 81 – Item 102 Orina - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Solicitamos a la convocante la posibilidad de separar del lote N° 1 el Ítem 102 y del Lote 81 el Ítem N° 102 y crear de este un lote independiente para Orina generando de esta forma mayor posibilidad en participación para una especialidad tan especifica. Tal y como se venía realizando en la LPN N° 91/21– ID N° 403.270 – LOTE 28 y 104, que solicito para el Hospital de Barrio Obrero y Luque un lote específico para dicho reactivo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LOS EQUIPAMIENTOS Y SUS CARCATERISTICAS FUERON AJUSTADOS DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ELABORADAS CONFORME A LOS REQUERIMEINTOS TECNICOS Y A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DEL SERVICIO.		

Consulta 11 - Lote 1 - Item 102 y Lote 81 – Item 102 Orina - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita a la entidad convocante realizar una modificación en el enunciado que establece: “Las tiras que se utilicen deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros, tales como: pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y eritrocitos, densidad, aspecto, color y turbidez.” Es importante destacar que las tiras reactivas únicamente permiten la evaluación de parámetros químicos, mientras que la medición de los parámetros físicos es realizada exclusivamente por los equipos automatizados. En consecuencia, solicitamos que las especificaciones técnicas se modifiquen de la siguiente manera: “Las tiras que se utilicen deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros químicos: 1) Densidad; 2) Glucosa; 3) Proteínas; 4) Bilirrubina; 5) Urobilinogeno ; 6) Ph; 7) Sangre; 8) Cuerpos cetónicos; 9) Nitritos ; y 10) Leucocitos. Asimismo, el equipo debe tener la capacidad de medición de los siguientes parámetros físicos: 1) Aspecto o Turbidez; y 2) Color.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LAS EETT FUERON SUFICIENTEMENTE ESTUDIADAS SE SOLICITAN LAS MINIMAS PRUEBAS NECESARIAS QUE DEBE DETECTAR LA TIRA.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
La convocante menciona que en caso de desperfecto o falla del equipo se deberá derivar de forma inmediata o poner un equipo de contingencia según sea el caso. Podría la convocante también tener en cuenta en caso de falla por MAL USO de parte del USUARIO comprobado por ambas partes que la convocante deberá de asumir la responsabilidad del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LAS EETT FUERON ESTUDIADAS SUFICIENTEMENTE Y CORRESPONDEN A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS, DE ESTA FORMA EL OFERENTE DEBE GARANTIZAR Y DOCUMENTAR LA PLENA Y COMPLETA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A LOS USUARIOS DEL EQUIPO.		

Consulta 13 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
La convocante solicita “Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Y/o DINAVISA según corresponda”. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa y un retraso importante en Dinavisa en la emisión de algún tipo de documento. Solicitamos a la convocante o excluir dicho requisito o sustituir por Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada, tal como lo está estableciendo el Instituto de Previsión Social referenciado con el ID N° 432.638 y Hospital Nacional ID N° 445.744		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. SE SOLICITAN LAS DOCUMENTACIONES NECESARIAS TANTO CERTIFICADO COMO CONSTANCIAS SEGUN CORRESPONDA ACTUALMENTE ES DINAVISA LA INSTITUCION INDEPENDIENTE DEL MSPBS, ES UNA SECRETARIA DE ESTADO ENCARGADA DE EMITIR LAS DOCUMENTACIONES NECESARIAS PARA LA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PDIV EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY. EL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA ES EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN DE FABRICACION DEL PRODUCTO, NO ES LO MISMO QUE UNA APROBACION DE UNA AUTORIDAD SANITARIA LOCAL COMO LO ES DINAVISA PARA PODER UTILIZAR EL PRODUCTO EN NUESTRO PAIS.		

Consulta 14 - Lote 3 y 83 - Item 1: Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-10-2024
Se solicita a la convocante, tener en cuenta que para la magnitud de los servicios solicitantes, es más conveniente solicitar un gasómetro de la misma forma en la que se realizó en LPN 56/21 ID N° 400.678, ya que los gasómetros con cartuchos de un solo uso, requieren de manipulación constante del personal de laboratorio, además de una mayor dependencia de suministros y en entornos con alta demanda de pruebas como el Hospital de Coronel Oviedo y el Gran Hospital de Sur, la necesidad de reemplazar los cartuchos de manera frecuente puede interrumpir el flujo de trabajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. EL QUPO DE GASOMETRO FUE SOLICITADO EN EL LOTE 1-ITEM 1 Y EN EL LOTE 81-ITEM 1		

Consulta 15 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicita: Demostrar la experiencia en provisión de REACTIVOS, INSUMOS y MEDICAMENTOS SEGÚN LO COTIZADO, no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. DENTRO DEL LISTADO DE LOS INSUMOS SOLICITADOS ALGUNOS ESTAN DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS.		

Consulta 16 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Menciona “para medicamentos”, sin embargo no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Dentro del listado de los insumos solicitados algunos están dentro de la clasificación de Medicamentos		

Consulta 17 - Item 1 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Equipo de Gases y Electrolitos Solicita: “Con una capacidad mínima de 50 muestras por hora” Considerando que el tiempo promedio de medición de una muestra en un gasómetro en lo hace en 60segundos, el ensayo debe completar un ciclo completo es de 120segundos, en consecuencia se solicita a la convocante un periodo de ensayo mas realista y permita una capacidad mínima de 30 pruebas x hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio		

Consulta 18 - Lote 1 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Equipo de Gases y Electrolitos Solicita: “Con una capacidad mínima de 50 muestras por hora” Considerando que el tiempo promedio de medición de una muestra en un gasómetro en lo hace en 60segundos, el ensayo debe completar un ciclo completo es de 120segundos, en consecuencia se solicita a la convocante un periodo de ensayo mas realista y permita una capacidad mínima de 30 pruebas x hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.		

Consulta 19 - lote 1 item 69, item 101

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Solicita para el lote 1 Item 69 Anti Toxoplasma IgG cantidad máxima 2000det , Test de Avidez . item 101 Chagas cantidad máxima 4.000 Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo para realizar ambas pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal. Hacemos esta solicitud amparados en los principios establecidos en los incisos c) y d) del Artículo 4 “Principios rectores” y Artículo 45 “Pliegos de Bases y Condiciones” de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 20 - Lote 2 – item 1 REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Lote 2 – item 1 REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS: Solicita “visualización directa de gráficos de inmunofijación”, Se consulta si el equipo debe escanear y generar la gráfica automáticamente una vez colocado el gel en el compartimiento o aceptarían como anexo un scanner para los geles que pase de forma automática la imagen al software del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 21 - LOTE 3 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
LOTE 3 item 1 Cartucho para Analizador de Sangre Solicita: “equipo lector portátil de mano en comodato”. Consultamos que cuando menciona "portatil" se refiere a un dispositivo de puede ser sostenido en la palma de la mano y con un peso no mayor a 500gr.? Porque portatil tambien puede interpretarse a un instrumento con una manija que puede ser transportado de una mesada a otra y con un peso superior a 1kg., tamaño que no permite ser operado sosteniendo con una mano y manipulando con la otra, necesariamente debe descansar sobre un mueble		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Portátil de mano se refiere a que debe ser sostenido en la palma de la mano durante la realización del análisis. El equipo debe tener esa presentación (de mano) con un peso no mayor a 700 gramos, (incluyendo la batería), de manera a que sea fácil de manejar, teniendo en cuenta que debe estar en la palma de la mano del operador y al pie del paciente en la UCI, y/o en el quirófano, lugares donde no se dispone de una mesada, o mueble de apoyo para el uso del equipo, debido al espacio reducido.		

Consulta 22 - LOTE 6 ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
LOTE 6 ITEM 20 Solicita AntiGliadina Deaminada, sin embargo en el item 3 y 4 ya lo solicita, podría aclarar si es un error de tipeo? Permitirá la convocante ofertar un equipo totalmente automatizado monotest Método ELISA ? capacidad de 30 test con rendimiento 60/120 minutos según el ensayo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 23 - Lote 11 – item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Lote 11 – item 1 Test Helicobacter Pylori: Aceptarían una sensibilidad de mayor al 95%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.		

Consulta 24 - lote 20 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
LOTE 20 – ITEM 1 CHAGAS TEST RAPIDO: aceptarían una sensibilidad del 92.9%, considerando que la sensibilidad solicitada corresponde a un test de elisa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados		

Consulta 25 - LOTE 81 69 Anti Toxoplasma IgG, Test de Avidez, 81 Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
LOTE 81 69 Anti Toxoplasma IgG, Test de Avidez, 81 Chagas, considerando que el item 69 es una determinación es muy específica, solicitan una máxima de 2000test, donde solo dos marcas los incluyen ambos analitos en el menú de equipos totalmente automatizados por método de quimioluminiscencia, lo cual limitaría el numero de oferentes a dos en este lote y con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo para realizar ambas pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 26 - Lote 82 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Lote 82 – REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS: Solicita “visualización directa de gráficos de inmunofijación”, Se consulta si el equipo debe escanear y generar la gráfica automáticamente una vez colocado el gel en el compartimiento o aceptarían como anexo un scanner para los geles que pase de forma automática la imagen al software del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 27 - lote 1 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
LOTE 83 Solicita: “equipo lector portátil de mano en comodato”. Consultamos que cuando menciona "portatil" se refiere a un dispositivo de puede ser sostenido en la palma de la mano y con un peso no mayor a 500gr.? Porque portatil tambien puede interpretarse a un instrumento con una manija que puede ser transportado de una mesada a otra y con un peso superior a 1kg., tamaño que no permite ser operado sosteniendo con una mano y manipulando con la otra, necesariamente debe descansar sobre un mueble		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Portátil de mano se refiere a que debe ser sostenido en la palma de la mano durante el análisis. El equipo debe tener esa prestación (de mano) con un peso no mayor a 700 gramos (incluyendo la batería); teniendo en cuenta que debe estar en la palma de la mano del operador y al pie del paciente en la UCI y en el quirófano, lugares en donde no se utiliza ninguna mesa o mueble de apoyo, debido al espacio reducido		

Consulta 28 - lote 86

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
LOTE 86 1. ITEM 20 Solicita AntiGliadina Deaminada, sin embargo en el item 3 y 4 ya lo solicita, podría aclarar si es un error de tipeo o seria una inmunoglobulina diferente? 2. Permitirá la convocante ofertar un equipo totalmente automatizado monotest Método ELISA ? capacidad de 30 test con rendimiento 60/120 minutos según el ensayo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 29 - Lote 91 – item 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Lote 91 – item 1 Test Helicobacter Pylori: Aceptarían una sensibilidad de mayor al 95%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.		

Consulta 30 - lote 1 - item 4 - REACTIVO TP

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos ofertados, pudiendo ser los mismos de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
: Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 31 - LOTE 1 ITEM 33 - ELECTROLITOS (Na, K, Cl)

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita aceptar: equipo de soporte que realice las determinaciones de electrolitos por separado del equipo integrado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio. Utilizar equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.		

Consulta 32 - Equipo de soporte para determinaciones de droga

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita aceptar: equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas, en el caso de que el equipo principal no realice el listado completo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 33 - Lote 1 item 102 - TIRAS REACTIVAS DE ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría aceptar que los parámetros: densidad, color, aspecto y turbidez sean determinados por el equipo y no en la tira reactiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 34 - LOTE 1 ITEM 7 - HEMOGLOBINA GLICADA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita modificar o aceptar: reactivos que sean de la misma marca o compatibles con el equipo ofertado, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 35 - lote 84 item 7 - HEMOGLOBINA GLICADA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría aceptar: controles, calibradores y reactivos compatibles con el equipo ofertado, que no sean de la misma marca que el mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 36 - LOTE 81 ITEM 7 - HEMOGLOBINA GLICADA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría aceptar: controles, calibradores y reactivos compatibles con el equipo ofertado, que no sean de la misma marca que el mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 37 - lote 81 item 33 - ELECTROLITOS (Na, K, Cl)

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría admitir un equipo auxiliar para realizar las determinaciones de electrolitos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio. Utilizar equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.		

Consulta 38 - LOTE 81 - ITEM 36 AL 41

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría aceptar un equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas terapéuticas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 39 - LOTE 81 ITEM 70 - Anti Hav-IgM (Hepatitis A)

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría aceptar un equipo de soporte de quimioluminiscencia, completamente automatizado, en el caso de que el equipo integrado no realice el listado completo de determinaciones solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los instrumentos y los reactivos fueron solicitados teniendo en cuenta el procesamiento automático en cada área y el espacio disponible en el laboratorio. Utilizar equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.		

Consulta 40 - LOTE 1 ITEM 1 -EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría aceptar equipo analizador de gases y electrolitos mediante cartuchos con tecnología de microfluidos con microchips y membrana con micro-sensores multifuncionales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.		

Consulta 41 - LOTE 1 ITEM 2 AL 3 - HEMATOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podrían aceptar: ofertar calibradores y controles compatible con el equipo, que no sea de la misma marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.		

Consulta 42 - LOTE 1 - Item 7 al 101 - BIOQUÍMICA CLINICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita modificar o aceptar: equipo de bioquímica clínica y equipo de inmunología integrado o por separado de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Se solicita equipo integrado teniendo en cuenta la funcionalidad del servicio.		

Consulta 43 - LOTE 81 - ITEM 7 al 101 - BIOQUÍMICA CLINICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se podría aceptar un equipo de bioquímica clínica y un equipo de inmunología por separado, que cumplan con las características de velocidad solicitadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Se solicita equipo integrado teniendo en cuenta la funcionalidad del servicio.		

Consulta 44 - LOTE 1 - ITEM 7 al 101 - EQUIPO SOPORTE

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita aclarar: velocidad mínima requerida de la centrífuga solicitada; Se podrían proveer más centrífugas en el caso de que la capacidad de las mismas no sea de 24 tubos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 45 - Programa de Control de Calidad Interno

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita aclarar: Si se requiere control de calidad de tercera opinión, la participación en un programa de control de calidad externo, o si el equipo debe tener incluido en su software gráficos para el monitoreo del control de calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 46 - LOTE 1 - INSUMOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
PARA HEMATOLOGÍA , CRASIS SANGUINEA, BIOQUÍMICA CLINICA E INMUNOLOGÍA, Se solicita aclarar: Si se requiere control de calidad de tercera opinión, la participación en un programa de control de calidad externo, o si el equipo debe tener incluido en su software gráficos para el monitoreo del control de calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 47 - Tubos con Citrato de Sodio

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Se solicita a la convocante: aclarar el volumen mínimo y máximo de los tubos solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Se espera que el proveedor provea de tubos con anticoagulante como insumo y debe realizar los cálculos correspondientes según demanda del servicio para la toma de muestra según población pediátrica o adulta de cada servicio.		

Consulta 48 - LOTE 9– ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita con el reactivo PCR un equipo Agitador de Placas en comodato. Consulta: ¿ Se debe ofertar un agitador para cada uno de los 2 hospitales ? Nota: Recordamos a la convocante que los requerimientos técnicos solicitados como por ejemplo en las páginas 121 y 122 del pliego no aplican para el Agitador, a excepción de lo indicado en el párrafo Mantenimiento preventivo y correctivo mencionado en la página 123 del pliego, es decir: el Agitador en cuestión no necesita de: calibradores, UPS, programa de control de calidad interno, gradilla, tubos, cubetas, agua destilada, papel de impresión, conexión al sistema de gestión de laboratorio, . . . ya que se trata de un equipo periférico de apoyo. Lo mencionado debe tenerse en cuenta en el caso de una adjudicación !		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 49 - LOTE Nº 9

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
REACTIVOS COMPLEMENTARIOS Informamos además que el Agitador a ser proveído en comodato no afecta ni influye en el rendimiento de los parámetros solicitados en el Lote 9. Por esta razón no podrán exigirse ``Reactivos Complementarios´´ mencionados en la página 132 del pliego. Solicitamos por lo tanto excluir el posible pedido de Reactivos Complementarios del Lote 9.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 50 - LOTE 27 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Se solicita tiras reactivas de orina de 10 parámetros. Consulta: ¿ Podemos ofertar las tiras de 11 parámetros ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados de: 10 parámetros como mínimo a detectar con las tiras de orina.		

Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 1 CNEL OVIEDO

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024

Se solicita a la convocante a modo de poder contar con mayores oferentes en dicho lote, eliminar o separar en otro lote los siguientes ítems;
Item 36 LITIO
Item 37 CARBAMAZEPINA
Item 38 ACIDO VALPROICO
Item 39 VANCOMICINA
Item 40 FENOBARBITAL
Item 41 FENITOINA
item 51 KAPPA
item 52 LAMBDA
item 63 interleuquina
item 69 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez
Siendo que estas determinaciones solo la cumplen dos marcas dentro del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.

Consulta 52 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 CNEL OVIEDO. Item 1 Gasometria y electrolitos.

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024

Se solicita a la convocante poder ofertar cartuchos cerrados que puedan ser almacenados a temperatura ambiente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

Ajustarse al PBC. En el PBC no contempla que los reactivos deban ser refrigerados. No obstante, conforme a las Especificaciones Técnicas Adicionales del PBC, en lo referente al Kit de electrolitos para Equipos de Gases y Electrolitos, se establece expresamente en el apartado técnico que "Se deberá asegurar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos al lugar de entrega" (teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de nuestro país).

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024

Favor aclarar en dicho lote, el significado de " sin necesidad de intervención del operador" y de ser ser necesario obviar dicho requerimiento. Teniendo en cuenta que dicho termino solo aplica al equipo Helios – Aesku, siendo que en el mercado existen tecnología para IFI mas avanzadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 81 GRAN HOSPITAL DEL SUR

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024

Se solicita a la convocante a modo de poder contar con mayores oferentes en dicho lote, eliminar o separar en otro lote los siguientes ítems;
Item 36 LITIO
Item 37 CARBAMAZEPINA
Item 38 ACIDO VALPROICO
Item 39 VANCOMICINA
Item 40 FENOBARBITAL
Item 41 FENITOINA
item 51 KAPPA
item 52 LAMBDA
item 63 interleuquina
item 69 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez
Siendo que estas determinaciones solo la cumplen dos marcas dentro del mercado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 81 Gran Hospital del Sur Item 1 Gasometria y electrolitos.

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024

Se solicita a la convocante poder ofertar cartuchos cerrados que puedan ser almacenados a temperatura ambiente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

Ajustarse al PBC. En el PBC no contempla que los reactivos deban ser refrigerados. No obstante, conforme a las Especificaciones Técnicas Adicionales del PBC, en lo referente al Kit de electrolitos para Equipos de Gases y Electrolitos, se establece expresamente en el apartado técnico que "Se deberá asegurar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos al lugar de entrega" (teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de nuestro país).

Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 85 Gran Hospital del Sur

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Favor aclarar en dicho lote, el significado de " sin necesidad de intervención del operador" y de ser ser necesario obviar dicho requerimiento. Teniendo en cuenta que dicho termino solo aplica al equipo Helios – Aesku, siendo que en el mercado existen tecnología para IFI mas avanzadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 57 - Lote 42

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Consulta a la convocante que acepte cintas 2,5 x 9		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse a PBC. En dicho lote se solicita "contenedor para objetos corto punzantes", la consulta no corresponde.		

Consulta 58 - Ítem 43

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Solicitamos a la convocante que permita ofertar cintas 2,5 x 9		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. La consulta no corresponde. En dicho lote se solicita Frascos para Esputo. En caso de ítem 43 corresponde a reactivo de Albúmina.		

Consulta 59 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica Para REACTIVOS "Constancia de Inscripción del PDIV (Productos para Diagnostico de Uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública y/o DINAVISA según corresponda." Consultamos a la Convocante que a raíz de retrasos en la expedición de documentaciones, se solicita aceptar la constancia de que se halla en tramite de renovación y/o autorización de Registro expedido por DINAVISA o Autoridad Sanitaria que corresponda, de los bienes ofertados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Se solicitan las documentaciones necesarias tanto certificado como constancias según corresponda. Actualmente es DINAVISA la institución, independiente del MSPBS, es una secretaria de Estado, encargada de emitir las documentaciones necesarias para la importación y comercialización de los PDIV en la República del Paraguay. El Certificado de libre venta es emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de fabricación del producto, no es lo mismo que una aprobación de una autoridad sanitaria local como lo es DINAVISA, para poder utilizar el producto en nuestro país.		

Consulta 60 - Consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024

Con relación al LOTE 1 CNEL OVIEDO se solicita a la convocante a modo de poder contar con mayores oferentes en dicho lote, poder obviar o retirar los siguientes ítems:

Ítem 36 LITIO
Ítem 37 CARBAMAZEPINA
Ítem 38 ACIDO VALPROICO
Ítem 39 VANCOMICINA
Item 40 FENOBARBITAL
Item 41 FENITOINA
Item 51 KAPPA
Ítem 52 LAMBDA
Ítem 63 Interleuquina
Ítem 69 Anti Toxoplasma igG Test de Avidez

Siendo que estas determinaciones solo la cumplen dos marcas dentro del mercado.

Con relación al LOTE 1 CNEL OVIEDO - Item 1 Gasometria y electrolitos, se solicita a la convocante poder ofertar cartuchos cerrados que puedan ser almacenados a temperatura ambiente.

Con relación al LOTE 5 CNEL OVIEDO, favor aclarar en dicho lote, el significado de " sin necesidad de intervención del operador" y de ser ser necesario obviar dicho requerimiento. Teniendo en cuenta que dicho termino solo aplica al equipo Helios – Aesku, siendo que en el mercado existen tecnología para IFI mas avanzadas.

Con relación al LOTE 81 GRAN HOSPITAL DEL SUR se solicita a la convocante a modo de poder contar con mayores oferentes en dicho lote, poder obviar o retirar los siguientes ítems;
Item 36 LITIO
Item 37 CARBAMAZEPINA
Item 38 ACIDO VALPROICO
Item 39 VANCOMICINA
Item 40 FENOBARBITAL
Item 41 FENITOINA
item 51 KAPPA
item 52 LAMBDA
item 63 interleuquina
item 69 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez
Siendo que estas determinaciones solo la cumplen dos marcas dentro del mercado.

Con relación al LOTE 81 Gran Hospital del Sur - Item 1 Gasometria y electrolitos, se solicita a la convocante poder ofertar cartuchos cerrados que puedan ser almacenados a temperatura ambiente.

Con relación al LOTE 85 Gran Hospital del Sur, favor aclarar en dicho lote, el significado de " sin necesidad de intervención del operador" y de ser ser necesario obviar dicho requerimiento. Teniendo en cuenta que dicho termino solo aplica al equipo Helios – Aesku, siendo que en el mercado existen tecnología para IFI mas avanzadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.
60.1 Con relación al LOTE 1 CNEL OVIEDO - Ítem 1 Gasometría y electrolitos, se solicita a la convocante poder ofertar cartuchos cerrados que puedan ser almacenados a temperatura ambiente.Ajustarse al PBC. En el PBC no contempla que los reactivos deban ser refrigerados. No obstante, conforme a las Especificaciones Técnicas Adicionales del PBC, en lo referente al Kit de electrolitos para Equipos de Gases y Electrolitos, se establece expresamente en el apartado técnico que "Se deberá asegurar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos al lugar de entrega" (teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de nuestro país).
60.2 Con relación al LOTE 5 CNEL OVIEDO,Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.
60.3 Con relación al LOTE 81 GRAN HOSPITAL DEL SUR Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.
60.4 Con relación al LOTE 81 Gran Hospital del Sur Ajustarse al PBC. En el PBC no contempla que los reactivos deban ser refrigerados. No obstante, conforme a las Especificaciones Técnicas Adicionales del PBC, en lo referente al Kit de electrolitos para Equipos de Gases y Electrolitos, se establece expresamente en el apartado técnico que "Se deberá asegurar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos al lugar de entrega" (teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de nuestro país).

Consulta 61 - CONSULTAS GENERALES

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024

CONSULTAS.
LOTE 1 CNEL OVIEDO
Se solicita a la convocante a modo de poder contar con mayores oferentes en dicho lote, poder obviar o retirar los siguientes ítems;
Item 36 LITIO
Item 37 CARBAMAZEPINA
Item 38 ACIDO VALPROICO
Item 39 VANCOMICINA
Item 40 FENOBARBITAL
Item 41 FENITOINA
item 51 KAPPA
item 52 LAMBDA
item 63 interleuquina
item 69 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez

Siendo que estas determinaciones solo la cumplen dos marcas dentro del mercado.

LOTE 1 CNEL OVIEDO.

Item 1 Gasometria y electrolitos.
Se solicita a la convocante poder ofertar cartuchos cerrados que puedan ser almacenados a temperatura ambiente.

LOTE 5 CNEL OVIEDO
Favor aclarar en dicho lote, el significado de " sin necesidad de intervención del operador" y de ser necesario obviar dicho requerimiento. porque esta direccionado a una sola marca, siendo que en el mercado existe tecnología para IFI mas avanzadas.

CONSULTAS.
LOTE 81 GRAN HOSPITAL DEL SUR
Se solicita a la convocante a modo de poder contar con mayores oferentes en dicho lote, poder obviar o retirar los siguientes ítems;
Item 36 LITIO
Item 37 CARBAMAZEPINA
Item 38 ACIDO VALPROICO
Item 39 VANCOMICINA
Item 40 FENOBARBITAL
Item 41 FENITOINA
item 51 KAPPA
item 52 LAMBDA
item 63 interleuquina
item 69 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez

Siendo que estas determinaciones solo la cumplen dos marcas dentro del mercado.
LOTE 81 Gran Hospital del Sur

Item 1 Gasometria y electrolitos.
Se solicita a la convocante poder ofertar cartuchos cerrados que puedan ser almacenados a temperatura ambiente.

LOTE 85 Gran Hospital del Sur
Favor aclarar en dicho lote, el significado de " sin necesidad de intervención del operador" y de ser necesario obviar dicho requerimiento. porque esta direccionado a una sola marca, siendo que en el mercado existe tecnología para IFI mas avanzadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

61.1 LOTE 1 CNEL OVIEDO Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.
61.2 LOTE 1 CNEL OVIEDO. Ajustarse al PBC. En el PBC no contempla que los reactivos deban ser refrigerados. No obstante, conforme a las Especificaciones Técnicas Adicionales del PBC, en lo referente al Kit de electrolitos para Equipos de Gases y Electrolitos, se establece expresamente en el apartado técnico que "Se deberá asegurar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos al lugar de entrega" (teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de nuestro país).
61.3 LOTE 5 CNEL OVIEDO Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.
61.4 LOTE 81 GRAN HOSPITAL DEL SUR Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.
61.5 LOTE 81 Gran Hospital del Sur Ajustarse al PBC. En el PBC no contempla que los reactivos deban ser refrigerados. No obstante, conforme a las Especificaciones Técnicas Adicionales del PBC, en lo referente al Kit de electrolitos para Equipos de Gases y Electrolitos, se establece expresamente en el apartado técnico que "Se deberá asegurar la cadena de frío durante el transporte de los reactivos al lugar de entrega" (teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de nuestro país).

Consulta 62 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024

Solicitamos a la Convocante, suprimir el requerimiento de la visita técnica como obligatoria, ya que el llamado es de provisión de insumos y reactivos, el cual no requieren comprobación de la infraestructura edilicia del hospital. por ende, este requerimiento es un limitante, ya que no incide en la correcta cotización del objeto del llamado " INSUMOS MEDICOS Y REACTIVOS", de manera a dar mayor participación a posibles oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024

Ajustarse al PBC. La visita técnica ya fue realizada.

Consulta 63 - Sistema de abastecimiento

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Solicitamos a la convocante modificar el sistema de abastecimiento, a abastecimiento simultaneo, debido a la envergadura del llamado, de manera a asegurar la correcta provisión de los insumos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 64 - LOTE 58 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
LOTE 58 ITEM 1 : Lamina portaobjeto Se puede ofertar laminas 76 x 26 mm ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados. "De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm"		

Consulta 65 - Lote 59 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Lote 59 ITEM 1 Laminas Esmeriladas Se puede ofertar laminas 76 x 26 mm banda mate ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados. "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate"		

Consulta 66 - Lote 138 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Lote 138 item 1 LAMINAS PORTAOBJETO Se puede ofertar laminas 76 x 26 mm ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados. "De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm"		

Consulta 67 - Lote 139 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Lote 139 item 1 LAMINAS ESMERILADAS Se puede ofertar laminas 76 x 26 mm banda mate ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados. "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate"		

Consulta 68 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, en el punto “Para Insumos”, donde se indica: “El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.” Se solicita amablemente a la convocante excluir de este requerimiento a los lotes: 41,42,43,44,47,49,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,88,90,91,93,95,96,97,98,99,100,101,107,121,122,123,124,127,129,137,13 Ya que estos lotes se tratan de insumos generales de laboratorio, y según resolución DINAVISA N ° 266/2022 no requieren de registro sanitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 69 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el apartado de Plan de entrega de los bienes, tanto para el HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO como para GRAN HOSPITAL DEL SUR, en el caso de REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato) se indica: “1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación, logística de envío y los trámites de despacho en aduana, los cuales fácilmente podrían superar un mes. La ampliación del plazo permitiría la participación de más oferentes que cuentan con la capacidad de proveer los productos solicitados, promoviendo una competencia más equitativa. De este modo, se evitaría favorecer exclusivamente a aquellos que tienen el producto en stock, garantizando una oportunidad justa para todos los participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad del servicio.		

Consulta 70 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 20 y 100: (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad de 94% como mínimo ya que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de prueba. Y de esta manera también permitir una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.		

Consulta 71 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 11 y 91: (Test Helicobacter Pylori), donde dice: “TES RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE INFECCION POR HELICOBACTER PYLORI. Detección de ANTIGENO EN MATERIA FECAL. Test rápido inmunocromatográfico. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante que se modifique la parte del requerimiento que indica que las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes. Generalmente, se utiliza un buffer de extracción donde se coloca una pequeña porción de la muestra, la cual se homogeneiza antes de ser aplicada a la tira o casete. Dado que la muestra utilizada es de heces, que suelen ser sólidas o pastosas, el uso de un buffer es esencial para diluir y preparar adecuadamente la muestra para la prueba. Esta práctica garantiza la precisión y efectividad del proceso de diagnóstico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 72 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 13 y 93: (Test multidrogas para orina), donde dice: “TEST RÁPIDO PARA 10 DROGAS (COC, THC, BZD, MOP, AMP, BAR, MTD, MET, TCA, PCP) Panel de test rápido inmunocromatográfico para detección cualitativa de 10 drogas de abuso. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 95. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 20 y un máximo de 30 determinaciones por presentación.” Solicitamos amablemente que se admita una presentación 15 determinaciones por presentación como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “TEST RÁPIDO PARA 10 DROGAS (COC, THC, BZD, MOP, AMP, BAR, MTD, MET, TCA, PCP) Panel de test rápido inmunocromatográfico para detección cualitativa de 10 drogas de abuso. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 95. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 15 y un máximo de 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 73 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 15 y 95: (Test para sangre oculta), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre 24 y 50 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 20 y un máximo de 50 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 74 - lote 1 y 81

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Se solicita a la convocante a modo de poder contar con mayores oferentes en dichos lotes, eliminar o separar en otro lote el ítem 63 interleuquina Siendo que estas determinaciones solo la cumplen dos marcas dentro del mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 75 - LOTE 81 ítem 62 INTERLEUQUINA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos a la Convocante separar el item 62 del LOTE 81 teniendo en cuenta que limita el número de oferentes potenciales y con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita separar del lote general el item 62.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 76 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos a la Convocante separar el item 62 INTERLEUQUINA del lote 1, teniendo en cuenta que limita la participación a potenciales oferentes y con el propósito de fomentar la libre competencia entre grandes proveedores del estado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 77 - LOTE 81

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos a la Convocante separar el ítem 62 INTERLEUQUINA del lote 1, teniendo en cuenta que limita la participación a potenciales oferentes y con el propósito de fomentar la libre competencia entre grandes proveedores del estado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 78 - LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Se sugiere amablemente a la convocante que en el punto: “Método CLIA totalmente Automatizado. Con provisión de 1 (un) equipo totalmente automatizado en comodato. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos requeridos” No se limite la metodología solo a CLIA, sino que también pueda aceptarse la metodología de ELISA fomentando una mayor participación de oferentes, se solicita también aclarar la presentación de reactivos, controles, calibradores y diluyentes. Se sugiere y recomienda que los mismos se encuentren dentro de un mismo sistema que incluya un conjunto completo de reactivos listos para la reacción analizando la muestra individual y que la calibración contemple una tecnología de calibración memorizada la cual garantice la trazabilidad y precisión de los resultados mediante una curva estándar completa específica del lote del reactivo, valores de corte límite para el control interno y su fecha de vencimiento, evitando la realización constante de curvas de calibración que permita la optimización de tiempo y productividad del personal. Así también se sugiere que los equipos sean completamente automatizados desde el pipeteo de muestra desde el tubo primario, hasta todo el proceso de la reacción y que se garantice la mínima interacción con los usuarios para evitar errores aleatorios o de pipeteo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 79 - LOTE 86

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Se sugiere amablemente a la convocante que en el punto: “Método CLIA totalmente Automatizado. Con provisión de 1 (un) equipo totalmente automatizado en comodato. El reactivo deberá ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos requeridos” No se limite la metodología solo a CLIA, sino que también pueda aceptarse la metodología de ELISA fomentando una mayor participación de oferentes, se solicita también aclarar la presentación de reactivos, controles, calibradores y diluyentes. Se sugiere y recomienda que los mismos se encuentren dentro de un mismo sistema que incluya un conjunto completo de reactivos listos para la reacción analizando la muestra individual y que la calibración contemple una tecnología de calibración memorizada la cual garantice la trazabilidad y precisión de los resultados mediante una curva estándar completa específica del lote del reactivo, valores de corte límite para el control interno y su fecha de vencimiento, evitando la realización constante de curvas de calibración que permita la optimización de tiempo y productividad del personal. Así también se sugiere que los equipos sean completamente automatizados desde el pipeteo de muestra desde el tubo primario, hasta todo el proceso de la reacción y que se garantice la mínima interacción con los usuarios para evitar errores aleatorios o de pipeteo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 80 - LOTE 81

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante pasar el Item 62 Interleuquina (cantidad máxima de 4000 determinaciones) al Lote 86, donde se solicita Método CLIA totalmente Automatizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 81 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante pasar el Item 62 Interleuquina (cantidad máxima de 2000 determinaciones) al Lote 6, donde se solicita Método CLIA totalmente Automatizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 82 - Lote 44 Cronometro

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Favor aclarar si están precisando TIMER para LABORATORIO, debido a que en las especificaciones técnicas se refieren más a TIMER que a Cronometro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 83 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Bajo el punto B PARA LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN FECHA DE VENCIMIENTO (Drogas Puras, Productos Inertes): se solicita Constancia de origen. Consulta: ¿ Se puede presentar para esta exigencia el Certificado de Representación de la marca ofertada debidamente registrada y legalizada ? Nota: Para el caso en cuestión de los productos considerados inertes, como ser: gradillas de plástico, propipetas de plástico y de goma, cámara de Neubauer de vidrio, frascos para esputo u orina, pipetas automáticas, puntas para pipetas, cronómetros, láminas cubre-objetos, morteros de porcelana, placas para tipificación, placa para VDRL, sellador de tubos, etc., etc., (es decir: productos de metal, de vidrio, de plástico, de porcelana y algodón) existe el DICTAMEN A.J. DGGIES Nº 506/2015 que hace referencia a lo antedicho.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 84 - VENCIMIENTO Punto C

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Bajo el punto C dice: Reactivos e Insumos en General (que no requieren equipos en comodato): El vencimiento mínimo de los reactivos e INSUMOS es de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los lugares indicados para la entrega. En caso de no cumplir con el requerimiento, mencionan que debemos presentar Autorización de entrega, acompañados de otros documentos. Solicitamos a la convocante EXCLUIR el pedido de estos documentos (Nota de Autorización de Entrega, Carta de Compromiso de Canje y Póliza de Seguro) para los INSUMOS INERTES de laboratorio como ser gradillas de plástico, propipetas de plástico y de goma, cámara de Neubauer de vidrio, frascos para esputo u orina, pipetas automáticas, puntas para pipetas, cronómetros, láminas cubre-objetos, morteros de porcelana, placas para tipificación, placa para VDRL, sellador de tubos, etc., etc., (es decir: productos de metal, de vidrio, de plástico, de porcelana y algodón) que por su naturaleza no cuentan con vencimiento alguno, por ende NO DEBE SER APLICADO el pedido de estos documentos para los INSUMOS INERTES mencionados más arriba.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 85 - Lote Nº 61 Ítem 7 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 2-200 ul para pipeta automática variable y fija de hasta 200 ul? Aclaramos que el mismo cubre con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 86 - Lote Nº 61 Ítem 9 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 50 -1.000 ul para pipeta automática variable y fija de hasta 1.000 ul? Aclaramos que el mismo cubre con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 87 - Lote Nº 61 Ítem 9 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar en una presentación de Bolsa x 500 unidades como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 88 - Lote Nº 61 Ítem 8 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 2-200 ul para pipeta automática variable y fija de hasta 200 ul? Aclaramos que el mismo cubre con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 89 - LOTE 1 ITEM 4 AL 6

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar equipo de hemostasia con lector de código de barras externo para muestras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 90 - LOTE 81 ITEM 2 AL 3

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podrían aceptar: ofertar calibradores y controles compatible con el equipo, que no sea de la misma marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 91 - LOTE 81 ITEM 4 AL 6

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar equipo de hemostasia con lector de código de barras externo para muestras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 92 - LOTE 1- REACTIVOS PARA ANALISIS DE HEMOSTASIA con provisión de 1 (un) equipo automatizado en comodato.

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos de soporte ofertado, pudiendo ser los mismos de una marca diferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 93 - LOTE 1 ITEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría ofertar reactivo de PCR Ultrasensible?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos.		

Consulta 94 - LOTE 1 ITEM 70

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar un equipo de soporte de quimioluminiscencia, completamente automatizado, en el caso de que el equipo integrado no realice el listado completo de determinaciones solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 95 - LOTE 10 ITEM 1 - Reactivo para Diagnostico de Embarazo

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría acpetar caja de 50 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
: Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos.		

Consulta 96 - LOTE 31 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar tubos de 0,9 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos.		

Consulta 97 - LOTE 34 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar frasco de 100 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 98 - LOTE 77 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar tubo de 15 mL de capacidad con graduación y tapa rosca?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 99 - LOTE 58 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar láminas con las siguientes dimensiones: 25.4 x 76.2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados. De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm.		

Consulta 100 - LOTE 84 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos ofertados, pudiendo ser los mismos de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 101 - LOTE 81 ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos de soporte ofertado, pudiendo ser los mismos de una marca diferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 102 - LOTE 81 ITEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría ofertar reactivo de PCR Ultrasensible?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos.		

Consulta 103 - LOTE 81 ITEM 102

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar que los parámetros: densidad, color, aspecto y turbidez sean determinados por el equipo y no en la tira reactiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 104 - LOTE 90 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar caja de 50 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos.		

Consulta 105 - LOTE 59 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar láminas con las siguientes dimensiones: 25.4 x 76.2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 106 - LOTE 59 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar láminas con las siguientes dimensiones: 25.4 x 76.2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 107 - lote 111 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar tubos de 0,9 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos.		

Consulta 108 - lote 114 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar frasco de 100 mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 109 - Lote 138 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar láminas con las siguientes dimensiones: 25.4 x 76.2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
: Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados. mínimas dimensiones 74 x 24 mm.		

Consulta 110 - lote 139 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar láminas con las siguientes dimensiones: 25.4 x 76.2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 111 - lote 157 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se podría aceptar tubo de 15 mL de capacidad con graduación y tapa rosca?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 112 - Lote 1 item 4 al 6

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos de soporte ofertado, pudiendo ser los mismos de una marca diferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 113 - Lote 81 item 4

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos ofertados, pudiendo ser los mismos de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 114 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, en el punto “Para Insumos”, donde se indica: “El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.” Se solicita amablemente a la convocante excluir de este requerimiento a los lotes: 41,42,43,44,47,49,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,88,90,91,93,95,96,97,98,99,100,101,107,121,122,123,124,127,129,137,13 Ya que estos lotes se tratan de insumos generales de laboratorio, y según resolución DINAVISA N ° 266/2022 no requieren de registro sanitario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 115 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de Plan de entrega de los bienes, tanto para el HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO como para GRAN HOSPITAL DEL SUR, en el caso de REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato) se indica: “1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación, logística de envío y los trámites de despacho en aduana, los cuales fácilmente podrían superar un mes. La ampliación del plazo permitiría la participación de más oferentes que cuentan con la capacidad de proveer los productos solicitados, promoviendo una competencia más equitativa. De este modo, se evitaría favorecer exclusivamente a aquellos que tienen el producto en stock, garantizando una oportunidad justa para todos los participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad del servicio.		

Consulta 116 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 20 y 100: (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad de 94% como mínimo ya que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de prueba. Y de esta manera también permitir una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.		

Consulta 117 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 11 y 91: (Test Helicobacter Pylori), donde dice: “TES RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE INFECCION POR HELICOBACTER PYLORI. Detección de ANTIGENO EN MATERIA FECAL. Test rápido inmunocromatográfico. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante que se modifique la parte del requerimiento que indica que las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes. Generalmente, se utiliza un buffer de extracción donde se coloca una pequeña porción de la muestra, la cual se homogeneiza antes de ser aplicada a la tira o casete. Dado que la muestra utilizada es de heces, que suelen ser sólidas o pastosas, el uso de un buffer es esencial para solubilizar y preparar adecuadamente la muestra para la prueba. Esta práctica garantiza la precisión y efectividad del proceso de diagnóstico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 118 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 13 y 93: (Test multidrogas para orina), donde dice: “TEST RÁPIDO PARA 10 DROGAS (COC, THC, BZD, MOP, AMP, BAR, MTD, MET, TCA, PCP) Panel de test rápido inmunocromatográfico para detección cualitativa de 10 drogas de abuso. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 95. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 20 y un máximo de 30 determinaciones por presentación.” Solicitamos amablemente que se admita una presentación 15 determinaciones por presentación como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test, ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “TEST RÁPIDO PARA 10 DROGAS (COC, THC, BZD, MOP, AMP, BAR, MTD, MET, TCA, PCP) Panel de test rápido inmunocromatográfico para detección cualitativa de 10 drogas de abuso. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 95. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 15 y un máximo de 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 119 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 15 y 95: (Test para sangre oculta), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre 24 y 50 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test, ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 20 y un máximo de 50 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 120 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 17 Y 97: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita amablemente a la convocante la exclusión de este requerimiento, dado que no todos los oferentes disponen de test incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. Se sugiere, en cambio, solicitar pruebas que cumplan con normas internacionales de calidad, como la certificación ISO 13485 y el marcado CE, que aseguran que el producto ha sido sometido a controles de calidad rigurosos y garantizan su eficacia y fiabilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 121 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 58 y 138 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: “De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm. en caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm ± 1mm. en caja x 50 unidades como mínimo”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 122 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 58 y 138 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: “Traslúcidas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la admisión de láminas lisas, ya que ofrecen una observación clara y sin distorsiones, permitiendo visualizar detalles finos y con alta resolución al no alterar la trayectoria de la luz que atraviesa la muestra. Además, son compatibles con una amplia variedad de técnicas de microscopía, incluidas la microscopía de campo claro y de contraste de fases. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Traslúcidas o lisas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 123 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 59 Y 139 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm ± 3 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 124 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 61, item 9 y lote 141, item 9 (Puntas desechables para pipetas automáticas), donde dice: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante admitir la presentación en bolsa de 500 unidades como mínimo. Esta modificación no afectaría de ninguna manera la calidad del producto y garantizaría el cumplimiento de la cantidad solicitada. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 500 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 125 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 61, item 9 y lote 141, item 9 (Puntas desechables para pipetas automáticas), donde dice: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante admitir la presentación en bolsa de 500 unidades como mínimo. Esta modificación no afectaría de ninguna manera la calidad del producto y garantizaría el cumplimiento de la cantidad solicitada. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 500 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 126 - Lotes N° 1 y 81

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
Para los Ítem 27 - Item 69 - Item 101. Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo para realizar estas pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal; o de lo contrario trasladarlos a otro lote. Hacemos esta solicitud amparados en los principios establecidos en los incisos c) y d) del Artículo 4 “Principios rectores” y Artículo 45 “Pliegos de Bases y Condiciones” de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
AJUSTARSE AL PBC. LAS EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Desglosar el ítem con equipos independientes retrasaría la capacidad técnica del servicio		

Consulta 127 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 65 y 145, ítem 1 (PIPETA PASTEUR), donde dice: “DE PLASTICO, DE 3 ML DE VOLUMEN.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de un volumen de 7 mililitros, con una escala de graduación que varía de 0,5 a 3 ml. Esta flexibilidad en la capacidad permite cubrir un rango de volúmenes mayor sin comprometer los requisitos específicos de las mediciones. Además, esta capacidad es ampliamente utilizada en numerosos laboratorios y se ajusta a los protocolos estandarizados en diversas prácticas de laboratorio Por lo expuesto, solicitamos que dicho enunciado quede redactado de la siguiente forma: “DE PLASTICO, DE 3 ML COMO MÍNIMO DE VOLUMEN.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 128 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 64 y 144, ítem 1 (PIPETA PASTEUR), donde dice: “DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de un volumen de 12 mililitros, con una escala de graduación que varía de 1 a 5 ml. Esta flexibilidad en la capacidad permite cubrir un rango de volúmenes mayor sin comprometer los requisitos específicos de las mediciones. Además, esta capacidad es ampliamente utilizada en numerosos laboratorios y se ajusta a los protocolos estandarizados en diversas prácticas de laboratorio. Por lo expuesto, solicitamos que dicho enunciado quede redactado de la siguiente forma: “DE PLASTICO, DE 5 ML COMO MÍNIMO DE VOLUMEN.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 129 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, en el punto “Para Insumos”, donde se indica: “El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.” Se solicita amablemente a la convocante excluir de este requerimiento a los lotes: 41,42,43,44,47,49,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,88,90,91,93,95,96,97,98,99,100,101,107,121,122,123,124,127,129,137,13 Ya que estos lotes se tratan de insumos generales de laboratorio, y según resolución DINAVISA N ° 266/2022 no requieren de registro sanitario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 130 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024

En el apartado de Plan de entrega de los bienes, tanto para el HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO como para GRAN HOSPITAL DEL SUR, en el caso de REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato) se indica: “1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, teniendo en cuenta los tiempos de fabricación, logística de envío y los trámites de despacho en aduana, los cuales fácilmente podrían superar un mes. La ampliación del plazo permitiría la participación de más oferentes que cuentan con la capacidad de proveer los productos solicitados, promoviendo una competencia más equitativa. De este modo, se evitaría favorecer exclusivamente a aquellos que tienen el producto en stock, garantizando una oportunidad justa para todos los participantes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024

AJUSTASE AL PBC . LOS PLAZOS FUERON SUFICIENTEMENTE ESTUDIADOS TENIENDO EN CUENTA LA NECESIDAD DL SERVICIO.

Consulta 131 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024

En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 20 y 100: (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad de 94% como mínimo ya que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de prueba. Y de esta manera también permitir una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024

AJUSTARSE AL PBC. LAS EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados

Consulta 132 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024

En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 11 y 91: (Test Helicobacter Pylori), donde dice: “TES RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE INFECCION POR HELICOBACTER PYLORI. Detección de ANTIGENO EN MATERIA FECAL. Test rápido inmunocromatográfico. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante que se modifique la parte del requerimiento que indica que las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes. Generalmente, se utiliza un buffer de extracción donde se coloca una pequeña porción de la muestra, la cual se homogeneiza antes de ser aplicada a la tira o casete. Dado que la muestra utilizada es de heces, que suelen ser sólidas o pastosas, el uso de un buffer es esencial para solubilizar y preparar adecuadamente la muestra para la prueba. Esta práctica garantiza la precisión y efectividad del proceso de diagnóstico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 133 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024

En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 13 y 93: (Test multidrogas para orina), donde dice: “TEST RÁPIDO PARA 10 DROGAS (COC, THC, BZD, MOP, AMP, BAR, MTD, MET, TCA, PCP) Panel de test rápido inmunocromatográfico para detección cualitativa de 10 drogas de abuso. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 95. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 20 y un máximo de 30 determinaciones por presentación.” Solicitamos amablemente que se admita una presentación 15 determinaciones por presentación como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test, ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “TEST RÁPIDO PARA 10 DROGAS (COC, THC, BZD, MOP, AMP, BAR, MTD, MET, TCA, PCP) Panel de test rápido inmunocromatográfico para detección cualitativa de 10 drogas de abuso. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 95. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 15 y un máximo de 30 determinaciones por presentación.”

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024

ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 134 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 15 y 95: (Test para sangre oculta), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre 24 y 50 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test, ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Esta modificación también favorecería la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo un proceso más justo y transparente para todos. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 20 y un máximo de 50 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 135 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 17 Y 97: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita amablemente a la convocante la exclusión de este requerimiento, dado que no todos los oferentes disponen de test incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. Se sugiere, en cambio, solicitar pruebas que cumplan con normas internacionales de calidad, como la certificación ISO 13485 y el marcado CE, que aseguran que el producto ha sido sometido a controles de calidad rigurosos y garantizan su eficacia y fiabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 136 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 58 y 138 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: “De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm. en caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm ± 1mm. en caja x 50 unidades como mínimo”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 137 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 58 y 138 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: “Traslúcidas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la admisión de láminas lisas, ya que ofrecen una observación clara y sin distorsiones, permitiendo visualizar detalles finos y con alta resolución al no alterar la trayectoria de la luz que atraviesa la muestra. Además, son compatibles con una amplia variedad de técnicas de microscopía, incluidas la microscopía de campo claro y de contraste de fases. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Traslúcidas o lisas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 138 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 59 Y 139 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm ± 3 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 139 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 61, item 9 y lote 141, item 9 (Puntas desechables para pipetas automáticas), donde dice: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante admitir la presentación en bolsa de 500 unidades como mínimo. Esta modificación no afectaría de ninguna manera la calidad del producto y garantizaría el cumplimiento de la cantidad solicitada. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 500 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 140 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 77 y 157 (TUBOS DE CENTRÍFUGA CONICOS DE PLÁSTICO), donde dice: “De plástico, de 12 mililitros de capacidad. Aptos para centrifugación. Con indicador de graduación. Con tapa.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de una capacidad de 15 mililitros. La variación es mínima y, además, esta capacidad es ampliamente utilizada en muchos laboratorios y en protocolos estandarizados. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “De plástico, de 12 ± 3 mililitros de capacidad. Aptos para centrifugación. Con indicador de graduación. Con tapa.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-11-2024
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 141 - 1. PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato) CANTIDADES MINIMAS: a. 1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato. Para este punto solicitamos a la convocante modificar el plazo de entrega de 30 (treinta) dias hábiles para la entrega de los productos. Teniendo en cuanta que los proveedores del exterior la mayoría dejan de producir en diciembre/enero y se reduce el plazo de poder entregar en tiempo y ´poder cumplir con los plazos establecidos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad del servicio.		

Consulta 142 - PLAN DE ENTREGA: REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO:

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2024
CANTIDADES MÍNIMAS: v. 1RA. ENTREGA DE LA CANTIDAD MÍNIMA: La emisión se hará una vez recibida el acta de puesta en funcionamiento del equipo y en base a los pedidos recibido del Servicio. El oferente tendrá un plazo de hasta 5 (CINCO) días HABILES para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra. v. SALDO DE LA CANTIDAD MÍNIMA: Conforme a la necesidad del servicio. El proveedor deberá entregar el bien solicitado dentro de los 30 (TREINTA) días HABILES de haber retirado la Orden de Compra. TENIENDO EN CUENTA QUE A VECES SALE UNA ORDEN DE COMPRA UN VIERNES Y TENEINDO EN CUENTA QUE SE DEBE ENVIAR LOS REACTIVOS AL INTERIOR DEL PAIS CON LOS DIAS CALENDARIO NO SE PUEDE CUMPLIR EN TIEMPO LO ESTABLECIDO, FAVOR TENER EN CUENTA ESTE PUNTO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad del servicio.		

Consulta 143 - Lote 1 y 81 - item 1 - KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se podría aceptar equipo analizador de gases y electrolitos mediante cartuchos con tecnología de microfluidos con microchips y membrana con micro-sensores multifuncionales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 144 - LOTE 1 Y 81 - ITEM 2 AL 3 - HEMATOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se podrían aceptar: ofertar calibradores y controles compatible con el equipo, que no sea de la misma marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 145 - LOTE 1 Y 81 - ITEM 4 AL 6 - CRASIS SANGUÍNEA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se podría aceptar equipo de hemostasia con lector de código de barras externo para muestras?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 146 - LOTE 1 Y 81 - ITEM 4 AL 6 - CRASIS SANGUÍNEA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos ofertados, pudiendo ser los mismos de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 147 - LOTE 1 Y 81 -ITEM 4 AL 6 - CRASIS SANGUÍNEA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos de soporte ofertado, pudiendo ser los mismos de una marca diferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 148 - LOTE 1 Y 81 -ITEM 7 al 101 (equipos) - BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se solicita modificar o aceptar: reactivos que sean de la misma marca o compatibles con el equipo ofertado, de manera a dar lugar a mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico.		

Consulta 149 - LOTE 1 Y 81 - ITEM 37 al 41 - BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se solicita aceptar: equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas, en el caso de que el equipo principal no realice el listado completo solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio. Utilizar equipos independientes para unos pocos test, retrasaría la capacidad y funcionalidad técnica del servicio.		

Consulta 150 - LOTE 1 Y 81 - ITEM 70 - BIOQUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se podría aceptar un equipo de soporte de quimioluminiscencia, completamente automatizado, en el caso de que el equipo integrado no realice el listado completo de determinaciones solicitado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio. Utilizar equipos independientes para unos pocos test, retrasaría la capacidad y funcionalidad técnica del servicio.		

Consulta 151 - LOTE 1 Y 81 - ITEM 102 - TIRAS REACTIVAS DE ORINA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se podría aceptar que los parámetros: densidad, color, aspecto y turbidez sean determinados por el equipo y no en la tira reactiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos y a las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 152 - LOTE 21 y 101 - ITEM 1 - Test Rápido para Rotavirus

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Se podría aceptar reactivo con 99% de sensibilidad y 98% de especificidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Cumple con lo mínimo requerido		

Consulta 153 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 17 Y 97: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita amablemente a la convocante la exclusión de este requerimiento, dado que no todos los oferentes disponen de test incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. Se sugiere, en cambio, solicitar pruebas que cumplan con normas internacionales de calidad, como la certificación ISO 13485 y el marcado CE, que aseguran que el producto ha sido sometido a controles de calidad rigurosos y garantizan su eficacia y fiabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.		

Consulta 154 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 20 y 100: (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad de 90% como mínimo ya que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, teniendo en cuenta que la prueba gold standar es otra, este umbral de sensibilidad resulta adecuado para la detección preliminar. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 90% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados		

Consulta 155 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 49 y 129 (FRASCO RECOLECTOR), donde dice: “Frascos para orina de plástico, estériles, boca ancha, tapa rosca, volumen 80 ml como mínimo, en envases estériles.” Se solicita a la convocante que aclare el punto en el que se menciona ‘en envases estériles’. Generalmente, en estos tipos de productos, es el frasco de orina el que es estéril, mientras que el envase externo suele ser una bolsa de plástico sellada individualmente, pero no estéril. Agradecemos la corrección de este punto para evitar confusiones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Se aclara que lo estéril se refiere al frasco en sí, no al paquete en el cual viene envuelto dicho frasco.		

Consulta 156 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en los lotes 59 y 139 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm (± 2 mm), banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango de variación ± 3 mm en las dimensiones de la lámina. Esta variación es mínima respecto a las especificaciones solicitadas y no afectará su utilidad ni la finalidad del producto. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm (± 3 mm), banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Ajustarse al PBC. Los insumos y sus características ya fueron ajustados considerando las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 157 - PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
En el apartado de Plan de entrega de los bienes, tanto para el HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO como para GRAN HOSPITAL DEL SUR, en el caso de REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato) se indica: “1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario, dado que el plazo actual de 20 días resulta insuficiente para cumplir con todos los requisitos. Esta ampliación es necesaria debido al tiempo requerido para la fabricación, la logística de envío y los trámites aduaneros, los cuales suelen superar los 30 días. Con el plazo actual, solo es posible la participación de oferentes con producto en stock, excluyendo a aquellos que, aunque tienen la capacidad de proveer los productos, requieren un tiempo de entrega más realista.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad del servicio.		

Consulta 158 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
En el apartado de Plan de entrega de los bienes, tanto para el HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO como para GRAN HOSPITAL DEL SUR, en el punto de VENCIMIENTO, donde dice: “b. PARA LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN FECHA DE VENCIMIENTO (Drogas Puras, Productos Inertes): Constancia de origen debidamente legalizada y traducida al español y/o Certificado de Calidad como buenas prácticas de calidad debidamente legalizada y traducida al español.” Se solicita amablemente a la convocante que la constancia de origen y/o Certificado de Calidad como buenas prácticas de calidad sea requerida una vez que el proveedor sea adjudicado y no al momento de la oferta, dado que la legalización y traducción al español del documento implican un gasto considerable. Alternativamente, se propone que se acepte la constancia de origen y/o Certificado de Calidad como buenas prácticas de calidad en formato PDF impreso durante el proceso de oferta, y que la versión original, legalizada y traducida al español, se entregue tras la adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC: Los requisitos documentales fueron solicitadas según los requerimientos correspondientes para garantizar la validez de la garantía de los bienes.		

Consulta 159 - lote 1 y 81- Bioquímica Clínica e Inmunología:

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2024
LOTE 1 y 81: Bioquímica Clínica e Inmunología: Se solicita a la convocante: aceptar equipo integrado con módulo de inmunología con 35 posiciones de reactivos como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-11-2024
Ajustarse al PBC. Los equipamientos y sus características fueron ajustados dentro de las especificaciones técnicas elaboradas, conforme a los requerimientos técnicos, la funcionalidad y las necesidades específicas del servicio.		

Consulta 160 - Lote 1 - item 4 al 7 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante modificar: para el equipo semiautomatizado; Capacidad de incubación de 8 o más muestras. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes y evitar cerrar las especificaciones técnicas a determinados oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 161 - Lote 1 - Item 4 al 7 - CRASIS SANGUINEA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
"Se solicita a la convocante modificar: 3. Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca o compatibles y con el equipo y que deben estar incluidos en cada kit o por separado; ya que ello no afecta el procesamiento de muestras; y al estar separados del kit se preserva la viabilidad de controles y calibradores. para el equipo semiautomatizado."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 162 - Lote 1 - Item 8 al 100 - BIOQUÍMICA CLINICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante modificar y agregar: equipo de soporte que realice las determinaciones de quimioluminiscencia, en el caso de que el equipo principal no realice el listado completo solicitado. De manera a dar oportunidad a mayor cantidad de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 163 - Lote 1 - Item 8 al 100 - BIOQUÍMICA CLINICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
"Se solicita a la convocante modificar: El módulo de inmunología debe tener capacidad de 30 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes y evitar cerrar las especificaciones técnicas a determinados oferentes."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 164 - Lote 1 - Item 8 al 100 - BIOQUÍMICA CLINICA E INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
"Se solicita a la convocante modificar: 3. Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca o compatibles y con el equipo y que deben estar incluidos en cada kit o por separado; ya que ello no afecta el procesamiento de muestras; y al estar separados del kit se preserva la viabilidad de controles y calibradores. "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 165 - LOTE 1 - ITEM 33 - ELECTROLITOS (Na, K, Cl)

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante modificar y agregar: equipo de soporte que realice las determinaciones de electrolitos por separado del equipo integrado. De manera a dar oportunidad a mayor cantidad de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 166 - LOTE 1 - ITEM 37 AL 41

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante modificar y agregar: equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas, en el caso de que el equipo principal no realice el listado completo solicitado. De manera a dar oportunidad a mayor cantidad de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 167 - LOTE 1 ITEM 102

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante modifcar que los parámetros: densidad, color, aspecto y turbidez sean determinados por el equipo y no en la tira reactiva. Ya que de manera general; el aspecto, la turbidez y el color son determinados por los equipos automatizados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 168 - LOTE 1 - ITEM 7 AL 101

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante aclarar la velocidad de la centrífuga		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 169 - ITEM 75 TERMOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicita el PBC rango de -20 a +150 º C. Favor considerar rengo de -10 a 150 º C como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 170 - Lote 15

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos a la convocante la posibilidad de ofrecer el producto descrito como Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso, método inmunológico para la detección de hemoglobina en heces frescas, en presentaciones de 20 unidades, cumpliendo con las especificaciones técnicas y funcionales indicadas en el pliego.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 171 - Lote 1 item 7 inconsistencia PBC - lista de precios

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante revisar los docuentos PBC y lista de precios, debido al lote 1 item 7, en PBC figura hemoglobina glicada y en planilla de precios Dimero D.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 172 - lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante confirmar si se podría aceptar la oferta de un equipo automatizado para técnica de ELISA que cumpla con todas las especificaciones solicitadas en el pliego, incluyendo el procesamiento de al menos 20 diferentes pruebas por corrida, pero que realice este proceso en un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos, en lugar del tiempo establecido de 2 horas. Para permitir la competencia de mas oferentes. El equipo propuesto garantiza la calidad y precisión en los resultados, así como el cumplimiento de los parámetros técnicos y funcionales requeridos, ofreciendo una solución confiable para las necesidades de su institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 173 - lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante, gentilmente confirmar si se podría aceptar la oferta de un equipo automatizado para técnica de ELISA que cumpla con todas las especificaciones solicitadas en el pliego, incluyendo el procesamiento de al menos 20 diferentes pruebas por corrida, pero que realice este proceso en un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos, en lugar del tiempo establecido de 2 horas. Para permitir la competencia de mas oferentes. El equipo propuesto garantiza la calidad y precisión en los resultados, así como el cumplimiento de los parámetros técnicos y funcionales requeridos, ofreciendo una solución confiable para las necesidades solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 174 - Lote 6 item 3,4

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante, confirmar si se podrían ofertar improntas con biochips que permitan la detección simultánea de anticuerpos antimitocondrial y LKM, así como improntas para anticuerpos antimusculo liso y LKM. Con el objetivo de reducir el tiempo de procesamiento, optimizar los costos operativos del laboratorio y proporcionar un diagnóstico más rápido y certero, sin comprometer la calidad y precisión de los resultados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 175 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Solicitamos la habilitación de una nueva fecha para la visita técnica al sitio de ejecución del contrato. Esta medida permitiría la participación de un mayor número de oferentes, lo cual contribuiría a recibir propuestas más competitivas y precios más favorables para la entidad convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 176 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Para las empresas que ofertan únicamente Reactivos (sin equipos en comodato) es necesaria la visita al sitio de ejecución del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 177 - Lote N° 1 - Item 27 - NTPro BNP

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Se solicita a la convocante permita un equipo de soporte con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal, para realizar la prueba del Item 27- NTPro BNP, o como otra opción trasladarlo a otro lote, a fin de dar mayor participación a Oferentes. Solicitud amparada en los principios establecidos en los incisos c) y d) del Artículo 4 “Principios rectores” y Artículo 45 “Pliegos de Bases y Condiciones” de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 178 - Lotes N° 1 -Ítem 27 - Item 69 - Item 101 de las Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-12-2024
Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de soporte para realizar estas pruebas, además del instrumento principal solicitado; o como otra opción trasladarlos a otro lote. Hacemos esta solicitud amparados en los principios establecidos en los incisos c) y d) del Artículo 4 “Principios rectores” y Artículo 45 “Pliegos de Bases y Condiciones” de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 179 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Item 69 Anti Toxoplasma IgG cantidad máxima 2000det , Test de Avidez . item 101 Chagas cantidad máxima 4.000 Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo para realizar ambas pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal. Hacemos esta solicitud amparados en lo establecido en los incisos c) y d) del Artículo 4 “Principios rectores” y Artículo 45 “Pliegos de Bases y Condiciones” de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 180 - Lote 1 item 102

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Lote 1 item 102 Se solicita a la convocante reformular los parámetros requeridos considerando que turbidez y aspecto constituyen una redundancia, corresponden a un mismo parámetro, se sugiere reformular en los siguiente terminos “aspecto o turbidez”, desde el punto de vista técnico ambos corresponden a un mismo concepto, por tanto cada fabricante traduce del idioma original según su criterio o el criterio del traductor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 181 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
lote 1 Contador Hematologico : favor confirmar si el segundo equipo requerido seria de soporte tal como lo requiere en la seccion de hemostasia. En caso afirmativo, si el equipo de soporte debera ser en las mismas caracteristicas tecnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 182 - LOTE 20 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
LOTE 20 – ITEM 1 CHAGAS TEST RAPIDO: aceptarían una sensibilidad del 92.9%, pues la sensibilidad requerida corresponde a una metodologia de deteccion mas sofisticada, a la requerida en este item.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 183 - LOTE 6 ITEM 20

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
LOTE 6 ITEM 20 Solicita AntiGliadina Deaminada, sin embargo en el item 3 y 4 ya lo solicita, podría aclarar si es un error de tipeo? Permitirá la convocante ofertar un equipo totalmente automatizado monotest Método ELISA ? capacidad de 30 test con rendimiento 60/120 minutos según el ensayo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 184 - LOTE 3 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
LOTE 3 item 1 Cartucho para Analizador de Sangre Solicita: “equipo lector portátil de mano en comodato”. Consultamos que cuando menciona "portatil" se refiere a un dispositivo de puede ser sostenido en la palma de la mano y con un peso no mayor a 500gr.? Porque portatil tambien puede interpretarse a un instrumento con una manija que puede ser transportado de una mesada a otra y con un peso superior a 1kg., tamaño que no permite ser operado sosteniendo con una mano y manipulando con la otra, necesariamente debe descansar sobre un mueble		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 185 - lote 2 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Lote 2 – item 1 REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS: Solicita “visualización directa de gráficos de inmunofijación”, Se consulta si el equipo debe escanear y generar la gráfica automáticamente una vez colocado el gel en el compartimiento o aceptarían como anexo un scanner para los geles que pase de forma automática la imagen al software del equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 186 - Lote 1 item 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Equipo de Gases y Electrolitos Solicita: “Con una capacidad mínima de 50 muestras por hora” Considerando que el tiempo promedio de medición de una muestra en un gasómetro en lo hace en 60segundos, el ensayo debe completar un ciclo completo es de 120segundos, en consecuencia se solicita a la convocante un periodo de ensayo mas realista y permita una capacidad mínima de 30 pruebas x hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 187 - Lote 1 Item 69 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez . item 101 Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	31-12-2024
Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo para realizar ambas pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal o trasladar ambos items al lote 4 . Hacemos esta solicitud amparados en lo establecido en los incisos c) y d) del Artículo 4 “Principios rectores” y Artículo 45 “Pliegos de Bases y Condiciones” de la Ley 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 188 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de Plan de entrega de los bienes, en el punto de REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato) se indica: “a. 1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario. El plazo establecido actualmente resulta insuficiente para cumplir con los tiempos necesarios de fabricación, logística de envío y los trámites de despacho en aduana. Manteniendo el plazo actual limita la participación equitativa de los oferentes, favoreciendo únicamente a aquellos que disponen de los productos en stock, afectando la transparencia y competitividad del proceso de selección. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “a. 1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 45 (cuarenta y cinco) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 189 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 11 (Test Helicobacter Pylori), donde dice: “TEST RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DE INFECCION POR HELICOBACTER PYLORI. Detección de ANTIGENO EN MATERIA FECAL. Test rápido inmunocromatográfico. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante que se modifique la parte del requerimiento que indica que las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes. Generalmente, se utiliza un buffer de extracción donde se coloca una pequeña porción de la muestra, la cual se homogeneiza antes de ser aplicada a la tira o casete. Dado que la muestra utilizada es de heces, que suelen ser sólidas o pastosas, el uso de un buffer es esencial para solubilizar y preparar adecuadamente la muestra para la prueba. Esta práctica garantiza la precisión y efectividad del proceso de diagnóstico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 190 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 15 (Test para sangre oculta), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre 24 y 50 determinaciones por presentación.” Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación de 20 determinaciones por caja como mínimo, ya que esto no afecta la finalidad de uso del test, ni compromete su efectividad. Además, se respetaría el número total de pruebas solicitadas, garantizando el cumplimiento de los requerimientos sin alterar el objetivo del proceso. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Presentación de entrega: Capacidad de realizar entre un mínimo de 20 y un máximo de 50 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 191 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el LOTE 17: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita amablemente a la convocante la exclusión de este requerimiento, dado que no todos los oferentes disponen de productos incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. Se sugiere, en cambio, solicitar pruebas que cumplan con normas internacionales de calidad, como la certificación ISO 13485 o el marcado CE o FDA, que aseguran que el producto ha sido sometido a controles de calidad rigurosos y garantizan su eficacia y fiabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 192 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 20 (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad de 94% como mínimo ya que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de prueba. Y de esta manera también permitir una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 193 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 58 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: “De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm. en caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm ± 1mm. en caja x 50 unidades como mínimo”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 194 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 58 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: “Traslúcidas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la admisión de láminas lisas, ya que ofrecen una observación clara y sin distorsiones, permitiendo visualizar detalles finos y con alta resolución al no alterar la trayectoria de la luz que atraviesa la muestra. Además, son compatibles con una amplia variedad de técnicas de microscopía, incluidas la microscopía de campo claro y de contraste de fases. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Traslúcidas o lisas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 195 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 59 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm ± 3 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 196 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 61, item 9 (Puntas desechables para pipetas automáticas), donde dice: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 1000 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante admitir la presentación en bolsa de 500 unidades como mínimo. Esta modificación no afectaría de ninguna manera la calidad del producto y garantizaría el cumplimiento de la cantidad solicitada. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Descartables, para volúmenes de 100 a 1000 microlitros, BOLSA X 500 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 197 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 77 (TUBOS DE CENTRÍFUGA CONICOS DE PLÁSTICO), donde dice: “De plástico, de 12 mililitros de capacidad. Aptos para centrifugación. Con indicador de graduación. Con tapa.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de una capacidad de 15 mililitros. La variación es mínima y, además, esta capacidad es ampliamente utilizada en muchos laboratorios y en protocolos estandarizados. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “De plástico, de 12 ± 3 mililitros de capacidad. Aptos para centrifugación. Con indicador de graduación. Con tapa.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 198 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 65, ítem 1 (PIPETA PASTEUR), donde dice: “DE PLASTICO, DE 3 ML DE VOLUMEN.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de un volumen de 7 mililitros, con una escala de graduación que varía de 0,5 a 3 ml. Esta propuesta ofrece mayor flexibilidad en la capacidad, permitiendo cubrir un rango ampliado de volúmenes sin comprometer el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en este apartado. Por lo expuesto, solicitamos que dicho enunciado quede redactado de la siguiente forma: “DE PLASTICO, DE 3 ML DE VOLUMEN COMO MÍNIMO.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 199 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 64, ítem 1 (PIPETA PASTEUR), donde dice: “DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN.” Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de un volumen de 12 mililitros, con una escala de graduación que varía de 1 a 5 ml. Esta propuesta ofrece mayor flexibilidad en la capacidad, permitiendo cubrir un rango ampliado de volúmenes sin comprometer el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en este apartado. Por lo expuesto, solicitamos que dicho enunciado quede redactado de la siguiente forma: “DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN COMO MÍNIMO.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 200 - LOTE 19 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	06-01-2025
En relación Lote 19 Ítem 1 Test rápido para Hepatitis B solicitamos amablemente a la convocante aceptar la entrega de este ítem en cajas de 10 a 40 test.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 201 - LOTE 5

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2025
Consultamos a la Convocante si se podría ofertar dos equipos totalmente automatizados, que realizan el procesamiento de las láminas de Inmunofluorescencia Indirecta y la lectura automatizada, de manera conjunta e integrada?, este tecnología ofrece ventajas sobre un equipo único, porque mejora la eficiencia en el tiempo de procesamiento y la nitidez de las imágenes obtenidas, facilitando la identificación efectiva de los Patrones de IFI, que impacta en la calidad de los resultados y son equipos que cuentan con años de trayectoria en el país.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 202 - LOTE 6

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2025
En el item solicitado como Anti- RNP70, Consultamos a la Convocante si se podría ofertar el Anti-snRNP?, teniendo en cuenta que tienen significado clínico equivalentes y que el Anti snRNP, engloba a varios sub tipos de RNP, como el Anti U1-RNP, que son clínicamente relevantes y necesarios para el diagnóstico y seguimiento de patologías autoinmunes como EMTC, LES y Síndrome de Sjögren.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 203 - Lote 1, ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2025
"En relación al lote 2, ítem 1, y con el objetivo de fomentar una mayor competencia, ¿sería posible que la entidad convocante considere la aceptación de la electroforesis capilar de proteínas completamente automatizada?, dado que este método es utilizado actualmente en diversas instituciones de referencia del ministerio de salud		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-01-2025
Favor Ajustarse a la Ultima Version del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 204 - Lote 19 Ítem 1 :Test rápido para Hepatitis B

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2025
En relación Lote 19 Ítem 1 Test rápido para Hepatitis B solicitamos amablemente a la convocante considerar la entrega de este ítem en cajas de 10 a 50 Determinaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 205 - Visita Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2025
Solicitamos a la Convocante, permitir presentar DDJJ de conocer el sitio de ejecucion, ya que para los oferentes que solo oferten insumos médicos es un limitante que sea de carácter obligatoria la visita técnica, cabe mencionar que en nuestro caso en particular ya realizamos la visita el Hosp. de Cnel. Oviedo para otros procesos y ya conocemos el lugar, por ende, como mencionamos más arriba es una fuerte limitante, y de manera a permitir mayor participación a posibles oferentes, solicitamos se modifique este apartado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 206 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2025
Consultamos a la convocante, si se aceptaran únicamente experiencia en provisión de insumos médicos, para oferentes que coticen solo Insumos médicos, en consideración a que la redacción del criterio, exigiría acreditar experiencia en tres rubros distintos (REACTIVOS, MEDICAMENTOS e INSUMOS), limitando la participación a posibles oferentes que comercialicen solo insumos médicos, o solo medicamentos, o solo reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 207 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el LOTE 17: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita amablemente a la convocante la exclusión de este requerimiento, dado que no todos los oferentes disponen de productos incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. Se sugiere, en cambio, solicitar pruebas que cumplan con normas internacionales de calidad, como la certificación ISO 13485 o el marcado CE o FDA, que aseguran que el producto ha sido sometido a controles de calidad rigurosos y garantizan su eficacia y fiabilidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 208 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 20 (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad de 94% como mínimo ya que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de prueba. Y de esta manera también permitir una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 209 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 59 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm± 2 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango de variación de ± 3 mm, dado que dicha diferencia es mínima respecto a lo requerido y no afecta la funcionalidad ni la utilidad del insumo. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm ± 3 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 210 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2025
En el apartado Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica donde se solicita Habilitación vigente de Servicio Técnico de equipos médicos emitido por el MSPBS. Solicitamos que se admita constancia de estar en trámite de renovación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 211 - Especificaciones Técnicas – LOTE 77

Consulta	Fecha de Consulta	09-01-2025
Se solicita respetuosamente a la convocante la admisión de tubos de centrífuga cónicos de plástico, con capacidad de 12 a 15 mililitros como mínimo, aptos para centrifugación, que incluyan indicador de graduación y tapa. El requerimiento se fundamenta en que dichas dimensiones se consideran estándar en tubos de centrífuga, lo que permitirá mayor flexibilidad en la oferta y facilitará el cumplimiento de los estándares establecidos en el ámbito técnico además de de permitir que una mayor cantidad de oferentes se puedan presentar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 212 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2025
Solicitamos amablemente a la entidad convocante confirmar si se tomará como válida la declaración jurada presentada por el oferente, en la que se certifica el conocimiento del sitio de ejecución y la disponibilidad de la información necesaria para preparar la oferta y ejecutar el contrato, conforme a lo indicado en los datos del pliego de bases y condiciones. De no aceptarse esta declaración, se estarían rechazando ofertas de potenciales participantes, lo que haría que las condiciones de participación se volvieran restrictivas y limitativas. Este pedido se refiere a la oferta de insumos que no corresponden a equipos en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-01-2025
CONFORME LO ESTABLECE EL PBC, LA PARTICIPACION DE LA VISITA TECNICA ES OBLIGATORIA, POR LO TANTO, LA DECLARACION JURADA NO APLICA. FAVOR AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DICHA CONDICION DE PARTICIPACION SE ENCUENTRA PUBLICADA DESDE LA VERSION INICIAL DEL PBC, ES DECIR, DESDE EL 27/09/2024.		

Consulta 213 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2025
Solicitamos amablemente una confirmación por parte de la entidad convocante sobre la validez de la declaración jurada presentada por el oferente, en la cual se certifica el conocimiento del sitio de ejecución y la disponibilidad de la información necesaria para la preparación de la oferta y la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Queremos saber si esta declaración será considerada válida para la evaluación de la oferta. En caso contrario, entendemos que esto implicaría el rechazo de las ofertas de posibles participantes, lo que podría resultar en condiciones de participación más restrictivas y sesgadas. Es importante señalar que esta consulta se refiere a la oferta de insumos, que no incluye equipos en comodato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-01-2025
CONFORME LO ESTABLECE EL PBC, LA PARTICIPACION DE LA VISITA TECNICA ES OBLIGATORIA, POR LO TANTO, LA DECLARACION JURADA NO APLICA. FAVOR AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DICHA CONDICION DE PARTICIPACION SE ENCUENTRA PUBLICADA DESDE LA VERSION INICIAL DEL PBC, ES DECIR, DESDE EL 27/09/2024.		

Consulta 214 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	10-01-2025
Solicitamos a la convocante una CONFIRMACIÓN RESPECTO A LA VALIDEZ de la declaración jurada presentada por el oferente, en la cual se certifica el conocimiento del sitio de ejecución y la disponibilidad de la información necesaria para la preparación de la oferta y la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. En este sentido, deseamos saber si dicha declaración será considerada válida para la evaluación de la oferta presentada. En caso contrario, entendemos que esto podría dar lugar a condiciones de participación restrictivas, limitando la participación de otros oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-01-2025
CONFORME LO ESTABLECE EL PBC, LA PARTICIPACION DE LA VISITA TECNICA ES OBLIGATORIA, POR LO TANTO, LA DECLARACION JURADA NO APLICA. FAVOR AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. DICHA CONDICION DE PARTICIPACION SE ENCUENTRA PUBLICADA DESDE LA VERSION INICIAL DEL PBC, ES DECIR, DESDE EL 27/09/2024.		

Consulta 215 - ITEM 17 TEST RAPIDO PARA HIV

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
CONSIDERAR LA REDACCION DEL LOTE 17 DE LA SIGTE MANERA: HIV 1+2. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS, o EN SU DEFECTO LA CONSTANCIA DE USO SATISFACTORIO DEL PRONASIDA. Presentación de entrega: Capacidad de realizar como mínimo 20 determinaciones por presentación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 216 - Lote 19 Ítem 1 :Test rápido para Hepatitis B

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
CONSIDERA LA REDACCION DEL LOTE 19 DE L SIGTE MANERA: HBs Ag. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 10 determinaciones. SIN LIMITAR LA CANTIDAD DE ENTREGA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 217 - Lote 19 Ítem 1 :Test rápido para Hepatitis B

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
FAVOR CONSIDERA LA SIGTE REDACION EN EL ITEM MENCIONADO; HBs Ag. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual.CAPACIDAD DE REALIZAR COMO MINIMO 10 DETERMINACIONES POR PRESENTACION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 218 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-01-2025
En el lote 1 la convocante aceptaría el método ECLIA, método que ya es utilizado en diversas instituciones de referencia del ministerio de salud. Además de fomentar la libre competencia entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 219 - LOTE 1 ITEM 6 reactivos que sean compatibles con el equipo de soporte

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con el equipo de soporte semiautomatizado ofertado, pudiendo ser los mismos de una marca diferente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 220 - LOTE 1 ITEM 33 equipo de soporte que realice las determinaciones de electrolitos por separado del equipo integrado

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
Se solicita a la convocante modificar y agregar: equipo de soporte que realice las determinaciones de electrolitos por separado del equipo integrado. De manera a dar oportunidad a mayor cantidad de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 221 - LOTE 1 ITEM 36 AL 41 equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
Se solicita a la convocante modificar y agregar: equipo de soporte que realice las determinaciones de drogas, en el caso de que el equipo principal no realice el listado completo solicitado. De manera a dar oportunidad a mayor cantidad de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 222 - LOTE 1 ITEM 100 MODIFICACION DE PARAMETROS

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
Se solicita a la convocante modifcar que los parámetros: densidad, color, aspecto y turbidez sean determinados por el equipo y no en la tira reactiva. Ya que de manera general; el aspecto, la turbidez y el color son determinados por los equipos automatizados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 223 - LOTE 32 ITEM 1 TUBOS DE 2,7 ML

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
Se podría aceptar tubos de 2,7 ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 224 - LOTE 1 ITEM 4 reactivos que sean compatibles con los equipos

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos ofertados, pudiendo ser los mismos de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 225 - LOTE 1 ITEM 4 reactivos que sean compatibles con los equipos ofertados

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
Se solicita a la convocante aceptar la oferta de reactivos que sean compatibles con los equipos ofertados, pudiendo ser los mismos de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 226 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
La convocante solicita un equipo automatizado de crasis sanguínea y un semiautomatizado con método óptico de formación de coágulos. Con el fin de fomentar la libre competencia la convocante aceptaría otros métodos como por ejemplo el Electromagnético, que era solicitado en las versiones anteriores a la 7ma de este PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 227 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el LOTE 17: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita respetuosamente a la convocante la exclusión del presente requerimiento, considerando que no todos los oferentes disponen de productos incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. En su lugar, se propone la inclusión de un criterio técnico que exija pruebas que cumplan con estándares internacionales de calidad reconocidos, tales como la certificación ISO 13485, el marcado CE o la aprobación de la FDA. Dichos estándares garantizan que los productos han sido sometidos a estrictos controles de calidad, asegurando su eficacia, fiabilidad y conformidad con las normativas internacionales aplicables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 228 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 20 (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita a la convocante considerar la admisión de una sensibilidad mínima del 94%, dado que ésta sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, cumpliendo con los estándares aceptados para garantizar resultados confiables en este tipo de evaluaciones. Además, esta sensibilidad representa un parámetro comúnmente alcanzado por la mayoría de las pruebas disponibles en el mercado. La implementación de este ajuste favorecerá una mayor participación de oferentes, promoviendo así la competitividad y la diversidad de opciones en el proceso de selección. Por lo anterior, proponemos que el requerimiento sea reformulado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 229 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 59 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm± 2 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita respetuosamente a la convocante admitir un rango de variación de ± 3 mm, considerando que dicha diferencia es insignificante en relación con lo especificado y no compromete la funcionalidad ni la utilidad del insumo. Este ajuste permitiría ampliar la competitividad entre oferentes, sin afectar la calidad ni el desempeño esperado del producto. Por consiguiente, proponemos que el requerimiento sea reformulado de la siguiente forma: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm ± 3 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-01-2025
Ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 230 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	06-02-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que las empresas que solo ofertan reactivos sean exoneradas del requisito de visita al sitio de ejecución del contrato, considerando que este requisito resulta innecesario para este tipo de productos. La naturaleza de los reactivos no requiere necesariamente una visita al sitio de ejecución, y su suministro no está condicionado a la instalación o configuración de equipos. Por lo tanto, la supresión de este requisito podría agilizar el proceso de licitación y facilitar la participación de más empresas, promoviendo así una competencia más equitativa y eficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 231 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2025
Solicitamos de manera respetuosa a la entidad convocante que las empresas que únicamente ofrezcan reactivos sean eximidas del requisito de realizar una visita al lugar de ejecución del contrato, ya que este requisito no es necesario para este tipo de productos. Dado que los reactivos no requieren una visita al sitio y su suministro no depende de la instalación o configuración de equipos, eliminar este requisito podría acelerar el proceso de licitación y permitir una mayor participación de empresas, promoviendo así una competencia más justa y eficiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 232 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2025
Solicitamos de manera cordial a la entidad convocante que se dispense el requisito de la visita al sitio de ejecución del contrato para aquellas empresas que solo ofrezcan reactivos, dado que este requisito no resulta relevante para este tipo de productos. La naturaleza de los reactivos no exige una inspección en el sitio, y su suministro no está vinculado a la instalación o ajuste de equipos. Por lo tanto, eliminar esta exigencia podría acelerar el proceso de licitación y fomentar una mayor participación de empresas, favoreciendo una competencia más abierta y eficiente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
: Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 233 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-02-2025
"Con el objetivo de promover la libre competencia, ¿la convocante estaría dispuesta a considerar la aceptación de un método similar al CLIA, pero con una mayor sensibilidad y precisión, como es el método ECLIA (Electro-Quimioluminiscencia) ?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
: Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 234 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Para oferentes EXCLUSIVAMENTE DE REACTIVOS: solicitamos a la convocante que considere válida la DECLARACIÓN JURADA, en la cual se certifica el conocimiento del sitio de ejecución y la disponibilidad de la información necesaria para la preparación de la oferta y la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Este enfoque permitiría una mayor participación de oferentes, lo que, a su vez, contribuiría a recibir propuestas más competitivas y precios más favorables para la entidad convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 235 - Capacidad técnica – Para Reactivos

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Teniendo en cuenta de que la transición de LCSP a DINAVISA es reciente, y que muchos productos se registran por primera vez, no existe Constancia de Renovación de Trámite y tampoco Certificado de trámite, se solicita extraordinariamente aceptar la Mesa de Entrada de la Solicitud de Registro Sanitario, ya que es el único documento disponible a la fecha.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 236 - Capacidad técnica – Para Reactivos

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
La Convocante establece como requisito documental "En caso de que los documentos se encuentren vencidos deberá acompañar la Constancia o Certificado de Trámite emitido por DINAVISA.". Se consulta respetuosamente si con "Constancia o Certificado de Trámite" se refiere al trámite digital en sí, que corresponde a la mesa entrada del expediente de Solicitud de Registro Sanitario a DINAVISA, el cual puede ser descargado en formato PDF del portal digital de DINAVISA, ya que a la fecha, no se emite ninguna constancia de Trámite ni Certificado de Trámite.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 237 - LOTE 1 ITEM 1 equipo que permita conexión al LIS

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante aceptar: equipo que permita conexión al LIS, sin la característica bidireccional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 238 - LOTE 1 ITEM 2 AL 3 calibradores compatibles con el equipo

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante aceptar: ofertar calibradores compatibles con el equipo, que no necesariamente sean de la misma marca, ya que existen en el mercado calibradores que son fabricados específicamente para cada equipo y poseen una marca diferente, de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 239 - lote 1 item 8 al 100 módulo de inmunología debe tener capacidad de 30 reactivos

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante modificar: El módulo de inmunología debe tener capacidad de 30 reactivos a bordo mínimamente para cubrir la mayor cantidad de determinaciones. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes y evitar cerrar las especificaciones técnicas a determinados oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 240 - lote 1 item 8 al 100 equipos de apoyo para realizar hasta 6 pruebas -2

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante modificar a Se permitirán equipos de apoyo para realizar hasta 6 pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal, de manera a poder ofertar hasta dos equipos de soporte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 241 - lote 1 item 100 rendimiento mínimo 70 muestras/hora

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante aceptar y/o modificar: rendimiento mínimo 70 muestras/hora con el análisis de sedimento, mientras que el análisis de tiras reactivas como mínimo de 100 muestras/hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 242 - LOTE 3 ITEM 1 eliminar el requerimiento: " con un peso no superior a los 800 gramos"

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante eliminar el requerimiento: " con un peso no superior a los 800 gramos" ya que limita la participación de potenciales oferemtes, y contemplar las ofertas de equipos portátiles sin limitar con el peso de los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 243 - LOTE 1 ITEM 7 AL 101 Velocidad solicitada de la centrífuga

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita aclarar: velocidad mínima requerida de la centrífuga solicitada; Se podrían proveer más centrífugas en el caso de que la capacidad de las mismas no sea de 24 tubos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 244 - LOTE 1 ITEM 4 AL 7 Reactivos de la misma marca o compatibles y con el equipo

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante modificar: 3. Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca o compatibles y con el equipo y que deben estar incluidos en cada kit o por separado; ya que ello no afecta el procesamiento de muestras; y al estar separados del kit se preserva la viabilidad de controles y calibradores. para el equipo semiautomatizado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 245 - LOTE 1 ITEM 4 AL 7 equipo semiautomatizado

Consulta	Fecha de Consulta	10-02-2025
Se solicita a la convocante modificar: para el equipo semiautomatizado; Capacidad de incubación de 8 o más muestras. De manera a dar mayor participación a potenciales oferentes y evitar cerrar las especificaciones técnicas a determinados oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 246 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el LOTE 17: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita respetuosamente a la entidad convocante la exclusión de este requisito, ya que no todos los oferentes cuentan con productos incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. Esto podría limitar la participación de proveedores que ofrecen pruebas de alta calidad certificadas por otros organismos internacionales. En su lugar, proponemos que se adopte un criterio técnico que exija pruebas diagnósticas certificadas bajo estándares internacionales de calidad, tales como la norma ISO 13485, el marcado CE o la aprobación de la FDA. Estos estándares garantizan que los productos han sido sometidos a estrictos controles de calidad, asegurando su eficacia, seguridad y cumplimiento con las regulaciones vigentes. La aplicación de este enfoque permitiría ampliar la oferta de productos disponibles sin comprometer la calidad ni la seguridad, fomentando la competitividad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 247 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2025
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 20 (Chagas Test Rápido), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.” Se solicita respetuosamente a la entidad convocante considerar la admisión de una sensibilidad mínima del 94%, ya que este valor sigue siendo altamente efectivo para pruebas de tamizaje y se encuentra dentro de los rangos aceptados en la práctica clínica y regulatoria. Diversos estudios normativos e internacionales reconocen que una sensibilidad en este umbral permite detectar con alta precisión la mayoría de los casos positivos, garantizando resultados confiables y reduciendo el riesgo de falsos negativos en contextos de diagnóstico preliminar. Además, una sensibilidad del 94% es un parámetro alcanzable por la mayoría de las pruebas disponibles en el mercado, lo que asegura la disponibilidad de insumos de calidad sin comprometer el desempeño clínico. La implementación de este ajuste facilitaría una mayor participación de oferentes, fomentando la competitividad y ampliando el acceso a soluciones diagnósticas confiables. Por lo anterior, proponemos que el requerimiento sea reformulado de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico. Para detección de IgG. Los reactivos deben tener una sensibilidad de 94% como mínimo. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o casetes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 20 y máximo 30 determinaciones por presentación.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 248 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2025

En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 59 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm± 2 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.” Se solicita respetuosamente a la convocante admitir un rango de variación de ± 3 mm, considerando que dicha diferencia es insignificante en relación con lo especificado y no compromete la funcionalidad ni la utilidad del insumo. Este ajuste permitiría ampliar la competitividad entre oferentes, sin afectar la calidad ni el desempeño esperado del producto. Por consiguiente, proponemos que el

requerimiento sea reformulado de la siguiente forma: “Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm ± 3 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo.”

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025

Ajustarse a la última versión del PBC.

Consulta 249 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2025

En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: “1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Solicitamos respetuosamente la extensión del plazo de entrega a 45 días calendario, considerando los tiempos requeridos para la fabricación, logística de envío y trámites aduaneros, los cuales pueden fácilmente superar un mes. La limitación del plazo actual restringe injustificadamente la participación de oferentes que cuentan con la capacidad de suministro, pero que requieren un tiempo razonable para cumplir con los procesos mencionados. Mantener este plazo beneficia únicamente a aquellos que disponen del producto en stock, lo que podría generar condiciones desiguales en el proceso de adquisición. La ampliación del plazo garantizaría una competencia más equitativa, promoviendo la participación de un mayor número de oferentes sin comprometer la calidad ni la disponibilidad del producto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025

Ajustarse a la última versión del PBC.

Consulta 250 - Lote 17 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-02-2025

En el apartado de especificaciones técnicas, en el LOTE 17: (Test Rápido para HIV), donde dice: “El producto ofertado debe estar en el listado de pruebas recomendadas por la OMS.” Se solicita respetuosamente a la entidad convocante la exclusión de este requisito, ya que no todos los oferentes cuentan con productos incluidos en el listado de pruebas recomendadas por la OMS. Esto podría limitar la participación de proveedores que ofrecen pruebas de alta calidad certificadas por otros organismos internacionales. En su lugar, proponemos que se adopte un criterio técnico que exija pruebas diagnósticas certificadas bajo estándares internacionales de calidad, tales como la norma ISO 13485, el marcado CE o la aprobación de la FDA. Estos estándares garantizan que los productos han sido sometidos a estrictos controles de calidad, asegurando su eficacia, seguridad y cumplimiento con las regulaciones vigentes. La aplicación de este enfoque permitiría ampliar la oferta de productos disponibles sin comprometer la calidad ni la seguridad, fomentando la competitividad

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-02-2025

Ajustarse a la última versión del PBC.