

Consultas Realizadas

Licitación 450772 - Adquisición de Reactivos, Medios de Cultivo e Insumos para el INAN

Consulta 1 - Vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2024
requiere 2 años de vencimiento minimo para medios de cultivo tales Agares, Caldos y suplementos para cultivo microbiologico, asi mismo para reveladores ej Reactivo de Kovacs Se solicita a la convocante permitir vencimiento minimo de un 1 año para agares y caldos y 6 meses para suplementos y reveladores. Esto pedido se basa en que son los vencimientos que los fabricantes garantizan debido a las regulaciones sanitarias europeas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2024
La convocante se ratifica en lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	29-08-2024
no se observa ningun requerimiento de vencimiento minimo para los lotes 12 item 8 y lote 14. favor aclarar porque son materiales biologicos que requerian una validez y para evitar inconvenientes al momento del suministro		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-09-2024
En referencia al Lote 12, Item 8. La convocante se ratifica en lo solicitado en el PBC. En referencia al Lote 14 favor referirse a la Adenda N° 01		

Consulta 3 - LOTE 1.1 - SALMONELLA

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
ITEM 1: Ágar XLD: Se podría aceptar que el agar contenga: desoxicolato de sodio 2,5g/l y 15g/l de Agar?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
Referirse Adenda II		

Consulta 4 - LOTE 1.1 - SALMONELLA

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
ITEM 2 - Agar S.S.(salmonella- shigella) Se podría aceptar que la el Agar esté en una concentración de 15gr/l?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
Referirse Adenda II		

Consulta 5 - LOTE 2.1 - Coliformes

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
ITEM 1: Caldo Bilis Verde Brillante		
Se podría aceptar la siguiente composición en gr/l: Digerido enzimático de caseína 10, Verde brillante 0,0133, Lactosa 10, Bilis de buey 20.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
Referirse Adenda II		

Consulta 6 - LOTE 9.1 - Recuento de aerobios mesófilos

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
Agar PCA (Plate Count Agar): Se puede aceptar la leche aparte?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 7 - LOTE 14 - E COLI -PCR

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2024
Kit de Diagnóstico de E. Coli, para PCR: se podría aceptar un kit que detecte: EHEC - STEC (O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8 y O145:H28). ETEC, EIEC, EPEC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2024
Referirse Adenda II		

Consulta 8 - Reactivos controlados por SENAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Favor informar que en caso de ser adjudicados los productos controlados por la SENAD, Ej Alcohol Isopropílico, INAN contará con el Permiso de compra emitido por estos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
El INAN aclara que a la fecha no cuenta con la autorización para los productos controlados, y que se encuentra realizando las gestiones para obtenerla.		

Consulta 9 - Reactivos controlados por SENAD

Consulta	Fecha de Consulta	05-09-2024
Los siguientes reactivos son controlados por SENAD y van requerir Formularios de Autorización de dicho ente para su entrega, en caso de ser adjudicados. Éter Etilico, Isopropanol, Permanganato de Potasio entre otros. Favor confirmar que se contará con ese documento en caso de adjudicar lotes que incluyan a estos reactivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-09-2024
El INAN aclara que a la fecha no cuenta con la autorización para los productos controlados, y que se encuentra realizando las gestiones para obtenerla.		

Consulta 10 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante cambiar el sistema de adjudicación (por lotes) a adjudicación por ítems, atendiendo a que, en un mismo lote, se encuentran productos que no corresponden para un solo proveedor, y de esta forma dar oportunidades a otros oferentes dedicados

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

La convocante se ratifica en lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 11 - lote 14

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

Se podría aceptar 4 kits de 48 determinaciones para completar 192 determinaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para el LOTE 14 Kit de Diagnostico de EColi para PCR.

Consulta 12 - Lote 14

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante indicar el tipo de muestras que tendrían para este tipo de análisis

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones para el Lote 14 Kit de Diagnostico de E. Coli para PCR, se aclara que en las Especificaciones Técnicas se indica que el Kit de detección de E. Coli es EN ALIMENTOS.