

## Consultas Realizadas

# Licitación 449156 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO

### Consulta 1 - Item N° 2 Cápsulas de aluminio

Consulta	Fecha de Consulta	15-06-2024
Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 60 días, a fin de ampliar las posibilidades a otros oferentes que deben realizar importación de este producto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2024
Favor remitirse a la Adenda N° 1.-		

### Consulta 2 - Item 2 - Capsula de aluminio

Consulta	Fecha de Consulta	17-06-2024
Se consulta a la convocante si las dimensiones de la cápsula, en la altura, si en los 7 mm ya se cuenta los 0,5 mm de espesor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-06-2024
Sí, la altura ya es considerando el espesor.		

### Consulta 3 - Especificación Técnica Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2024
Item 3 CELULOSA MICROCRISTALINA PARA LABORATORIO. Se solicita estos parámetros: Almidón: No contiene; Metales pesados: <0,001%; Impurezas orgánicas: No contiene. Favor considerar que: 1- Almidón no es una prueba requerida por farmacopeas. 2- Hace ya varios años que metales pesados no son un requerimiento oficial por las farmacopeas americana (USP-NF) ni Europea , y en su lugar se solicita el control de las Impurezas elementales. 3- Respecto a las impurezas orgánicas, es una prueba que aplica solo para Principios activos y productos terminados, estando los Excipientes (CELULOSA MICROCRISTALINA es excipiente en la industria farmacéutica) cubiertos por las pruebas de Impurezas elementales y Solventes Residuales. Favor considerar eliminar estos parámetros o ajustar a requerimientos de Farmacopea de modo a poder ofertar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-06-2024
Favor remitirse al PBC. Es importante aclarar que por recomendaciones técnicas del fabricante del espectrómetro de rayos x, la celulosa microcristalina debe cumplir indefectiblemente con las especificaciones técnicas solicitadas.		