Consultas Realizadas

Licitación 445059 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS VARIOS PARA LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS, TRAUMATOLOGIA Y QUIROFANO DEL HCPRC

Consulta 1 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
4.2 Solicitan Capacidad de soporte de peso de 250Kg como mínimo, solicitamos permita ofertar camas con Capacidad de soporte de peso de 230kg como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Las especificaciones técnicas son la mínimas requeridas por el servicio. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
4.5 Solicitan Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual mínimo 20 cm. Solicitamos diga Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual hasta un largo de 210cm, considerando que solicitan camas de mínimo 190cm de largo, sumarle 20 cm de extensión equivaldría a 210cm pero se puede dar que la cama ofertada cuente con un largo mayor a 190 pero con la extensión menor a 20 cm, pero lo importante es que a la hora de extender se obtendrá el largo total necesario		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que resulta también que algún oferente podría ofertar una cama con 190cm, la minima requerida, si reducimos la capacidad de extensión no obtendriamos el minimo requerido de 210 cm. Las especificaciones técnicas son la mínimas requeridas. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
4.10 Controles eléctricos desmontables de la cama. Uno para control del paciente y el otro para el personal médico del hospital, como mínimo. Ambos desmontables con cable . Solicitamos permita ofertar camas con control integrado en las barandas Uno interno para control del paciente y el otro externo para el personal médico y adicionalmente un control eléctrico desmontable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
4.11 2(dos) controles manuales de backup del lado de la piecera de la cama como eberá. Solicitamos que este punto sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
5.1 Altura ajustable eléctricamente (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchón) Altura mínima 50 cm o menos Altura máxima: 80 cm o más Solictamos diga: Altura ajustable eléctricamente (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchón) Altura mínima 50 cm o menos Altura máxima: 70 cm o más		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
5.2 Elevación eléctrica de la sección de espalda Rango de 0 a 75°como mínimo Solicitamos diga: Elevación eléctrica de la sección de espalda Rango de 0 a 70°como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-07-2024
5.4 Sección de ajuste de rodilla eléctrico con rango de 0 a 35° como mínimo. Solicitamos diga: Sección de ajuste de rodilla eléctrico con rango de 0 a 25° como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Ítem 1 Cama Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 1 se solicita Cama Eléctrica. Se especifica que las dimensiones totales de la cama, incluyendo cabecera, piecera, barandales y protectores, deben tener las siguientes medidas: Longitud máxima de 225 cm y Ancho máximo de 100 cm.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que modifique este requisito para aceptar una longitud máxima de 214 cm y un ancho máximo de 106 cm, garantizando así una mayor comodidad en el manejo de pacientes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Una medida mayor a 100cm, no permitiría el paso de la cama en algunas aberturas del hospital. Las especificaciones técnicas son la mínimas requeridas. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - Ítem 1 Cama Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 1 se solicita Cama Eléctrica. Se especifica que la Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual mínimo debe ser de 20 cm.
Solicitamos amablemente a la convocante que el citado requisito sea opcional, teniendo en cuenta que la mayor parte de las necesidades están cubiertas con las dimensiones requeridas en el punto 4.3

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 10 - Ítem 1 Cama Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 1 se solicita Cama Eléctrica. Actualmente se especifica que la altura ajustable mínima sea de 50 cm o menos, y la altura máxima sea de 80 cm o más.
Considerando las necesidades específicas de manejo y confort de los pacientes, solicitamos amablemente a la convocante que ajuste estos requisitos para que la altura mínima sea de 50 cm o más, y la altura máxima sea de 75 cm o más. Esto garantizará condiciones óptimas tanto para el cuidado como para la comodidad de los pacientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 11 - Ítem 1 Cama Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 1 se solicita Cama Eléctrica con Sistema RCP eléctrico. Solicitamos amablemente a la convocante considerar la inclusión de mecanismos manuales para la activación de la posición RCP, ya que estos se activan significativamente más rápido en comparación con los sistemas eléctricos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 12 - Ítem 1 Cama Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 1 se solicita Cama Eléctrica con Posición Cardiaca. Solicitamos respetuosamente a la convocante que considere hacer esta posición opcional, dado que para aprovechar al máximo esta función, se requerirían otras características adicionales no contempladas en este pliego, como un sistema de pesaje del paciente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 13 - Ítem 2 Equipo de Hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 2 se solicita Equipo de Hemodiálisis. Se especifica que el equipo deberá ser apto para funcionar con Bicarbonato líquido y con Bicarbonato en polvo (presentación en bolsa).
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar máquinas que acepten bicarbonato seco en formato de cartucho. Dado que la oferta de cartuchos es considerablemente más amplia y ofrece mayor seguridad en el manejo, transporte y almacenamiento, recomendamos a la convocante habilitar la posibilidad de recibir máquinas que operen con bicarbonato seco en formato de cartucho.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que sí puede cotizar sistema con bicarbonato en polvo (seco) que se adecue al equipo ofertado.

Consulta 14 - Ítem 2 Equipo de Hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 2 se solicita Equipo de Hemodiálisis. Se especifica la capacidad de cambiar automáticamente la sección de tubuladuras de sangre (de 6mm a 8mm) en el módulo de bomba de sangre arterial por parte del personal de salud sin necesidad de intervención técnica.
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar hacer este requisito opcional, dado que esta función está disponible exclusivamente en una marca comercial específica, lo cual podría limitar la participación de otros proveedores.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Tal requerimiento obedece a que, con esta funcionalidad, se garantizará con exactitud el flujo real de sangre (el ajuste es realizado por software) durante la terapia, evitando asi desajustes mecánicos en cabezales de bomba de sangre arterial que alteren el flujo de sangre programado. Ademas el operador puede realizar el cambio en la programación de la sección de tubo sin necesidad de intervención técnica. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 15 - Ítem 2 Equipo de Hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 2 se solicita Equipo de Hemodiálisis. Actualmente se especifica un rango de flujo de dializado de 300, 500, y 800 ml/min.
Solicitamos amablemente a la convocante considerar ofertas que abarquen el rango de 0 a 600 ml/min. Este ajuste permitiría cubrir todas las necesidades de terapia de hemodiálisis de bajo flujo. Valores superiores a 600 ml/min requieren configuraciones específicas para terapia de alto flujo, lo cual implica ajustes adicionales en la provisión de filtros y suministro de agua.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

El proposito es entregar una mejor terapia a los pacientes con el fin de mejorar su expectativa de vida. Para una terapia de alta eficiencia, con flujos sanguineos (QB) y de dializado (QD) garantizados, filtros de dializado con coeficientes de aclaramiento y permeabilidad adecuados, se debe contar con rangos que posibiliten tales tratamientos, junto con el filtro adecuado, principalmente para hemodialisis de alto flujo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 16 - Ítem 2 Equipo de Hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el PBC, en el ítem 2 se solicita Equipo de Hemodiálisis. Actualmente se especifica que el equipo debe contar con la función de vaciar bolsa de bicarbonato.
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar máquinas que acepten bicarbonato seco en formato de cartucho. Este tipo de cartuchos ofrece ventajas significativas en términos de manejo, transporte y almacenamiento seguro del bicarbonato, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el riesgo de contaminación durante el proceso de hemodiálisis. La inclusión de este tipo de equipos no solo optimiza la logística y la seguridad en el manejo de materiales, sino que también amplía las opciones disponibles para los oferentes, fomentando así la competencia y potencialmente mejorando las soluciones disponibles para los pacientes en términos de costo y efectividad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que sí puede cotizar sistema con bicarbonato en polvo (seco) que se adecue al equipo ofertado.

Consulta 17 - Ítem 1 Cama eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el Ítem 1 Cama eléctrica para paciente, el pedido en las EETT se observa que solicitan cama eléctrica con muchas características que no coinciden con el precio referencia y al observa el antecedente de la estimación de costos están tomando como estimación cama manual tanto en la cotización del proveedor LCM, como el precio del proveedor IBP, como también se observa que tomaron el ID 402751 del Hospital Pediatrico donde fue adjudicada a la empresa LCM por 17.000.000 gs pero claramente se ve que es el item 9 cama manual para paciente, por lo tanto no coinciden la estimación de precio con el referencial publicada y las especificaciones técnicas. Por lo expuesto anteriormente solicitamos a la convocante que amplie el precio referencial a las de camas eléctricas a un precio aproximado del mercado de 48.000.000 de guaraníes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 18 - Ítem 1 Cama eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el Ítem 1 Cama eléctrica para paciente, en el punto 4.3 solicitan dimensiones máximas de 225 cm de longitud y un ancho máximo de 100 cm, solicitamos a la convocante colocar un rango ya que al decir máxima de 225cm podemos cotizar camas de 100cm de longitud y cumplimos por no pasar las máximas solicitadas, por lo tanto, deberá de decir Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandas arriba, incluyendo protectores con una longitud entre 200 cm a 225 cm como máximo. Y un ancho entre 100 a 110 cm como máximo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Las especificaciones técnicas son la mínimas requeridas. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Ademas en importante considerar el punto 4.4 donde se establece las dimensiones mínimas para la superficie del paciente.

Consulta 19 - Ítem 1 Cama eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el Ítem 1 Cama eléctrica para paciente, solicitan Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual mínimo 20 cm. Solicitamos a la convocante que sea este punto opcional de esta manera se tendrá mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 20 - Ítem 1 Cama eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el Ítem 1 Cama eléctrica para paciente, en el punto 4.10 solicitan Sistema de protección y guía rotatoria anti-golpes en las 4 esquinas de la cama, Solicitamos a la convocante que sea este punto opcional de esta manera se tendrá mayor participación de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 21 - item 1 Cama eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024

En el Ítem 1 Cama eléctrica para paciente, en el punto 4.11 solicitan 2 (dos) controles eléctricos desmontables de la cama. Uno para control del paciente y el otro control para el personal médico del hospital, como mínimo. Solicitamos a la convocante cotizar control incluido en la baranda de la cama en ambos lados de la barandas con control por dentro para uso del paciente y controles por fuera para uso de los profesionales de la salud

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 22 - Ítem 1 Cama eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
En el Ítem 1 Cama eléctrica para paciente, en el punto 4.12 (dos) controles de movimientos manuales de backup del lado de la piecera de la cama. Solicitamos a la convocante que este ítems sea opcional y que en el punto 4.11 solicitan ya controles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Favor notar que se especifica como backup, por ello la especificación manual, la que hacen mención al control son del tipo eléctrico.		

Consulta 23 - item 1 Cama eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2024
En el Ítem 1 Cama eléctrica para paciente, en el punto 7.1 Colchón de espuma de poliuretano de la misma marca de la cama, el oferente deberá presentar un certificado que los colchones son de la misma marca de la cama ofertada y un Certificado de la Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1. Solicitamos a la convocante que este ultimo punto sea Opcional Certificado de la Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1 esto obedece a que camas con certificado FDA no puede cumplir con este certificado porque solo se aplica para el mercado europeo o proveedores europeos y esto es quitar directamente a posibles oferentes con otras regulaciones en el mercado americano.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que podrá cotizar colchón de espuma de poliuretano de la misma marca de la cama con certificados de calidad CE, FDA y/o Mercosur al menos una de ellas.		

Consulta 24 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024
Considerando que el precio referencial establecido para el ítem 1 (Cama Eléctrica) se encuentra considerablemente por debajo del costo real del mercado y no está acorde a las especificaciones técnicas (EETT) solicitadas en el pliego de condiciones, las cuales requieren un producto de alta calidad para cumplir con los estándares de calidad y eficiencia requeridos, solicitamos amablemente que se reconsidere y reajuste el precio referencial. Solicitamos amablemente a la convocante que el precio referencial se ajuste a 70.000.000 Gs para reflejar de manera más precisa los costos actuales del mercado y las especificaciones técnicas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Ítem 2 Equipo de Hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024

En el PBC, en el ítem 2 se solicita Equipo de Hemodiálisis. Actualmente se especifica un rango de flujo de dializado de 300, 500, y 800 ml/min.
Solicitamos amablemente a la convocante considerar ofertas que abarquen el rango de 0 a 600 ml/min. Este ajuste cubrirá todas las necesidades de terapia de hemodiálisis de bajo flujo. Valores superiores a 600 ml/min requieren configuraciones específicas para terapia de alto flujo, lo cual implica ajustes adicionales en la provisión de filtros y suministro de agua que no están contemplados en este llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

El proposito es entregar una mejor terapia a los pacientes con el fin de mejorar su espectativa de vida. Para una terapia de alta eficiencia, con flujos sanguineos (QB) y de dializado (QD) garantizados, filtros de dializado con coeficientes de aclaramiento y permeabilidad adecuados, se debe contar con rangos que posibiliten tales tratamientos, junto con el filtro adecuado, principalmente para hemodialisis de alto flujo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 26 - Ítem 2 Equipo de Hemodiálisis

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024

En el PBC, en el ítem 2 se solicita Equipo de Hemodiálisis. Se especifica la capacidad de cambiar automáticamente la sección de tubuladuras de sangre (de 6mm a 8mm) en el módulo de bomba de sangre arterial por parte del personal de salud sin necesidad de intervención técnica.
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar hacer este requisito opcional, dado que esta función está disponible exclusivamente en una marca comercial específica, lo cual limitará la participación de otros proveedores que no cuentan con esta función .

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Tal requerimiento obedece a que, con esta funcionalidad, se garantizará con exactitud el flujo real de sangre (el ajuste es realizado por software) durante la terapia, evitando asi desajustes mecánicos en cabezales de bomba de sangre arterial que alteren el flujo de sangre programado. Ademas el operador puede realizar el cambio en la programación de la sección de tubo sin necesidad de intervención técnica. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 27 - Ítem 1 Cama Eléctrica

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2024

En el PBC, en el ítem 1 se solicita una Cama Eléctrica con Posición Cardiaca. Solicitamos respetuosamente a la convocante que considere este requerimiento como opcional, dado que para aprovechar al máximo esta función, se requerirían otras características adicionales no contempladas en este pliego, como, por ejemplo: un sistema de pesaje del paciente, llamado de enfermería, superficie translúcida a los rayos X y porta chasis, etc.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se podrán cotizar equipos con mayores prestaciones a las solicitadas, las Especificaciones Técnicas solicitadas son mínimas.

Consulta 28 - Período de validez de la garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

3 (tres) años como mínimo para los Ítems N° 2, 3 y 4.
Solicitamos que la validez de la garantía sea de 2 años como mínimo. Solicitar 3 años es excesivo y los precios referenciales fijados no permiten considerar esta variable

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el tiempo de garantía requerida es para salvaguardar los recursos institucionales.

Consulta 29 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

c.2. 3(tres) años como mínimo para el ítem N° 02, 03 y 04. Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas del PBC.
Solicitamos que la validez de la garantía sea de 2 años como mínimo. Solicitar 3 años es excesivo y los precios referenciales fijados no permiten considerar esta variable

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el tiempo de garantía requerida es para salvaguardar los recursos institucionales.

Consulta 30 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

j. Recepción definitiva.
El bien entregado será objeto de revisión por parte de la Convocante, y ante la satisfacción de los controles realizados, se labrará ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA del bien entregado en un plazo mínimo de 30 (treinta) días. Una vez entregado todos los bienes adjudicados, el oferente deberá solicitar la emisión de la CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, nota mediante acompañado de la documentación que demuestre el cumplimiento.
Solicitamos que el Acta de recepción definitiva sea labrada en un plazo de 15 días

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el tiempo establecido para el Acta de recepción definitiva es necesario para la institución para garantizar que el bien entregado cumpla efectivamente lo estipulado en las EETT del PBC.

Consulta 31 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

4.3 Ancho máximo: 100cm.
¿Se podría cotizar con ancho máximo de 110cm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Una medida mayor a 100cm, no permitiría el paso de la cama en algunas aberturas del hospital. Las especificaciones técnicas son la mínimas requeridas. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 32 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
4.5 Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual mínimo 20 cm. ¿Se podría considerar como opcional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 33 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
2 (dos) controles eléctricos desmontables de la cama. Uno para control del paciente y el otro control para el personal médico del hospital, como mínimo. Ambos desmontables con cable. ¿Podría ser cotizado desmontable o embutido?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 34 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
4.11 2 (dos) controles de movimientos manuales de backup del lado de la piecera de la cama como eberá. ¿Se podría cotizar con 1 o 2 controles de movimientos manuales?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que Dos son los movimientos de importancia en el uso de backup. Las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 35 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
5.1 Altura máxima 80 cm o más. ¿Se podría considera altura máxima de 70cm o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 36 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
5.2 Elevación eléctrica de la sección de espalda. Rango de 0° a 75º como mínimo. ¿Se podría considerar en el rango de 0º a 65º como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 37 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
5.3 Movimiento eléctrico de Trendelemburg y de Trendelemburg Inversa de 0 12° como mínimo. ¿Se podría considerar de 0 a 10º como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 38 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
7.2 El colchón deberá ser articulado de acuerdo a la forma y tamaño de la cama. ¿Se podría considerar articulado o de una sola pieza?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 39 - Ítem 1 Cama eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
8.2 01 (un) Porta nombre indentificatorio de paciente en la piecera de la cama. ¿Podría ser considerado opcional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 40 - Ítem 3 Torre para cirugía videolaparoscópica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
2.3.1 De 30 pulgadas como mínimo, grado médico, sistema color, tipo 4K/3D. ¿Se podría cotizar tipo 4K/3D o tipo 4K?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en en Pliego de Bases y Condiciones, se solicita monitor con capacidad 4K/3D para poder convertir la torre 4K en torre 4K/3D en el futuro, teniendo la necesidad de adquirir sólo la óptica cámara 3D.		

Consulta 41 - Ítem 3 Torre para cirugía videolaparoscópica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
2.3.4 Relación de contraste: 1000:1 ¿Se podría cotizar 1000:1 o 1500:1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que las Especificaciones Técnicas requeridas son las que se adecuan a las necesidades de los servicios y al presupuesto actual del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 42 - Ítem 3 Torre para cirugía videolaparoscópica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
2.6.2 Con paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta ¿Se podría cotizar con paneles divisores para los equipos, con o sin puertas con llave y una gaveta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara que se aceptará con puertas o abierta, siempre que cumpla con los demás requisitos del PBC.		

Consulta 43 - Ítem 3 Torre para cirugía videolaparoscópica

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
Garantía escrita valida por 3 (tres) años como mínimo contra toda falla de diseño y/o fabricación contada a partir de la fecha de entrega del equipo. Dicha Garantía deberá cubrir los mantenimientos preventivos y correctivos según protocolo del fabricante por el periodo que dure garantía. Solicitamos que la validez de la garantía sea de 2 años como mínimo. Solicitar 3 años es excesivo y los precios referenciales fijados no permiten considerar esta variable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
El servicio del hospital precisa de esta garantía extendida, que asegure el funcionamiento de estos equipos por lo menos por 3 años. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 44 - Ítem 4 set de artroscopia

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

2.5.1 02 (dos) Piezas de mano Shaver Revoluciones: 1500 r/min o menos a
60.000r/min o más Oscilaciones: 1000 o menos a 2500 o más.
¿Se podría considerar la solicitud de una sola pieza de mano con las características descriptas, a los efectos de ajustarse al precio de referencia fijado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas son definidas por los profesionales médicos del hospital y según necesidad.

Consulta 45 - Ítem 4 set de artroscopia

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

2.1.2 2 (dos) Ópticas de dirección visual variable entre 15º a 90º o mayor, 4 a 5mm Ø, longitud 18 a 20 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado. Debe contar con rueda de ajuste para regular la dirección visual deseada.
O cotizar 2 (dos) ópticas de cada dirección visual: 0º, 15º, 30º, 45º, 70º y 90º respectivamente
Debe incluir canastilla de esterilización y transporte, por cada óptica.
¿Se podría considerar la solicitud de una sola óptica con las características descriptas, a los efectos de ajustarse al precio de referencia fijado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas son definidas por los profesionales médicos del hospital y según necesidad.

Consulta 46 - Ítem 4 set de artroscopia

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

2.6.2 Garantía de 3 (tres) años como mínimo, que incluya mantenimiento preventivo y correctivo según protocolo del fabricante.
Solicitamos que la validez de la garantía sea de 2 años como mínimo. Solicitar 3 años es excesivo y los precios referenciales fijados no permiten considerar esta variable

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

El servicio del hospital precisa de esta garantía extendida, que asegure el funcionamiento de estos equipos por lo menos por 3 años. Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 47 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024

Solicitamos ampliar el plan de entrega a 90 (noventa) días hábiles para los ítems 3 y 4, considerando la alta complejidad de los equipos solicitados y la imposibilidad de importarlos en un período de tiempo tan corto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al Potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de entrega fijado es lo que se ajusta a la necesidad del hospital.

Consulta 48 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
Solicitamos establecer el valor de 0,10%, teniendo en cuenta el corto plazo de entrega previsto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el porcentaje de multa establecido es una garantía a la institución, para que el producto sea entregado en tiempo y en forma.		

Consulta 49 - Pago de Anticipo

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2024
Consultamos la posibilidad de considerar el pago de anticipo del 20% previsto en la Ley, considerando el alto costo de varios equipos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
La finalidad del presente proceso licitatorio es la Adquisición de equipos médicos, consideramos que no resulta prudente y conveniente incluir el pago de anticipo financiero, en atención a que dicha forma de pago requiere de trámites administrativos burocráticos, que retrasarán el proceso de provisión de los equipos médicos a nuestro nosocomio. Esto es así que el oferente tiene un plazo para la presentación del Pedido de Cobro de anticipo (15 días como mínimo) adjuntando todos los documentos requeridos, como la contratación de pólizas de seguro, facturas, etc., la Convocante también tiene un plazo razonable para el pago en concepto de anticipos (60 días). Una vez efectivizado el pago del Anticipo, la Convocante recién allí podrá emitir las Órdenes de Compra, retrasando innecesariamente la entrega efectiva del bien que traemos a colación que son de primera necesidad para un hospital y que se requiere de una entrega inmediata. Por todo lo expuesto, se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 50 - Item 3

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
1.1 Descripción general: Torre de Videolaparoscopia 4K. Solicitamos amablemente a la convocante permitir participar con una tecnología más avanzada como la 3D ya que con el precio referencial podrían adquirir esta tecnología que es superior a la 4k y así tener mayores beneficios en los procedimientos quirúrgicos, en la enseñanza y la curva de aprendizaje en la cirugía laparoscópica 3D.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que se puede cotizar con tecnología 3D siempre que cumpla con la resolución 4K (3840 x 2160 píxeles).		

Consulta 51 - Item 3 - Punto 2.1.1

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
En el punto 2.1.1: Con capacidad de resolución de 3840 x 2160 pixeles en escaneo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la resolución de1920x1080 de igual forma tendrían una visualización en 3D, por ende, mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en este caso se solicita una resolución con tecnología 4K acorde con el avance tecnológico que vivimos, el Hospital ya cuenta con equipos con resolución Full HD. La tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles permite una visualización del campo quirúrgico 4 veces más detallado que la HD, aumentando la seguridad de la cirugía.		

Consulta 52 - Item 3 - Punto 2.1.2

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Punto 2.1.2 Con módulo de grabación integrado o separado, capacidad de almacenar Fotos y Videos en memoria USB

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar una unidad aparte de grabación compatible para 2d y 3d con una capacidad de memoria de 1 tera.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara que se puede aceptar con la unidad aparte de grabación, siempre que cumpla con los demás requisitos del PBC.

Consulta 53 - Item 3 - Punto 2.1.4.6

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Punto 2.1.4.6: El procesador debe permitir poder ampliar a futuro otras tecnologías como la 3D, adquiriendo solamente la óptica cámara, para uso con el mismo procesador 4K.

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la tecnología 3d que puede ser usada con la tecnología 4k y full HD solo es necesario utilizar otro cabezal para esta función

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara que se puede cotizar con tecnología 3D siempre que cumpla con la resolución 4K (3840 x 2160 píxeles).

Consulta 54 - Item 3 en los Puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.5

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.5 Cabezal de cámara monochip 4K UHD o mejor. Resolución de la imagen de 3840 x 2160 pixeles o mejor, en escaneo progresivo. Esterilizable por gas, plasma o autoclave.
Para estos puntos solicitamos amablemente a la convocante aceptar la resolución de1920x1080 de igual forma tendrían una visualización en 3D, por ende mejor y cabezales que puedan ser completamente integrados en una sola pieza la óptica, fibra óptica y el cabezal de cámara, para una mejor manipulación dentro del campo quirúrgico, también así con la ayuda de una funda compatible con este mecanismo que va desde la óptica evitando así el reprocesamiento de estas partes que ayuda al equipo a preservar la vida útil en comparación con cada reprocesamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, en este caso se solicita una resolución con tecnología 4K acorde con el avance tecnológico que vivimos, el Hospital ya cuenta con equipos con resolución Full HD. La tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles permite una visualización del campo quirúrgico 4 veces más detallado que la HD, aumentando la seguridad de la cirugía.

Consulta 55 - Item 3 - Punto 2.2.7

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Punto 2.2.7 Peso: no mayor a 250gr.

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar más de lo mencionado ya que al tener todo integrado cabezal fibra y óptica va a ser más el peso, pero menor manipulación de cables en la cx y menos riesgo de errores para el personal que lo va manipular

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara que se refiere al peso del cabezal de cámara solamente.

Consulta 56 - Item 3 - Punto 2.3.2

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Punto 2.3.2 Resolución de 3840 x 2160 pixeles o mejor.

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la resolución de1920x1080 de igual forma tendrían una visualización en 3D.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en este caso se solicita una resolución con tecnología 4K acorde con el avance tecnológico que vivimos, el Hospital ya cuenta con equipos con resolución Full HD. La tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles permite una visualización del campo quirúrgico 4 veces más detallado que la HD, aumentando la seguridad de la cirugía.

Consulta 57 - Item 3 - Punto 2.6.2

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Punto 2.6.2 Con paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta.

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar un carro de transporte acorde para el traslado de los equipos, sin necesidad de que sea completamente cerrado pero sí seguros y con gaveta con llave para guardar accesorios.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara que se aceptará con puertas o abierta, siempre que cumpla con los demás requisitos del PBC.

Consulta 58 - Item 3 - Punto 2.7

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Punto 2.7 Set de instrumentales de CVL, 5mm.

Solicitamos amablemente a la convocante en todos los puntos ampliar la longitud de trabajo de 31cm a más. Como así también aceptar trócares reutilizables de 5,10 y 12mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicita instumentales para uso con pacientes adultos, por lo que una longitud de 31cm podría comprometer los procedimientos en pacientes corpulentos. En cuanto a lo trócares, se aclara que el diámetro interno donde pasan los instrumentales deben ser de 5 y/o 10mm inpidiendo la fuga del nuemoperitoneo.

Consulta 59 - Item 3 - Punto 2.8

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Punto 2.8 Set de instrumentales de MINI CVL, 3.5mm.

Solicitamos amablemente a la convocante en todos los puntos aceptar la longitud de trabajo de 22cm a 29cm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicita instumentales para uso con pacientes adultos, por lo que una longitud menor podría comprometer los procedimientos quirúrgicos.

Consulta 60 - Item 3, Torre para cirugía videolaparoscopia: 1.1 Descripción general: Torre de Videolaparoscopia 4K

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante permitir participar con una tecnología más avanzada como la 3D ya que con el precio referencial podrían adquirir esta tecnología que es superior a la 4k y así tener mayores beneficios en los procedimientos quirúrgicos, en la enseñanza y la curva de aprendizaje en la cirugía laparoscópica 3D		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara al potencial oferente que se puede cotizar con tecnología 3D siempre que cumpla con la resolución 4K (3840 x 2160 píxeles).		

Consulta 61 - Item 3, en el punto 2.1.1: Con capacidad de resolución de 3840 x 2160 pixeles en escaneo.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la resolución de1920x1080 de igual forma tendrían una visualización en 3D, por ende, mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en este caso se solicita una resolución con tecnología 4K acorde con el avance tecnológico que vivimos, el Hospital ya cuenta con equipos con resolución Full HD. La tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles permite una visualización del campo quirúrgico 4 veces más detallado que la HD, aumentando la seguridad de la cirugía.		

Consulta 62 - Item 3 en el punto 2.1.2 Con módulo de grabación integrado o separado, capacidad de almacenar Fotos y Videos en memoria USB.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar una unidad aparte de grabación compatible para 2d y 3d con una capacidad de memoria de 1 tera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se aclara que se puede aceptar con la unidad aparte de grabación, siempre que cumpla con los demás requisitos del PBC.		

Consulta 63 - Item 3 en el punto 2.1.4.6: El procesador debe permitir poder ampliar a futuro otras tecnologías como la 3D, adquiriendo solamente la óptica cámara, para uso con el mismo procesador 4K

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la tecnología 3d que puede ser usada con la tecnología 4k y full HD solo es necesario utilizar otro cabezal para esta función.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en este caso se solicita una resolución con tecnología 4K acorde con el avance tecnológico que vivimos, el Hospital ya cuenta con equipos con resolución Full HD. La tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles permite una visualización del campo quirúrgico 4 veces más detallado que la HD, aumentando la seguridad de la cirugía.		

Consulta 64 - Item 3 en los puntos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.5 Cabezal de cámara monochip 4K UHD o mejor. Resolución de la imagen de 3840 x 2160 pixeles o mejor, en escaneo progresivo. Esterilizable por gas, plasma o autoclave.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Para estos puntos solicitamos amablemente a la convocante aceptar la resolución de1920x1080 de igual forma tendrían una visualización en 3D, por ende mejor y cabezales que puedan ser completamente integrados en una sola pieza la óptica, fibra óptica y el cabezal de cámara, para una mejor manipulación dentro del campo quirúrgico, también así con la ayuda de una funda compatible con este mecanismo que va desde la óptica evitando así el reprocesamiento de estas partes que ayuda al equipo a preservar la vida útil en comparación con cada reprocesamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en este caso se solicita una resolución con tecnología 4K acorde con el avance tecnológico que vivimos, el Hospital ya cuenta con equipos con resolución Full HD. La tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles permite una visualización del campo quirúrgico 4 veces más detallado que la HD, aumentando la seguridad de la cirugía.

Consulta 65 - Item 3 en el punto 2.2.7 Peso: no mayor a 250gr.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar más de lo mencionado ya que al tener todo integrado cabezal fibra y óptica va a ser más el peso, pero menor manipulación de cables en la cx y menos riesgo de errores para el personal que lo va manipular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas son definidas por los profesionales médicos del hospital y según necesidad.

Consulta 66 - Item 3 en el punto 2.2.7 Peso: no mayor a 250gr.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar más de lo mencionado ya que al tener todo integrado cabezal fibra y óptica va a ser más el peso, pero menor manipulación de cables en la cx y menos riesgo de errores para el personal que lo va manipular.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se aclara que se refiere al peso del cabezal de cámara solamente.

Consulta 67 - Item 3 en el punto 2.3.2 Resolución de 3840 x 2160 pixeles o mejor.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024

Solicitamos amablemente a la convocante aceptar la resolución de1920x1080 de igual forma tendrían una visualización en 3D.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024

Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en este caso se solicita una resolución con tecnología 4K acorde con el avance tecnológico que vivimos, el Hospital ya cuenta con equipos con resolución Full HD. La tecnología 4K, resolución 3840 x 2160 píxeles permite una visualización del campo quirúrgico 4 veces más detallado que la HD, aumentando la seguridad de la cirugía.

Consulta 68 - Item 3 en el punto 2.6.2 Con paneles divisores para los equipos, dos puertas con llave y una gaveta.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar un carro de transporte acorde para el traslado de los equipos, sin necesidad de que sea completamente cerrado pero sí seguros y con gaveta con llave para guardar accesorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas son definidas por los profesionales médicos del hospital y según necesidad.		

Consulta 69 - Item 3 en el punto 2.8 Set de instrumentales de MINI CVL, 3.5mm.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante en todos los puntos aceptar la longitud de trabajo de 22cm a 29cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicita instumentales para uso con pacientes adultos, por lo que una longitud menor podría comprometer los procedimientos quirúrgicos.		

Consulta 70 - Item 3 en el punto 2.7 Set de instrumentales de CVL, 5mm.

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicitamos amablemente a la convocante en todos los puntos ampliar la longitud de trabajo de 31cm a más. Como así también aceptar trócares reutilizables de 5,10 y 12mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicita instumentales para uso con pacientes adultos, por lo que una longitud de 31cm podría comprometer los procedimientos en pacientes corpulentos. En cuanto a lo trócares, se aclara que el diámetro interno donde pasan los instrumentales deben ser de 5 y/o 10mm inpidiendo la fuga del nuemoperitoneo.		