

Consultas Realizadas

Licitación 443675 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Consulta 1 - ITEM 33 CUBRE OBJETO - REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
Solicita el PBC en Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica: En el inciso - d) Registro Sanitario vigente expedido por la DNVS para todos los ítems, excepto para los ítems, 11 y 34 . Favor considerar que el ITEM 33 Cubre Objeto, al igual que el ítem 11 Portaobjeto, bien excluido, no requiere Registro Sanitario por Res.S.G,Nº 669 del MSP y BS, el cual excluye a los insumos de uso general en laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - ITEM 11 Laminas Esmeriladas - CANTIDAD SOLICITADA

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2024
ITEM 11 Laminas Esmeriladas. Dice el PBC en Unidad de medida - UNIDAD. Presentación - UNIDAD. Presentación de Entrega - UNIDAD En Cantidad solicitada 6459. Favor aclarar si lo requerido es 6459 cajas o 6459 unidad de vidrios (Que correspondería a 129 cajas x 50 u)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

Consulta 3 - PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
Solicitamos a la convocante corrección de la planilla de precio en el SICP ya que las informaciones de cantidad y precio están invertidas. La información de la cantidad figura en precio y la de precio figura en cantidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-07-2024
Se harán las correcciones vía Adenda.		

Consulta 4 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	19-07-2024
En el apartado de Muestras solicitamos a la convocante en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - Ítem 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2024
En el PBC solicitan : “cateter via central 3 lumen pediátrico 4 fr 16+-4cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.” Solicitamos modificar a: “catéter vía central 3 lumen pediátrico 4 a 5 fr 16+-4cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.” Considerar catéteres de 4 Fr a 5 Fr no impacta en el uso/aplicación del producto requerido y son las medidas disponibles en el mercado. Solicitamos la modificación para asegurar el abastecimiento con productos de calidad que cumplirán con la aplicación requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas - ítem 31

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2024
Favor aclarar si se requiere el catéter para adultos y de cuántos Fr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Se aclara que la misma sera para adultos de 7Fr.		

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 1 solicitan: “cateter via central 3 lumen pediátrico 4 fr 16+-4cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.” Solicitamos a la convocante modificar a: “catéter vía central 3 lumen pediátrico 4 a 5 fr 16+-4cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.” Considerar catéteres de 4 Fr a 5 Fr no impacta en el uso/aplicación del producto requerido y son las medidas disponibles en el mercado. Solicitamos la modificación para asegurar el abastecimiento con productos de calidad que cumplirán con la aplicación requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas del ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 1 solicitan: “cateter via central 3 lumen pediátrico 4 fr 16+-4cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.” Solicitamos a la convocante modificar a: “catéter vía central 3 lumen pediátrico 4 a 5 fr 16+-4cm de largo, con introductor + jeringa 5 ml y extensor con clamp.” Considerar catéteres de 4 Fr a 5 Fr no impacta en el uso/aplicación del producto requerido y son las medidas disponibles en el mercado. Solicitamos la modificación para asegurar el abastecimiento con productos de calidad que cumplirán con la aplicación requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas del ítem 39 Hilo para sutura polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 39 solicitan: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°8/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS de 6,5 mm, 3/8 CÍRCULO. Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 45cm. Con extremos de unión de las agujas y el hilo adheridos. Solicitamos amablemente a la convocante considerar ampliar el rango a +-1,5 cm y cambiar el tipo de aguja a 3/8 para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas del ítem 40 Hilo para sutura polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 40 solicitan: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°5/0, monofilamento, doble aguja, aguja redonda, 1/2 circulo, 26mm, 75cm, no absorbible Solicitamos amablemente a la convocante considerar aceptar la aguja de 17 a 26 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas del ítem 41 Hilo para sutura polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 41 solicitan:		
SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°6/0, monofilamento, doble aguja, aguja redonda, 1/2 círculo, 26mm, 75cm, no absorbible		
Solicitamos amablemente a la convocante considerar aceptar la aguja de 13 a 26 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Especificaciones Técnicas del ítem 9 Hilo para sutura poliamida

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 9 solicitan:		
hilo poliamida 10/0. composicion quimica del material: poliamida, monofilamento, sintetico no absorbible, esteril. longitud minima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 círculo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentacion en doble empaque.		
Solicitamos amablemente a la convocante considerar aceptar la aguja de 6 a 12 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas del ítem 39 Hilo para sutura polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 39 solicitan:		
SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°8/O C/2 AGUJAS CILÍNDRICAS de 6,5 mm, 3/8 CÍRCULO. Monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 45cm. Con extremos de unión de las agujas y el hilo adheridos.		
Solicitamos amablemente a la convocante considerar ampliar el rango a +-1,5 cm y cambiar el tipo de aguja a 3/8 para mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas del ítem 40 Hilo para sutura polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 40 solicitan:		
SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°5/0, monofilamento, doble aguja, aguja redonda, 1/2 circulo, 26mm, 75cm, no absorbible		
Solicitamos amablemente a la convocante considerar aceptar la aguja de 17 a 26 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas del ítem 41 Hilo para sutura polipropileno

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 41 solicitan:		
SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°6/0, monofilamento, doble aguja, aguja redonda, 1/2 circulo, 26mm, 75cm, no absorbible		
Solicitamos amablemente a la convocante considerar aceptar la aguja de 13 a 26 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas del ítem 9 Hilo para sutura poliamida

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
En el PBC, en las especificaciones técnicas para el ítem 9 solicitan:		
hilo poliamida 10/0. composicion quimica del material: poliamida, monofilamento, sintetico no absorbible, esteril. longitud minima de la hebra 45cm, con aguja de 12mm 3/8 circulo cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentacion en doble empaque.		
Solicitamos amablemente a la convocante considerar aceptar la aguja de 6 a 12 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - EETT ÍTEM 9

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2024
Por las especificaciones requeridas, el material corresponde a un sistema de drenaje post quirúrgico abdominal, y no a un equipo de drenaje pleural.		
Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2024
Se aclara que la consulta corresponde a las EETT del ítem 8, el mismo corresponde a un drenaje post quirurgico.		