

## Consultas Realizadas

# Licitación 451675 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS HCPRC- ADREFERENDUM

### Consulta 1 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	
		02-08-2024
DONDE DICE:		
Fecha de entrega: El plazo de entrega será de 25 (veinticinco) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por el proveedor adjudicado.		
CONSULTA:		
Se solicita respetuosamente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días de modo a no limitar la participación de los oferentes, considerando el plazo de fabricación de estos productos y asi tambien su importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
		22-08-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de entrega fijado es lo que se ajusta a la necesidad del hospital.		

### Consulta 2 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	
Items 17-2 Compresor, favor aclarar si dos cabezales refiere a 2 pistones .-		02-08-2024

Respuesta	Fecha de Respuesta	
		22-08-2024
Se aclara al potencial Oferente que el Compresor tiene que contar con 2 Cabezal, con válvula de seguridad y presostato automático de presión, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		

### Consulta 3 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	
Items 17-2 Compresor Favor considerar 1HP/0,75KW Como mínimo, ya que la misma es la fuerza standard, abriendo posibilidad ofertas potenciales.-		02-08-2024

Respuesta	Fecha de Respuesta	
		22-08-2024
Se aclara al potencial Oferente que el compresor tiene que contar con una Potencia de 1,5HP /0.8 KW si es menor le resta capacidad en la carga de aire, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 4 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	
Items 17-2 Compresor: Favor considerar sustituir "TANQUE DE AIRE 55Lts." por "DE PREFERENCIA TANQUE DE AIRE 55 LTS" o "TANQUE DE AIRE 30 LTS COMO MINIMO"		02-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que el compresor tiene que contar con tanque de aire de 55lt, para tener mayor capacidad de almacenamiento de aire, las especificaciones técnicas, están de acuerdo a la necesidad del hospital. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		22-08-2024

## Consulta 5 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	
Items 17-2 Pedimos amablemente poder cotizar COMPRESORES con las cacterísticas solicitadas en EETT PBC, a exception de : "POTENCIA 0,8KW / 1.5HP, Y TANQUE 55 LTS," COTIZAR "Potencia 0,75KW / 1HP, Y TANQUE 30 LTS.-"		02-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que el compresor tiene que contar con tanque de aire de 55lt, para tener mayor capacidad de almacenamiento de aire y Potencia 1,5HP /0.8 KW si es menor le resta capacidad en la carga de aire, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		22-08-2024

## Consulta 6 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	
Items 17-3: AUTOCLAVE : Solicitamos amablemente la posibilidad de Eliminar la opción de SISTEMA DE CONEXION A UNA NUBE....evitando limitar así la posibilidad de cotización de potenciales Oferentes.-		02-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que el Autoclave con conexión a una nube, permite el monitoreo remoto de todos proceso de esterilización asegura mayor control en el momento de esterilización, más facilidad y practicidad al usuario, así mismo puede visualizar el proceso de esterilización, controlar el tiempo, temperatura y presión tiene acceso remoto en cualquier parte del mundo en caso de urgencia puede cancelar el proceso de esterilización remotamente, las especificaciones técnicas esta acuerdo a la necesidad del hospital. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		22-08-2024

## Consulta 7 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	
Items 17-5 Solicitamos amablemente modificar donde dice " CUBA INTERNA DE ACERO INOX", Por " CUBA INTERNA DE PREFERENCIA ACERO INOX", Y donde dice " COMPACTO, FORMA CILINDRICO Y DE FACIL TRANSPORTE", POR "COMPACTO Y DE FACIL TRANSPORTE", Dando asi posibilidad a presentar mayores ofertas de potenciales Oferentes.-		02-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que el Autoclave tiene que contar con capacidad de 17 litros como minimo, comando digital, display LCD iluminado, con 3 programas de esterilización, tanque de acero inoxidable, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la nesecidad del hospital. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		22-08-2024

## Consulta 8 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
ITEMS 17-2 Lampara Led : Donde dice 278gr, Favor considerar ofertar 255gr como minimo, Tomando que cuenta que menor peso mayor ligereza y mejor manoseo.-		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Remitirse a la Adenda		

## Consulta 9 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
ITEMS17-14 Sensor Intra Oral Radiovisiografo, Considerando que la Especificaciones Tecnicas solicitadas corresponden a una marca en Particular, Solicitamos amablemente a la convocante sustituir " SENSOR CON CONTEO DE FOTONES" por "SENSOR TECNOLOGIA CMOS", respaldando que la Tecnología solicitada aun esta escasa y podría decirse que casi ajena al Mercado Nacional. - Acotando que se abriría la posibilidad de presentación de mayores ofertas y futuros potenciales oferentes..		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se aclara al potencial Oferente que el sensor intraoral con tecnología con conteo de fotones, utiliza chips a base de sílice en lugar del material tradicional, yoduro de cesio (CsI), evitando el desenfoque de la imagen y el deterioro del rendimiento. El conteo de fotones es una tecnología emergente, resultado de una calidad y consistencia inigualables en la calidad de imagen, Se pueden realizar ajustes rápidos y fáciles de contraste y brillo, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 10 - Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
DONDE DICE: 4.5. Portátil con posibilidad de transportar en un gancho de cama para facilitar el traslado del paciente.		
CONSULTA:		
Para dar mayor apertura a los oferentes solicitamos respetuosamente a la convocante considerar la posibilidad de dejar el parametro como opcional, ya que el monitor es ligero y portatil.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 11 - Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	02-08-2024
DONDE DICE: Despliegue de al menos 11 formas de onda.		
CONSULTA:		
Para dar mayor apertura a los oferentes solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar el despliegue de al menos 10 formas de onda.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 12 - Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	
CARACTERISTICAS DONDE DICE: 4.12 Capacidad de almacenamiento de 1.000 mediciones de PANI y 150 eventos de alarma. CONSULTA: Para dar mayor apertura a los oferentes solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar 128 grupos de evento de alarma como minimo.	02-08-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 13 - Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	
Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO DONDE DICE: 4.21 Con batería de al menos 350 minutos de autonomía. CONSULTA: solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar 210 minutos de autonomia como minimo.	02-08-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 14 - ITEM 16 Monitor Multiparamétrico - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
DONDE DICE: 4.4 Manipuleo y control por pantalla táctil y mando rotatorio 4.10 Despliegue de al menos 11 formas de onda FAVOR MODIFICAR A: 4.4 Manipuleo y control por pantalla táctil y opcionalmente mando rotatorio. 4.10 Despliegue de al menos 10 formas de onda  Lo solicitado es a fin de ampliar la concurrencia, y no limitar a una marca, considerando además que los puntos solicitados para el cambio no implican condiciones técnicas indispensables, y permitirá obtener mejores condiciones de	05-08-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 15 - ITEM 16 Monitor Multiparamétrico - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
DONDE DICE:		
4.19 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica.		
Se solicita aclarar a que tipo de dispositivos se refiere.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 16 - ITEM 16 Monitor Multiparamétrico - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
DONDE DICE:		
5.3.3 Rango de medición de RR y alarma: Adultos: de 0 a 120 rpm, Neonato/Pediátrico: de 0 a 150		
5.6.1 Al menos tres canales.		
FAVOR MODIFICAR A:		
5.3.3 Rango de medición de RR y de alarma: Adultos, pediátrico y neonatos: de 0 a 120 rmp		
5.6.1 Al menos dos canales.		
Lo solicitado es a fin de ampliar la concurrencia, y no limitar a una marca, considerando además que los puntos solicitados para el cambio no implican condiciones técnicas indispensables, y permitirá obtener mejores condiciones de contratación.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 17 - Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2024
DONDE DICE:		
5.3.3 Rango de medicion de RR y alarma: Adultos: de 0 a 120 rpm Neonato/Pediatrico: de 0 a 150 rpm.		
CONSULTA:		
Solicitamos amablemente a la convocante aceptar el rango de medicion de 0 a 150 rpm, considerando además que los puntos solicitados para el cambio no implican condiciones técnicas indispensables.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 18 - Especificación Técnica Ítem 15. Microscopio binocular.

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2024
Ítem 15 Microscopio binocular.		
Favor confirmar que si el equipo ofrecido viene con lampara Led y se incluye un repuesto de la misma lampara, no aplica Filtro azul incorporado.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se aclara que para los equipos con iluminación LED se admitirá sin repuesto del mismo y sin filtro.		

## Consulta 19 - ITEM 1 Capacidad máxima de succión no inferior a 34 L/min.

Consulta	Fecha de Consulta	
En este punto se solicita a la convocante aceptar la capacidad máxima de succión de 30L/min o superior. De este modo abra mas oferente a este llamad. La capacidad de 30L/m es un requerimiento mínimo de succión dispuestas en las normas de calidad internacional.	07-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.	22-08-2024	

## Consulta 20 - ITEM 1 1 Tarro de cristal recolector de 2 litros de capacidad.-2

Consulta	Fecha de Consulta	
En este punto se solicita a la convocante aceptar frascos colectores de capacidad útil 1.7L como mínimo. Los frascos colectores de capacidad 2 L no llegan a contener secreciones al tope ya que poseen la válvula anti desvorde que corta antes que se llene y por ende la capacidad útil de los frascos de 2L es 1.7L.	07-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial Oferente que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo, se solicita capacidad útil de 2L como mínimo. Por lo expuesto, se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.	22-08-2024	

## Consulta 21 - ITEM 1 1 Tarro de cristal recolector de 2 litros de capacidad. -3

Consulta	Fecha de Consulta	
También aceptar frascos recoletoores de policarbonato o polisulfona con válvula de sobrellenado, esterilizable en autoclave hasta 121 °C. Esos materiales son los más utilizados y fácil de manipular en un momento de mucho uso.	07-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las exigencias son las mínimas requeridas.	22-08-2024	

## Consulta 22 - ITEM 1 Filtro y válvula de desbordamiento - 4

Consulta	Fecha de Consulta	
Para este punto se solicita a la convocante que el frasco colector posea la válvula anti-desbordamiento y que se solicite el filtro de bacterias hidrofóbico con el tuvo de aspiración de PVC a parte. Según las normas el filtro debe estar en la tubuladura antes del frasco recolector.	07-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las exigencias son las mínimas requeridas.	22-08-2024	

## Consulta 23 - ITEM 1 Filtro y válvulas de desbordamiento descartables.-5

Consulta	Fecha de Consulta	
Para este punto se solicita a la convocante que solo el filtro de bacterias sea desechable y que la válvula anti-desbordamiento sea reutilizable con el frasco recolector.	07-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las exigencias son las mínimas requeridas.	22-08-2024	

## Consulta 24 - ITEM 1 Línea aérea a bomba para incorporar filtro bacteriano.-6

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante que el filtro de baterias este entre el equipo y el frasco colector (tubuladura + filtro + tubuladura + frasco colector).		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se podrán ofertar equipos con mejores prestaciones, las exigencias son las mínimas requeridas.		

## Consulta 25 - ITEM 1 Deberá contar con un sistema integrado de soporte para cánulas/tubos. -7

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Para este punto se solicita a la convocante sea opcional		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Los requerimientos son los mínimos exigidos para un correcto funcionamiento y uso del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 26 - ITEM 1 Protocolo de mantenimiento de engrase/lubricación para el personal sanitario. - 8

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Para este punto se aclara a la convocante que el equipo es libre de mantenimiento al poseer la bomba de pistón (sin aceites y linre de mantenimiento). Este punto se debe eliminar.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se aclara al potencial oferente que especificar el protocolo del fabricante para el mantenimiento de la bomba para el personal sanitario es muy importante para el buen funcionamiento del equipo por la experiencia con otros equipos.		

## Consulta 27 - ITEM 1 Protocolo de mantenimiento de engrase/lubricación -8

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Para este punto se aclara a la convocante que el equipo es libre de mantenimiento al poseer la bomba de pistón (sin aceites y linre de mantenimiento). Este punto se debe eliminar.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se aclara al potencial oferente que especificar el protocolo del fabricante para el mantenimiento de la bomba para el personal sanitario es muy importante para el buen funcionamiento del equipo por la experiencia con otros equipos.		

## Consulta 28 - ITEM 15 Microscopio Binocular – Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Solicitamos a la convocante mencionar a que se refiere cuando dice “ajuste macro mínimo de 20mm”		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se refiere al desplazamiento mínimo que debe tener en el eje z (movimiento vertical).		

## Consulta 29 - ITEM 15 Microscopio Binocular – Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Puede ser admitido un equipo con desplazamiento macro de 15mm, ya que la distancia recorrida por el macro al ser cada vez menos ayuda a un rápido enfoque.		

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Sí será admitido. Remitirse a la adenda.		

## Consulta 30 - ITEM 15 Microscopio Binocular – Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
¿Se podría admitir equipos que poseen el transformador fuera del estativo del equipo?		

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Pueden ser con transformador incorporado o externo al equipo. Remitirse a la adenda.		

## Consulta 31 - ITEM 15 Microscopio Binocular – Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Quisiéramos poner en conocimiento que el filtro azul ya no es utilizado al ser una iluminación LED, ya que su función principal era hacer que la temperatura de la luz halógena se convierta en una luz fría.		
Favor modificar		

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Los filtros azules son exigidos para equipos que posean iluminación Halógena no así a la iluminación LED.		

## Consulta 32 - ITEM 15 Microscopio Binocular – Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Solicitamos a la convocante tener en cuenta que el repuesto de la lámpara LED al ser un componente principal del equipo posee un costo elevado el cual hará que el presupuesto final supere por mucho el precio referencial, tenga en cuenta que la vida útil solicitado es de 20.000 horas.		

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2024
Se admite equipos con iluminación LED sin repuestos de la lámpara. Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 33 - ITEM 15 Microscopio Binocular – Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
DONDE DICE:	07-08-2024	
"El equipo deberá contar 2 (dos) años de garantía como mínimo desde la puesta en funcionamiento. Deberá incluir mantenimientos preventivos y correctivos durante la vigencia de la garantía".		
Solicitamos a la convocante aclarar si la garantía requerida en cuanto a mantenimientos correctivos, corresponde solo a mano de obra para los reemplazos de repuestos o incluye los repuestos por cualquier tipo de necesidad, incluso por mal uso, o si la provisión de repuestos es solo para defectos de fábrica.		
Favor excluir la provisión de repuestos en el periodo de garantía, porque al no conocer los oferentes los repuestos que deben ser cambiados, la oferta económica no puede ser correctamente realizada, y la convocante corre el riesgo de recibir ofertas temerarias que pongan en riesgo la correcta ejecución contractual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
La garantía debe incluir mantenimientos preventivos durante el periodo solicitado con un intervalo según las recomendaciones de fabrica para su buen funcionamiento durante el tiempo de garantía de 2 años, los mantenimientos correctivos son para defectos de fábrica.	22-08-2024	

## Consulta 34 - ITEM 15 Microscopio Binocular – Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante confirmar que la distancia de trabajo del objetivo de 10x es el mencionado entre 0.55mm a 0.85mm, ya que en su mayoría los objetivos de 10x poseen una distancia de trabajo de 5.5mm a 8.5mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 35 - /\*Plazo de Entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega de los bienes a 60/90 días hábiles posteriores a la recepción del pedido. Esta solicitud se fundamenta en el hecho de que se trata de equipos que habitualmente no se tienen en stock y que deben ser importados, permitiendo así la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de entrega fijado es lo que se ajusta a la necesidad del hospital.		

## Consulta 36 - Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	
DONDE DICE: 4.6. Conectividad a la red de monitoreo por bluetooth, wifi y/o otro medio inalámbrico. (sin necesidad de cables) CONSULTA: Para dar mayor apertura a los oferentes solicitamos respetuosamente a la convocante considerar la posibilidad de dejar el parametro como opcional, considerando además que los puntos solicitados para el cambio no implican condiciones técnicas indispensables.	08-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 37 - Especificaciones técnicas - ITEM 16 MONITOR MULTIPARAMETRICO

Consulta	Fecha de Consulta	
DONDE DICE: 5.6.1 Al menos tres canales. CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar al menos dos canales.	08-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 38 - Item 10 – Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
En el punto 4.3 Monitor TFT LCD Color Touch de 12 como mínimo, con 1024x768 o mejor, solicitamos se puedan cotizar electrocardiógrafos con monitor TFT LCD Color Touch de 8 como mínimo, con 800x480 considerando el precio referencial asignado a este item	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 39 - Item 10 – Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
En el punto 4.6 solicitamos que la conexión a red sea del tipo RJ-45 y que la conexión inalámbrica sea considerada opcional	09-08-2024	

  

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 40 - Item 10 – Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: 4.10 Capacidad de 18 derivadas con cables de 10 vías, sin necesidad de cambiar la posición de los electrodos. Solicitamos se corrija a capacidad de 12 derivadas con cables de 10 vías, que es lo solicitado en las especificaciones de más arriba	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor considerar que es una posibilidad requerida para estudios especializados, además los requisitos son los mínimos exigidos. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 41 - Item 10 – Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
En el punto 5.1 Modo de Adquisición Simultánea de entrada de al menos 16.000 muestras, solicitamos se elimine esta especificación debido a que las muestras se obtienen al mismo tiempo que las derivaciones	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 42 - Item 10 – Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
5.13 4 puertos de USB como mínimo. Solicitamos se puedan cotizar equipos con 2 puertos USB que son suficientes y no limitan la participación de más oferentes	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 43 - Item 10 – Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
5.14 HL7/DICOM para conexiones a HIS y RIS, solicitamos que el HL7 sea considerado opcional con el DICOM ya se tendrá toda la información gráfica necesaria	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se precisa del lenguaje de comunicación para transmisión de datos HL7, disponibles en equipos de altas prestaciones. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 44 - Item 10 – Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos considerar este punto como opcional, puesto que dependería del software para prueba de esfuerzo y no del electrocardiógrafo 5.20 Capacidad a futuro de realizar prueba de esfuerzo sin necesidad de modificación del hardware.	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Así como se especifica es una posibilidad de habilitar en el equipo el estudio de prueba de esfuerzo, cuando se solicite el software se solicitará la compatibilidad correspondiente al equipo que resulte adjudicado.	22-08-2024	

## Consulta 45 - Item 16 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
En el punto 4.6 Conectividad a la red de monitoreo por bluetooth, wifi y/o otro medio inalámbrico. (sin necesidad de cables), considerando que reconocidas marcas no utilizan conexiones inalámbricas por la vulnerabilidad de acceso a los datos de los pacientes, solicitamos se puedan cotizar equipos con conectividad a la red de monitoreo mediante puerto LAN		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 46 - Item 16 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Donde dice: 4.10 Despliegue de al menos 11 formas de onda. Solicitamos se puedan cotizar monitores con despliegue de la menos 10 formas de onda.		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 47 - Item 16 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
En el punto 4.13 Por favor considerar el registrador como opcional		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 48 - Item 16 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Donde solicitan 4.19 Capacidad de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica, por favor aclarar que sea a través de la central		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 49 - Item 16 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
En el punto 5.3.3 solicitamos nos permitan cotizar monitores con rango de respiración de 3 a 150 rpm		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 50 - Item 16 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	
En el punto 5.4.3 solicitamos nos permitan cotizar monitores con temperatura, con rango de medición y alarma de 25 a 45°C, valores por debajo o por encima de estos no son compatibles con la vida, por lo que no significarán ninguna diferencia en la medición.	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 51 - Item 16 – Monitor multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	
En el punto 5.6.1 por favor aclarar si efectivamente requieren tres presiones invasivas debido a que los equipos preconfigurados cuentan con dos presiones invasivas	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 52 - Item 19 – Oxímetro de pulso

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: Patient care viewer puede transferir hasta 300 horas de datos de SpO 2 (1 lectura por 2 segundos) a la PC para su almacenamiento, revisión e impresión, Proporciona hasta 100 ID Maleta de transporte, PO-100B, 1 unidad Solicitamos que este punto sea eliminado porque corresponde especificaciones de la marca EDAN y limitan la libre competencia.	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 53 - Ítem 4 Caja de curación

Consulta	Fecha de Consulta	
Consultamos si podrían otorgar un margen de +/-2cm en las medidas solicitadas	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 54 - Ítem 7 Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	
4.1 Estructura en polímero, con tablero ABS y barandilla en acero inoxidable ¿Se podría cotizar estructura en polímero o acero al carbono con tablero ABS o acero al carbono?	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se requiere de acero inoxidable por la experiencia de una mayor vida útil del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 55 - Ítem 9 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	
Considerando el precio referencial fijado y que al momento de la solicitud de cotizaciones no se enviaron las especificaciones técnicas, solicitamos disminuir la cantidad de electrodos auto adheribles descartables para utilización en modo DEA (2 pares)	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
La cantidad es la mínima requerida. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 56 - Ítem 10 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
4.3 Monitor TFT LCD Color Touch de 12 como mínimo, con 1024x768 o mejor. ¿Se podría considerar pantalla LED multicolor de 800x600 píxeles o mejor?	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se precisan equipos con tecnología del tipo touch. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 57 - Ítem 10 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
4.10 Capacidad de 18 derivadas con cables de 10 vías, sin necesidad de cambiar la posición de los electrodos. ¿Podría ser considerado como opcional?	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor considerar que es una posibilidad requerida para estudios especializados. Los requisitos son los mínimos exigidos. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 58 - Ítem 10 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	
5.3 Resolución de conversión A/D 32 bit como mínimo. ¿Se podría cotizar A/D 24 bit como mínimo?	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 59 - Ítem 16 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	
4.10 Conectividad a la red de monitoreo por bluetooth, wifi y/o otro medio inalámbrico. (sin necesidad de cables) ¿Podría ser considerado como opcional?	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024	

## Consulta 60 - Ítem 16 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
4.12 Capacidad de almacenamiento de 1.000 mediciones de PANI y 150 eventos de alarma. ¿Se podría cotizar con 120 eventos de alarma como mínimo?		

### Respuesta

### Fecha de Respuesta

22-08-2024

Remitirse a la Adenda.

## Consulta 61 - Ítem 16 Monitor Multiparamétrico

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
4.21 Alimentación eléctrica: 220V CA $\pm 10\%$ / 50Hz, con cable de alimentación de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). Con batería de al menos 350 minutos de autonomía. ¿Se podría considerar con batería de al menos 300 minutos?		

### Respuesta

### Fecha de Respuesta

22-08-2024

Remitirse a la Adenda.

## Consulta 62 - Ítem 10 Electrocardiógrafo

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
5.13 4 puertos de USB como mínimo. ¿Se podría considerar 2 puertos de USB como mínimo?		

### Respuesta

### Fecha de Respuesta

22-08-2024

Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas para un correcto funcionamiento y prestación del equipo. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## Consulta 63 - ITEM 3: Bandeja de acero para instrumentales - Precio referencial.

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
El precio referencial para este ítem se encuentra por debajo de los precios de mercado, teniendo en cuenta las características técnicas solicitadas en el Pliego. Por lo brevemente expuesto, solicitamos respetuosamente al Convocante, elevar el precio referencial, esto permitirá la mayor participación de oferentes.		

### Respuesta

### Fecha de Respuesta

22-08-2024

Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, los precios referenciales fijados fueron elaborados en el marco de la Resolución de la DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.

## Consulta 64 - ITEM 4: Caja de curación

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Con todo respeto solicitamos al Convocante incorporar un rango de variación permitido de +/- 2 centímetros para los instrumentales, a fin de permitir la participación de más oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 65 - ITEM 12: Laringoscopio - Set. - PRECIO REFERENCIAL

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
<b>PRECIO REFERENCIAL</b>		
El precio referencial para este ítem se encuentra muy por debajo de los precios de mercado, teniendo en cuenta las características técnicas solicitadas en el Pliego.		
Por lo brevemente expuesto, solicitamos respetuosamente al Convocante, elevar el precio referencial, esto permitirá la mayor participación de oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, los precios referenciales fijados fueron elaborados en el marco de la Resolución de la DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTROS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.		

## Consulta 66 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Donde dice: Copia de facturaciones y/o contratos con sus recepciones finales que avalen la experiencia requerida.		
Consulta: Se solicita a la convocante agregar también el Certificado de Cumplimiento Satisfactorio, llevando en cuenta que hay entidades que no emiten acta de recepción final.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la experiencia requerida es mínimo para contratar con la institución.		

## Consulta 67 - Los equipos deberán tener Garantía escrita:

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
donde dice: c.1. 2 (dos) años como mínimo para los ítems N° 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17.Dicha garantía deberá incluir provisión de repuestos y mantenimientos correctivos y preventivos, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas del PBC.		
Consulta: Sugerimos a la convocante solicitar la garantía por 1 año para el ítem 16, Monitor Multiparametrico, llevando en cuenta el precio referencial que se maneja para este ítem.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el tiempo de garantía exigido es la que la institución necesita.		

## Consulta 68 - Item 16 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta
4-Cacateristicas Punto 4.4 Manipuleo y control por pantalla tactil y mando rotatorio Solicitamos a la convocante dejar como opcional el mando rotatorio, ya que muchos de los modelos mas nuevos del mercado ya no viene con esta característica.	09-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024

## Consulta 69 - Item 16 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta
Donde dice: 4.5 Portátil con posibilidad de transportar en un gancho de cama para facilitar el traslado del paciente. Consulta: Solicitamos a la convocante dejar como opcional este punto o que la misma también se pueda transportar en un soporte rodante.	09-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024

## Consulta 70 - Item 16 Monitor Multiparametrico

Consulta	Fecha de Consulta
DONDE DICE: 4.6. Conectividad a la red de monitoreo por bluetooth, wifi y/o otro medio inalámbrico. (sin necesidad de cables) CONSULTA: Para dar mayor apertura a los oferentes solicitamos respetuosamente a la convocante dejar como opcional este punto.	09-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta
Remitirse a la Adenda.	22-08-2024

## Consulta 71 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta
En la sección Plan de entrega de los bienes: en donde dice El plazo de entrega será de 25 (veinticinco) días hábiles desde la recepción de la orden de compra por el proveedor adjudicado. Se solicita a la convocante ampliar el plazo de entrega a 60 días de modo a no limitar la participación de los oferentes, considerando el plazo de entrega y envío de estos dispositivos.	09-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de entrega fijado es lo que se ajusta a la necesidad del hospital.	22-08-2024

## Consulta 72 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
En el ítem 16. Donde dice: 4.6 Conectividad a la red de monitoreo por bluetooth, wifi y/o otro medio inalámbrico. (sin necesidad de cables) Se solicita a la convocante dejar el parámetro como opcional, esto dará mayor oportunidad a los oferentes, además el punto solicitado no afecta la funcionalidad principal del equipo.		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Remitirse a la Adenda.		

## Consulta 73 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Donde dice: 4.10 Capacidad de 18 derivadas con cables de 10 vías, sin necesidad de cambiar la posición de los electrodos. Se solicita a la convocante se modifique a capacidad de 12 derivadas con cables de 10 vías, que es lo solicitado en la especificación anterior		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Favor considerar que es una posibilidad requerida para estudios especializados. Los requisitos son los mínimos exigidos. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 74 - items 17 Sub items 2 Compresor

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Piden Compresor de 55 litros de 1.5 hp, se podria cotizar de 50 litros y de 1.6 hp , no estaria dificultando en nada la funcionalidad del mismo ya que su potencia es mayor .		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Se aclara al potencial Oferente que el compresor tiene que contar con tanque de aire de 55lt, para tener mayor capacidad de almacenamiento de aire y Potencia 1,5HP /0.8 KW si es menor le resta capacidad en la carga de aire, las especificaciones técnicas esta de acuerdo a la nesecidad del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 75 - \*-EETT - 5.1-

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Se solicita amablemente al convocante indicar la característica 4.11 2 (dos) controles de movimientos manuales de backup del lado de la piecera de la cama, como un requisito opcional para mayor participación de los oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Es una especificación técnica útil a la hora de falta de energía eléctrica. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 76 - \*-EETT - 5.2

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Se solicita amablemente al convocante aceptar como Altura máxima ajustable eléctricamente 75 cm o más para mayor participación de los oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Es una especificación técnica útil para la atención del paciente. Los requisitos son lo mínimos exigidos. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 77 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 50 DIAS O MAS PARA DAR MAYOR PARTICIPACION A POTENCIALES OFERENTES.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de entrega fijado es lo que se ajusta a la necesidad del hospital.		

## Consulta 78 - \*-EETT - 6.1-

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
Se solicita amablemente al convocante indicar la característica 4.1 Estructura o chasis de acero inoxidable 304 o superior como Opcional para mayor participación de los oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se requiere de acero inoxidable por la experiencia de una mayor vida útil del equipo, se podrán cotizar equipos con acero inoxidable de mayor calidad.		

## Consulta 79 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 17-1

Consulta	Fecha de Consulta	09-08-2024
ITEM 17-1 DONDE DICE SENSOR DE PROXIMIDAD QUE ACCIONA AUTOMATICAMENTE EL FLUJO DE AGUA EN LA ESCUPIDERA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR DICHA ESPECIFICACION PORQUE DIRECCIONAN A UNA MARCA EN ESPECIFICA QUE SE COMERCIALIZA EN EL MERCADO Y LIMITAN A OTROS POSIBLES OFERENTES, YA QUE DICHA ESPECIFICACION NO AFECTA AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD SOLICITADA.		

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Se aclara al potencial oferente que el Sillon Odontológico / Unidad de Agua con sensor de proximidad que acciona automáticamente el flujo de agua en la escupidera, eso ayuda la bioseguridad y del paciente en el momento de escupir. las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 80 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 17-2 Donde dice 1 suctor saliva aire saliva, Recomendamos a la convocante que solicite equipos con 2 suctores para mejor desempeño del personal medico.	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que el Sillon Odontológico /Unidad de Agua 1 Suctor de aire para saliva, así mismo en el items se 12 de Solicita una bomba de vacío con su kit se suctor que va estar adosado por el sillón para todas clases de operaciones odontológicas, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 81 - \*-EETT - 18

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente al convocante indicar un rango para el espesor del acolchado del asiento, para mayor participación de los oferentes.	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se requiere como mínimo de 5cm, se podrán cotizar espesores del acolchado de mayor grosor.	22-08-2024	

## Consulta 82 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 17-1 Sugerimos a la convocante que el reflector sea de 4 led o más con sensores de aumento o disminución de intensidad, sensores de encendido y apagado.	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que el Sillon Odontológico/ Reflector: Sistema Óptico de 1 led con multi intensidad de 8.000 a 35.000 lux, ya es suficiente para cualquier personal médico odontológico para realizar cualquier operación, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 83 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 17-1 Donde dice base de 5 ruedas de fácil movilidad y resistencia, recomendamos a la convocante solicitar con base de acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia de los mismos.	09-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que el Sillon Odontológico / Taburete, Base con cinco ruedas de fácil movilidad y resistencia, si la base es fijo de acero inoxidable le imposibilita el trabajo al personal médico, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-08-2024	

## Consulta 84 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 17-2 Solicitamos aclarar si 2 cabezales se refieren a 2 pistones		09-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que el compresor tiene que contar con 2 Cabezas, con válvula de seguridad y presostato automático de presión, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		22-08-2024

## Consulta 85 - ITEM 5 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente a la Convocante, verificar, evaluar y readecuar el precio referencial ya que los mismos se encuentran muy por debajo del mercado local, con las prestaciones exigidas en las especificaciones técnicas.		09-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, los precios referenciales fijados fueron elaborados en el marco de la Resolución de la DNCP 454/24 "POR LA CUAL SE REGULA LA DETERMINACION DE PRECIOS REFERENCIALES Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN EL MARCO DE LA LEY N° 7021/22.		22-08-2024

## Consulta 86 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
item 17-2 Solicitamos a la Convocante poder cotizar Compresor a partir de 1 HP t tanque de 38 litros dando mayor oportunidad a potenciales oferentes.		09-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara al potencial oferente que el compresor tiene que contar con tanque de aire de 55lt, para tener mayor capacidad de almacenamiento de aire y Potencia 1,5HP /0.8 KW si es menor le resta capacidad en la carga de aire, las especificaciones técnicas están de acuerdo a la necesidad del hospital. Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		22-08-2024

## Consulta 87 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 17-5 Solicitamos a la Convocante eliminar la Opción de conexión a una nube ( esta dirigido a una marca específica que se comercializa en el mercado ) o indicar como Opcional para tener mayor participación de oferentes.		19-08-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.		26-08-2024

## Consulta 88 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 17-14 Sensor Intra Oral Radiovisiografo Solicitamos a la convocante poder cotizar o ampliar la Opción de Sensor con conteo de fotones a y/o con sensores de APS CMOS, de esta manera poder dar mayor participación a potenciales oferentes.	19-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 89 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
En el ítem Camilla Ginecológica En el punto 4.3, donde dice "Dividida en al menos tres secciones (respaldo con cabecera, sentadera y sección piernas)". Se solicita a la entidad convocante considerar la posibilidad de aceptar ofertas para camillas con al menos dos secciones, en lugar de las tres secciones originalmente requeridas (respaldo con cabecera, sentadera y sección de piernas). Esto se debe a que la sección de respaldo con cabecera es la menos esencial durante el análisis del paciente. Permitir camillas sin esta sección dividida facilitará la participación de un mayor número de oferentes y podría ofrecer opciones más competitivas	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 90 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
En el ítem Camilla Ginecológica En el punto 4.7, donde se especifica que el estribo debe soportar esfuerzo en ambos lados de la cama y ser plegable hasta la posición horizontal, se solicita a la convocante que esta característica se considere opcional. Esto se debe a que la posición completamente horizontal puede lograrse de manera efectiva mediante otros sistemas, y hacer esta modificación permitirá la participación de un mayor número de oferentes	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 91 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
En el ítem Camilla Ginecológica En el punto 5.1, donde se especifica que la altura debe ser ajustable con movimientos eléctricos, con un rango de 70 cm a 92 cm, se solicita a la convocante permitir la oferta de camillas con un rango ajustable de 70 cm ± 5 cm a 92 cm ± 5 cm. Esta modificación permitirá un rango de movilidad más flexible y ampliará la oportunidad de participación para una mayor cantidad de oferentes	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 92 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
En el ítem Camilla Ginecológica En el punto 5.2, donde se especifica que el largo mínimo de la mesa debe ser de 195 cm con extensor auxiliar retráctil, se solicita a la convocante permitir la oferta de camillas con un largo de mesa de 195 cm ± 20 cm. Esta modificación en el rango de longitud no afectará la funcionalidad de la camilla ni su capacidad para cumplir con los estándares necesarios para el uso general. Además, ajustar el rango permitido facilitará la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo una competencia más amplia y asegurando una mejor oferta en términos de calidad y costo.	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 93 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
En el ítem 6. Camilla Ginecológica En el punto 5.7 donde dice Placa del respaldo plegable hacia abajo de al menos 10°. Se solicita a la convocante permitir ofertar camillas con respaldo plegable hacia debajo de al menos 10°±4°. Esta modificación en el rango del ángulo no afectará la funcionalidad de la camilla ni su capacidad para cumplir con los estándares necesarios para el uso general. Además, ajustar el rango permitido facilitará la participación de un mayor número de oferentes, promoviendo una competencia más amplia y asegurando una mejor oferta en términos de calidad y costo	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 94 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 7. Carro de Paro En el punto 4.2 donde dice: "Cinco (05) cajones como mínimo, de tres medidas diferentes, dos paneles de 80mm de altura como mínimo, dos paneles de 120mm de altura como mínimo y un panel grande de 240mm de altura como mínimo. Al menos 2 (dos) de ellas con separaciones plásticas". Se solicita a la convocante permitir ofertar carros con 5 cajones como mínimo, con al menos dos medidas diferentes, con esto se dará oportunidad a una mayor cantidad de oferentes y se evitará el direccionamiento del equipo.	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 95 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 7. Carro de Paro En el punto 4.3 donde dice: Soporte lateral para balón de oxígeno de 3 litros. Un (01) balón de oxígeno de 3 litros con regulador de presión, se solicita a la convocante permitir oferta carros con soporte lateral para balón de oxígeno de hasta 4 litros. Esta modificación no altera la funcionalidad del equipo y permite la participación de una mayor cantidad de oferentes.	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 96 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 7. Carro de Paro Donde dice: Conexión AC con filtro de línea para equipos con cable de al menos tres (03) metros y tres (03) tomas tipo Schuko como mínimo, con soporte para cable. Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con cable de menos longitud. Cables más cortos suelen tener menos posibilidad de sufrir tensiones o daños, esto no limitará la funcionalidad del equipo, y permite la participación de una mayor cantidad de oferentes	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 97 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 9. Desfibrilador Donde dice: Límite inferior: 1 Joules como mínimo, se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con límite inferior de 1Joules $\pm 2$ joules. La American Heart Association sugiere una medida de 2 joules por kilogramo, por lo que esta modificación no afectará en la principal función del equipo y permitirá la participación de una mayor cantidad de oferentes	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 9. Desfibrilador Donde dice: Capacidad de cargar en 6 segundos o menos el límite máximo de joules del equipo. Se solicita a la convocante permitir presentar equipos con capacidad de cargar en $6 \pm 2$ segundos. Esta modificación en el rango de tiempo asegura la correcta carga de energía y proporciona seguridad al operador, además se dará oportunidad a una mayor cantidad de ofertas	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 9. Desfibrilador	20-08-2024	Donde dice: Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación y electrodos de monitorización independientes. Se solicita a la convocante permitir presentar equipos con al menos un sistema de monitorización de ECG. El punto quedaría de la siguiente forma: Monitorización de ECG mediante palas de desfibrilación o electrodos de monitorización independientes. Con esto se dará apertura a una mayor cantidad de oferentes y se evita el direccionamiento del equipo.

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 100 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 10. Electrocardiógrafo	20-08-2024	En el punto 4.6, donde se especifica: "Capacidad de transferir datos mediante USB, Ethernet y conexión a la red inalámbrica como mínimo", se solicita a la convocante considerar permitir que los equipos ofertados solo necesiten contar con al menos una de las siguientes opciones: USB, Ethernet o conexión inalámbrica. Esta modificación no limitará la capacidad de exportar la información y facilitará la participación de un mayor número de oferentes.

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 101 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 16. Monitor Multiparamétrico	20-08-2024	Donde dice: Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Se solicita a la convocante poder presentar equipos con Salida digital, eso teniendo en cuenta que un equipo con salida digital ofrece una mayor precisión, resistencia a interferencias, y versatilidad en comparación con uno con salida analógica, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones modernas y avanzadas. Esto permitirá la presentación de una mayor cantidad de oferentes.

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 102 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 16. Monitor Multiparamétrico	20-08-2024	Donde dice: Con batería de al menos 350 minutos de autonomía. Se solicita a la convocante poder ofertar equipos con autonomía de 240 minutos, tiempo suficiente para ofrecer respaldo y monitoreo a los pacientes, esto permitirá la presentación de una mayor cantidad de ofertas y mayor oportunidad a los oferentes

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 103 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 16. Monitor Multiparamétrico Donde dice: Presión Invasiva de al menos tres canales. Se solicita a la convocante poder presentar equipos con al menos dos canales, que es lo normalmente configurado en los equipos por fabrica, con dos canales se obtiene la información necesaria para correcta monitorización del paciente. Esto dará apertura a un mayor número de oferentes y mayor variedad de equipos.	20-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 104 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 5 . Cama eléctrica Donde dice: Posiciones: Altura máxima 80 cm o más. Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con altura máxima de $80 \pm 10$ cm, el rango de operación con esta modificación permite cubrir las necesidades de la diversa población y da oportunidad a una mayor cantidad de oferentes	21-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 105 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 5 . Cama eléctrica Donde dice: 2 (dos) controles eléctricos desmontables de la cama. Uno para control del paciente y el otro control para el personal médico del hospital, como mínimo. Ambos desmontables con cable. Se solicita a la convocante permitir ofertar camas con al menos 1(un) control eléctrico desmontable de la cama y otro ubicado en los barandales de la cama, que será utilizado por el paciente, esto no se afecta la funcionalidad de la cama y se dará apertura a una mayor cantidad de oferentes.	21-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 106 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 5 . Cama eléctrica Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con rango de elevación de la cama de rango de $0^\circ$ a $75^\circ \pm 5^\circ$ como mínimo. Esta modificación en el rango es mínima, no afectando la funcionalidad del equipo y permitiendo la participación de una mayor cantidad de oferentes.	21-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 107 - Especificaciones técnicas. Ítem 11 . Lámpara de exploración

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante considerar la posibilidad de ofrecer equipos con una base resistente de plástico o polietileno y cinco ruedas en lugar de la base metálica con cuatro ruedas especificada originalmente. La redacción del punto quedaría de la siguiente manera: "Base de material resistente con al menos cuatro ruedas, o superior." Esto permitirá una mayor variedad en las ofertas y ampliará el número de posibles oferentes.	21-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 108 - -\* ITEM 20: EETT 3

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente al convocante aceptar Base de 5 patas con rueditas.	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 109 - -\* EETT Ítem 2- 4.15

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente al convocante aceptar la Flexión Espalda de 0 a 60° de tal forma brindar la oportunidad de más Licitantes.	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 110 - -\* EETT Ítem 2- 4.24

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor considerar que las Barras de empuje sean fijas, desmontables o rebatibles.	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 111 - -\* EETT Ítem 2- 4.8

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente al convocante aceptar con pedales a control de ruedas colocadas uno por lado de la cama.	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 112 - CONSULTA ÍTEM 15 Y 17

Consulta	Fecha de Consulta	
Item15: -Si el microscopio trae objetivos acromáticos, cumpliría con las especificaciones técnicas? Ya que en el pliego no aclara este punto -Sería necesario cotizar también con objetivo de 40X? -Sentido acromático de los objetivos cumpliría las especificaciones técnicas? Este punto no se aclara en el pliego	22-08-2024	
Item 17: En este ítem se puede ofertar un solo producto? Ejemplo ofertar solo el autoclave		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 113 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 5 . Cama eléctrica En el punto 4.11. Donde dice: 2 (dos) controles de movimientos manuales de backup del lado de la piecera de la cama como eberá. Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con UN control manual del lado de la piecera de la cama. Esto no afecta el requerimiento de respaldo y permite la presentación de una mayor cantidad de ofertas	22-08-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 114 - Items 17 Sillones Odontologicos

Consulta	Fecha de Consulta	
En este items que seria por lote , piden un Autoclave que es totalmente limitante a cualquier oferente , esto es por ser un Autoclave que solo una Marca y una empresa posee y es una nueva tecnologia que practicamente no se tiene en el mundo de Autoclaves que es la subida a Nube para control remoto, aparte de ser limitante no es necesario este tipo de especificacion , basta con que tenga conexion a usb y luego hacer el control de los ciclos , la nube lo unico que hace es dar esa informacion tambien . En el peor de los casos si desean este producto que se pueda sacar del lote y pedir por separado por ser muy dirigida este Lote a un solo Oferente y Marca . Si se solicita por separado no influiria en los demás equipos por se un equipo totalmente independiente.	22-08-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 115 - Items 17 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	
Items 3 Autoclave	22-08-2024	
<p>El autoclave solicitado esta dirigido a una marca Especifica que seria Bio Art por lo siguiente: El sistema de conexión de nube para permitir monitoreo remoto en todo el proceso de esterilización es solo de ellos en todo el mercado Latinoamericano y solo una empresa lo representa , por lo que pedimos para que tener mayor participación de Oferentes ver de cotizar uno que todos poseen y que esta acorde a las exigencias de Esterilización y no a una especificación que no condice lo que realmente es , que es la de esterilizar. Por lo siguiente pedimos si podria cotizar este autclave que tiene tambien conexion USB que tambien guardaria los ciclos y que mas oferentes poseen. Por eso podríamos cotizar con las siguientes características:</p> <p>Capacidad del tanque: 22 litros que es de mayor capacidad de lo que solicitan      Visor LCD de alta resolución con comando digital      6 Programas de esterilización: Instrumental Embalado - Instrumental Desembalado - Plásticos y Algodón – Kit Quirúrgico – Tejidos – Líquidos      Secado con puerta cerrada      3 bandejas de instrumentos      Con válvulas solenoides que controlan los flujos internos de vapor      Sistemas de seguridad electrónica y mecánica      Bomba de secado que optimiza el tiempo de secado y consecuentemente el ciclo total      Cámara de acero inox de pieza única con alta resistencia y sin soldaduras, de fácil limpieza      Tapa en acero inox con sistema de trava exclusivo y totalmente seguro      Desaireación y despresurización automática;      Teclado con accionamiento preciso      Potencia 1800W      Con puerto de conexión USB que permite guardar los ciclos  <b>10 SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b>      Temperaturas y presión de esterilización: 134°C-214kPa y 121°C-110kPa.      Esperemos tener una respuesta favorable a esta petición.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se solicita al potencial Ofertante ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 116 - Items 17 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	
Items Autoclave es limitando para este Lote por ser la característica de una sola Marca, pedimos a la convocante que si están necesitando si o si este autoclave de sacar del lote y pedir por separado en el peor de los casos , ya que esto no influiría en los demás equipos por ser un equipo totalmente independiente de los demás .	22-08-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se solicita al potencial Ofertante ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 117 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Ítem 5 . Cama eléctrica. Favor aclarar el punto 4.11. Donde dice: 2 (dos) controles de movimientos manuales de backup del lado de la piecera de la cama como eberá. ¿A qué se refiere con "del lado de la piecera de la cama como eberá"?		

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.		

## Consulta 118 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
Ítem 5 . Cama eléctrica Se solicita a la convocante permitir ofertar equipos con altura máxima de $80 \pm 5$ cm, Este cambio en la altura del equipo es mínimo y no afecta en la funcionalidad del mismo, además da oportunidad a una mayor cantidad de oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.		

## Consulta 119 - item 5

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
4.2 Solicitan Capacidad de soporte de peso de 250Kg como mínimo, solicitamos permita ofertar camas con Capacidad de soporte de peso de 230g como mínimo		

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.		

## Consulta 120 - item 5

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2024
4.5 Solicitan Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual mínimo 20 cm. Solicitamos diga Capacidad de ampliar el largo total del lecho de forma manual hasta un largo de 210cm, considerando que solicitan camas de mínimo 190cm de largo, sumarle 20 cm de extensión equivaldría a 210cm pero se puede dar que la cama ofertada cuente con un largo mayor a 190 pero con la extensión menor a 20 cm, pero lo importante es que a la hora de extender se obtendrá el largo total necesario		

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2024
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.		

## Consulta 121 - item 5

Consulta	Fecha de Consulta	
4.10 Controles eléctricos desmontables de la cama. Uno para control del paciente y el otro para el personal médico del hospital, como mínimo. Ambos desmontables con cable . Solicitamos permita ofertar camas con control integrado en las barandas Uno interno para control del paciente y el otro externo para el personal médico y adicionalmente un control eléctrico desmontable	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 122 - item 5

Consulta	Fecha de Consulta	
4.11 2(dos) controles manuales de backup del lado de la piecera de la cama como eberá. Solicitamos que este punto sea opcional	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 123 - item 5

Consulta	Fecha de Consulta	
5.1 Altura ajustable eléctricamente (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchón) Altura mínima 50 cm o menos Altura máxima: 80 cm o más Solicitamos diga: Altura ajustable eléctricamente (medido de la plataforma de la cama al piso sin colchón) Altura mínima 50 cm o menos Altura máxima: 70 cm o más	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 124 - item 5

Consulta	Fecha de Consulta	
5.2 Elevación eléctrica de la sección de espalda Rango de 0 a 75°como mínimo Solicitamos diga: Elevación eléctrica de la sección de espalda Rango de 0 a 70°como mínimo	22-08-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	

## Consulta 125 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	
5.4 Sección de ajuste de rodilla eléctrico con rango de 0 a 35° como mínimo. Solicitamos diga: Sección de ajuste de rodilla eléctrico con rango de 0 a 25° como mínimo.	22-08-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se solicita al potencial Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas requeridas son mínimas y son las que se ajustan a las necesidades del hospital.	26-08-2024	