

Consultas Realizadas

Licitación 451759 - LPN N° 114/2024 " ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA Y OTROS HOSPITALES DEL MSPYBS"

Consulta 1 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Donde se indica: Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, los oferentes podrán hacerlo hasta las 15:00 Hs, del día hábil siguiente a la apertura en el Dpto. de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones MSPBS. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. Lugar de Entrega y devolución de muestras: Departamento de Licitaciones, Nivel Central DOC DGAF. Con las muestras se verificarán si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas detalladas (origen, marca, presentación, medidas etc.), que deberán estar de acuerdo con los documentos obrantes en DINAVISA. Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 2 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Donde dice: Los instrumentales deberán tener Marca y Procedencia - grabado o sellado con material no removible ante fricción o exposición a productos químicos o procesos de esterilización de origen. Solicitamos que la grabación de procedencia en el instrumental sea opcional puesto que no siempre se encuentra grabado en los mismos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que es necesario la marca y la procedencia del instrumental.		

Consulta 3 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 4 - Cronograma de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Con respecto al cronograma de entrega, solicitamos que las entregas sean establecidas en 90 días después de emitida la orden de compra, considerando que los bienes deben ser importados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el cronograma de entrega se realiza en base a las necesidades del Servicio.		

Consulta 5 - Lote 1.1 - Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Para la caja contenedora, solicitamos se puedan cotizar contenedores con medida de 465 X 280 X 100 mm que corresponde a un contenedor de ¾.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 6 - Lote 1.1 - Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Pinza Duval 16 cm (+ - 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Pinza Duval 16 cm (+ - 2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 7 - Lote 1.1 - Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad o; Separador de Roux de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 8 - Lote 1.1 – Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Separador de Gosset de 30 cm (+ - a cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, considerando que se trata de una caja para cirugía pediátrica solicitamos nos permitan cotizar Separador de Gosset de 18,5 cm (+ - 3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 9 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Para la caja contenedora, solicitamos se puedan cotizar contenedores con medida de 465 X 280 X 100 mm que corresponde a un contenedor de ¾.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 10 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Pinza Duval 16 cm (+ - 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Pinza Duval 16 cm (+ - 2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se aclara que la pinza Duval, corresponde al lote 1 y ya se ha dado respuesta en la consulta 6.		

Consulta 11 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad o; Separador de Roux de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 12 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2024
Separador de Gosset de 30 cm (+ - a cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos nos permitan cotizar Separador de Gosset de 18,5 cm (+ - 3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 13 - Lote 1 – Grupo 1 INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Lote 1 – Grupo 1 INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA Solicitamos amablemente al convocante que permita cotizar una variación +/- 2 cm para todos los instrumentales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 14 - Lote 2 – Grupo 1 INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Lote 2 – Grupo 1 INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL Solicitamos amablemente al convocante que permita cotizar una variación +/- 2 cm para todos los instrumentales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 15 - Lote 2 – Grupo 1 INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Solicitamos amablemente al convocante que permita cotizar Separador de Farabeuf de 18 cm con variación (+ -3 cm).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 16 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Consultamos la posibilidad de entregar un lote de entre 5 a 10 instrumentales de lo solicitado a los efectos de realizar las verificaciones señaladas y que la totalidad del contenido pueda ser analizado mediante los catálogos presentados. Esta petición obedece al alto costo de los instrumentales y la imposibilidad de contar con la totalidad de los mismos para muestreo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 17 - Lote 1 Set instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Ítem 1 - CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM) ¿Se podría cotizar de 30 a 40 cm de largo x 20 a 30cm de ancho x 8 a 10cm de alto?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 18 - Lote 1 Set instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Ítem 12 - Pinza Duval 16 cm (+ - 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad ¿Se podría cotizar Pinza Duval o Pennintong? Técnicamente son el mismo modelo		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 19 - Lote 2 set de instrumentales para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Ítem 1 - CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM) ¿Se podría cotizar de 30 a 40cm de largo x 20 a 30cm de ancho x 8 a 10cm de alto?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 20 - Lote 2 set de instrumentales para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Ítem 5 - Pinza de aro recta de 20 cm (+ - 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad ¿Se podría considerar una variación de +-2cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 21 - Lote 2 set de instrumentales para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2024
Ítem 19 - Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad ¿Se podría considerar separador Farabeuf o Parker?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 22 - Precio referencial - Lote N° 1 y 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Muy respetuosamente, solicitamos a la institución convocante ampliar el rango de precios para el lote N° 1 y 2, los precios referenciales están por debajo de los costos de muchos proveedores que comercializan productos de buena calidad, con esos precios solo tendrán instrumentales y cajas que no son de óptima calidad, por ende esos instrumentales durarán poco tiempo por el tipo de material de fabricación de baja calidad e incurrirán en mas llamados y compra de los mismos en menor tiempo que de instrumentales de calidad con las normas requeridas de fabricación de instrumental quirúrgico, conforme a las normas EN ISO 7153-1 o EN ISO 16061 y también las normas DIN EN ISO 11607-1 para los contenedores de esterilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se procedió a la verificación del precio realizado en el Análisis de Precio de fecha 07/08/2024 , y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/24, como así también, a lo relacionado en el Art. 4 de la ley 7021/03, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y que se encuentran respaldada en el Dictamen DOC N° 114/2024, se ratifican y mantienen iguales.		

Consulta 23 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Consultamos a la convocante si la presentación de muestras de cada ítem es sustancial? , Llevando en cuenta que especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, puesto que se tratan instrumentales de prestaciones considerables en su mayoría y con los cuales no se disponen permanentemente en stock, ya que se importan específicamente por proyectos como estos, obliga a los proveedores incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos , costo elevados y de trámites aduaneros, de modo a no limitar ni descalificar la participación de potenciales oferentes. Solicitamos a la convocante presentar UNA CAJA DE CIRUGIA PEDIATRICA y de 3 a 5 instrumentales varios para la verificación de marca, procedencia y material, ya que resulta imposible tener en stock los modelos de instrumentales solicitados y de esa manera no limitar las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. El cumplimiento de los modelos y medidas de los instrumentales se pueden evaluar a través de catálogos ilustrativos donde se especifica la referencia de cada articulo, el proveedor puede presentar junto con su oferta un listado con las referencias de los ítems ofertados y en caso de resultar adjudicado entregar las mismas referencias aprobadas por el Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 24 - MUESTRAS LOTE 1 SET DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Consultamos a la convocante si la presentación de muestras de cada ítem es sustancial? , Llevando en cuenta que especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, puesto que se tratan instrumentales de prestaciones considerables en su mayoría y con los cuales no se disponen permanentemente en stock, ya que se importan específicamente por proyectos como estos, obliga a los proveedores incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos , costo elevados y de trámites aduaneros, de modo a no limitar ni descalificar la participación de potenciales oferentes. Solicitamos a la convocante presentar UNA CAJA DE CIRUGIA PEDIATRICA y de 3 a 5 instrumentales varios para la verificación de marca, procedencia y material, ya que resulta imposible tener en stock los modelos de instrumentales solicitados y de esa manera no limitar las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. El cumplimiento de los modelos y medidas de los instrumentales se pueden evaluar a través de catálogos ilustrativos donde se especifica la referencia de cada articulo, el proveedor puede presentar junto con su oferta un listado con las referencias de los ítems ofertados y en caso de resultar adjudicado entregar las mismas referencias aprobadas por el Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 25 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Consultamos a la convocante si la presentación de muestras de cada ítem es sustancial? , Llevando en cuenta que especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, puesto que se tratan instrumentales de prestaciones considerables en su mayoría y con los cuales no se disponen permanentemente en stock, ya que se importan específicamente por proyectos como estos, obliga a los proveedores incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos , costo elevados y de trámites aduaneros, de modo a no limitar ni descalificar la participación de potenciales oferentes. Solicitamos a la convocante presentar UNA CAJA DE CIRUGIA DE ALTA COMPLEJIDAD y de 3 a 5 instrumentales varios para la verificación de marca, procedencia y material, ya que resulta imposible tener en stock los modelos de instrumentales solicitados y de esa manera no limitar las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. El cumplimiento de los modelos y medidas de los instrumentales se pueden evaluar a través de catálogos ilustrativos donde se especifica la referencia de cada artículo, el proveedor puede presentar junto con su oferta un listado con las referencias de los ítems ofertados y en caso de resultar adjudicado entregar las mismas referencias aprobadas por el Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 26 - Lote 1 - SET DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Donde dice: CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM) Consultamos a la convocante si pueden aceptar la siguiente medida de caja de instrumental: 46,5 cm x 28,0 cm x 10 cm. Llevando en cuenta que son medidas estándar, también las medidas de los accesorios que solicitan para la caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 27 - Lote 1 - SET DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Item 6: Pinza Porta-Agujas 14 cm (+ -1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Consulta: Se puede ofertar Pinza Porta-Agujas MAYO-HEGAR de 14cm. ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 28 - Lote 1 - SET DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 12 pinzas Duval de 16 cm (+- 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. CONSULTA: Solicitamos a la convocante una variación de +/-2 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 29 - Lote 1 - SET DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Item 17 separador Finochieto neonatal de 4 cm (+- 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Consulta: Llevando en cuenta que el separador solicitado es para neonato, solicitamos a la convocante aceptar el material de Aluminio con la siguiente medida: 40X45X135 MM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 30 - Lote 1 - SET DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Lote 18 separador Finochieto pediátrico. Separador con 2 valvas de 12 mm x 15 mm y apertura de 70 mm. (+- 1 mm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Consulta: Llevando en cuenta que el separador es para uso pediátrico, solicitamos a la convocante aceptar material de Aluminio con la siguiente medida: 15 mm x 15 mm x 75 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 31 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 1 CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA , ASAS DE TRANSPORTE , CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES ETIQUETA DE IDENTIFICACION GRABADA Y PRECINTOS DE 'SEGURIDAD EN PAQUETES COMO MINIMO DE 100 UNIDADES, CESTA FENESTRADA PARA COLOCACION DE INSTRUMENTALES Y PROTECTOR DE SILICONA, MEDIDA DE 40 cm largo x 20 cm ancho x 8 cm alto (+- 5 CM) Consultamos a la convocante si pueden aceptar la siguiente medida de caja de instrumental: 46,5 cm x 28,0 cm x 10 cm. Llevando en cuenta que son medidas estándar, también las medidas de los accesorios que solicitan para la caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 32 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 12 Pinzas cisticas de 22 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirurgico de alta calidad. Consulta: Se puede ofertar pinza Mixer de 22cm? es la misma pinza que la cistica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 33 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 15 Pinzas Kocher rectas de 18 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Consulta: Se puede cotizar PINZA OCHSNER-KOCHER DE 18CM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 34 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 16 Pinzas Kocher curvas de 20 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. CONSULTA: SE PUEDE OFERTAR PINZA OCHSNER-KOCHER DE 20CM +/-1CM?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 35 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 17 Pinzas porta agujas de 23 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirurgico de alta calidad. CONSULTA: Se puede ofertar Pinza Porta aguja MAYO-HEGAR de 23cm +/-1 cm ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 36 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
item 18 Pinzas porta agujas medianas de 16 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Consulta: Se puede ofertar Pinza porta aguja MAYO-HEGAR de 16cm +/-1cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 37 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
item 19 Separadores de Farabeuf de 18 cm (+- 2cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Consulta: Solicitamos a la convocante una variación de +/- 3 cm en la medida solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 38 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
item 23 Separadores de Gosset de 30 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirurgico de alta calidad Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar la medida del separador de 30cm (+-1cm) se refiere a la apertura de la hoja? o a la medida de las valvas? favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
: Se aclara que se refiere a la medida de la valva. La medida es de 18,5 cm (+ - 3).		

Consulta 39 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
item 25 Tijeras Metzembraun recta de 17 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirurgico de alta calidad. Consulta: Se puede cotizar Tijera METZENBAUM-NELSON de 17cm +-1cm ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 40 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 26 Tijeras Mayo curva de 20 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. CONSULTA: SOLICITAMOS UNA VARIACIÓN DE +-3 CM EN LA MEDIDA SOLICITADA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 41 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ITEM 26 Tijeras Mayo curva de 20 cm (+- 1cm). De acero inoxidable quirurgico de alta calidad. Consulta: Se puede ofertar tijera Mayo-Stille curva de 20cm +-1 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 42 - MUESTRAS LOTE 2 SET DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA GENERAL ABDOMINAL

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
ítem 27 Separadores Suprapubicos. De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad. Consulta: solicitamos a la convocante poder ofertar Separador DOYEN DE 25,0 cm, 50 x 80 mm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 43 - OBSERVACIONES ADICIONALES

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
donde dice: EN CADA ITEM INSCRIPCION GRABADO A LASER: MSPBS, CODIGO QR. TERMINACION MATE (NO BRILLOSO), PASIVIDAD ANTE MANCHAS Y CORROSION. TEST DE DUREZA. GARANTIA 10 AÑOS. ACERO QUIRÚRGICO CON CERTIFICACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURACION, ISO 9001:2008, ISO 7153-1:2016, ACERO MARTENSICO (PARA INSTRUMENTALES DUROS) NORMA AISI 420, ACERO AUSTENITICO (SOLO PARA INSTRUMENTALES MALEABLES) AISI 304, AISI 316, ABNT NBR 13911, NORMAS EMA EU, CE, NORMA FDA, O SUPERIOR. consulta: En este punto solicitamos a la convocante modificar el tiempo de la garantía a 1 año, ni en llamados de equipos médicos no se solicitan tanto tiempo de garantía, * Poder Presentar por lo menos un ISO * poder presentar por lo menos una NORMA AISI * Poder presentar al menos uno de los certificados: EMA,CE,FDA o superior,		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 44 - Vencimiento

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
La garantía mínima de los instrumentales debe ser de 3 (tres) años, al momento de la entrega en los parques sanitarios Consulta: Sugerimos a la convocante verificar este punto, los instrumentales por lo general tienen tiempo de validez indefinido, para evitar inconvenientes en el momento de la entrega solicitamos se excluya del PBC esta solicitud.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 45 - Cronograma de Entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
1ª Entrega. Hasta 40% de la cantidad mínima adjudicada: La Orden de Compra deberá ser emitida dentro los primeros 30 días posteriores a la firma del contrato. El proveedor tendrá hasta los 30 (treinta) días corridos para la entrega, contados a partir de la recepción de la orden de compra, solicitada por la Dirección de Logística de la DGGIES, según necesidad y stock del Servicio. Consulta: Llevando en cuenta que ya estamos en llegando a fin de año y los tiempos de importación se vuelven mas lentos, solicitamos a la convocante considerar 90 días para la entrega de lo adjudicado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el cronograma de entrega se realiza en base a las necesidades del Servicio.		

Consulta 46 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Demostrar la experiencia en provisión de INSTRUMENTALES MÉDICOS y/o DISPOSITIVOS MÉDICOS" con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2021-2022-2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. CONSULTA: Solicitamos a la convocante considerar contratos y/o recepciones finales u otros documentos de los últimos cinco años , para dar mas oportunidad a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 47 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestra.s deberán ser presentadas junto con la oferta, los oferentes podrán hacerlo hasta las 15:00 Hs, del día hábil siguiente a la apertura en el Dpto. de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones MSPBS. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. Lugar de Entrega y devolución de muestras: Departamento de Licitaciones, Nivel Central DOC DGAF. Con las muestras se verificarán si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas detalladas (origen, marca, presentación, medidas etc.), que deberán estar de acuerdo con los documentos obrantes en DINAVISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 1.-		

Consulta 48 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestra.s deberán ser presentadas junto con la oferta, los oferentes podrán hacerlo hasta las 15:00 Hs, del día hábil siguiente a la apertura en el Dpto. de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones MSPBS. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. Lugar de Entrega y devolución de muestras: Departamento de Licitaciones, Nivel Central DOC DGAF. Con las muestras se verificarán si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas detalladas (origen, marca, presentación, medidas etc.), que deberán estar de acuerdo con los documentos obrantes en DINAVISA. Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 49 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Donde dice: Los instrumentales deberán tener Marca y Procedencia - grabado o sellado con material no removible ante fricción o exposición a productos químicos o procesos de esterilización de origen. Solicitamos que la grabación de procedencia en el instrumental sea opcional puesto que no siempre se encuentra grabado en los mismos		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 2.-		

Consulta 50 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 51 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Con respecto al cronograma de entrega, solicitamos que las entregas sean establecidas en 90 días después de emitida la orden de compra, considerando que los bienes deben ser importados		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 4.-		

Consulta 52 - Lote 1.1 – Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad o; Separador de Roux de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 7.-		

Consulta 52 - Lote 1.1 – Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Separador de Gosset de 30 cm (+ - a cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, considerando que se trata de una caja para cirugía pediátrica solicitamos nos permitan cotizar Separador de Gosset de 18,5 cm (+ - 3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 8.-		

Consulta 53 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Para la caja contenedora, solicitamos se puedan cotizar contenedores con medida de 465 X 280 X 100 mm que corresponde a un contenedor de ¾.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 9.-		

Consulta 54 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Pinza Duval 16 cm (+ - 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Pinza Duval 16 cm (+ - 2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 6.-		

Consulta 55 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad o; Separador de Roux de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 11.-		

Consulta 56 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Separador de Gosset de 30 cm (+ - a cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos nos permitan cotizar Separador de Gosset de 18,5 cm (+ - 3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 8.-		

Consulta 57 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Demostrar la experiencia en provisión de INSTRUMENTALES MÉDICOS y/o DISPOSITIVOS MÉDICOS" con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2021-2022-2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. CONSULTA: Solicitamos a la convocante considerar contratos y/o recepciones finales u otros documentos de los últimos cinco años , (2019, 2020,2021,2022,2023) para dar mas oportunidad a potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 58 - Lote 2 item 23

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Donde dice: Separador para cirugía Separador de Gosset de 30cm(+/- a cm) de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad Consulta: 30cm se refiere a la apertura de la hoja o de la valva lateral central. favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 18.-		

Consulta 59 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Donde dice: Los instrumentales deberán tener Marca y Procedencia - grabado o sellado con material no removible ante fricción o exposición a productos químicos o procesos de esterilización de origen. Solicitamos que la grabación de procedencia en el instrumental sea opcional puesto que no siempre se encuentra grabado en los mismos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 2.-		

Consulta 60 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 61 - Cronograma de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Con respecto al cronograma de entrega, solicitamos que las entregas sean establecidas en 90 días después de emitida la orden de compra, considerando que los bienes deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 4.-		

Consulta 62 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Donde se indica: Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, los oferentes podrán hacerlo hasta las 15:00 Hs, del día hábil siguiente a la apertura en el Dpto. de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones MSPBS. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. Lugar de Entrega y devolución de muestras: Departamento de Licitaciones, Nivel Central DOC DGAF. Con las muestras se verificarán si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas detalladas (origen, marca, presentación, medidas etc.), que deberán estar de acuerdo con los documentos obrantes en DINAVISA. Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 63 - Lote 1.1 – Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Para la caja contenedora, solicitamos se puedan cotizar contenedores con medida de 465 X 280 X 100 mm que corresponde a un contenedor de ¾.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 5.-		

Consulta 64 - Lote 1.1 – Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Pinza Duval 16 cm (+ - 1 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Pinza Duval 16 cm (+ - 2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 6.-		

Consulta 65 - Lote 1.1 – Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Separador de Farabeuf de 18 cm (+ - 2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Separador de Farabeuf de 18 cm (+ - 3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad o; Separador de Roux de 18 cm (+ - 2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 7.-		

Consulta 66 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Para la caja contenedora, solicitamos se puedan cotizar contenedores con medida de 465 X 280 X 100 mm que corresponde a un contenedor de ¾.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 9.-		

Consulta 67 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos se puedan cotizar Separador de Farabeuf de 18 cm (+ -3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad o; Separador de Roux de 18 cm (+ -2 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 11-		

Consulta 68 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Separador de Gosset de 30 cm (+ - a cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad, solicitamos nos permitan cotizar Separador de Gosset de 18,5 cm (+ - 3 cm). De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta.-		

Consulta 69 - Lote 1.1 – Instrumentales médicos para cirugía general pediátrica

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Lote 1 – Item 1 - En la especificación técnica, donde dice: 1 (UNA) CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, solicitamos se puedan ofertar cajas de aluminio anodizado con tapa con pequeños agujeros y cubeta no fenestrada de manera a poder utilizar barreras sanitarias reutilizables (filtros) de acuerdo al funcionamiento del principio de barrera estéril según Louis Pasteur, esto garantiza la esterilidad de los instrumentales por 180 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 70 - Lote 2.1 – Instrumentales médicos para cirugía general abdominal

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Lote 2 – Item 1 - En la especificación técnica, donde dice: 1 (UNA) CAJA DE ACERO INOXIDABLE, TAPA Y CUBETA FENESTRADA, ASAS DE TRANSPORTE, CON FILTROS DE BARRERA REUTILIZABLES, solicitamos se puedan ofertar cajas de aluminio anodizado con tapa con pequeños agujeros y cubeta no fenestrada de manera a poder utilizar barreras sanitarias reutilizables (filtros) de acuerdo al funcionamiento del principio de barrera estéril según Louis Pasteur, esto garantiza la esterilidad de los instrumentales por 180 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 71 - Lote 2 – Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
Solicitamos a la convocante verifique las cantidades de los ítems solicitados, por ejemplo, solicitan 30 separadores Gosset y solo una caja contenedora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Se aclara que son 3 separadores Gosset por caja.-		

Consulta 72 - Consulta Muestras:

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde menciona: Las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. Solicitamos a la institución convocante, aceptar muestras de algunos instrumentales por lote, serán suficiente la presentación de 3 a 4 tipos de instrumentales por cada lote, para comprobar la calidad de los instrumentales y no así de un instrumental por cada ítem, para ellos será enviado las fichas técnicas y catálogos de lo ofertado donde se detalle todas las características técnicas del instrumental solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 73 - Consulta Muestras:

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde se menciona: Se remitirán las muestras a ser analizadas en el Hospital Nacional de Itauguá u Hospital de Trauma a profesionales técnicos designados por la Dirección General del Hospital seleccionado, de modo a identificar los instrumentales y tener evidencias de las condiciones que se encuentran antes de los procesos: 1. Traslado al Servicio de Esterilización del Hospital Nacional u Hospital del Trauma donde se realizarán: 2.1. Lavado con agua y detergente enzimático o jabón de Iodopovidona al 7,5%. 2.2. Esterilización a calor seco de 180° C con una frecuencia de 3 veces al día durante 5 días. Informe sobre los resultados obtenidos conforme a los controles de calidad realizados en el Hospital seleccionado, conforme a los siguientes criterios: Los instrumentales sometidos a estas pruebas no deben alterarse en su coloración, aspecto fisicoquímico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico. Las características técnicas de los materiales, deberán ser: de Acero inoxidable quirúrgico, tolerante a gases corrosivos, resistentes a temperaturas de más de 180 ° C sin cambios de aspecto y color. Solicitamos a la institución convocante no someter a los instrumentales a estos criterios que no están acordes a las normas, en cuanto a la limpieza es correcto el detergente enzimático no así el Iodopovidona que es utilizado para la limpieza y desinfección en la piel. La esterilización debe ser de 132/134 grados por 5 min incluso 121 grados por 18 min, que es lo usualmente recomendado según las normas. ¿También aclarar como seria el manejo del instrumental una vez entregado a la institución, con que agua se realizará los procesos? ¿Es agua tratada, filtrada o desmineralizada la que se utilizara para el proceso correcto de limpieza? Todo lo mencionado en cuanto a limpieza y esterilización son de suma importancia ya que todo afectaría a la capa pasiva del instrumental y de no ser tratados acorde corren el riesgo de sufrir todos esos daños que mencionan dentro del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

Consulta 74 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde menciona: Las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. Solicitamos a la institución convocante, aceptar muestras de algunos instrumentales por lote, serán suficiente la presentación de 3 a 4 tipos de instrumentales por cada lote, para comprobar la calidad de los instrumentales y no así de un instrumental por cada ítem, para ellos será enviado las fichas técnicas y catálogos de lo ofertado donde se detalle todas las características técnicas del instrumental solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 75 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde se menciona: Se remitirán las muestras a ser analizadas en el Hospital Nacional de Itauguá u Hospital de Trauma a profesionales técnicos designados por la Dirección General del Hospital seleccionado, de modo a identificar los instrumentales y tener evidencias de las condiciones que se encuentran antes de los procesos: 1. Traslado al Servicio de Esterilización del Hospital Nacional u Hospital del Trauma donde se realizarán: 2.1. Lavado con agua y detergente enzimático o jabón de Iodopovidona al 7,5%. 2.2. Esterilización a calor seco de 180° C con una frecuencia de 3 veces al día durante 5 días. Informe sobre los resultados obtenidos conforme a los controles de calidad realizados en el Hospital seleccionado, conforme a los siguientes criterios: Los instrumentales sometidos a estas pruebas no deben alterarse en su coloración, aspecto fisicoquímico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico. Las características técnicas de los materiales, deberán ser: de Acero inoxidable quirúrgico, tolerante a gases corrosivos, resistentes a temperaturas de más de 180 ° C sin cambios de aspecto y color. Solicitamos a la institución convocante no someter a los instrumentales a estos criterios que no están acordes a las normas, en cuanto a la limpieza es correcto el detergente enzimático no así el Iodopovidona que es utilizado para la limpieza y desinfección en la piel. La esterilización debe ser de 132/134 grados por 5 min incluso 121 grados por 18 min, que es lo usualmente recomendado según las normas. ¿También aclarar como sería el manejo del instrumental una vez entregado a la institución, con que agua se realizará los procesos? ¿Es agua tratada, filtrada o desmineralizada la que se utilizara para el proceso correcto de limpieza? Todo lo mencionado en cuanto a limpieza y esterilización son de suma importancia ya que todo afectaría a la capa pasiva del instrumental y de no ser tratados acorde corren el riesgo de sufrir todos esos daños que mencionan dentro del PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 73.-		

Consulta 76 - Lote 2 ítem 27

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Donde dice: Lote 2 ítem 27 Separador suprapúbico . De acero inoxidable quirúrgico de alta calidad . Consulta: solicitamos a la convocante poder ofertar Separador DOYEN, es el mismo separador		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ajustarse al PBC.-		

Consulta 77 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Donde se indica: Muestras Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, los oferentes podrán hacerlo hasta las 15:00 Hs, del día hábil siguiente a la apertura en el Dpto. de Licitaciones de la Dirección Operativa de Contrataciones MSPBS. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación. Cantidad de muestra: 1 (una) unidad por cada ítem. Lugar de Entrega y devolución de muestras: Departamento de Licitaciones, Nivel Central DOC DGAF. Con las muestras se verificarán si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas detalladas (origen, marca, presentación, medidas etc.), que deberán estar de acuerdo con los documentos obrantes en DINAVISA. Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-11-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 1.-		

Consulta 78 - MUESTRAS SOLICITADAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada ítem cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. Solicitamos: Respetuosamente a la convocante aceptar que se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental. Con una muestra y catalogo de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la última versión del PBC		

Consulta 79 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024
Solicitamos a la convocante modificar la solicitud de muestras de la siguiente manera La evaluación se realizará con el catálogo para todos los ítems ofertados, donde deberán estar debidamente individualizados dentro del mismo el N° de ítem a cual corresponde. Asimismo, en caso de ofertar instrumentales médicos, los oferentes deberán presentar muestra de DOS instrumentales que sean de diferentes tipos, de cualquiera de los ítems cotizados, para verificar las características de los materiales y realizar el procedimiento de control de calidad hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. En caso de ofertarse en varios lotes el mismo tipo de instrumental, aceptar la presentación de dos instrumentales para ambos lotes para control de calidad. Cuando los oferentes no presenten las muestras en el plazo señalado, la Convocante deberá requerir su presentación, otorgando un plazo de 2 (DOS) día hábil contado desde la recepción por el oferente del requerimiento. La no presentación de las muestras en el periodo señalado será causal de descalificación en el ítem ofertado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en la última versión del PBC		