

Consultas Realizadas

Licitación 444719 - ADQUISICIÓN DE CAMAS, SILLA DE RUEDAS, MESAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA

Consulta 1 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
<p>- Deberá contar (excluyente) como mínimo 1 (un) ingeniero Eléctrico Biomédico con registro del MSP y BS , 1 (un) Ing. en Electrónica Industrial para la instalación de puesta en marcha, entrenamientos a los operadores y técnicos. servicio post venta del servicio técnico, instalación, adiestramiento y garantía. (ítems 10 ; 14 y 15)</p> <p>¿Se podría considerar contar (excluyente) como mínimo 2 (dos) ingenieros Eléctrico Biomédico con registro del MSP y BS y/o 1 (un) ingeniero Eléctrico Biomédico con registro del MSP y BS y 1 (un) Ing. en Electrónica Industrial para la instalación de puesta en marcha, entrenamientos a los operadores y técnicos. servicio post venta del servicio técnico, instalación, adiestramiento y garantía. (ítems 10 ; 14 y 15)?, teniendo en cuenta que por lo general son ingenieros biomédicos los encargados de realizar estas labores y son los certificados por las fábricas, no los ingenieros industriales</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 2 - Ítem 10 Dispositivo de tracción para mesa quirúrgica de ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
El dispositivo solicitado, ¿es para utilizar con las mesas quirúrgicas de la marca Barrfab, existentes en el Hospital del Trauma?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
El dispositivo solicitado debe ser compatible con las mesas a ser adquiridas.		

Consulta 3 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Longitud de la mesa: 2050 mm, (incluyendo cabecera y pierneras) ¿Se podría otorgar un margen de +/-50mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 4 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm . Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm . ¿Se podría considerar un margen de +/-100mm en ambas características?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 5 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Movimiento de Trendelenburg (Proclive): 25° . Movimiento de Trendelenburg reverso (Declive): 25° . Movimiento de Inclinación derecha: 15° . Movimiento de Inclinación izquierda: 15° . ¿Se podría considerar un margen de +/-5° en los movimientos solicitados?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 6 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Una (01) unidad. Arco de Narcosis con altura ajustable de 500 a 800mm, o mejor rango. Ancho de la barra 615mm ±10mm. ¿Se podría considerar de 615mm ±20mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 7 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piñnera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Dimensiones: 575mm±10mm x 750mm±10mm. ¿Se podría considerar 575mm±20mm x 750mm±20mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 8 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±10mm. ¿Se podría considerar ±20mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 9 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
----------	-------------------	------------

Un (01) unidad. Soporte Pubiano y Sacro. Giratorio con colchoneta extraíble para limpieza. Utilización con el brazo articulado para soportes del cuerpo. Dimensiones: 85mm±10mm x 85mm±10mm
¿Se podría considerar 85mm±20mm x 85mm±20mm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 10 - Ítem 15 Mesa de cirugía multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
----------	-------------------	------------

Largo de la mesa: 190 cm .
¿Se podría considerar largo de la mesa de 190cm como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 11 - Ítem 15 Mesa de cirugía multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
----------	-------------------	------------

Ancho de la mesa: 50 cm .
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 12 - Ítem 15 Mesa de cirugía multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
----------	-------------------	------------

Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm .
¿Se podría otorgar un margen de +/-2cm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 13 - Ítem 15 Mesa de cirugía multifunción

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
----------	-------------------	------------

El oferente deberá realizar capacitación técnica al personal biomédico del INCAN que incluya errores y fallas más comunes.
Favor corregir por Hospital del Trauma

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-09-2024
-----------	--------------------	------------

Dirigirse a la versión 2 del PBC.

Consulta 14 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Solicitamos ampliar el plan de entrega de los ítems 10, 14 y 15 a por 60 días, desde la recepción de la orden de compra por parte del proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA		

Consulta 15 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	12-09-2024
Una (01) unidad. Soporte lateral con forma ligeramente cóncava. Giratoria con colchoneta extraíble para limpieza. Dimensiones: Ancho x largo: 100mm±10mm x 215mm±10mm. ¿Se podría considerar 100mm±20mm x 215mm±20mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 16 - Especificaciones técnicas. Ítem 3 Balanza con altímetro

Consulta	Fecha de Consulta	13-09-2024
ITEM 3 BALANZA CON ALTIMETRO. Establece el PBC: Balanza con tallímetro de 1,10 a 2,00 mts Favor considerar Balanza con tallímetro con rango de medidas mínimo 70 -190 cm. Que son rangos mas estándares y con ellos se permitirá mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA		

Consulta 17 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
ITEM Nº 16 - SILLA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Respaldo rebatible 90°. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones técnicas: Respaldo rebatible 70° o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
ITEM Nº 13 - MESITA DE APOYO DE CABECERA/ALIMENTACION DEL PACIENTE: En una parte de las especificaciones técnicas dice: Dimensiones: 60 cm. x 40 cm. x 90/132 cm. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones técnicas: Dimensiones: 70 cm (+-10cm) x 50 cm(+/-10cm). x 90/132 cm o mejor rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 11- ESCALERA DE METAL PARA PACIENTE: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Peldaños largo 40 cm Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes características: Peldaños largo 40 cm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 11- ESCALERA DE METAL PARA PACIENTE: en una parte de las especificaciones técnicas dice: dos peldaños en madera prensada con piso antideslizante y rebordeado con bisel plástico. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes características: dos peldaños en madera prensada con piso antideslizante y rebordeado con bisel plástico o construido en Material ABS.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 9 - CARRO DE PARO: En una parte de las especificaciones técnicas dice: Profundidad: 40 cm. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones técnicas: Profundidad: 40 cm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 22 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 9 - CARRO DE PARO: En una parte de las especificaciones técnicas dice: Ancho 50 cm. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones técnicas: Ancho 50 cm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 8 - CARRO PARA CURACIONES: solicitamos a la convocante que solicite el siguiente documento para los posibles oferentes: En caso de ser Producto de fabricación Nacional: Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Control vigente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 24 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 5 CAMILLA CON RUEDAS Y BARANDA: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Altura de 0,70 mts. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Altura de 0,70 mts (+-0.5mts)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 25 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 5 CAMILLA CON RUEDAS Y BARANDA: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Ancho de 0,55 mts. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Ancho de 0,55 mts. (+-0.5mts)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 26 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 5 CAMILLA CON RUEDAS Y BARANDA: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Largo de 1,95 mts. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Largo de 1,95 mts (+-0.5mts)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 27 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 5 CAMILLA CON RUEDAS Y BARANDA: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Ruedas de 15 cm de diámetro. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Ruedas de 12 cm de diámetro o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 28 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 5 CAMILLA CON RUEDAS Y BARANDA: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Lecho de espuma en alta densidad de 28kg/m3, de 5 cm de espesor; ignifugo y resistente al moho. Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones: Lecho de espuma en alta densidad de 28kg/m3 o mejor, de 5cm de espesor (+-1cm); ignifugo y resistente al moho.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 29 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 19 - TABLA ESPINAL: en una parte de las especificaciones técnicas dice: Dimensiones: 72"x16"x 2 ¼.
Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones técnicas:
Dimensiones: 72"x16"x 2 1/4 (±1 ½ ").

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 30 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM Nº 18 - SILLA DE RUEDA PLEGABLE: En una parte de las especificaciones técnicas dice: Ruedas posteriores con cubiertas inflables.
Solicitamos al convocante permita cotizar equipos con las siguientes especificaciones técnicas: Ruedas posteriores con cubiertas inflables o solidas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 31 - Ítem 18

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Para el ítem 18, Tabla espinal, solicitamos a la convocante considerar las siguientes dimensiones cambiar la cantidad de orificios a 8 como mínimo. Capacidad de carga de 500 lbs como mínimo, dimensiones 1840x410x50mm como mínimo y peso 12lbs como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 32 - Ítem 17

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Para el ítem 17, Silla Sanitaria, se solicita a la convocante considerar una capacidad de carga máxima de 100kg como mínimo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 33 - Ítem 16

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Para el ítem 16, Silla para extracción de sangre, Solicitamos a la convocante que el ángulo de inclinación del respaldo rebatible sea de mínimo 70º, garantizando una mejor comodidad para el paciente durante la extracción de sangre.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 34 - Ítem 15

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Para el ítem 15, Mesa de cirugía multifunción, solicitamos a la convocante ajustar el rango de elevación de la mesa a 70 a 100 cm como mínimo, con una tolerancia de ± 10 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 35 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Para el ítem 14, Mesa Quirúrgica, donde dice: Bajada de Respaldo de 0º a 50º., se solicita a la convocante incluir los rangos de -15º a 75º.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA		

Consulta 36 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Para el ítem 14, Mesa Quirúrgica, donde dice: Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa, solicitamos a la convocante incluir la opción de control eléctrico ubicado en la base de la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 37 - Ítem 14

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Para el ítem 14, Mesa Quirúrgica, donde dice: Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptarán movimientos accionados por manivelas y manijas. Solicitamos a la convocante incluir la opción de control eléctrico para todos los movimientos de la mesa quirúrgica, además del sistema hidráulico, asegurando precisión y comodidad en el uso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 38 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Para el ítem 4, Cama eléctrica para paciente solicitamos a la convocante considerar la Posición de Silla Cardíaca como OPCIONAL. Dado que en el Hospital del Trauma la mayoría de los pacientes requieren intervenciones relacionadas con traumatismos y lesiones, la posición de silla cardíaca no sería un factor crítico para su tratamiento. Por tanto, ofrecerla como una opción permitiría una mayor flexibilidad en la elección de camas según las necesidades específicas del hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 39 - Ítem 10

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Para el ítem Dispositivo de tracción para mesa quirúrgica de ortopedia, Las especificaciones del dispositivo de tracción son algo confusas. Solicitamos a la convocante aclarar si el ítem se refiere exclusivamente al dispositivo de tracción para una mesa de cirugía ortopédica, o si incluye también la mesa de cirugía con los accesorios de tracción integrados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Se refiere exclusivamente al dispositivo de tracción para una mesa de cirugía ortopédica.

Consulta 40 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Para el ítem 13, Mesa rodante de alimentación para paciente internados, Dimensiones 60cm x 40cm x 90/132cm, solicitamos a la convocante cambiar a las siguientes dimensiones: 79x39x75/106 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 41 - Ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Para el ítem 11, escalera de metal para paciente, solicitamos a la convocante incluir la opción de peldaños de ABS, quedando de la siguiente forma: Estructura de acero inoxidable con botas de plástico en las patas, dos peldaños en madera prensada con piso antideslizante o ABS y rebordado con bisel de plástico

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 42 - Ítem 13

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Para el ítem 13, Mesa rodante de alimentación para paciente internados, Dimensiones 60cm x 40cm x 90/132cm, solicitamos a la convocante cambiar a las siguientes dimensiones: 79x39x75/106 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 43 - Ítem 10 Dispositivo de tracción para mesa quirúrgica de ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Descripción general: Mesa de quirooperaciones móvil de accionamiento hidráulico para cualquier tipo de cirugías
Favor corregir la descripción general, debe ser: Dispositivo de tracción para mesa quirúrgica de ortopedia

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA

Consulta 44 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptaran movimientos accionados por manivelas y manijas. Consideramos que existe un error en la descripción y en la forma correcta debería decir: todos los movimientos de la mesa debe ser electro hidráulicos, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptaran movimientos accionados por manivelas y manijas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 45 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Creemos que existe un error en la descripción y lo correcto debería ser: Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control centralizado localizado y operado en la base de la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.		

Consulta 46 - Ítem 14 Mesa quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa. Consultamos si los pedales podrían ser considerados opcionales, atendiendo a que todos los movimientos pueden ser controlados mediante el control centralizado solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.		

Consulta 47 - Ítem 5 - Camilla con ruedas y baranda

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Donde dice: Certificado de Calidad: FDA y/o CE, Norma de calidad: ISO13485, solicitamos se pueda cotizar muebles de fabricación nacional, considerando también que el precio referencial es muy bajo para un producto importado. Solicitándose de la siguiente manera: Certificado de Calidad: FDA y/o CE, Norma de calidad: ISO13485. Para caso de productos de fabricación Nacional se podrán ofertar equipos con registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.		

Consulta 48 - Item 5 - Camilla con ruedas y baranda

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Se pide: Estructura metálica en acero inoxidable
Teniendo en cuenta que el precio referencial esta por debajo para un producto de con esa característica, solicitamos permita cotizar: Estructura metálica en acero inoxidable o acero con acabado esmaltado

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.

Consulta 49 - Item 5 - Camilla con ruedas y baranda

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: Barandas en acero inoxidable rebatibles en ambos lados, con sistemas de resortes para apertura y cierre del movimiento al rebatir.

Solicitamos permitir la cotización de: Barandas en acero inoxidable o esmaltado rebatibles en ambos lados, con sistemas de resortes o similar para apertura y cierre del movimiento al rebatir.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.

Consulta 50 - Item 5 - Camilla con ruedas y baranda

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

En una parte de las especificaciones dice: Los equipos deberán contar con 1 (un) año de garantía desde la puesta en funcionamiento, e incluir como mínimo 1 (un) mantenimiento preventivo anual durante dicho periodo. Presentar declaración Jurada. En otra parte: Garantía escrita: 2 (dos) años contra defectos de fábrica.

Solicitamos definir 1 (un) año de garantía contra defectos de fábrica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 51 - Item 8 - Carro para curaciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: Certificado de Calidad: FDA y/o CE, Norma de calidad: ISO13485, solicitamos se pueda cotizar muebles de fabricación nacional, considerando también que el precio referencial es muy bajo para un producto importado.

Solicitándose de la siguiente manera: Certificado de Calidad: FDA y/o CE, Norma de calidad: ISO13485. Para caso de productos de fabricación Nacional se podrán ofertar equipos con registro de marca de fabricación nacional certificado por el Ministerio de Industria y Comercio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.

Consulta 52 - Item 8 - Carro para curaciones

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Se pide: Construido en lámina de acero.
Teniendo en cuenta que el precio referencial esta por debajo para un producto de con esa característica, solicitamos permita cotizar: Construido en lámina de acero o lámina de melamina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.

Consulta 53 - Item 9 - Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita Cinco (05) cajones como mínimo, con sistema de llaveado central.
Solicitamos a la convocante se permita cotizar Cinco (05) cajones, con sistema de llaveado central o Tres (03) cajones y gaveta. Esto dará mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes y la convocante podrá recibir mejores ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.

Consulta 54 - Item 9 - Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Donde dice: Dimensiones Mínimas
Altura 100 cm incluyendo ruedas (+/-10cm).
Ancho 50 cm.
Profundidad: 40 cm.
Solicitamos unificar el rango de variación a todas las dimensiones:
Altura 100 cm incluyendo ruedas (+/-10cm).
Ancho 50 cm. (+/-10cm).
Profundidad: 40 cm. (+/-10cm).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 55 - Item 9 - Carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

En una parte de las especificaciones dice: Tabla para reanimación y masaje cardiaco de fibra de vidrio. Esta característica es limitante al tipo de material. Sugerimos obviar el material, quedando como sigue: Tabla para reanimación y masaje cardiaco.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 56 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
En la Pagina 81 del PBC dice: El plazo de entrega será 30 días calendarios posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor. Considerando la situación actual, bajante del rio, con su consecuente efecto en el retraso en el tránsito fluvial, solicitamos a la Convocante que extienda el plazo de entrega de por lo menos a 90 días calendarios posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, teniendo en cuenta que algunos Equipos deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 57 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Item 1 En la página 21 del presente PBC se solicita el Certificado de Registro Sanitario Se solicita a la Convocante que excluya el requisito de Registro Sanitario para el ítem 1 (Autoclave de esterilización), habida cuenta que este equipo es de uso general en laboratorio y de acuerdo con las resoluciones estipuladas por DINAVISA, no requieren registro sanitario. Este pedido de exclusión no colisiona con la Circular DNCP N° 13/2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 58 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
En el punto donde solicita Posición Fowler o espalda de 60º, solicitamos amablemente a la convocante acotar el requerimiento de la siguiente manera, Posición Fowler o espalda de 60º como mínimo, con el proposito de aclarar que equipos con mejores prestaciones o mayor rango de movimientos serán aceptados en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.		

Consulta 59 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
En el punto donde solicita Trendelemburg de 12°. Solicitamos amablemente a la convocante acotar de la siguiente manera, Trendelemburg de 12° o mayor, con el proposito de aclarar que equipos con mejores prestaciones o mayor rango de movimientos serán aceptados en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigir a la ADENDA.		

Consulta 60 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
En el punto donde solicita Trendelemburg inverso de 12°. Solicitamos amablemente a la convocante acotar de la siguiente manera, Trendelemburg inverso de 12° o mayor, con el proposito de aclarar que equipos con mejores prestaciones o mayor rango de movimientos serán aceptados en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigir a la ADENDA.		

Consulta 61 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
ITEM 4- Cama electrica En el punto donde solicita Altura Ajustable que cubra el ranhgo 55cm a 70cm. Solicitamos amablemente a la convocante acotar de la siguiente manera Altura ajustable que cubra el rango 55 cm o menor a 70 cm o mayor, con el proposito de aclarar que equipos con mejores prestaciones o mayor rango de movimientos serán aceptados en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 62 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
En el punto donde solicita capacidad de carga de 200kg. Solicitamos amablemente a la convocante acotar de la siguiente manera "Capacidad de carga de 200kg o mayor", con el proposito de aclarar que equipos con mejores prestaciones o mayor capacidad de carga serán aceptados en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 63 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
ITEM 4 cama electrica En el punto donde solicita capacidad de carga de 200kg. Solicitamos amablemente a la convocante acotar de la siguiente manera "Capacidad de carga de 200kg o mayor", con el proposito de aclarar que equipos con mejores prestaciones o mayor capacidad de carga serán aceptados en la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 64 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
ITEM 9 Carro de Paro Solicitamos amablemente a la convocante requerir la ISO 13485 o ISO 9001 como Opcional, considerando que estos dispositivos en la configuración requerida son consideradas moviliarios dentro del rubro, y que para su fabricación requieren de otros tipos de normativas		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del P.B.C.		

Consulta 65 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
ITEM 9 Carro de Paro En el punto donde se requiere Ancho 50cm. Solicitamos a la convocante acotar de la siguiente manera "Ancho 50cm o mayor", con la intención de aclarar que equipamientos con mayor capacidad y mejores prestaciones serán aceptadas en el momento de presentar la oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 66 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
ITEM 9 Carro de Paro En el punto donde se requiere Profundidad 40cm. Solicitamos a la convocante acotar de la siguiente manera "Profundidad 40cm o mayor", con la intención de aclarar que equipamientos con mayor capacidad y mejores prestaciones serán aceptadas en el momento de presentar la oferta.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 67 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
Item 15 Mesa de cirugía multifunción En el punto donde solicita Trendelenburg directo e inverso: 30°, solicitamos amablemente a la convocante acotar los requerimientos con rangos de valores de los movimientos requeridos. Sugerimos Trendelenburg directo e inverso: 30° +/- 5°, de esta manera aceptar equipos que cumplan la misma función y hasta dispositivos con mejores prestaciones para el proposito, además la acotación sugerida no desvia sustancialmente la aplicación de la función		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 68 - CONSULTA 1. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Peso de carga de la mesa: 150kg . Peso de carga de la guía lateral 20kg" SE PIDE A LA CONVOCANTE ABRIR MÁS ESTE PUNTO PARA PERMITIR LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE MEJORES PRESTACIONES Y QUE SOPORTEN MÁS DEL PESO MENCIONADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE SOLICITA COLOCAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA CON EL FIN DE DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A ESTE PROCESO LICITATORIO: "Peso de carga de la mesa: 150kg O MAYOR. Peso de carga de la guía lateral 20kg O MAYOR"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 69 - CONSULTA 2. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa." Se solicita a la convocante poder abrir este punto para permitir mayor participación de oferentes. Se pide que la mesa quirúrgica al menos tenga 3 (tres) pedales para selección de movimiento, accionamiento y freno centralizado, respectivamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 70 - CONSULTA 3. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Longitud de la mesa: 2050 mm, (incluyendo cabecera y pierneras)". Se solicita ampliar este punto para permitir mayor participación de oferentes, colocando de la siguiente forma: "Longitud de la mesa: 2050 mm O MAYOR, (incluyendo cabecera y pierneras)"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 71 - CONSULTA 4. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Ancho de la mesa (excluyendo rieles): 500mm a 505mm, para facilitar el acceso lateral del paciente de una camilla de transporte.". Se solicita a la convocante ampliar este punto para permitir mayor participación de oferentes, colocando este punto de la siguiente manera: "Ancho de la mesa (excluyendo rieles): 500mm O MAYOR, para facilitar el acceso lateral del paciente de una camilla de transporte."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 72 - CONSULTA 5. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm ." Se solicita a la convocante abrir más este punto de altura mínima para permitir mayor participación con ofertas de excelente calidad. Favor cambiar este punto a: "Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm +/- 100mm"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 73 - CONSULTA 6. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm". Se solicita a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo más este punto de la siguiente manera: "Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm O MAYOR"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 74 - CONSULTA 7. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Movimiento de Trendelenburg (Proclive): 25º". Se solicita a la convocante permitir mayor participación de ofertas de excelente calidad, abriendo este punto de la siguiente manera: "Movimiento de Trendelenburg (Proclive): 25º O MEJOR"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 75 - CONSULTA 8. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Movimiento de Trendelenburg reverso (declive): 25º". Se solicita a la convocante permitir mayor participación de ofertas de excelente calidad, abriendo este punto de la siguiente manera: "Movimiento de Trendelenburg reverso (declive): 25º O MEJOR"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 76 - CONSULTA 9. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Movimiento de Inclinación derecha: 15°." Se solicita a la convocante abrir más este punto para permitir la participación de ofertas de excelente calidad. Se pide modificar este punto de la siguiente manera: "Movimiento de Inclinación derecha: 15° O MAYOR."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 77 - CONSULTA 10. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Movimiento de Inclinación izquierda: 15°". se solicita a la convocante abrir más este punto para permitir la participación de ofertas de excelente calidad. Se pide modificar este punto de la siguiente manera: "Movimiento de Inclinación izquierda: 15° O MAYOR."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 78 - CONSULTA 11. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Subida de Respaldo de 0° a 55°". Se solicita a la convocante abrir más este punto para permitir la participación de ofertas de excelente calidad. Se pide modificar este punto de la siguiente manera: "Subida de Respaldo de 0° a 55° O MEJOR."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 79 - CONSULTA 12. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Espesura de colchones: 75mm , para mayor confort del paciente.". Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto estableciendo un margen de tolerancia para permitir mayor participación en este proceso licitatorio, abriendo este punto de la siguiente manera: "Espesor de colchones: 75mm +/- 200mm, para mayor confort del paciente"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 80 - CONSULTA 13. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa". Se solicita a la convocante permitir la participación de otras tecnologías de fijación de colchones que han sido aprobadas por la normativa de seguridad del paciente y que son mejores que el sistema VELCRO el cual ha sido demostrado que retiene fluidos en el tejido interno y dificulta la limpieza y desinfección. Se solicita poder ampliar este punto de la siguiente manera: "Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia resistente a productos de desinfección para su fijación a la mesa".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 81 - CONSULTA 14. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Una (01) unidad. Arco de Narcosis con altura ajustable de 500 a 800mm, o mejor rango. Ancho de la barra 615mm ±10mm. Con barra vertical aislada para protección del paciente ante el aterramiento. Debe incluir el fijador radial y accesorios necesarios para fijación al riel lateral de la mesa. Con ajuste mecánico radial, con fijación simultánea del accesorio y ajuste radial.". Se solicita amablemente a la convocante solicitar "arco de narcosis con altura ajustable con barra vertical, con fijador radial y sus respectivos accesorios de fijación a la mesa, todos originales del fabricante" y no colocar las medidas de la barra, ya que limita la participación, pues cada fabricante define el ancho (en mm) de la barra a ser utilizada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 82 - CONSULTA 15. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
DONDE DICE: "Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° a -60°.". Se solicita a la convocante permitir la participación de más oferentes abriendo este punto de la siguiente manera: "Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o tecnología de adherencia resistente a productos de desinfección. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° (+/-15°) a -60° (+/-15°)"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 83 - CONSULTA 16. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
<p>DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piernera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Dimensiones: 575mm±10mm x 750mm±10mm". Se pide a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo más este punto de la siguiente manera: "Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piernera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia del colchón, resistente a productos de desinfección."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
<p>Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.</p>		

Consulta 84 - CONSULTA 17. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
<p>DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±10mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa."</p> <p>Se pide amablemente a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo este punto de la siguiente manera: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±200mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia del acolchado, resistente a productos de desinfección. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
<p>Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.</p>		

Consulta 85 - Consulta 18. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
<p>DONDE DICE: "Cuatro ruedas. Con pedal para frenado de la mesa localizado en la base hacia la cabecera de la mesa para mejor posicionamiento de la mesa.". Se consulta a la convocante si se permitirán mesas de cirugía con quinta rueda centralizada para facilitar el desplazamiento de la misma.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
<p>Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.</p>		

Consulta 86 - Consulta 19. PLAZO DE ENTREGA.

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante considerar el tiempo de fabricación, transporte e importación de los equipos para poder establecer un tiempo de entrega más flexible. Se solicita al menos 100 días calendarios posteriores a la recepción de la orden de compra para la provisión de los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 87 - CONSULTA 1. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de 30 cm en total". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de 30 cm +/-5cm en total"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 88 - CONSULTA 2. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm +/- 1cm"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 89 - CONSULTA 3. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Largo de la mesa: 190 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Largo de la mesa: 190 cm o mayor". Además, si se incluye la extensión para puente billar, la mesa aún termina siendo mucho más larga que la solicitada en este punto y no existiría quien pudiese cumplir este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 90 - CONSULTA 4. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Ancho de la mesa: 50 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Ancho mínimo de la mesa: 50 cm"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 91 - CONSULTA 5. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Panel de control de movimientos en la base o columna del equipo. OPCIONAL". Se solicita a la convocante NO COLOCAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ya que este panel de control en la base o columna del equipo permiten que la mesa pueda seguir funcionando en casos de fallos del control remoto de movimientos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 92 - CONSULTA 6. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONCE DICE: "Elevación desde 70 cm a 110 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Elevación desde 70cm o menor a 110cm o mayor"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 93 - CONSULTA 7. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Angulación vertical de la sección espalda: de -20° a +70°". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Angulación vertical de la sección espalda: de -20° o menor a +70° o mayor".

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 94 - CONSULTA 8. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Angulación vertical de la sección piernas en el rango de -90° a +10°". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Angulación vertical de la sección piernas en el rango de -90° o menor a +10° o mayor".

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 95 - CONSULTA 9. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (apertura lateral de la piernera)". Se consulta a la convocante si es posible presentar ofertas que contemplen un rango mayor al solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 96 - CONSULTA 10. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
<p>DONDE DICE: "Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos por defectos de fábrica según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo". Se solicita a la convocante rever este punto o modificarlo ya que resulta comprometedor para el competidor poder contemplar una oferta con la condición de "reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo" ya que pudiera darse el caso de fallo de componente por mal uso. Se sugiere a la convocante cambiar este punto a la siguiente manera: "Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos por defectos de fábrica según necesidad."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
<p>Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.</p>		

Consulta 97 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - Ítem 4.

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
<p>Punto 9 Y 10 : Solicitamos considerar que la inclinación en posición de Trendelenburg y Trendelenburg inverso pueda ser hasta 14° en lugar de los 12° especificados. Esta ampliación permitirá a los oferentes presentar equipos que ofrecen mayor flexibilidad en la inclinación, lo que podría beneficiar a una variedad más amplia de usuarios clínicos, mejorando la ergonomía y la adaptabilidad del equipo en diferentes situaciones quirúrgicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
<p>Favor dirigirse a la ADENDA.</p>		

Consulta 98 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM 4.

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
<p>Punto 8. Solicitamos a la convocante considerar una posición Fowler ajustable que permita rangos de inclinación más flexibles, tales como 30/30, con el fin de ofrecer mayor versatilidad y ergonomía para el paciente. Esto mejoraría la comodidad del paciente durante largos procedimientos y permitiría un ajuste más gradual, sin limitar la funcionalidad del equipo o la accesibilidad quirúrgica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
<p>Favor dirigirse a la ADENDA.</p>		

Consulta 99 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-09-2024
<p>Para una cama de terapia intensiva, consideramos que la incorporación de una balanza integrada sería una característica altamente beneficiosa. Dado que los pacientes en terapia intensiva requieren un monitoreo continuo y preciso de su peso, contar con una balanza integrada permitiría una evaluación más eficiente y constante sin necesidad de mover al paciente. Solicitamos considerar la inclusión de esta funcionalidad para mejorar la atención y el manejo del paciente en entornos críticos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
<p>Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.</p>		

Consulta 100 - Item 17 - Silla Sanitaria

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
Ítem 17 - Silla Sanitaria En una parte de las especificaciones técnicas dice Peso neto: mínimo 13 kg. Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar una variación permitida de +/- 7 kg, para el peso neto, de modo a permitir mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 101 - Item 4 Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 4 Cama Eléctrica para paciente: Solicitan Trendelenburg de 12° y trendelenburg inverso de 12° Solicitamos a la convocante que dichas especificaciones técnicas puedan ser a partir de 15° para una mejor estadía del paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 102 - Item 4 Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 4 Cama Eléctrica para paciente: Solicitan altura ajustable que cubra el rango de 55 cm a 70 cm, solicitamos a la convocante que se pueda cotizar con rango a partir de 35 cm a 75 cm, de esta manera los paciente pueden tener mayor ventaja al subir a la cama al tener menor altura		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 103 - Item 4 Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 4 Cama Eléctrica para paciente: Solicitan capacidad de carga de 200 kg, Solicitamos a la convocante que el peso mínimo a tener en cuenta sea de 220 kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 104 - Item 4 Cama Eléctrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 4 Cama Eléctrica para paciente: Solicitan cable de alimentación tipo rulo de hasta 5 metros, solicitamos a la convocante que sea hasta 3 metros de esta manera se dará mayor participación a los oferentes y también por un punto no mayor que cuando la sala es un lugar con varias camas los cables podrían molestar para otros equipos conectados		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 105 - item 5 Camilla con ruedas y baranda

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 5 Camilla con ruedas y baranda: Solicitamos a la convocante elevar el precio referencia, primero al solicitar de acero inoxidable , luego la carga segura para el paciente, con estas especificaciones técnicas el precio referencial mínimo sería de ser de 24.000.000gs		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 106 - item 5 Camilla con ruedas y baranda

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 5 Camilla con ruedas y baranda: Solicitan estructura de acero inoxidable solicitamos a la convocante poder cotizar con tubería de acero cold rolled de alta resistencia con acabado con pintura en polvo epoxipoliéster		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 107 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 9 Carro de paro, Solicitamos a la convocante poder elevar el precio referencial, ya que en las especificaciones técnicas solicitan acero inoxidable y dicho equipo con esas características deben tener como mínimo el precio de 9.500.000gs		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Para la estimación de precios, la convocante procedió conforme establece la normativa. Favor ajustarse al precio referencial obtenido por la convocante.		

Consulta 108 - Item 9 carro de paro

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
En el Item 9 Carro de paro, solicitamos a la convocante poder cotizar con estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzada con tubería estructural y Acabado con pintura en polvo epoxi		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 109 - Item 16 silla para extraccion

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

En el Item 16 Silla para extracción de sangre, Solicitan normas de calidad CE, MERCOSUR O al menos algunas de ellas, solicitamos a la convocante poder incluir la norma de calidad FDA, de esta manera se dará mayor participación a oferentes con estas normas que son normas de la misma importancia solicitadas en el PBC

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 110 - Item 16 silla para extraccion

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

En el Item 16 Silla para extracción de sangre, Solicitan con capacidad de soportar hasta 200kg, solicitamos a al convocante poder cotizar equipos que pueda soportar hasta 180kg de carga segura

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 111 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

En el Item 16 Silla para extracción de sangre, Solicitamos a la convocante poder elevar los precios referenciales al solicitar sillas con especificaciones técnicas que solicitan altura y ángulo regulable, por lo tanto sugerimos el precio referencial de 10.500.000gs

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Para la estimación de precios, la convocante procedió conforme establece la normativa. Favor ajustarse al precio referencial obtenido por la convocante.

Consulta 112 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Item 12 Lampara de pie con cuello móvil

En el punto donde solicita regulable altura máxima de 200cm y altura minima 120cm, solicitamos amablemente a la convocante acotar los requerimientos de distancia de la siguiente manera, altura máxima regulable 200cm-/+10cm y altura minima 120cm +/-10cm, esto permitirá que equipos con mejores rango de altura sean ofertadas, además cumplir con las exigencias de la DNCP de establecer rangos máximos y mínimos en los requerimientos numericos o valores de medidas en los parámetros

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 113 - Ítem 1 Autoclave de vapor

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

En el apartado donde se solicita Normas: CE, FDA, JIS o una de ellas. El documento deberá estar vigente e indicar marca y modelo del equipo ofertado o naturaleza del bien que cotiza. Apostillado o Consularizado debidamente legalizado. Solicitamos a la convocante que se incluyan Normas de Calidad del Mercosur Anvisa o Anmat y que estas normas son aceptadas por DINAVISA para registros de equipos médicos y no vemos inconvenientes que la convocante lo admita.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 114 - Ítem 1 Autoclave de vapor

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos que este punto solicitado sea opcional "Normas de gestión ambiental de la fábrica: ISO 14001", Este requerimiento no es indispensable ni afecta a la calidad y la eficacia en la construcción del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 115 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

En el punto en el cual se solicita Certificado de autorización ASME Que habilite a la fábrica a elaborar recipiente a presión, Apostillado o Consularizado debidamente legalizado. Solicitamos a la convocante nos aclare si es indispensable presentar del equipo que quedara en la institución con su serial correspondiente debido que este la certificación ASME por cada equipo construido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Sí, es indispensable. Favor ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 116 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que en el apartado donde dice Dimensiones de la cámara interna: 535*535*1000 mm(Ancho x Alto x Profundidad) +/- 10mm Se incluya la palabra aproximadamente de esta manera se tendrá mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 117 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que en el aparatado donde dice Medidas totales: 1200*1800*1340 mm(Ancho x Alto x Profundidad) +/-10mm Se incluya la palabra aproximadamente de esta manera se tendrá mayor cantidad de oferentes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 118 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Item 16 silla para extracción
Donde solicita respaldo abatible 90°, solicitamos amablemente a la convocante establecer rangos máximos y mínimos de los parametros requeridos, de manera a cumplir con las exigencias de la DNCP, además permitir que equipos con mejores prestaciones a la requerida puedan ser cotizados, sugerimos que se establezca un rango de 0° - 90° (+/-20°).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 119 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Item 14
Donde solicita Mesa de quirooperaciones móvil de accionamiento hidráulico para cualquier tipo de cirugías
Solicitamos amablemente a la convocante modificar el requerimiento por mesa de cirugía hidraulica o eléctrica, o directamente hidraulica mecanica, considerando que en algun punto del requerimiento solicitan norma de seguridad electrica IEC606601-1-2-46, además solicitan que los movimientos seac accionados por "Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa." esto corresponde a la marca MAquet modelo Betaclassic representada por la empresa SEMPRO S.A, de debe considerar modificar las especificaciones tecnicas para suplir las necesidades reales del servicio y que otros oferentes puedan ofertar equipos con mejores prestaciones a la solicitada, además el item 15 solicita mesa de cirugía multifunción el cual cumple y supera las necesidades del servicio y sugerimos que se utilice las mismas especificaciones tecnicas para item 14.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 120 - Ítem 17 - Silla Sanitaria

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Ítem 17 - Silla Sanitaria
En una parte de las especificaciones técnicas dice: Ancho del Asiento: 44 cm. (+/- 5 centímetros).
Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotización de Ancho del Asiento: 44 cm. (+/- 6 centímetros).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 121 - Ítem 17 - Silla Sanitaria

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Ítem 17 - Silla Sanitaria
En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Longitud total: 85cms. (+/- 5 centímetros).
Solicitamos amablemente a la convocante que permita cotización de Longitud total: 85cms. (+/- 10 centímetros).

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 122 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que los plazos de las entregas de los bienes llamados sean de 90 días contamos desde la recepción de la orden compra por el oferente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 123 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM 15, donde dice: Soporte de cráneo tipo Mayfield. Se solicita a la convocante apertura para poder cotizar equipos con soporte de craneo tipo pinza así para dar mayor participación y no orientar a una marca en específico ya que algunos fabricantes tienen la denominación diferente para este tipo de accesorios. Se solicita Soporte de cráneo tipo Mayfield o tipo Skrull clamp (Pinza craneal).

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 124 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM 15, donde dice: Largo de la mesa: 190 cm . Se solicita a la convocante la apertura para poder cotizar equipos con largo de mesa superior a lo solicitado ya que se podrá cubrir la necesidad de paciente más altos que la media poblacional. Se solicita largo de la mesa: 190 cm o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 125 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM 15, donde dice: Ancho de la mesa: 50 cm . Se solicita a la convocante la apertura para poder cotizar equipos con ancho de mesa mayor a la solicitado ya que de esta forma se podrá cubrir a pacientes obesos. Se solicita Ancho de la mesa: 50cm o superior.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 126 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 15, donde dice: Elevación desde 70 cm a 110 cm . Se solicita a la convocante dar mayor apertura y poder cotizar equipos de elevación hasta 105 cm que ya sería una altura considerable sin poner en riesgo al paciente. Se solicita: Elevación desde 75 cm o menor, a 105 cm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 127 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

ITEM 15, donde dice: Panel de control de movimientos en la base o columna del equipo. OPCIONAL. Se solicita a la convocante considerar este punto como obligatorio ya que este panel de control de movimientos en la base o columna sirve como control de respaldo en caso de que ocurra algún inconveniente con el control remoto. Se solicita: Panel de control de movimientos en la base o columna del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 128 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

1. ITEM 14, donde dice: Peso de carga de la mesa: 150kg . Peso de carga de la guía lateral 20kg . Se solicita a la convocante considerar a pacientes obesos así para poder cubrir la mayor cantidad de pacientes con el equipo, también se solicita a la convocante considerar el peso de la carga lateral como opcional pero si solicitar que la guía lateral sea de acero inoxidable. Se solicita: Peso de carga de la mesa: 180kg o mayor. Peso de carga de la guía lateral 20kg OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 129 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

2. ITEM 14, donde dice: Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con accionamiento a control remoto para mayor confort de los operadores. Se solicita: Control remoto o Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 130 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
3. ITEM 14, donde dice: Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con accionamiento a control remoto para mayor confort de los operadores. Se solicita: Control remoto o Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 131 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
4. ITEM 14, donde dice: Rieles guía internos para la introducción de cassettes de radiografía por el lado de la cabeza. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con material radio translúcido ya que dentro del quirófano se utiliza arco en C y de esta forma evitar el direccionamiento de las EETT a una determinada marca, por tanto sugerimos a la convocante que este punto sea opcional. Se solicita: Rieles guía internos para la introducción de cassettes de radiografía por el lado de la cabeza. OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 132 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
5. ITEM 14, donde dice: Longitud de la mesa: 2050 mm, (incluyendo cabecera y pierneras). Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con longitud de la mesa superior a 2050 mm ya que de esta manera se podría cubrir mayor gama de pacientes. Se solicita: Longitud de la mesa: 2050 mm o mayor, (incluyendo cabecera y pierneras).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 133 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
6. ITEM 14, donde dice: Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm . Se solicita a la convocante poder cotizar equipos mayor altura mínima y de esta manera no direccionar el llamado y poder tener mayor cantidad de eferentes. Se solicita: Altura mínima (sin incluir el colchón): 720 mm o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 134 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

7. ITEM 14, donde dice: Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm . Se solicita a la convocante poder cotizar equipos mayor altura máxima y de esta manera darle mayor comodidad a los operadores. Se solicita: Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 135 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

8. ITEM 14, donde dice: Bajada de Respaldo de 0º a 50º . Se solicita a la convocante poder cotizar equipos menor bajada de respaldo y de esta manera dar mayor participación a los oferentes. Se solicita: Bajada de Respaldo de 0º a 20º o mayor.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 136 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

9. ITEM 14, donde dice: Rieles guía internos para la inserción del casete de rayos X desde la cabecera. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con material radio translúcido ya que dentro del quirófano se utiliza arco en C y de esta forma evitar el direccionamiento de las EETT a una determinada marca, por tanto sugerimos a la convocante que este punto sea opcional. Se solicita: Rieles guía internos para la inserción del casete de rayos X desde la cabecera OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 137 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
----------	-------------------	------------

10. ITEM 14, donde dice: Debe permitir el posicionamiento inverso del paciente. Se solicita a la convocante que este punto sea opcional ya que es una frase extraída de algún catalogo ya que las mesas no tienen limitación con este tipo de movimiento en todo caso solicitar soportes del paciente. Se solicita: Debe permitir el posicionamiento inverso del paciente. OPCIONAL.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 138 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	18-09-2024
11. ITEM 14, donde dice: Debe cumplir con la Norma de seguridad para mesas quirúrgicas IEC 60601-1-2-46 "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las mesas de operación. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos que cumplan la norma IEC 60601-2-46:2019 ya que creemos que hubo un error involuntario en el tipero. Se solicita: Debe cumplir con la Norma de seguridad para mesas quirúrgicas IEC 60601-2-46 "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las mesas de operación"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 139 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
14. ITEM 14, donde dice: Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° a -60° . Se solicita a la convocante cotizar placa de cabeza sin soporte para casete de rayos x ya que el equipo más utilizado dentro del quirófano es el arco en C y con posibilidad de mayor angulación de ajuste. Se solicita: Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Ángulo de ajuste de 40° a -60° o mejor rango.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 140 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
1. ITEM 14, donde dice: Peso de carga de la mesa: 150kg . Peso de carga de la guía lateral 20kg . Se solicita a la convocante considerar a pacientes obesos así para poder cubrir la mayor cantidad de pacientes con el equipo, tambien se solicita a la convocante considerar el peso de la carga lateral como opcional pero si solicitar que la guía lateral sea de acero inoxidable. Se solicita: Peso de carga de la mesa: 180kg o mayor. Peso de carga de la guía lateral 20kg OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 141 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
2. ITEM 14, donde dice: Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con accionamiento a control remoto para mayor confort de los operadores. Se solicita: Control remoto o Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 142 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
3. ITEM 14, donde dice: Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con accionamiento a control remoto para mayor confort de los operadores. Se solicita: Control remoto o Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 143 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
4. ITEM 14, donde dice: Rieles guía internos para la introducción de cassettes de radiografía por el lado de la cabeza. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con material radio translúcido ya que dentro del quirófano se utiliza arco en C y de esta forma evitar el direccionamiento de las EETT a una determinada marca, por tanto sugerimos a la convocante que este punto sea opcional. Se solicita: Rieles guía internos para la introducción de cassettes de radiografía por el lado de la cabeza. OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 144 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
6. ITEM 14, donde dice: Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm . Se solicita a la convocante poder cotizar equipos mayor altura mínima y de esta manera no direccionar el llamado y poder tener mayor cantidad de eferentes. Se solicita: Altura mínima (sin incluir el colchón): 720 mm o menor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 145 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
7. ITEM 14, donde dice: Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm . Se solicita a la convocante poder cotizar equipos mayor altura máxima y de esta manera darle mayor comodidad a los operadores. Se solicita: Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Se podrá aceptar de mayor altura.		

Consulta 146 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
9. ITEM 14, donde dice: Rieles guía internos para la inserción del casete de rayos X desde la cabecera. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos con material radio translúcido ya que dentro del quirófano se utiliza arco en C y de esta forma evitar el direccionamiento de las EETT a una determinada marca, por tanto sugerimos a la convocante que este punto sea opcional. Se solicita: Rieles guía internos para la inserción del casete de rayos X desde la cabecera OPCIONAL.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 147 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
10. ITEM 14, donde dice: Debe permitir el posicionamiento inverso del paciente. Se solicita a la convocante que este punto sea opcional ya que es una frase extraída de algún catalogo ya que las mesas no tienen limitación con este tipo de movimiento en todo caso solicitar soportes del paciente. Se solicita: Debe permitir el posicionamiento inverso del paciente. OPCIONAL.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 148 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
11. ITEM 14, donde dice: Debe cumplir con la Norma de seguridad para mesas quirúrgicas IEC 60601-1-2-46 "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las mesas de operación. Se solicita a la convocante poder cotizar equipos que cumplan la norma IEC 60601-2-46:2019 ya que creemos que hubo un error involuntario en el tipero. Se solicita: Debe cumplir con la Norma de seguridad para mesas quirúrgicas IEC 60601-2-46 "Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las mesas de operación"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 149 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
12. ITEM 14, donde dice: Espesura de colchones: 75mm , para mayor confort del paciente. Se solicita a la convocante poder cotizar colchones de 50 mm para dar mayor apertura al llamado Se solicita: Espesura de colchones: 50mm o mayor, para mayor confort del paciente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 150 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
16. ITEM 14, donde dice: Dos (02) unidades. Fijadores radiales con tornillo de fijación. Para fijar y posicionar los accesorios a los rieles guía laterales a ambos lados de la mesa. Ajuste mecánico radial. Fijación simultánea del accesorio y del ajuste radial. Soporte de barras con un diámetro de 16mm a 18mm . Se solicita a la convocante omitir el tamaño de los fijadores radiales ya que con esto solo se logra direccionar el llamado a una determinada marca y también sin determinar el modo de fijación, por tanto. Se solicita: Dos (02) unidades. Fijadores radiales con fijación. Para fijar y posicionar los accesorios a los rieles guía laterales a ambos lados de la mesa. Ajuste mecánico radial. Fijación simultánea del accesorio y del ajuste radial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 151 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
17. ITEM 14, donde dice: Un (01) unidad. Anillo apoyacabeza abierto fabricado en gel. Para proteger la cabeza, la cara, el cuello y las orejas del paciente. Apto para cualquier intervención quirúrgica y en cualquier posición. Diámetro: 200mm. Altura 55±5mm. Se solicita a la convocante omitir el tamaño de anillo ya que con esto solo se logra direccionar el llamado a una determinada marca se sugiere definir el tipo de paciente, por tanto. Se solicita: Un (01) unidad. Anillo apoyacabeza abierto fabricado en gel. Para proteger la cabeza, la cara, el cuello y las orejas del paciente adulto. Apto para cualquier intervención quirúrgica y en cualquier posición.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 152 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Peso de carga de la mesa: 150kg . Peso de carga de la guía lateral 20kg" SE PIDE A LA CONVOCANTE ABRIR MÁS ESTE PUNTO PARA PERMITIR LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE MEJORES PRESTACIONES Y QUE SOPORTEN MÁS DEL PESO MENCIONADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE SOLICITA COLOCAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA CON EL FIN DE DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A ESTE PROCESO LICITATORIO: "Peso de carga de la mesa: 200kg +/-50kg. Peso de carga de la guía lateral 20kg O MAYOR"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 153 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa." Se solicita a la convocante poder abrir este punto para permitir mayor participación de oferentes. Se pide que la mesa quirúrgica al menos tenga 3 (tres) pedales para selección de movimiento, accionamiento y freno centralizado, respectivamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 154 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Longitud de la mesa: 2050 mm, (incluyendo cabecera y pierneras)". Se solicita ampliar este punto para permitir mayor participación de oferentes, colocando de la siguiente forma: "Longitud de la mesa: 2050 mm +/- 100mm, (incluyendo cabecera y pierneras)"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Si, se podrá aceptar. Favor dirigirse a la ADENDA,		

Consulta 155 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Ancho de la mesa (excluyendo rieles): 500mm a 505mm, para facilitar el acceso lateral del paciente de una camilla de transporte.". Se solicita a la convocante ampliar este punto para permitir mayor participación de oferentes, colocando este punto de la siguiente manera: "Ancho de la mesa (excluyendo rieles): 500mm +/-50mm, para facilitar el acceso lateral del paciente de una camilla de transporte."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 156 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm." Se solicita a la convocante abrir más este punto de altura mínima para permitir mayor participación con ofertas de excelente calidad. Favor cambiar este punto a: "Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm +/- 100mm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 157 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm". Se solicita a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo más este punto de la siguiente manera:
"Altura máxima (sin incluir colchón): 950mm +/-100mm"

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del PBC

Consulta 158 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Movimiento de Trendelenburg (Proclive): 25°". Se solicita a la convocante permitir mayor participación de ofertas de excelente calidad, abriendo este punto de la siguiente manera: "Movimiento de Trendelenburg (Proclive): 30° +/-5°"

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del PBC

Consulta 159 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Movimiento de Trendelenburg reverso (declive): 25°". Se solicita a la convocante permitir mayor participación de ofertas de excelente calidad, abriendo este punto de la siguiente manera: "Movimiento de Trendelenburg reverso (declive): 30° +/-5°"

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del PBC

Consulta 160 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Movimiento de Inclinación derecha: 15°." Se solicita a la convocante abrir más este punto para permitir la participación de ofertas de excelente calidad. Se pide modificar este punto de la siguiente manera:
"Movimiento de Inclinación derecha: 20° +/-5°."

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del PBC

Consulta 161 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Movimiento de Inclinación izquierda: 15°". se solicita a la convocante abrir más este punto para permitir la participación de ofertas de excelente calidad. Se pide modificar este punto de la siguiente manera: "Movimiento de Inclinación izquierda: 20° +/-5°."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 162 - ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Subida de Respaldo de 0° a 55°". Se solicita a la convocante abrir más este punto para permitir la participación de ofertas de excelente calidad. Se pide modificar este punto de la siguiente manera: "Subida de Respaldo de 0° a 65° +/-10°."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 163 - CONSULTA 10. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos por defectos de fábrica según necesidad. Además del reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo". Se solicita a la convocante rever este punto o modificarlo ya que resulta comprometedor para el competidor poder contemplar una oferta con la condición de "reemplazo de cualquier componente del equipo durante dicho periodo" ya que pudiera darse el caso de fallo de componente por mal uso. Se sugiere a la convocante cambiar este punto a la siguiente manera: "Garantía de por lo menos 2 (dos) años, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos por defectos de fábrica según necesidad."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 164 - CONSULTA 9. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Angulación horizontal de la sección de piernas: de 0° a 90° (apertura lateral de la pierna)". Se consulta a la convocante si es posible presentar ofertas que contemplen un rango mayor al solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 165 - CONSULTA 8. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Angulación vertical de la sección piernas en el rango de -90° a +10°". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Angulación vertical de la sección piernas en el rango de -90° (+/-20°) a +10° (+/-20°)".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 166 - CONSULTA 7. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Angulación vertical de la sección espalda: de -20° a +70°". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Angulación vertical de la sección espalda: de -20° (+/-10°) a +70° (+/-20°)".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 167 - CONSULTA 6. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONCE DICE: "Elevación desde 70 cm a 110 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Elevación desde 70cm +/-10cm a 110cm +/-15cm"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
Favor ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 168 - CONSULTA 5. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Panel de control de movimientos en la base o columna del equipo. OPCIONAL". Se solicita a la convocante NO COLOCAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ya que este panel de control en la base o columna del equipo permiten que la mesa pueda seguir funcionando en casos de fallos del control remoto de movimientos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
Favor ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 169 - CONSULTA 5. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Panel de control de movimientos en la base o columna del equipo. OPCIONAL". Se solicita a la convocante NO COLOCAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL, ya que este panel de control en la base o columna del equipo permiten que la mesa pueda seguir funcionando en casos de fallos del control remoto de movimientos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
Favor ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 170 - CONSULTA 4. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Ancho de la mesa: 50 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Ancho mínimo de la mesa: 50 cm"

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las E:E.T. T. del P,B,C.

Consulta 171 - CONSULTA 3. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Largo de la mesa: 190 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Largo de la mesa: 190 cm +/-15cm". Además, si se incluye la extensión para puente biliar, la mesa aún termina siendo mucho más larga que la solicitada en este punto y no existiría quien pudiese cumplir este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 172 - CONSULTA 2. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Equipo con movimiento de elevación puente renal de 11 cm +/- 1cm"

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P,B,C.

Consulta 173 - CONSULTA 1. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de 30 cm en total". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Desplazamiento longitudinal de la tabla de 30 cm +/-5cm en total"

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Favor ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 174 - Consulta 19. PLAZO DE ENTREGA.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante considerar el tiempo de fabricación, transporte e importación de los equipos para poder establecer un tiempo de entrega más flexible. Se solicita al menos 100 días calendarios posteriores a la recepción de la orden de compra para la provisión de los equipos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 175 - Consulta 18. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Cuatro ruedas. Con pedal para frenado de la mesa localizado en la base hacia la cabecera de la mesa para mejor posicionamiento de la mesa.". Se consulta a la convocante si se permitirán mesas de cirugía con quinta rueda centralizada para facilitar el desplazamiento de la misma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del PBC

Consulta 176 - CONSULTA 17. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±10mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa."
Se pide amablemente a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo este punto de la siguiente manera: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±200mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia del acolchado, resistente a productos de desinfección. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa."

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.TT. del PBC

Consulta 177 - CONSULTA 16. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
----------	-------------------	------------

DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piñera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Dimensiones: 575mm±10mm x 750mm±10mm". Se pide a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo más este punto de la siguiente manera: "Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piñera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia del colchón, resistente a productos de desinfección."

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 178 - CONSULTA 15. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
<p>DONDE DICE: "Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° a -60°." Se solicita a la convocante permitir la participación de más oferentes abriendo este punto de la siguiente manera:</p> <p>"Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o tecnología de adherencia resistente a productos de desinfección. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° (+/-15°) a -60° (+/-15°)"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 179 - CONSULTA 14. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
<p>DONDE DICE: "Una (01) unidad. Arco de Narcosis con altura ajustable de 500 a 800mm, o mejor rango. Ancho de la barra 615mm ±10mm. Con barra vertical aislada para protección del paciente ante el aterramiento. Debe incluir el fijador radial y accesorios necesarios para fijación al riel lateral de la mesa. Con ajuste mecánico radial, con fijación simultánea del accesorio y ajuste radial." Se solicita amablemente a la convocante solicitar "arco de narcosis con altura ajustable con barra vertical, con fijador radial y sus respectivos accesorios de fijación a la mesa, todos originales del fabricante" y no colocar las medidas de la barra, ya que limita la participación, pues cada fabricante define el ancho (en mm) de la barra a ser utilizada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 180 - CONSULTA 13. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
<p>DONDE DICE: "Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa". Se solicita a la convocante permitir la participación de otras tecnologías de fijación de colchones que han sido aprobadas por la normativa de seguridad del paciente y que son mejores que el sistema VELCRO el cual ha sido demostrado que retiene fluidos en el tejido interno y dificulta la limpieza y desinfección. Se solicita poder ampliar este punto de la siguiente manera: "Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia resistente a productos de desinfección para su fijación a la mesa".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 181 - CONSULTA 12. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
DONDE DICE: "Espesura de colchones: 75mm, para mayor confort del paciente.". Se consulta a la convocante si es posible abrir este punto estableciendo un margen de tolerancia para permitir mayor participación en este proceso licitatorio, abriendo este punto de la siguiente manera: "Espesor de colchones: 75mm +/- 200mm, para mayor confort del paciente"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 182 - Plazo de Entrega - Autoclave de vapor

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
Favor considerar la extensión del plazo de entrega a 90 días, considerando los tiempos de importación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
Los equipos importados tendrán una duración de 90 días calendarios, posteriores a la recepción de la orden de compra por partes del proveedor, como plazo de entrega. Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 183 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
Donde solicita que para el item 1 - Deberá contar (excluyente) como mínimo 1 (un) ingeniero Eléctrico Biomédico y 1(un) ingeniero en Electrónica Industrial con registros del MSP y BS , para la instalación de puesta en marcha de los equipos médicos adjudicados y será el encargado de entrenamientos a los operadores y técnicos, servicio técnico, instalación y adiestramiento con certificación de horas de adiestramiento al personal de la institución y garantía correspondiente. (ítems 1) Favor aclarar que el MSPyBs emite registro profesional solamente a Ingenieros Electrónico Biomédico.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
Registro del MSP y Bs para el ingeniero Electrónico Biomédico. Favor dirigirse a la ADENDA.		

Consulta 184 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
13. ITEM 14, donde dice: Una (01) unidad. Arco de Narcosis con altura ajustable de 500 a 800mm, o mejor rango. Ancho de la barra 615mm ±20mm. Con barra vertical aislada para protección del paciente ante el aterramiento. Debe incluir el fijador radial y accesorios necesarios para fijación al riel lateral de la mesa. Con ajuste mecánico radial, con fijación simultánea del accesorio y ajuste radial. Se solicita a la convocante cotizar arco de narcosis con altura variable ya que es un movimiento mecanico y presenta limitación en este movimiento, rogamos no direccionar a una marca en específico, por lo tanto. Se solicita: Arco de Narcosis con altura ajustable.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
Ajustarse a las E.E.TT. del PBC		

Consulta 185 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>15. ITEM 14, donde dice: Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piernera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Dimensiones: 575mm±20mm x 750mm±20mm. Se solicita a la convocante omitir el tamaño de las pierneras ya que con esto solo se logra direccionar el llamado a una determinada marca por tanto. Se solicita: Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piernera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>Ajustarse a las E.E.TT. del PBC</p>		

Consulta 186 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>18. ITEM 14, donde dice: Una (01) unidad. Soporte lateral con forma ligeramente cóncava. Giratoria con colchoneta extraíble para limpieza. Dimensiones: Ancho x largo: 100mm±20mm x 215mm±20mm. Debe incluir dos brazos articulados para soportar y fijar el soporte al riel lateral. El brazo debe permitir ajuste longitudinal y en altura, con giro horizontal. Fabricado en Acero inoxidable. Se solicita a la convocante omitir el tamaño del soporte lateral ya que con esto solo se logra direccionar el llamado a una determinada marca, por tanto. Se solicita: Una (01) unidad. Soporte lateral con forma ligeramente cóncava. Giratoria con colchoneta extraíble OPCIONAL. Debe incluir dos brazos articulados para soportar y fijar el soporte al riel lateral. El brazo debe permitir ajuste longitudinal y en altura, con giro horizontal. Fabricado en Acero inoxidable.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>Ajustarse a las E.E.TT. del PBC</p>		

Consulta 187 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>19. ITEM 14, donde dice: Un (01) unidad. Soporte Pubiano y Sacro. Giratorio con colchoneta extraíble para limpieza. Utilización con el brazo articulado para soportes del cuerpo. Dimensiones: 85mm±20mm x 85mm±20mm. Debe incluir un brazo articulado para soportar y fijar el soporte al riel lateral. El brazo debe permitir ajuste longitudinal y en altura, con giro horizontal. Fabricado en Acero inoxidable. Se solicita a la convocante omitir el tamaño del soporte o solicitar como OPCIONAL, ya que con esto solo se logra direccionar el llamado a una determinada marca y también poder cotizar con fijación al suelo, por tanto. Se solicita: Un (01) unidad. Soporte Pubiano y Sacro. Giratorio con colchoneta extraíble para limpieza. Utilización con el brazo articulado para soportes del cuerpo. Debe incluir un brazo articulado para soportar y fijar el soporte al riel lateral o soporte al suelo y al riel lateral. Fabricado en Acero inoxidable.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>Ajustarse a las E.E.TT. del PBC</p>		

Consulta 188 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>20. ITEM 14, donde dice: Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±20mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa. Se solicita a la convocante omitir el tamaño de los dispositivos apoya brazos o solicitar como OPCIONAL, ya que con esto solo se logra direccionar el llamado a una determinada marca, por tanto. Se solicita: Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>Ajustarse a las E.E.TT. del PBC</p>		

Consulta 189 - Ítem 18 - Silla de ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>Ítem 18 - Silla de ruedas En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Ancho de asiento: 22 pulgadas Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar para el Ancho de asiento: 22 pulgadas (+/- 3 pulgadas).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>Favor dirigirse a la ADENDA.</p>		

Consulta 190 - EETT- ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>ITEM 4 Donde se solicita "Posición Fowler o espalda de 15° a 90°", solicitamos a la convocante considerar ajustar el rango a 0° a 70°. Un ángulo de 90° no es necesario en la mayoría de las aplicaciones clínicas, ya que un rango de hasta 70° proporciona suficiente flexibilidad para la mayoría de los procedimientos y garantiza la comodidad del paciente sin ejercer una presión excesiva sobre la columna vertebral o la respiración. Este ajuste también puede ayudar a optimizar la seguridad del paciente y la durabilidad del equipo, al tiempo que ofrece mayor flexibilidad en las opciones de los oferentes.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.</p>		

Consulta 191 - EETT - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>ITEM 4 "Trendelenburg de 15° y Antitrendelenburg de 15°", solicitamos a la convocante considerar ajustar el rango a 15° ± 3° tanto para Trendelenburg como para Antitrendelenburg. Este ajuste permitiría una mayor flexibilidad en el posicionamiento del paciente, asegurando que los ángulos se adapten mejor a las necesidades clínicas sin comprometer la funcionalidad del equipo.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>Favor dirigirse a la ADENDA.</p>		

Consulta 192 - Plazo de Entrega - Item 1 - Autoclave de vapor

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
----------	-------------------	------------

Favor extender el plazo de entrega a 90 días considerando los plazos de importación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2024
-----------	--------------------	------------

En el P.B.C., se contempla 90 días para la entrega del ítems 1 .
 Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 193 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
----------	-------------------	------------

ITEM 3
 Balanza con tallímetro
 Capacidad mínima: 5 Kg.
 Capacidad máxima: 150 Kg.
 Solicitamos amablemente a la convocante ampliar los requerimientos de la siguiente manera

Capacidad mínima: 5 Kg o menor
 Capacidad máxima: 150 Kg o mayor
 De esta manera no limitar a oferentes que puedan presentar equipos con mejores prestaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
-----------	--------------------	------------

Favor dirigirse a la ADENDA.

Consulta 194 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
----------	-------------------	------------

Item 4
 Cama eléctrica para paciente
 Donde solicita " Posición Fowler o espalda de 15° a 90° ", solicitamos amablemente a la convocante requerir de la siguiente manera Posición Fowler o espalda de 15° o menor a 70° o mayor, considerando que la posición inicial de la plataforma de la cama es 0°, y además por aplicación, regla y normas, posiciones de respaldero superior a 70° en camas de internacion o terapia no son requeridas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 195 - ITEM 4 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
----------	-------------------	------------

CONSULTA 1 Creemos que existe un error. En las especificaciones se solicita: Posición Fowler o espalda de 15° a 90°. La posición Fowler va de cero y en aumento. Y una posición Fowler de a 90° no tiene sentido fisiológico y está errado. Por lo tanto, se solicita que donde Dice: Posición Fowler o espalda de 15° a 90°. Diga: Posición Fowler o espalda de 0° a 70°.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.

Consulta 196 - ITEM 4 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 2 De forma a permitir mayor participación de oferentes, se solicita que donde Dice: Trendelenburg de a 15° y Trendelenburg inverso de 15°. Diga: Trendelenburg de a 14° y Trendelenburg inverso de 14°.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 197 - ITEM 4 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 3 En las especificaciones no se aclararon las medidas del ajuste de ángulo de máximo de ajuste de la rodilla. Se recomienda 35° o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 198 - ITEM 4 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 4 Debido a que se trata de una cama para terapia intensiva, se recomienda que el grado de protección sea de IP54, o mejor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T del P.B.C.		

Consulta 199 - ITEM 4 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 5 Favor aclarar si todas las secciones de la plataforma del paciente: respaldo, asiento, muslo y pantorrilla, deben ser de fabricación liviana, totalmente desmontables y extraíbles para su lavado y desinfección		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Ajustarse al P.B.C. del P.B.C.		

Consulta 200 - ITEM 4 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 6 De forma a evitar confusiones en las especificaciones, se solicita que donde dice: Panel de control interconstruido o integrado en el barandal con sistema de seguridad para restricción de su operación por el paciente, lado enfermera con posibilidad de restricción de movimientos y lado paciente, sin esta función pero con los demás movimientos. Diga: Panel de control interconstruido e integrado en el barandal con sistema de seguridad para restricción de su operación por el paciente, lado enfermera con posibilidad de restricción de movimientos y lado paciente, sin esta función pero con los demás movimientos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 201 - ITEM 4 CAMA ELECTRICA PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 7 Debido a que se trata de una cama para terapia intensiva, se recomienda la cama tenga incorporada un porta casete de RX en el respaldo de la cama.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Ajustarse a las E.E..T..T. del P.B.C.		

Consulta 202 - ITEM 10 DISPOSITIVO DE TRACCION PARA MESA QUIRURGICA DE ORTOPEDIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 1 Para evitar confusiones, favor aclarar si el dispositivo de tracción debe ser de la misma marca que el item 14 para asegurar su total compatibilidad con la mesa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Deberá ser compatible sin adaptaciones.		

Consulta 203 - ITEM 14 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 1 Se consulta si las ruedas deben ser dobles para mayor estabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Podrán ser aceptadas ambas opciones,		

Consulta 204 - ITEM 14 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 2 Se consulta si la mesa debe ser totalmente compatible y de la misma marca con dispositivo de tracción del item 10.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
Deberá ser compatible sin adaptaciones.		

Consulta 205 - ITEM 14 MESA QUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
CONSULTA 3 Aclarar si el colchón debe poseer sistema de distribución de la presión del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2024
No es un requisito excluyente.		

Consulta 206 - Item 4, Item 10, Item 14

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2024
Debido a los problemas de bajante del río Paraguay que son de público conocimiento, se solicita que el plazo de entrega de estos items sea de 120 días como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
Al hospital le urge contar con los equipos . Favor ajustarse al P.B.C.		

Consulta 207 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
"Item 3 - Balanza con Tallímetro. Donde solicita Balanza con tallímetro de 70cm, máximo 2mts. Solicitamos amablemente a la convocante requerir el siguiente rango 70cm (+/-10cm) a 2 mts (+/-10cm) de manera a acotar correctamente los requerimientos y no limitar la participación de potenciales oferentes que puedan ofertas equipos con mejores prestaciones."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 208 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Donde solicita " Posición Fowler o espalda de 15° a 90° ", solicitamos amablemente a la convocante requerir de la siguiente manera Posición Fowler o espalda de 15° o menor a 70° o mayor, considerando que la posición inicial de la plataforma de la cama es 0°, es decir que el requerimiento como está nunca la plataforma de la cama queda en posición totalmente horizontal; es decir que el paciente siempre estará con el respaldero inclinado; y además por aplicación, regla y normas, posiciones de respaldero superior a 70° en camas de internacion o terapia no son requeridas, el requerimiento de fowler superior a 90° ejerce una mayor compresión en las áreas sacra e isquiática debido a la presión del peso corporal en la parte superior del cuerpo y puede dificultar la circulación venosa en estas áreas y aumentar el riesgo crónico de lesiones por decúbito, además el requerimiento como especifica se entiende que cualquier cama que cumpla la posición "Fowler" de 15° como máximo ya puede ofertar, asi como 50° como máximo, o 90° como máximo. Favor corregir de la forma sugerida el requerimiento		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 209 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Item 14 Mesa Quirurgica Donde solicita "Movimientos de la mesa: todos los movimientos de la mesa deben ser hidráulicos, que garantice precisión y confort en la configuración de las posiciones. No se aceptaran movimientos accionados por manivelas y manijas." Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en las especificaciones cuales de estos movimientos deben ser hidraulicos: subida, bajada, Trendelemburg, antitrendelemburg, inclinacion lateral derecha, inclinacion lateral izquierda, movimiento de la cabecera arriba, movimiento de la cabecera abajo, movimiento de la piernera lateral, movimiento de la piernera arriba, movimiento de la piernera abajo, movimiento del respaldero arriba, movimiento del respaldero abajo, movimiento puente renal. en caso de que la respuesta sea ajustarse a lo requerido en el PBC, esta consulta es para dejar constancia de que ningún equipo de ninguna marca puede cumplir con los todos estos movimientos en forma solamente hidráulica.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 210 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
"Item 14 Mesa Quirurgica Donde solicita ""Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base de la mesa"", solicitamos amablemente a la convocante requerir Pedales independientes y separados para: accionamiento del movimiento de elevación; accionamiento del movimiento de descenso; freno centralizado de la mesa. Localizados en la base o en la cabecera de la mesa. El requerimiento como tal condiciona un requerimiento sin justificacion alguna, y limita la participación de muchos potenciales oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 211 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
"Item 14 Mesa quirurgica Dispositivo de selección de los movimientos a través de un control mecánico centralizado localizado y operado en la base de la mesa. "" Solicitamos amablemente a la convocante aclarar en las especificaciones cuales de estos movimientos deben estar en el unico selector: subida, bajada, Trendelemburg, antitrendelemburg, inclinacion lateral derecha, inclinacion lateral izquierda, movimiento de la cabecera arriba, movimiento de la cabecera abajo, movimiento de la piernera lateral, movimiento de la piernera arriba, movimiento de la piernera abajo, movimiento del respaldero arriba, movimeinto del respaldero abajo, movimiento puente renal. en caso de que la respuesta sea ajustarse a lo requerido en el PBC, esta consulta es para dejar constancia de que ningun equipo de ninguna marca puede cumplir con los todos estos movimientos en forma solamente hidraulica. Tambien sugerimos que den lugar de participación a otros oferentes que puedan ofertar equipos con selectores independientes de movimientos."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 212 - CONSULTA 2. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Angulación vertical de la sección piernas en el rango de -90° a +10°". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Angulación vertical de la sección piernas en el rango de -90° (+/-20°) a +10° (+/-20°)".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 213 - CONSULTA 1. ITEM 15 MESA DE CIRUGÍA MULTIFUNCIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Angulación vertical de la sección espalda: de -20° a +70°". Se solicita a la convocante establecer un rango de tolerancia para permitir la participación de más oferentes. Se solicita amablemente colocar este punto de la siguiente manera: "Angulación vertical de la sección espalda: de -20° (+/-10°) a +70° (+/-20°)".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 214 - CONSULTA 10. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±20mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa." Se pide amablemente a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo este punto de la siguiente manera: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±200mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia del acolchado, resistente a productos de desinfección. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa.".		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 215 - CONSULTA 10. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
<p>DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±20mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa."</p> <p>Se pide amablemente a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo este punto de la siguiente manera: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±200mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia del acolchado, resistente a productos de desinfección. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa."</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 216 - CONSULTA 9. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
<p>DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piernera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Dimensiones: 575mm±20mm x 750mm±10mm". Se pide a la convocante permitir la participación de más oferentes, abriendo más este punto de la siguiente manera: "Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piernera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o mejor tecnología de adherencia del colchón, resistente a productos de desinfección."</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 217 - CONSULTA 8. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
<p>DONDE DICE: "Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° a -60°.". Se solicita a la convocante permitir la participación de más oferentes abriendo este punto de la siguiente manera:</p> <p>"Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro o tecnología de adherencia resistente a productos de desinfección. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° (+/-15°) a -60° (+/-15°)"</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 218 - CONSULTA 7. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA.

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Dispositivo Apoya brazo y de posicionamiento del brazo. Longitud para el brazo: 450mm±20mm. Fijador integrado con dos correas de sujeción. Ajustes de movimientos: horizontal y vertical con autobloqueo. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Debe incluir todos los accesorios para su fijación al riel lateral de la mesa.". Se solicita a la convocante permitir participación también un distinto tipo de adherencia del acolchado, como por ejemplo las tiras adhesivas de gel resistente a desinfectantes, además del Velcro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 219 - CONSULTA 6. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Dos (02) unidades. Placa apoya piernas. Desmontable y con articulación en cada placa para mejorar el acceso entre las piernas. La angulación de cada piernera debe ser independiente. Debe incluir todos los accesorios para su fijación a la mesa en posición normal o inversa. Colchoneta con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Dimensiones: 575mm±20mm x 750mm±20mm.". Se solicita a la convocante permitir participación también un distinto tipo de adherencia del acolchado, como por ejemplo las tiras adhesivas de gel resistente a desinfectantes, además del Velcro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 220 - CONSULTA 5. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Una (01) unidad. Placa de cabeza con ajuste a través de una barra de accionamiento para posicionamiento preciso. Almohadilla desmontable para facilitar la limpieza y desinfección, con fijación al tablero de la mesa por sistema tipo Velcro. Equipado con soporte para casete de rayos X. Ángulo de ajuste de +45° a -60". Se solicita a la convocante permitir participación también un distinto tipo de adherencia resistente a desinfectantes del acolchado, como por ejemplo las tiras adhesivas de gel resistente a desinfectantes, además del Velcro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 221 - CONSULTA 4. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro para su fijación a la mesa". Se solicita a la convocante si es posible admitir otro tipo de sistema de fijación de los colchones a la mesa, también efectivo y con mayor ventaja que el Velcro ya que no es propenso a dejar restos entre el entretejido así como el Velcro. Por tanto, se solicita abrir este punto de la siguiente manera: "Fijación del colchón: con sistema tipo Velcro u otro tipo de sistema por adherencia al tablero de la mesa".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 222 - CONSULTA 3. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Espesura de colchones: 75mm, para mayor confort del paciente". Se consulta a la convocante si puede abrir más este punto para permitir mayor participación, definiendo un rango de variación considerable. Se solicita que como mínimo los colchones sean de la medida estándar de 60mm, lo cual es habitual en la mayoría de las mesas con colchones viscolásticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 223 - CONSULTA 2. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Subida de Respaldo de 0º a 55º". Se consulta amablemente a la convocante si es posible presentar ofertas que tengan graduación mayor a la especificada en este punto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		

Consulta 224 - CONSULTA 1. ITEM 14 MESA QUIRÚRGICA

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2024
DONDE DICE: "Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm." Se solicita a la convocante abrir más este punto de altura mínima para permitir mayor participación con ofertas de excelente calidad. Favor cambiar este punto a: "Altura mínima (sin incluir el colchón): 600 mm +/- 100mm"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Ajustarse a las E.E.T.T. del P.B.C.		