

Consultas Realizadas

Licitación 452779 - Adquisición de Reactivos para Laboratorio declarados desiertos - Plurianual

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2024
Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 22 días contados a partir de la recepción de la orden de compra. Este pedido tiene relacion a que varios de los reactivos e insumos requieren ser importados del exterior. Esto posibilitara a dar mayor oportunidad a los participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo solicitado en el PBC, los plazos establecidos se ajustan a la necesidad del hospital.		

Consulta 2 - LOTE 2 - "Antisuero polivalente de Salmonella"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Se podria admitir un antisuero de salmonella polivalente de 1 ml como minimo y completar los kit de 3 ml solicitados? Esto supondria mayor ventaja, porque evitaria contaminación o pérdida de reactivos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Se aclara al potencial Oferente que se podría admitir antisuero de 1 ml como mínimo y completar el kit de 3 ml.		

Consulta 3 - LOTE 6 - ITEM 1 - "Test para identificación de Staphylococcus"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
Se podria admitir un kit con rendimiento de 50 determinaciones?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Se aclara al potencial Oferente que se podria admitir kit con rendimiento de 50 determinaciones.		

Consulta 4 - LOTE 13 - ITEM 1 - "Agar Cromogenico"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
"Se podria admitir un agar cromogènico KPC con la sgte composiciòn: Agar bacteriológico 16 Mezcla cromogénica 3 Peptona 14 Factores de crecimiento 15, g/l?"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Se aclara al potencial Oferente que la Formulaciòn: Peptona 14.00; Factores de crecimiento 15.0; Sustratos cromogénicos 3.00; Agar bacteriologico 16.00 (g/L). Esta composiciòn cumple con las necesidades del Laboratorio. Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 5 - LOTE 13 - ITEM 1 - "Agar Cromogenico"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podria admitir presentación x 100 gramos como mínimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que el frasco por 500 gr como minimo se ajusta a las necesidades del Laboratorio. Favor ajustarse al PBC.

Consulta 6 - LOTE 13 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podria admitir un agar cromogènico con la sgte composiciòn: Agar 15.000 Peptone, special 15.000 Chromogenic mixture 2.450 gr/l?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que la Formulaciòn: Peptona 14.00; Factores de crecimiento 15.0; Sustratos cromogénicos 3.00; Agar bacteriologico 16.00 (g/L). Esta composiciòn cumple con las necesidades del Laboratorio. Favor ajustarse al PBC.

Consulta 7 - LOTE 13 - ITEM 2 - "Suplemento inhibidor de bacterias en medio de cultivo"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

"Se podria admitir un suplemento con la sgte composiciòn: Sal sódica del ácido nalidíxico (mg) 10 Cefotaxidima (mg) 10 Cicloheximida (mg) 25 Sulfato de Polimixina B (UI) 38350?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que el Suplemento inhibidor debe ser de la misma marca que el Agar cromogénico para deteccion de Carbapenemasa. Favor ajustarse al PBC.

Consulta 8 - LOTE 14 - ITEM 1 - "Placa de Petri descartable"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podria admitir placa de petri descartable de 90x15 mm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que se admite Placa de petri descartables de poliestireno estériles de 90x14+/-1 mm en bolsas cerradas de 20 unidades como mínimo.

Consulta 9 - LOTE 14 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a placas de petri con o sin divisoria y en caso de ser con divisoria de cuantas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que las Placas de petri son sin divisoria.

Consulta 10 - LOTE 4 - ITEM 1 - "Latex p/ Estreptococcus"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un kit con rendimiento de 50 determinaciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que se podría admitir un kit con rendimiento de 50 determinaciones.

Consulta 11 - LOTE 15

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de soporte para 1 determinación en caso de que el equipo principal no realice una de las determinaciones del lote?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

No podrá admitir un equipo de soporte, teniendo en cuenta que el espacio físico que cuenta el servicio es reducido.

Consulta 12 - EQUIPO

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un equipo de soporte para la determinación de troponina, en caso de que el equipo principal no realice dicha determinación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

No podrá admitir un equipo de soporte, teniendo en cuenta que el espacio físico que cuenta el servicio es reducido.

Consulta 13 - LOTE 13 - ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

Se podría admitir un agar cromogénico que ya tenga incluido el suplemento sin necesidad de ser agregado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

Se aclara al potencial Oferente que el Suplemento inhibidor debe ser de la misma marca que el Agar cromogénico para detección de Carbapenemasa. Favor ajustarse al PBC.

Consulta 14 - Especificaciones técnicas. LOTE 10

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
-----------------	--------------------------	------------

LOTE 10.

- 1- Favor confirmar con los profesionales usuarios si son extractos alérgicos concentrados lo requerido.
- 2- Favor consultar con los profesionales usuarios si el panel puede ser para pruebas in vivo (Pruebas cutáneas de Alergenos)

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
------------------	---------------------------	------------

No, son pruebas Invitro.

Consulta 15 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
<p>Requiere: Copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. En caso de que la documentación antes mencionada se encuentre vencida (Registro Sanitario), se deberá acompañar constancia emitida por la DNVS de que los mismos se encuentran en trámite de renovación y que los productos pueden ser comercializado en el país.</p> <p>Requisito documental para evaluar la capacidad técnica. Se solicita reformular dicho apartado ya la Planilla de Precios comprende: Reactivos de uso invitro, descartables de laboratorio, como así material biológico. Además Recordamos que halla vigente la Resolución 267/2022 por el cual establece una etapa de homologación de los productos USO INVITRO autorizados para su comercialización por el Laboratorio Central de Salud Publica. En consecuencia solicitamos a la convocante adecuar los requerimientos según los siguientes: "Para Reactivos de Uso InVitro (según lo ofertado) Para Reactivos de Uso In Vitro: Constancia de Inscripción del PDIV (Productos para Diagnostico de Uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública y/o DINAVISA según corresponda. Para Insumos, consumibles (según lo ofertado) Se requieren las siguientes Constancias Emitidas por Vigilancia Sanitaria, los cuales deberán estar vigentes: Constancia de inscripción Vigente de la Empresa habilitada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Remitirse a la Adenda.		

Consulta 16 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
item 2 Aceptarían controles externos de hematología sin eritrosedimentación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
No se entiende la consulta planteada, favor aclarar a que Lote e Items corresponde.		

Consulta 17 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2024
<p>Certificado vigente de libre venta del producto ofertado de origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen. Se solicita reformular dicho apartado considerando la Planilla de Precios comprende: Reactivos de uso invitro, descartables de laboratorio, como así material biológico, como así materiales que no requieren Certificado de libre venta para su comercialización, indicando la condición "si así lo requiera"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Se solicita al potencial Oferenta ajustarse a lo requerido en el PBC, teniendo que el Certificado vigente de libre venta del producto ofertado de origen expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen, es un documento que aplica para este proceso de adquisicion de reactivos.		

Consulta 18 - LOTE 10 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Se solicita amablemente a la convocante aclarar cuales serían los 27 alérgenos solicitados, si requieren un equipo automatizado en comodato o podrían ofertarse kits manuales de ELISA (aclarar que técnica necesita el servicio)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2024
Se aclara al potencial Oferente que Preferentemente se aceptará kit de paneles por inmunoblots por su capacidad para evaluar múltiples alérgenos simultáneamente, lo que lo hace más eficiente en términos de tiempo, consumo de muestras, y proporciona una mayor facilidad para la automatización y el análisis		
Lista de alérgenos.		
1. gx - Mezcla de gramíneas 2 (g6, g12)		
2. t3 - Abedul		
3. w6 - Artemisa común		
4. d1 - Dermatophagoides pteronyssinus		
5. d2 - Dermatophagoides farinae		
6. e1 - Gato		
7. e2 - Perro		
8. e3 - Caballo		
9. m2 - Cladosporium herbarum		
10. m3 - Aspergillus fumigatus		
11. m6 - Alternaria alternata		
12. f1 - Clara de huevo		
13. f75 - Yema de huevo		
14. f2 - Leche de vaca		
15. f3 - Bacalao		
16. f76 - nBos d4 - Alfa-lactoalbúmina (leche de vaca)		
17. f77 - nBos d5 - Beta-lactoglobulina (leche de vaca)		
18. f78 - nBos d8 - Caseína (leche de vaca)		
19. e204 - nBos d6 - Albúmina de suero bovino (BSA)		
20. f4 - Harina de trigo		
21. f9 - Arroz		
22. f14 - Alubia de soja		
23. f13 - Cacahuete		
24. f17 - Avellana		
25. f31 - Zanahoria		
26. f35 - Patata		
27. f49 - Manzana		

Consulta 19 - Lote 7, ítem 1 Sangre de carnero

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2024
Se le solicita amablemente a la convocante que indique el porcentaje de la cantidad máxima adjudicada, que debe ser entregado para la primera orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2024
Se aclara al potencial Oferente que el porcentaje de la cantidad máxima adjudicada será de un 30% para la primera orden de compra, el resto según necesidad del hospital.		