Consultas Realizadas

Licitación 452905 - Adquisición de Equipos Médicos Varios para la DISERSANFA - AD REFERENDUM

Consulta 1 - Equipo de rayos X portatil

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
No se encuentra publicadas las especificaciones técnicas del Equipo de rayos X portatil.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2024
En cuanto a su consulta, esta convocante, realizo las modificaciones pertinentes mediante una Adenda , que se estaría publicando en el porral de la DNCP		

Consulta 2 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
El Pbc solicita lo siguiente: Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida Solicitamos a la convocante que este requisito se amplie de la siguiente manera: Copia de facturaciones y/o recepciones finales y/o Contratos que avalen la experiencia requerida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Buenas , en cuanto a su consulta , se hicieron las modificaciones mediante una Adenda que se estaría publicando en la pagina de la DNCP.-		

Consulta 3 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024
Demostrar experiencia en provisión de Equipos Medicos Varios, con facturaciones de venta de acuerdo a los items cotizados por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2021, 2022, 2023 Al respecto solicitamos a la convocante ampliar este requisito de la siguiente manera: Demostrar experiencia en provisión de Equipos Médicos Varios, con facturaciones de venta y/o Contratos de acuerdo a los items cotizados por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los años 2021, 2022, 2023		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Buenas , en cuanto a su consulta , se hicieron las modificaciones mediante una Adenda que se estaría publicando en la pagina de la DNCP.-		

Consulta 4 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir la presentación de la autorización del fabricante debidamente legalizado y/o apostillado en origen, o en trámite de legalización a fin de garantizar que los bienes que sean proveídos por las empresas puedan proveer el soporte adecuado en cuanto a asistencia técnica y provisión de repuestos durante la vida útil del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 5 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

En el punto donde se solicita lo siguiente:
Curso de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo y sus programas, entrenamiento para personal médico y técnico médico, impartido por personal calificado y autorizado por el fabricante
Al respecto solicitamos a la convocante la corrección de este punto de la siguiente manera:
Curso de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo y sus programas, por parte del personal de servicio técnico del oferente, autorizado por el fabricante para la realización de la asistencia técnica durante la vigencia de la garantía

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 6 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

En el punto donde se solicita lo siguiente:
Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48 hs., stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.
Al respecto solicitamos a la convocante la corrección de este punto de la siguiente manera:
Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48 hs posterior a la notificación recibida por el oferente. Provisión de repuesto en caso de necesidad en un plazo de 15 días hábiles, para repuesto que no puedan ser almacenados

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 7 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:
Autorización de la empresa oferente como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Para el Item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 8 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:
AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) según lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR. PARA EL ITEM 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 9 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:
Lista del personal técnico que realizará los servicios técnicos durante el periodo de garantía. Dicho personal debe contar con la Autorización de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Paraguay. Para el item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 10 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:
Autorización de la empresa para realizar servicio técnico de reparación y mantenimiento a equipos generadores de radiación ionizantes de categoría IV, para el Item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 11 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante ampliar los requisitos de la capacidad técnica y unificar a lo solicitado en los Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica quedando de la siguiente manera:
1) Detalles se observan en las EEETT, además deben incluir mantenimientos preventivos y correctivos por un año.
2) Los mantenimientos según los estándares de la marca y del equipo ofertado, presentar el protocolo de mantenimiento.
3) Curso de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo y sus programas, por parte del personal de servicio técnico del oferente, autorizado por el fabricante para la realización de la asistencia técnica durante la vigencia de la garantía
4) Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48 hs posterior a la notificación recibida por el oferente. Provisión de repuesto en caso de necesidad en un plazo de 15 días hábiles, para repuesto que no pueden ser almacenados
5) Si el producto es de origen nacional deberá presentar Título de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. En caso de que la empresa oferente sea fabricante de el/los producto/s ofertado/s deberá presentar Título de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.
6) Habilitación vigente expedida por la DNVS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.
7) Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos
8) Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada.
9) Declaración Jurada que los Equipos Ofertados son nuevos y no re manufacturados
10) Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente.
11) Certificado de Buenas Practicas de Fabricación y Control, si es de Fabricación Nacional, y Buenas Prácticas y Almacenamiento y Deposito, para los Importados, Expedido por DNVS, vigente.
12) Autorización de la empresa oferente como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Para el Item 1
13) AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) según lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR. PARA EL ITEM 1
14) Lista del personal técnico que realizará los servicios técnicos durante el periodo de garantía. Dicho personal debe contar con la Autorización de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Paraguay. Para el item 1
15) Autorización de la empresa para realizar servicio técnico de reparación y mantenimiento a equipos generadores de radiación ionizantes de categoría IV, para el Item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados en el Punto del PBC- REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION , fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 12 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

En el punto 6 solicitan la presentación del Registro Sanitario expedido por la DNVS
Al Respecto solicitamos a la convocante modificar este requisito de la siguiente manera:
Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados en REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION , fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 13 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir el siguiente requisito:
Autorización de la empresa oferente como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Para el Item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados , fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 14 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir el siguiente requisito:
AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) según lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR. PARA EL ITEM 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados , fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 15 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir el siguiente requisito:
Autorización de la empresa para realizar servicio técnico de reparación y mantenimiento a equipos generadores de radiación ionizantes de categoría IV, para el Item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados , fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 16 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir el siguiente requisito:
Lista del personal técnico que realizará los servicios técnicos durante el periodo de garantía. Dicho personal debe contar con la Autorización de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Paraguay. Para el item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados , fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 17 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Solicitamos a la convocante incluir requisitos detallados más abajo y unificar según lo solicitado en la Capacidad técnica

1) Planilla de EEETT, además deben incluir mantenimientos preventivos y correctivos por un año.
2) Presentar el protocolo de mantenimiento del fabricante
3) Certificados de curso de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo y sus programas, entrenamiento , por parte del personal de servicio técnico del oferente, autorizado por el fabricante para la realización de la asistencia técnica durante la vigencia de la garantía
4) Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48 hs., posterior a la notificación recibida por el oferente. Provisión de repuesto en caso de necesidad en un plazo de 15 días hábiles, para repuesto que no pueden ser almacenados
5) Si el producto es de origen nacional deberá presentar Título de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. En caso de que la empresa oferente sea fabricante de el/los productos/s ofertado/s deberá presentar Título de Marca expedido por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.
6) Habilitación vigente expedida por la DNVS, como fabricante Importador, o representante o distribuidor de dispositivos médicos.
7) Habilitación vigente del Servicio Técnico de Equipos Médicos
8) Presentar certificados y/o constancias de haber participado en cursos de entrenamiento, capacitación y familiarización del equipo ofertado y sus programas del personal técnico de la empresa emitida por el fabricante de la marca ofertada.
9) Declaración Jurada que los Equipos Ofertados son nuevos y no re manufacturados
10) Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente.
11) Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y Control, si es de Fabricación Nacional, y Buenas Prácticas y Almacenamiento y Deposito, para los Importados, Expedido por DNVS, vigente
12) Autorización de la empresa oferente como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Para el Item 1
13) AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) según lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR. PARA EL ITEM 1
14) Lista del personal técnico que realizará los servicios técnicos durante el periodo de garantía. Dicho personal debe contar con la Autorización de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Paraguay. Para el Item 1
15) Autorizacion de la empresa para realizar servicio técnico de reparación y mantenimiento a equipos generadores de radiación ionizantes de categoría IV, para el Item 1

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados , fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Ítem 1 Equipo de rayos X portátil. Solicitamos a la convocante incluir las EETT del equipo solicitado ya que no se visualiza en el Pbc, conforme a la planilla de precio publicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

En cuanto a su consulta, dicho punto ya fueron subsanadas mediante una Adenda.- Ya que la misma se contempla en la versión 3 del pliego de bases y condiciones

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2024

Item 1 Equipo de rayos X portátil
Solicitamos a la convocante que el periodo de garantía del bien requerido para el item 1 sea de 1 año conforme al periodo de mantenimiento preventivo y correctivo solicitado en la capacidad técnica. Garantía escrita valida por 1 año contra toda falla de diseño y/o fabricación contada a partir de la fecha de entrega y puesta en marcha del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

En cuanto a su consulta, dicho punto ya fueron subsanadas mediante una Adenda.- Ya que la misma se contempla en la versión 3 del pliego de bases y condiciones

Consulta 20 - Indicadores de Cumplimiento

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024

Indicadores de Cumplimiento
Solicitamos a la convocante que el acta de conformidad sea emitida una vez recepcionado el equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los Posibles Oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 21 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024

En el punto donde se solicita lo siguiente:
Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo menor a 48 hs., stock de repuestos y accesorios originales de fábrica.
Al respecto solicitamos a la convocante la modificacion en este criterio de la siguiente manera:
Asistencia técnica según necesidad, sea mantenimiento preventivo o correctivo, en un periodo de 2 hs a partir de la notificación recibida por el oferente. Provisión de repuesto en caso de necesidad en un plazo de 15 días hábiles, para repuestos que por cuestiones técnicas no pueden ser almacenados

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 22 - Reajuste

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024

Reajuste

El IPC es un índice económico que mide las variaciones en los precios de un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar. Teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes licitados, solicitamos considerar la fórmula de reajuste en relación a la variación del dólar y del salario mínimo; ya que estas son las variables que afectan a la estructura de costos de los bienes licitados y no el IPC. Sugerimos que la fórmula de reajuste aplicada sea la siguiente: Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao)) Donde; P= Precio Reajustado a la Oferta Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva. Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas. Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva. Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 23 - Tasa de interés por Mora

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024

Tasa de interés por Mora
Solicitamos a la convocante incluir el porcentaje %

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante, La tasa de interés por Mora esta establecido en porcentaje. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 24 - Ítem 4 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Que permita al menos 60 desfibrilaciones a carga máxima o 10 horas de monitoreo continuo
¿Se podría cotizar al menos 60 desfibrilaciones a carga máxima o 3 horas de monitoreo continuo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

Los requisitos de la Especificaciones Técnicas solicitados en cuanto a la capacidad de desfibrilaciones y batería establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital

Consulta 25 - Ítem 4 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Dimensiones mínimas: Ancho 0,75m, Profundidad 0,45m.
¿Se podría cotizar con ancho de 0.62m?

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

Los requisitos de la Especificaciones Técnicas solicitados en cuanto a la dimensiones solicitadas se adecuan a la necesidad del Hospital, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Se solicita a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-

Consulta 26 - Item 1 - Equipos de RX portatil

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos a la convocante incluir garantía de un año para el Item 1, que contemple reposición de piezas (siempre y cuando no se trate de fallas atribuibles a mal uso), asistencia técnica y mantenimiento preventivo durante dicho período.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
En cuanto a su consulta, dichos puntos ya se contempla en la versión 3 del pliego de bases y condiciones		

Consulta 27 - Item 1 - Equipos de RX portatil

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que en las especificaciones técnicas del ítem 1 "Equipo de rayos X portatil" se incluya un apartado sobre la capacitación. Consideramos que este aspecto es fundamental para asegurar que los operarios del equipo de Rayos X Portátil puedan utilizarlo de manera efectiva y eficiente. Sugerimos que se contemple una capacitación de al menos 8 horas, lo cual consideramos suficiente para abordar todos los procedimientos necesarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
En cuanto a su consulta , dicho punto ya se contempla en la versión 3 del pliego de bases y condiciones		

Consulta 28 - Item 1 - Equipos de RX portatil

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde dice "El proveedor deberá entregar el 100% de los productos, dentro de los 45 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor" solicitamos a la convocante modificar este punto a "El proveedor deberá entregar el 100% de los productos, dentro de los 120 días corridos, posteriores a la fecha del pago del anticipo por parte de la Convocante." Lo solicitado obedece en su mayoría se trata de equipos cuya fabricación se realiza tras un pedido al fabricante mediante orden de compra, y que posteriormente son importados, por lo que el plazo debe indefectiblemente incluir tiempo de transporte internacional y los procesos aduaneros realizados por terceros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
En cuanto a su consulta , esta Convocante aclara que el plazo se adecua a la necesidad del hospital en contar cuanto antes con estos equipos.		

Consulta 29 - Item 1 - Equipos de RX portatil

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde dice "Matríz de 3072 x 3072 pixeles ó mayor" solicitamos a la convocante modificar este punto a "Matríz de 2350 x 2866 pixeles ó mayor" Lo solicitado es el estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos x móvil, el cual es suficiente para garantizar una buena calidad de imagen y diagnósticos precisos, por lo que solicitamos a la convocante ajustar esta especificación a fin de permitir una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.		

Consulta 30 - Item 1 - Equipos de RX portatil

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

"Donde dice ""Variación de mAs de 1 mAs o menor a 500 mAs o más"" solicitamos a la convocante modificar este punto a ""Variación de mAs de 1 mAs o menor a 350 mAs o más"" Lo solicitado es el estándar comúnmente adoptado en la mayoría de los equipos de rayos x móvil, el cual es suficiente para garantizar una buena calidad de imagen, diagnósticos precisos y una mayor optimización de la dosis de radiación para una adecuada protección radiológica para los pacientes.
Por lo que solicitamos a la convocante ajustar esta especificación a fin de permitir una mayor flexibilidad en la participación de potenciales oferentes con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional."

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.

Consulta 31 - Item 1 - Equipos de RX portatil

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

"Donde dice ""Doble punto focal de 0,6 o menos y 1,2 o mayor"" solicitamos a la convocante modificar este punto a ""Doble punto focal de 0,6 o menos y 1,2 o mayor o Un punto focal de al menos 0,8mm que permita realizar todo tipo de estudios sin afectar contraste ni densidad de imagen"" Lo solicitado obedece a que el sistema de varios fabricantes está compuesto de un filamento único de 0,8mm o mayor, y esta característica no afecta el contraste ni tampoco la densidad de la imagen.
Además, un punto focal no presenta deficiencias en la adquisición de ningún tipo de imágenes, ya sean imágenes de extremidades y la capacidad de visualización del patrón trabecular, casos en los cuales son más utilizados los focos de menor tamaño.
Por lo que solicitamos a la convocante aceptar equipos con un solo foco fino, a fin de permitir la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional. "

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.

Consulta 32 - Item 1 - Equipos de RX portatil

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

"Donde dice ""Tubo de rayos X con doble punto focal y ánodo giratorio de alta rotación"" solicitamos a la convocante modificar este punto a ""Tubo de rayos X con doble punto focal o con al menos un punto focal que permita realizar todo tipo de estudios sin afectar contraste ni densidad de imagen, y ánodo giratorio de alta rotación""
Lo solicitado obedece a que el sistema de varios fabricantes está compuesto de un filamento único, y esta característica no afecta el contraste ni tampoco la densidad de la imagen.
Además, un punto focal no presenta deficiencias en la adquisición de ningún tipo de imágenes, ya sean imágenes de extremidades y la capacidad de visualización del patrón trabecular, casos en los cuales son más utilizados los focos de menor tamaño. Por lo que solicitamos a la convocante aceptar equipos con un solo foco fino, a fin de permitir la participación de las marcas con reconocida representación y comprobada calidad en el mercado local e internacional."

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.

Consulta 33 - ITEM 1 – EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el punto donde dice “Doble punto focal de 0,6 o menos y 1,2 o mayor” solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con doble punto focal de foco fino de 0.8 mm o menor y foco grueso de 1.2 o mayor. Considerando que esta característica se debe a un criterio de diseño de cada fabricante, además no afecta ni disminuye las prestaciones finales del equipo, así de esta manera se dará participación a potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: “Doble punto focal de 0,8 o menos y 1,2 o mayor”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.		

Consulta 34 - ITEM 1 – EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el punto donde dice “Capacidad máxima: 140 KHU o más” solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de equipos con capacidad máxima de al menos 100 kHU y de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Considerando que esta característica se debe a un criterio de diseño de cada fabricante, además no afecta ni disminuye las prestaciones finales del equipo, así de esta manera se dará participación a potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: “Capacidad máxima: 100 kHU o más”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.		

Consulta 35 - ITEM 1 – EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el punto donde dice “Matríz de 3072 x 3072 pixeles ó mayor” solicitamos amablemente a la convocante permita la cotización de detectores con matrix de al menos 3050 x 2400 pixeles o mayor, y de esta manera dar apertura a las especificaciones técnicas para la participación de potenciales oferentes. Considerando que esta característica se debe a un criterio de diseño de cada fabricante, además no afecta ni disminuye las prestaciones finales del equipo, así de esta manera se dará participación a potenciales oferentes. Solicitamos que el ítem quede de la siguiente manera: “Matríz de 3050 x 2400 pixeles ó mayor”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.		

Consulta 36 - ITEM 1 – EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
En el punto donde dice “Rodamiento con soporte de motores eléctricos en las ruedas” y “ Sistema de accionamiento eléctrico de frenado” solicitamos amablemente a la convocante considere estos ítems como opcionales y que se permita la cotización de equipos que no requieren sistema eléctrico para su movimiento ni accionamiento eléctrico para el freno, ya que por criterio y capacidad de diseño del fabricante se logra tener disponible equipos ligeros (menores a 200 kg) donde el rodamiento mecánico propio no requiere apoyo adicional de motores, lo cual representa un costo adicional alto para la convocante y una desventaja durante su uso, ya que en caso de no contar con batería el movimiento del equipo se ve afectado y requiere de personal especializado para destrabarlo, lo cual no es practico en nuestras instituciones públicas. Esta característica lo desarrollaron o es una opción que se da en equipo de alto peso, que dificulta su traslado dentro del hospital al personal de blanco (casos que el equipo pese mas de 250 kg) por ejemplo. Por lo expuesto solicitamos que el ítem quede la siguiente manera: “Rodamiento con soporte de motores eléctricos en las ruedas. Opcional” y “Sistema de accionamiento eléctrico de frenado. Opcional”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.		

Consulta 37 - ITEM 1 – EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos a la convocante que la Autorización del Fabricante sea un requisito obligatorio para la cotización de todos los items		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante.		

Consulta 38 - ITEM 1 – EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega de los equipos a 90 dias, esto considerando que 45 dias es un periodo muy corto, teniendo en cuenta que la fabricación de estos equipos por cualquier fabricante del mundo es de aproximadamente 30 a 45 dias, luego el tiempo de traslado o transito desde el pais de origen hasta nuestro pais y, por ultimo y no menos importante el tiempo que ocupa el desaduanaje en nuestro pais que en el mejor de los casos es de dos semanas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
El plazo se adecua a la necesidad del hospital en contar cuanto antes con estos equipos. Solicitamos a los posibles oferentes que se adecuen al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 39 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde solicitan: Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. Debido al bajo precio referencial del item, solicitamos que esta especificación sea declarada opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
En cuanto a su consulta, se realizaron las modificaciones mediante una Adenda.-		

Consulta 40 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde solicitan: Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 0 Joules o menos. Límite superior: 360Joules o más. Considerando que el tipo de energía solicitada es la bifásica, sugerimos que el límite superior de energía sea de 200 joules o más puesto que no se puede aplicar al corazón 360 Joules en dos direcciones, se podrían causar daños irreversibles e incluso la muerte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La capacidad de descarga son parámetros estándares		

Consulta 41 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde dice: Capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 360 Joules o más. Sugerimos se reemplace por capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 200 Joules o más, considerando que el tipo de energía solicitada es bifásica puesto que no se puede aplicar al corazón 360 Joules en dos direcciones, se podrían causar daños irreversibles e incluso la muerte		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La capacidad de descarga son parámetros estándares		

Consulta 42 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde piden: SpO2. Debido al bajo precio referencial del item, solicitamos que esta especificación sea declarada opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La lectura de SpO2 establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los posibles oferentes se adecuen al Pliego de Bases de Condiciones.-		

Consulta 43 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Donde dice: Que permita al menos 60 desfibrilaciones a carga máxima ó 10 horas de monitoreo continuo, solicitamos se permitan ofertar baterías con capacidad de 2,5 horas de monitorización (ECG, EtCO2 y SpO2 monitorizados de forma continua y PNI medida cada 15 minutos) seguida de 20 ciclos de choque/carga de energía completa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La capacidad de desfibrilaciones y batería establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Se solicita a los posibles oferentes adecuarse al Pliego de Bases de Condiciones.-		

Consulta 44 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Plazo de entrega: Podrían considerarse 15 días hábiles para la emisión de la orden de compra y 45 días hábiles para la entrega de los equipos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
El plazo se adecua a la necesidad del hospital en contar cuanto antes con estos equipos.		

Consulta 45 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Al menos una salida monopolar y una salida bipolar, también debe poseer una conexión para gas argón para caso futuro.
CONSULTA: Deberia ser: Al menos una salida monopolar y una salida bipolar, también debe poseer una conexión para gas argón

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades del hospital., solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse a las exigencias de dicha unidad.. ya que las mismas fueron estudiadas por personales técnicos y capacitados de la Dirección de Servicio de Sanidad de las FFAA y por ende establecer dichas EETT por la necesidad y urgencia de la misma.-

Consulta 46 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Posibilidad de realizar procedimientos personalizados
CONSULTA: Se podría considerar como opcional?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones

Consulta 47 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Potencia de coagulación Bipolar de al menos 30W o mejor
CONSULTA: Se debería considerar una potencia de coagulación bipolar de al menos 60 Watts o mejor, para uso en endoscopia

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades del hospital., solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse a las medidas solicitadas.. ya que las mismas fueron estudiadas por personales técnicos y capacitados de la Dirección de Servicio de Sanidad de las FFAA y por ende establecer dichas EETT por la necesidad y urgencia de la misma.-

Consulta 48 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Potencia HF de al menos 120 Watts o mejor
CONSULTA: Se debería re considerar esta potencia solicitada, es muy bajo para uso endoscópico, Se debería considerar una potencia HF monopolar de al menos 300 o 350 Watts

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades del hospital., solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse a las medidas solicitadas.. ya que las mismas fueron estudiadas por personales técnicos y capacitados de la Dirección de Servicio de Sanidad de las FFAA y por ende establecer dichas EETT por la necesidad y urgencia de la misma.-

Consulta 49 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Compatibilidad con modulo de coagulación con argón plasma (se puede adherir en un futuro)
CONSULTA: Debería ser con argón plasma incluido, no a futuro, ya que argón plasma es algo muy usado y necesario en la actualidad en endoscopia

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades del hospital., solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones .. ya que las mismas fueron estudiadas por personales técnicos y capacitados de la Dirección de Servicio de Sanidad de las FFAA y por ende establecer dichas EETT por la necesidad y urgencia de la misma.-

Consulta 50 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Modo de Coagulación, SoftCoag, SprayCoag, ForcedCoag, PowerCoag
CONSULTA: NUevamente, se podría considerar que tenga modos de coagulación para endoscopia, es muy confuso las terminologías solicitadas, posiblemente sean terminologías exclusivas de una marca, no da parámetros o algo que pueda ser comprensivo

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades del hospital., solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones .. ya que las mismas fueron estudiadas por personales técnicos y capacitados de la Dirección de Servicio de Sanidad de las FFAA y por ende establecer dichas EETT por la necesidad y urgencia de la misma.- Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 51 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - UNIDAD ELECTROQUIRURGICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Modos de corte, PureCut, PulseCut Slow/Fast, BlendCut
CONSULTA: Se podría considerar que "posea modos específicos para Endoscopia", cada fabricante tiene diferente denominaciones para Endoscopia, egnera mucha confusión las terminologías usadas en los modos solicitados

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades del hospital., solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones .. ya que las mismas fueron estudiadas por personales técnicos y capacitados de la Dirección de Servicio de Sanidad de las FFAA y por ende establecer dichas EETT por la necesidad y urgencia de la misma.- Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 52 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

CONSULTA: Considerando que se pretende adquirir equipos con tecnologías de vanguardia, actualizados, se podría considerar que los equipos ofertados no tengan más de 8-10 años de lanzamiento al mercado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 53 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

CONSULTA: EN base a lo solicitado tanto para el videogastroscopio y el videocolonoscopio, también deberá ser el conector y el Endoscopio completamente hermético para su lavado y desinfección que no requiera tapa de hermeticidad, y se deberá considerar que sea con conector de un solo paso?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 54 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Longitud total 1.550mm o mejor
CONSULTA: Se puede considerar ofertar con Longitud total 1.500mm o mejor

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 55 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Rango de angulación: Arriba 120°, Abajo 90°, Derecha 110°, Izquierda 90°.
CONSULTA: Se puede ofertar con angulación: Arriba 120°, Abajo 90°, Derecha 105°, Izquierda 90°.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 56 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Diamtero exterior del extreno distal, 13.5mm, o mas
CONSULTA: Se puede considerar ofertar con Diámetro del extremo distal de 13.00 mm o mayor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 57 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Dirección de la vista lateral hacia atrás 15°
CONSULTA: Se puede considerar ofertar con Dirección de la vista lateral hacia atrás 12º- 15°

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 58 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Cubierta distal que mejora a visualizacion y el acceso, de un solo uso
CONSULTA: Se puede considerar "Cubierta distal que mejora a visualizacion y el acceso, de un solo uso y/o cubierta distal desmontable, lavable y reutilizable

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Se requiere que las cubiertas distales sea de un solo uso, para evitar infecciones. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 59 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Adaptador de descarga del extremo distal para el proceso de lavado
CONSULTA: Se puede considerar Adaptador de descarga del extremo distal para el proceso de lavado y/o desmontaje del capuchón distal para su proceso de lavado

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 60 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Transmision de alta Fuerza (HFT)
CONSULTA: Se puede considerar como opcional? HFT es tecnología o siglas exclusivas del fabricante OLYMPUS

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 61 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEODUODENOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Capacidad de bloqueo de la Guía en forma segura
CONSULTA: Se podría considerar como opcional? es tecnología exclusiva de un fabricante

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 62 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

CONSULTA: Considerando que se pretende comprar equipos con tecnología, se puede considerar que el Videocolonoscopio a ofertar, no tenga más de 8-10 años de lanzamiento al mercado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 63 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICED: Endoscopio completamente hermetico para su lavado y desinfeccion que no requiera tapa de hermeticidad

CONSULTA: Además de los requisitos solicitados, el conector completamente hermético, deberá ser con conexión de un solo paso?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

No necesariamente debe ser de un solo paso, solo requerimos que sea hermético y que no necesite tapa de hermeticidad para su lavado.

Consulta 64 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Sistema de rigidez variable que permita el avance del videocolonoscopio facitilitando su inserción y control de usuario.
CONSULTA: Se podría considerar opciones alternativas, dependiendo de la tecnología del fabricante, o bien considerarlo como opcional?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Es necesario para un mejor procedimiento. Se requiere de esta tecnología. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 65 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Consulta: Favor aclarar si el Videogastroscopio a ofertar, deberá tener canal auxiliar de agua, en el videocolonoscopio si está especificado, no así en el videogastroscopio, teniendo en cuenta que también se solicita, una bomba de irrigación auxiliar

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

No se solicita canal auxiliar en el videogastroscopio. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 66 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Diámetro externo del extremo distal 12,8 mm
CONSULTA: Se podría considerar ofertar con Diámetro externo del extremo distal de 11,5 mm o mayor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 67 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Profundidad de campo. 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)
CONSULTA: Se podría considerar ofertar con Profundidad de campo de 3 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 68 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Desfibrilador, donde dice "Capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 360 Joules o más", solicitamos a la convocante considerar modificar el requisito a "Capacidad de cargar en 7 segundos o menos a 200 Joules como mínimo", ya que esta configuración es clínicamente efectiva en la mayoría de los casos y permite una respuesta más rápida en situaciones críticas, optimizando la funcionalidad del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

La capacidad de descarga son parámetros estándares. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse a lo establecido dentro del Pliego de bases y Condiciones.-

Consulta 69 - Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Desfibrilador, donde dice " Límite superior: 360 Joules para onda exponencial truncada bifásica ó Limite superior: 200 Joules para onda bifásica rectilínea.", consultamos a la convocante la posibilidad de modificar la especificación a: "Límite superior de 230 Joules o más para onda exponencial truncada bifásica o Límite superior de 200 Joules para onda bifásica rectilínea" , lo que permitiría una mayor inclusión de equipos disponibles en el mercado, garantizando al mismo tiempo un desempeño clínico adecuado

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

La capacidad de descarga son parámetros estándares. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse a lo establecido dentro del Pliego de bases y Condiciones.-

Consulta 70 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT - VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Con Cromoendoscopía electronica pero principalmente NBI - TXI - LCI y/o BLI
CONSULTA: Se podría considerar también otras tecnologías, como ser ISCAN? esto para no limitar a solo dos fabricantes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 71 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
camas eléctricas, donde dice "Espesor mínimo del colchón de 16 cm +/- 2 cm," solicitamos a la convocante considerar un espesor mínimo de 12 cm +/- 2 cm. Esta medida ofrece un adecuado soporte y comodidad al paciente, sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad de la cama, y permite una mayor flexibilidad en la oferta de colchones compatibles con las camas eléctricas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
La densidad y el espesor del colchón establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los posibles oferentes adecuarse a lo establecido dentro del Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 72 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
CONSULTA: Para asegurar la provisión de equipos con tecnologías actualizadas, el Videogastroscopio adulto solicitado, se debería considerar que no tenga una antigüedad de lanzamiento mayor a 8-10 años en el mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 73 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
cama eléctrica, donde dice "Colchón pasivo bi-denso de espuma de poliuretano," solicitamos a la convocante considerar la opción de Colchón articulado de 4 secciones de espuma de poliuretano, diseñado para ajustarse a la forma y dimensiones de la cama. Esto permite una mayor adaptabilidad y confort para el paciente, especialmente en camas articuladas, garantizando un soporte adecuado en todas las posiciones de la cama.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se realizara la modificación solicitada, mediante una Adenda que se estaría publicando en la brevedad posible.-		

Consulta 74 - Ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Cama eléctrica para paciente, donde dice "Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Longitud máxima 220 cm. Ancho máximo 100 cm.", solicitamos a la convocante considerar una longitud de 220 cm ±5 cm y un ancho de 100 cm ±5 cm, para permitir una mayor equidad en la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024
Se realizara la modificación solicitada, mediante una Adenda que se estaría publicando en la brevedad posible.-		

Consulta 75 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Endoscopio completamente hermetico para su lavado y desinfeccion que no requiera tapa de hermeticidad
CONSULTA: Además de lo solicitado. ¿Deberá ser con conector de un solo paso? para evitar cables adicionales, esto no es limitante para ningún fabricante

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

No necesariamente debe ser de un solo paso, solo requerimos que sea hermético y que no necesite tapa de hermeticidad para su lavado. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 76 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Longitud total de tubo de inserción 1.350 mm
CONSULTA: "Se puede considerar ofertar con "Longitud total de tubo de inserción 1.300 mm o mayor?"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 77 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Diámetro externo del extremo distal igual a 9,2mm
CONSULTA: Se puede ofertar con Diámetro externo del extremo distal de 9,2 a 10,8 mm?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 78 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Profundidad de campo. 2 mm (o menor) a 100 mm (o mayor)
CONSULTA: Se puede ofertar con Profundidad de campo de 3 mm (o menor) a 100 mm (o mayor?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 79 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Con Cromoendoscopía electrónica pero principalmente NBI - TXI - LCI y/o BLI,
CONSULTA: ¿También se podría considerar otras tecnologías como ser I-SCAN? y no limitarse solo a tecnologías de dos fabricantes

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 80 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Botones para funciones programables de usuario
CONSULTA: esto es algo demasiado irrelevante, que función se le podría asignar? esto podría considerarse como opcional?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 81 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Función de rotación de la imagen
CONSULTA: Se puede oferta con Función de rotación de la imagen en el Monitor y/o Procesador

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Función de rotación de la imagen en el monitor y/o Procesador

Consulta 82 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Posibilidad de visualización de pantalla dual, imagen en imagen (PIP) e imagen fuera de imagen (POP).
Consulta: Se puede considerar ofertar Posibilidad de visualización de pantalla dual y/o imagen en imagen (PIP) y/o imagen fuera de imagen (POP)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 83 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
CONSULTA: El procesador y/o fuente de luz ¿Deberá tener la función de balance de blancos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 84 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
DICE: Con indicador de encendido de lampara de emergencia. CONSULTA: Considerar esto, solo en caso de ofertar "XENON" si es con LUZ LED; deberá ser opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 85 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
DICE: Lampara de emergencia Halogena de 12V como minimo y accionamiento automatico CONSULTA: Esto podría considerarse opcional, en caso de ofertar luz LED, ya que solo equipos viejos y obsoletos utilizan lámpara de emergencia, porque cuentan con lámpara xenón, y estas tienen una vida útil muy limitada, de máximo 500 Hs de uso vs LUZ LED que puede durar 10.000 Hs o más, que es la vida útil de los equipos como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se requiere la lámpara de emergencia en caso de agotamiento de la lámpara principal. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 86 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
CONSULTA: Para asegurar al menos la compra de equipos actualizados, se podría considerar que el procesador y/o fuente de luz ofertados, no tengan más de 8-10 años de lanzamiento, esto evitaría al menos la provisión de tecnología vieja y obsoleta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 87 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Fuente de luz con lampara de Luz de tecnología Xenón 300W, libre de ozono (proveer mínimo 5 lamparas)
Consulta: Se puede considerar ofertar con Luz de tecnología Xenón 300W, libre de ozono (proveer mínimo 5 lamparas) o bien con Luz de tecnología LED de larga duración (todos los fabricantes poseen esto, XENON ya es tecnología obsoleta y limitante a equipos con más de 10-15 años de antigüedad" Lo correcto e ideal, sería solo considerar ofertar con LED; no es limitante, todos los fabricantes del mundo, poseen esta tecnología ya desde el año 2015 en adelante

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 88 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Funcion PIP - imagen en imagen
CONSULTA: Se puede considerar ofertar con "Función PIP - Imagen en imágen" y/o "Twin mode, modo doble" y/o "rotación de imagen"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 89 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Videoprocesador compatible con endoscopios de diferentes especialidades (digestivos, urología, otorrino, broncopulmonar y ópticas de cirugía (conexión directa)

CONSULTA: Se podría considerar esto como opcional? desvirtua totalmente el objeto del llamado, pues lo que se pretende comprar son equipos de endoscopia digestiva y no equipos de Urología, ni otorrrino, ni Neumología, ni cirugía, una sola marca del mundo fábrica "Procesadores Universales", que en la práctica no se usa pues son todos diferentes servicios

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 90 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Debera poder incorporarse a futuro ecogastroscopio radial y lineal, sistema de enteroscopia y broncoscopios varios
CONSULTA: Se podría considerar como opcional, desvirtua el objeto del llamado pretendiendo la posibilidad de incluir otros productos "a futuro" que encima son de otros servicios, como ser "broncoscopios varios"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Es importante que sea compatible con ecogastroscopio por un posible crecimiento del servicio. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 91 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Congelación de Imagen endoscopica utilizando un Endoscopio y situada en el teclado.
CONSULTA: Se podría considerar Congelación de Imagen endoscópica utilizando un Endoscopio y/o el teclado y/o panel frontal del procesador

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 92 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Con función que permita el "anti-empañamiento"
CONSULTA: Cual sería esta función? Se podria considerar OPCIONAL?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Se requiere esta función para evitar inconvenientes en el procedimiento. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 93 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Selección de modo de iris auto, promedio y píco
CONSULTA: Se podría considerar Iris automático o Promedio y pico

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Es necesario que cuente con los tres modos solicitados. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 94 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Salida de señal digital HD-SDI, SD-SDI, DV y DVI
CONSULTA: Nuevamente misma consulta, se podría considerar "Al menos uno de ellos" solo se necesita una señal para transmitir al monitor

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 95 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Salida de señal HDTV analógica RGB o YPbPr y digital HD-SDI, SD-SDI, DV y DVI.
CONSULTA: Se podría considerar o al menos uno de ellos?, solo se necesita una señal para transmitir al monitor

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 96 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio EETT

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

DICE: Videoprocesador con imagen HDTV 1920x1080 píxeles
CONSULTA: Se podría ofertar de la siguiente manera? HDTV 1920x1080 pixeles o 1080i o 1080P? Son solo diferentes unidades de medida o procesamiento de imágenes, todos en FULL HD

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 97 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Salida de señal HDTV analógica RGB o YPbPr y digital HD-SDI, SD-SDI, DV y DVI.
Consulta : Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que dichas EETT pasen a ser: Salida de señal HDTV , analógica RGB o YPbPr y digital HD-SDI, SD-SDI, DV o DVI o al menos algunas de ellas cumpliendo con la resolucion citada en el punto 1 (1920x1080)

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.

Consulta 98 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Salida de señal digital HD-SDI, SD-SDI, DV y DVI
Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes y que dichas EETT pasen a ser: Salida de señal digital HD-SDI, SD-SDI, DV o DVI o al menos algunas de ellas cumpliendo con la resolucion citada en el punto 1 (1920x1080)

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital.

Consulta 99 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Autoajuste de Ganancia, la imagen se puede ampliar electronicamente
Consulta: Solicitamos a la convocante separar ambos puntos o aclarar mejor ya que al parecer son dos caracteristicas que se pide en un mismo punto

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Con el autoajuste de ganancia, mejora la visualización cuando el extremo distal del endoscopio se encuentra lejos del punto de visión. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 100 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Con función que permita el "anti-empañamiento"
Consulta: Solicitamos a la convocante retirar esta caracteristica del Procesador. Es direccionar a una marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Se requiere esta función para evitar inconvenientes en el procedimiento. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 101 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Congelación de Imagen endoscopica utilizando un Endoscopio y situada en el teclado.
Consulta: Solicitamos a la convocante que las EETT sea unicamente ¨Congelación de Imagen endoscopica utilizando un Endoscopio ¨que pidan esta caracteristica en el teclado es para tratar quizas de direccionar a alguna marca y siendo esta funcion no utilizada por el medico ya que el medico nunca toca del teclado en el procedimiento. todo lo hace desde los comandos del endoscopio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 102 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Videoprocesador compatible con endoscopios de diferentes especialidades (digestivos, urología, otorrino, broncopulmonar y opticas de cirugía (conexión directa)
Consulta : Solicitamos a la convocante retirar esta caracteristica del Procesador. Es direccionar a una marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 103 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Batería de litio, vida util 5 años.
Consulta: Solicitamos a la convocante retirar esta EETT , es irrelevante para el uso que se le da médico. Todos los procesadores cuentan con bateria de litio y otros similares.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 104 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Fuente de luz con lampara de Luz de tecnologia Xenon 300W, libre de ozono (proveer minimo 5 lamparas)
Consulta: Solicitamos a la convocante pasar a Fuente de Luz LED. Esta tecnología XENON es tecnología vieja. Hoy todas las marcas ya cuentan con Procesadores y Fuente de Luz LED . Justamente porque tienen mayor vida util. En el PBC y en este punto inclusive piden 5 de repuesto ya que tienen una vida util corta versus las LED. Las LED nunca se cambian.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 105 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Lampara de emergencia Halogena de 12V como minimo y accionamiento automatico
Consulta : En caso de pedir LED retirar este punto ya que la LED nunca se quema y no se necesita una de emergencia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Se requiere la lámpara de emergencia en caso de agotamiento de la lámpara principal. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 106 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Con indicador de encendido de lampara de emergencia.
Consulta: EN caso de pedir LED retirar este punto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 107 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Original, de la misma marca del Endoscopio
Consulta: Solicitamos a la convocante que sean las EETT : En lo posible original, de la misma marca del Endoscopio

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Se requiere sea original de la misma marca del endoscopio. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 108 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Nota: Entiéndase por todas las consolas a : Fuente de luz, videoprocesador, bomba de irrigación, insuflador de CO2, y electrobisturi como mínimo.
Consulta: Solicitamos a la convocante que las EETT sean : Nota: ¨Entiéndase por todas las consolas a : Fuente de luz, videoprocesador, bomba de irrigación, insuflador de CO2, y electrobisturi como mínimo¨. En varias marcas no se recomienda que se tenga al electrobisturi en el mismo carro por la interferencia y que puede dañar las placas del procesador.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 109 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Carro de estructura metálica y pintura antiestática
Consulta: Solicitamos a la convocante que las EETT sean : Carro de estructura metálica y pintura anticorrosiva.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 110 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: VIDEO GASTROSCOPIO ADULTO . Calidad de Imagen HDTV
Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacioin de oferentes y que las EETT sean : Calidad de Imagen HDTV o FULL HD o CMOS de alta resolucion

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Se requiere sea unicamente HDTV. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 111 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Longitud total de tubo de inserción 1.350 mm
Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que las EETT sean : Longitud total de tubo de inserción 1.350 mm o mas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 112 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Endoscopio completamente hermetico para su lavado y desinfeccion que no requiera tapa de hermeticidad
Consulta : Solicitamos a la convocante agregar a este punto que los tubos sean de un solo paso o una sola conexión (que no sean dos conexiones a ser conectadas al procesador) siendo esta la ultima generacion de endoscopios. Por lo que solicitamos que sean las EETT : Endoscopio completamente hermetico para su lavado y desinfeccion que no requiera tapa de hermeticidad (que sea endoscopio de una sola conexion)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

No necesariamente debe ser de un solo paso, solo requerimos que sea hermético y que no necesite tapa de hermeticidad para su lavado. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 113 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : VIDEO COLONOSCOPIO ADULTO . Longitud total de tubo de Inserción 2.005 mm, o mas
CONSULTA: Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que las EETT sean Longitud total de tubo de Inserción 1.990 mm, o mas

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 114 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: VIDEO COLONOSCOPIO ADULTO. Sistema de rigidez variable que permita el avance del videocolonoscopio facitilitando su inserción y control de usuario.
Consulta: Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea opcional

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Es necesario para un mejor procedimiento. Se requiere de esta tecnología. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 115 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : VIDEO DUODENOSCOPIO ADULTO Transmision de alta Fuerza (HFT)
Consulta: Solicitamos a la convocante retirar estas EETT ya que solo esta dirigido a la marca Olympus. Modelo: TJF-Q190V . Favor ingresar a este link para comprobar: https://medical.olympusamerica.com/products/tjf-q190v-duodenoscope

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 116 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : VIDEO DUODENOSCOPIO ADULTO: Adaptador de descarga del extremo distal para el proceso de lavado
Consulta : Solicitamos a la convocante retirar estas EETT ya que solo esta dirigido a la marca Olympus . Modelo: TJF-Q190V Favor ingresar a este link: https://medical.olympusamerica.com/products/tjf-q190v-duodenoscope

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 117 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : VIDEO DUODENOSCOPIO Cubierta distal que mejora a visualizacion y el acceso, de un solo uso.
COnsulta: Solicitamos a la convocante retirar estas EETT ya que solo esta dirigido a la marca Olympus. Modelo: TJF-Q190V . Favor ingresar a este link: https://medical.olympusamerica.com/products/tjf-q190v-duodenoscope

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Se requiere que las cubiertas distales sea de un solo uso, para evitar infecciones. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 118 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto :VIDEO DUODENOSCOPIO : Dirección de la vista lateral hacia atrás 15°
COnsulta : Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes : Dirección de la vista lateral hacia atrás 5° a 15°

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Es necesario una menor visión que 5°. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 119 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: VIDEO DUODENOSCOPIO . Profundidad de campo, 5 - 60mm
CONSULTA: Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes : Profundidad de campo, 4 a 5 - 60mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 120 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : VIDEODUODENOSCOPIO . Diamtero exterior del extreno distal, 13.5mm, o mas
CONSULTA : Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes : Diamtero exterior del extreno distal, 13.1mm, o mas

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 121 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : VIDEODUODENOSCOPIO . Diamtero exterior del extreno distal, 13.5mm, o mas
CONSULTA : Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participacion de oferentes : Diamtero exterior del extreno distal, 13.1mm, o mas

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 122 - IteM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Modos de corte, PureCut, PulseCut Slow/Fast, BlendCut
Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y no poner configuraciones que corresponden solo a una marca. Por lo que solicitamos a la convocante que modifiquen las EETT a : Modos de corte, PureCut, PulseCut Slow/Fast, BlendCut o similares pero que tenga configuraciones o software para uso en procedimientos de endoscopia como ser polipectomia y papilotomia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 123 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Modo de Coagulación, SoftCoag, SprayCoag, ForcedCoag, PowerCoag
Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y no poner configuraciones que corresponden solo a una marca. Por lo que solicitamos a la convocante que modifiquen las EETT a : Modo de Coagulación, SoftCoag, SprayCoag, ForcedCoag, PowerCoag o similares pero que tenga configuraciones o software para uso en procedimientos de endoscopia como ser polipectomia y papilotomia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 124 - ITem 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto INSUFLADOR DE CO2
Consulta: Solicitamos a la convocante que sean EETT detalladas mas basicas. Cada marca tiene solo un modelo y no hay que detallar con tantas caracteristicas algo tan simple de usar. Utilizar criterios logicos como se hizo en las EETT del Video Printer Digital o Analogico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Necesitamos que las EETT de este producto sean detalladas. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 125 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: INSUFLADOR DE CO2. Indicador de alimentacion
Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar a que se refiere este punto o en todo caso sacarlo de las EETT o que se retire de las EETT.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Necesitamos que las EETT de este producto sean detalladas. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 126 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Contar con al menos los modos de operación bajo, medio y alto a traves de diferentes tubos de gas
Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que las EETT sean : Contar con al menos dos modos de operación bajo y normal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 127 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Contar con al menos los modos de operación bajo, medio y alto a traves de diferentes tubos de gas
Consulta: Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que las EETT sean : Contar con al menos dos modos de operación bajo y normal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 128 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Debe poseer temporizador interno en periodos, Largo, Corto, Apagado
COnsulta: Solicitamos a la convocante excluir este punto . Es irrelevante y solo queriendo direccionar a una marca.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 129 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Botella de agua reusable, autoclavable que suministra agua y gas compatible con los videoendoscopios de la oferta.
Consulta : Solicitamos a la convocante retirar la palabra autoclavable. Que las EETT pasen a ser Botella de agua reusable, que suministra agua y gas compatible con los videoendoscopios de la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Es necesario que las botellas de agua sean autoclavables para evitar contaminaciones. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 130 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: BOMBAS DE IRRIGACIÓN
COnsulta: Solicitamos a la convocante que sean EETT detalladas mas basicas. Cada marca tiene solo un modelo y no hay que detallar con tantas caracteristicas algo tan simple de usar. Utilizar criterios logicos como se hizo en las EETT del Video Printer Digital o Analogico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Necesitamos que las EETT de este producto sean detalladas. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 131 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Bomba de irrigación para uso a través del canal auxiliar y canal para instrumentación del endoscopios
Consulta: Solicitamos a la convocante que se solo para canal auxiliar. Por lo que solicitamos a la convocante que las EETT sean Bomba de irrigación para uso a través del canal auxiliar .

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Bomba de irrigación para uso a través del canal auxiliar.

Consulta 132 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Panel frontal que permita regular potencias
COnsulta: Solicitamos a la convocante que las EETT sean : Panel frontal que permita regular potencias por medio de botones o perilla.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Panel frontal que permita regular potencias por medio de botones o perilla.

Consulta 133 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Flujo máximo por el canal auxiliar de agua: mayor o igual a 230 ml/min
Consulta: Solicitamos excluir este punto . Es irrelevante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 134 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto:Permite ser controlada por medio de botones de endoscopios (video gastroscopio y videocolonoscopio como mínimo) ofertados
Consulta: Solicitamos a la convocante excluir este punto , mas arriba ya se especifica que se solicita por pedal y todas se manejan por pedal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 135 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto : Volumen de reservorio: Igual o mayor a 2 lts
Consulta : Solicitamos a la convocante ampliar los rangos y que las EETT sean : Volumen de reservorio: Igual o mayor a 1 lts

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 136 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Suministro de agua mediante botella de agua extraible y autoclavable.
Consulta: Solicitamos a la convocante excluir la palabra autoclavable . Es irrelevante y ninguna cumple en el mercado .

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Es necesario que las botellas de agua sean autoclavables para evitar contaminaciones. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 137 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Incluir set de tubos de irrigación para funcionamiento por canal auxiliar y puerto de biopsia.
COnsulta : Solicitamos a la convocante que sea Incluir set de tubos de irrigación para funcionamiento por canal auxiliar

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Incluir set de tubos de irrigación para funcionamiento por canal auxiliar

Consulta 138 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Incluir set de tubos de irrigación para funcionamiento por canal auxiliar y puerto de biopsia.
COnsulta : Solicitamos a la convocante que sea Incluir set de tubos de irrigación para funcionamiento por canal auxiliar

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Incluir set de tubos de irrigación para funcionamiento por canal auxiliar

Consulta 139 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024

Punto: Los equipos deberán contar con 2 (dos) años de garantía desde la puesta en funcionamiento, e incluir como mínimo 2 (dos) mantenimientos preventivos anuales durante dicho periodo. Presentar declaración Jurada.
Consulta: Solicitamos a la convocante que se especifiquen en el pliego las piezas y repuestos basicos a ser cumplidos en dichos mantenimiento preventivos y que estos se incluyan en la declaracion jurada

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Solo mantenimiento preventivo, no es necesario repuestos.

Consulta 140 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024

En el punto 6 solicitan registro Sanitario expedido por la DNVS, Solicitamos a la convocante poder presentar REGISTRO SANITRIO O constancia de renovación del registro sanitario expedido por la DNVS

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 141 - Plazo de entrega de los Bienes

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024

Solicitamos a la convocante poder ampliar el plazo de entrega solicitada de 45 días corridos, posterior a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor a 90 días, posterior a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor esto obedece a que para realizar una importación de un proveedor implica la fabricación y tránsito de la misma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

El plazo se adecua a la necesidad del hospital en contar cuanto antes con estos equipos. . Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 142 - ITEM 06 Incubadora de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
En las EETT solicitan dimensiones del lecho del paciente ancho 40 +/-3 y Largo 70+/-3 cm, solicitamos a la convocante poder cotizar como mínimo ancho de 35 cm o más y de largo 55 cm o más. De esta manera la convocante asegura que se tendrá mayor participación y no estar dirigido a un solo proveedor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Las dimensiones solicitadas se adecuan a la necesidad del Hospital. . Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 143 - ITEM 06 Incubadora de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
En las EETT solicitan con ajuste de altura variable eléctricamente, solicitamos a la convocante que este punto sea opcional y de esta manera dar oportunidad a otros tipos de tecnología que existen en el mercado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La regulación de altura establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. . Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 144 - ITEM 06 Incubadora de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
: En las EETT solicitan Nivel de dióxido de carbono (CO_2) < 0.5%. Solicitamos al aferente que este punto sea opcional ya que claramente vemos que esta totalmente dirigido a la marca FANEM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El nivel de CO_2 establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. . Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 145 - ITEM 06 Incubadora de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
En las EETT Solicitan ancho total como mínimo de 95 cm, solicitamos a la convocante poder cotizar el ancho total como mínimo de 82 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Esta EETT corresponde al item 8		

Consulta 146 - ITEM 08 Camilla con ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
En las EETT Solicitan ancho total como mínimo de 95 cm, solicitamos a la convocante poder cotizar el ancho total como mínimo de 82 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA..		

Consulta 147 - ITEM 08 Camilla con ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
: En las EETT Solicitan Altura mínima de 69 cm como mínimo, solicitamos a la convocante poder cotizar Altura mínima de 58 cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 148 - ITEm 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
FUENTE DE LUZ . Se solicita a la convocante retirar del PBC dichas EETT : 100-240V 50Hz 0.2A , ya que mas arriba se contradice con lo que estaría correcto: Multi-voltaje 100-240V CA (esta es la correcta) .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 149 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Solicitamos a la convocante pueda considerar solamente ISO 13485, como única certificación internacional y no así "Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 150 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Solicitamos a la convocante pueda considerar solamente ISO 13485, como única certificación internacional y no así "Normas de seguridad IEC 60601-2-52, sobre normas de seguridad para camas hospitalarias."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 151 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice: Capacidad de soporte de peso de 200 kg como mínimo. Favor considerar modificar el requisito a "Capacidad de soporte de peso de al menos 175kg como mínimo"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 152 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Punto: "Barandales laterales abatibles, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies." Solicitamos a la convocante para mayor participación sea: "Barandales laterales" de tal modo a presupuestar otros modelos de barandales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El sistema de barandas en secciones, permitiría el acceso al paciente sin la necesidad de bajar toda la baranda lateral protectora		

Consulta 153 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Solicitamos a la convocante que en el punto "Mandos incorporados en ambas barandillas superiores, tanto en el interior para manejo del paciente y exterior para control de enfermería." Solicitamos a la convocante que este punto sea opcional de tal modo a ampliar la participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 154 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Solicitamos a la convocante retirar el punto donde dice "Sistema de RCP Eléctrico y/o Manual." ya que mas abajo especifica el sistema solicitado donde dice "Sistema de RCP Mecánico" declarando también el punto como opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 155 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Solicitamos a la convocante la modificación de " Sistema de frenado y direccionamiento centralizado para transporte, con tres posiciones: freno, movimiento en línea recta con giro y libre para movimiento en cualquier dirección, con control de pie." a "Sistema de frenado centralizado o frenos en al menos 2 ruedas" para ampliar la participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 156 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Solicitamos a la convocante establecer los puntos "Sistema de bloqueo de los movimientos eléctricos." y " Indicador de ángulo del respaldo y trendelemburg." como opcionales para mayor participacion de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 157 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice: "Presentar certificado de calidad de cumplimientos de normativas el colchón de CE MOD93/42/EEC Clase dispositivos médicos" Solicitamos a la convocante acepten presentar el colchón sin estas especificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 158 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice: "Densidad 28 ± 2kg/m3." solicitamos a la convocante modifique a "Densidad 26 kg/m3 o mejor" de tal modo a cotizar colchones de mayor durabilidad y soporte de peso para todo tipo de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La densidad y el espesor del colchon establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 159 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Solicitamos a la convocante que todas las ALARMAS solicitadas en las EETT sean opcionales debido al bajo precio referencial del item		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 160 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice: Balón de oxígeno con su respectivo soporte incorporado a la cama, solicitamos a la convocante que este punto sea opcional teniendo en cuenta el bajo precio referencial del item		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 161 - Item 4 - Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde Dice: Memoria para almacenar sucesos, solicitamos a la convocante modifique a Memoria para almacenar sucesos o impresión de eventos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 162 - Item 6 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice : Exactitud de oxigeno a escala completa = 2%. Solicitamos a la convocante de aumentar el rango hasta en 5% para aumentar la participación de los oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 163 - Item 7 - Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice: Temperatura cutánea: +-0.3°C o mejor, del punto solicitado, solicitamos a la convocante la modificación a Temperatura cutánea: 1.0°C o mejor, del punto seleccionado. Para permitir la participación de mas oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 164 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice: Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Longitud máxima 220 cm. Ancho máximo 100 cm., solicitamos a la convocante aumentar las dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba incluyendo protectores. Longitud maxima de 230cm ancho maximo 110cm. Para aumentar la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 165 - ITEM 3 - Cama electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
Donde dice: Densidad 28 ± 2kg/m3. solicitamos a la convocante modifique a "Densidad 25 kg/m3 o mejor" de tal modo a cotizar colchones de mayor durabilidad y soporte de peso para todo tipo de pacientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La densidad y el espesor del colchón establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 166 - Item 6 - Incubadoras de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2024
DONDE DICE: Distancia de la base del colchón a la cúpula 25cm +-3. Solicitamos a la convocante modificar a Distancia de la base del colchón a la cúpula a mínimo 25cm o mas, teniendo en cuenta que con los movimientos de trendelembug quera muy bajo el techo de la cúpula		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 167 - Item 6 Incubadora de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Donde dice El equipo deberá permitir realizar movimientos eléctricos integrales de Trendelemburg- Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-13º como mínimo o con movimientos continuos. Se solicita a la convocante que el equipo permita movimientos eléctricos o manuales integrales de Trendelemburg- Anti-Trendelemburg continuos, que permita llegar a un ángulo de +/-12º como mínimo o con movimientos continuos, de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 168 - Item 6 Incubadora de Terapia Intensiva

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Donde dice Salida RS-232 para conexión de monitor multiparamétrico a futuro. Se solicita a la convocante eliminar esta opción ya que no se solicitan equipos de monitoreo de pacientes junto con la incubadora y de manera a permitir mayor cantidad de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La salida RS-232 permitirá utilizar a futuro los monitores con los que cuenta el hospital.		

Consulta 169 - Item 7 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Donde dice Rango de temperatura de aire 18ºC a 30ºC +/- Solicitamos eliminar este punto ya que la servocuna no cuenta con sensor de temperatura de aire		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 170 - Item 7 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

Donde dice Características de luminoterapia, Vida útil de los Leds: 5.000 horas o mayor Integrada al cabezal radiante, Longitud de onda comprendida entre 660 y 905nm
Solicitamos eliminar este punto debido a que la luminoterapia normalmente es utilizado como otro equipo y de esta manera se estará dando oportunidad a mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 171 - Item 7 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

Donde dice Una luminoterapia integrada.
Solicitamos eliminar este punto debido a que la luminoterapia normalmente es utilizado como otro equipo y de esta manera se estará dando oportunidad a mas oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 172 - EETT- ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

Donde se solicita "Variación de mA de 10 mA o menos a 400 mA o más" y "Variación de mAs de 1 mAs o menor a 500 mA o más", solicitamos a la convocante considerar ajustar el rango de mA a 25 mA o menor a 400 mA o mayor , y el rango de mAs a 1 a 300 mAs o mayor

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 173 - EETT- ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

ITEM 1: Donde se solicita "Matriz de 3072 x 3072 píxeles, solicitamos a la convocante considerar 2466 o mayo x 3040 o mayor píxeles . Este rango sigue ofreciendo una resolución adecuada para obtener imágenes de alta calidad en aplicaciones clínicas, sin compromiso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 174 - EETT- ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

ITEM 1: Donde se solicita "Posibilidad de visualización de la imagen capturada en el equipo, con capacidad de almacenamiento de al menos 3,000 imágenes o 1 TB o mayor", solicitamos a la convocante considerar 500 GB o mayor . Esta capacidad sigue siendo suficiente para manejar un gran volumen de datos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideracion solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 175 - EETT- ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

ITEM 8: Donde se solicita "Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total: como mínimo 210 cm. Ancho total: como mínimo de 95 cm", solicitamos a la convocante considerar ajustar las dimensiones a Longitud total de 210 cm ±10 cm y Ancho total de 95 cm ±10 cm. Este ajuste permitirá mayor flexibilidad en la oferta de equipos, garantizando que las dimensiones sigan siendo adecuadas para el confort del paciente y la funcionalidad clínica, sin restringir innecesariamente la participación de proveedores con equipos que cumplan con los estándares de calida

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 176 - EETT- ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

ITEM 8 : Donde se solicita "Altura regulable hidráulicamente mediante pedal: Altura máxima: 85 cm como mínimo. Altura mínima: 69 cm como mínimo", solicitamos a la convocante considerar ajustar la altura mínima a 55 cm como mínimo. Este cambio permitiría mayor accesibilidad para el personal de salud al realizar procedimientos en la camilla y mejoraría la comodidad del paciente durante la transferencia. Una altura mínima más baja facilita también la movilidad de pacientes con dificultades para levantarse, optimizando la funcionalidad en diversos entornos clínicos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 177 - EETT- ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024

ITEM 8: Donde se solicita "Capacidad de colocar poste porta soluciones en las esquinas. Incluir un poste de altura variable o telescópica y chasis para rayos X", solicitamos a la convocante considerar que el chasis para rayos X sea opcional. No todas las situaciones clínicas requieren el uso de rayos X directamente en la camilla, y en muchos entornos se utilizan equipos portátiles de rayos X, lo que hace que el chasis no siempre sea necesario. Hacer esta característica opcional permitiría una mayor flexibilidad en la oferta de equipos y reduciría el costo para aquellos casos donde el chasis no es requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 178 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Donde se solicita que "El proveedor deberá entregar el 100% de los productos dentro de los 45 días corridos posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra", solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 90 días corridos. Este ajuste es necesario debido a que el proceso de fabricación y logística de estos productos, en la mayoría de los casos, requiere más tiempo, especialmente considerando el traslado internacional y los tiempos de desaduanaje en el país, que en ocasiones pueden extenderse por varias semanas. Extender el plazo a 90 días permitiría asegurar que los equipos lleguen en tiempo y forma sin comprometer la calidad, y evitaría demoras inesperadas en el proceso de entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El plazo se adecua a la necesidad del hospital en contar cuanto antes con estos equipos. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 179 - ITEM 04 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
En las EETT solicitan con dimensiones mínimas: Ancho 0,75m, Profundidad 0,45m. Solicitamos a la convocante poder cotizar con dimensiones mínimas Ancho 0,70m y profundidad 0.45m		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Las dimensiones solicitadas se adecuan a la necesidad del Hospital. Las dimensiones solicitadas se adecuan a la necesidad del Hospital		

Consulta 180 - ITEM 3 - Cama Electrica para paciente

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Donde dice Bateria de respaldo en caso de falla eléctrica para todos los movimientos. Solicitamos a la convocante sea opcionales debido al bajo precio referencial del ítem		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 181 - Item 7 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Donde dice Rango de temperatura de aire 18ºC a 30ºC +/- Solicitamos a la convocante a modificar el rango a 26° a 42° C (+/- 0.3°)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 182 - EETT ITEM N° 4

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

DONDE DICE: Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 0 Joules o menos. Límite superior: 360Joules o más.
PODRIA SER: Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 0 Joules o menos. Límite superior: 270Joules.
ESTE PEDIDO OBEDECE AL ESTUDIO REALIZADO POR LA AHA en donde EXPRESAN que Se puede presentar daño cerebral permanente a limites de Energía superiores.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La capacidad de descarga son parametros estandares. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 183 - EETT - ITEM N° 4

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

DONDE DICE: Pantalla LCD a colores de 7 pulgadas como mínimo.
PODRIA SER: PANTALLA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE LCD o TFT de un rango de 5 a 7pulgadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La convocante solicita un mayor parametro de la consideracion solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 184 - EETT - ITEM N° 4

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

DONDE DICE: Capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 360 Joules o más.
PODRIA SER: Capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 200 Joules o más.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La convocante solicita un mayor parametro de la consideracion solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 185 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - NORMATIVAS

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Se solicita amablemente a la convocante añadir a todos los ítems donde se solicite ISO y CE que "Debe estar Apostillado o Consularizado debidamente Legalizado".

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Los requisitos documentales solicitados, fueron los apropiados para la convocante. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 186 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde solicitan: Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC. Debido al bajo precio referencial del item, solicitamos que esta especificación sea declarada opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-		

Consulta 187 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde solicitan: Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 0 Joules o menos. Límite superior: 360Joules o más. Considerando que el tipo de energía solicitada es la bifásica, sugerimos que el límite superior de energía sea de 200 joules o más puesto que no se puede aplicar al corazón 360 Joules en dos direcciones, se podrían causar daños irreversibles e incluso la muerte		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La capacidad de descarga son parametros estandares. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 188 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde dice: Capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 360 Joules o más. Sugerimos se reemplace por capacidad de cargar en 10 segundos o menos a 200 Joules o más, considerando que el tipo de energía solicitada es bifásica puesto que no se puede aplicar al corazón 360 Joules en dos direcciones, se podrían causar daños irreversibles e incluso la muerte.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La capacidad de descarga son parametros estandares. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 189 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde piden: SpO2. Debido al bajo precio referencial del item, solicitamos que esta especificación sea declarada opcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La lectura de SpO2 establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 190 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde dice: Que permita al menos 60 desfibrilaciones a carga máxima ó 10 horas de monitoreo continuo, solicitamos se permitan ofertar baterías con capacidad de 2,5 horas de monitorización (ECG, EtCO2 y SpO2 monitorizados de forma continua y PNI medida cada 15 minutos) seguida de 20 ciclos de choque/carga de energía completa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La capacidad de desfibrilaciones y bateria establecidos, son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 191 - Item 4 – Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Plazo de entrega: Podrían considerarse 15 días hábiles para la emisión de la orden de compra y 45 días hábiles para la entrega de los equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El plazo se adecua a la necesidad del hospital en contar cuanto antes con estos equipos. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 192 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
"Item 4 Desfibrilador en el punto donde solicita ""Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC."" Solicitamos amablemente a la convocante requerir esta función con opcion de transferencia de datos mediante memoria externa, teniendo en cuenta que estos dispositivos actuan en servicios de urgencias o lugares donde se requieren el uso inmediato de dichos dispositivos, esto facilitará la trasferencia de datos sin necesidad de acarrear el equipo a una estación PC. Sugerimos el requerimiento de la siguiente manera ""Se debe incluir software para PC (al menos una licencia por equipo) que permita la visualización de datos/eventos grabados por el desfibrilador y cualquier accesorio necesario para la transferencia de datos del equipo a la PC o transferencia de datos mediante tarjeta de memoria.""""		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
El parametro mencionado inicialmente sera establecido como OPCIONAL		

Consulta 193 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Item 4 Desfibrilador donde se requiere "Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 0 Joules o menos. Límite superior: 360Joules o más.". Solicitamos amablemente a la convocante establecer acotaciones a los valores del limite inferior y superior. Sugerimos que este punto se solicite de la siguiente manera "Energía seleccionable por pasos, modo bifásico. Límite inferior: 0 (+/-2)Joules . Límite superior: 360J (+/-2)Joules. De esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes y obtener mayor cantidad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024
La capacidad de descarga son parametros estandares. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-		

Consulta 194 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Item 4 desfibrilador, donde solicita "Estructura en acero inoxidable con pintura electroestática", solicitamos amablemente a la convocante requerir este punto de la siguiente manera "Estructura en acero inoxidable con pintura electroestática o Columna de acero y superficie de plastico duro ABS, teniendo en cuenta que el materia ABS no corre riesgo de oxidación de las pinturas y menos de las superficies, es tendencia de aplicación de asepcia, ademas aceptando esta sugerencia no limitar la participación de potenciales oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

El tipo de estructura son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 195 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Item 4 desfibrilador, donde solicita "Paragolpes de goma envolviendo todo el carro" requerimos a la convocante requerir este punto de la siguiente manera, "Paragolpes de goma o plástico rigido envolviendo todo el carro", el material plástico es parte de la estructura del equipo por lo que es más duradero y sanitario. Sin embargo el paragolpe de goma es una adherencia el cual se puede despegar o dañar, además aceptando esta sugerencia no se limitaría la participación de potenciales oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

El tipo de estructura son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 196 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Item 4 desfibrilador, donde solicita "Paragolpes de goma envolviendo todo el carro" requerimos a la convocante requerir este punto de la siguiente manera, "Paragolpes de goma o plástico rigido envolviendo todo el carro", el material plástico es parte de la estructura del equipo por lo que es más duradero y sanitario. Sin embargo el paragolpe de goma es una adherencia el cual se puede despegar o dañar, además aceptando esta sugerencia no se limitaría la participación de potenciales oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

El tipo de estructura son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 197 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

"Item 6 Incubadora de terapia intensiva
Donde solicita distancia de la base del colchón a la cúpula. Solicitamos amablemente a la convocante requerir Distancia de la base del colchón a la cúpula 25cm o mayor, de manera a no limitar a oferentes que puedan presentar equipos con mejores prestaciones y obtener mayor cantidad de oferentes."

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 198 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

"item 6 incubadora de terapia intensiva
Donde solicita ""Deberá poseer 12 pasacánulas, que le permitan el ingreso de sensores, tubuladuras y otros."" Solicitamos amablemente a la convocante requerir este punto de la siguiente manera ""Deberá poseer 12 (+/-2) pasacánulas, que le permitan el ingreso de sensores, tubuladuras y otros, de manera a acotar el requerimiento y no limitar la participación de potenciales oferentes."

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La convocante solicita un mayor parametro de la consideracion solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 199 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Item 6 Incubadoras de terapia intensiva, donde solicita "Pantalla externa que permita la fácil visualización de monitoreo de los parámetros", solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con pantalla integrada al modulo de manera a no limitar las prestaciones del equipo y no limitar la participación de pontenciales oferentes, además es de publico conocimiento que equipos incubadoras con pantalla externa proviene de la marca medix Natal Care, sugerimos "Pantalla externa que permita la fácil visualización de monitoreo de los parámetros o pantalla integrada de al menos 8 pulgadas"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

El tipo de pantalla solicitada son de acuerdo a lo solicitado por profesionales del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 200 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024

"Item 7 servocuna
donde solicita ""Lecho del paciente: Ancho: en el rango de 45 cm +-5, Largo: en el rango de 80 cm +-5. Distancia mínima del calefactor al lecho del paciente: 75 cm +-5"" soicitamos amablemente a la convocante ampliar el rango de aceptación del largo de lecho del colchón, sugerimos que el requerimiento quede de la siguiente manera ""Lecho del paciente: Ancho: en el rango de 45 cm +-5, Largo: en el rango de 80 cm +-10. Distancia mínima del calefactor al lecho del paciente: 75 cm +-5. De esta manera dar lugar de participación a mayor cantidad de oferetnes, además con la aceptación de la sugerencia no altera las prestaciones del equipo y permitiria la recepción de ofertas de equipos con mejores prestaciones."

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Las dimensiones solicitadas se adecuan a la necesidad del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 201 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024

"Item 7 servocuna
Donde dice ""Una báscula integrada o interconstuida con el despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante con capacidad de hasta 10kg (precisión+- 50g)"" solitiamos amablemente a la convocante acotar los valores minimos y máximo del rango de capacidad. Sugerimos Una báscula integrada o interconstuida con el despliegue del peso sin tener que interrumpir el calor radiante con capacidad de hasta 10kg(+/-2kg) (precisión+- 50g), de esta manera no limitar la participación de potenciales oferentes que puedan presentar mejores ofertas además solcitamos que el valor del pesaje se pueda observar en la pantalla integrada al equipo donde se observan todos los valores de temperatura, alarmas, potencia , peso de la bascula, etc.
Finalmente la sugerencia queda de la siguiente manera: Una báscula integrada o interconstuida con el despliegue del peso en la pantalla principal de la unidad, sin tener que interrumpir el calor radiante con capacidad de hasta 10kg (+/-2kg) (precisión+- 50g)

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

La convocante solicita un mayor parámetro de la consideración solicitada de acuerdo a las necesidades del hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 202 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024

"Item 7 Servocuna
Donde solicita Longitud de onda comprendida entre 660 y 905 nm, solicitamos amablemente a la convocante modificar este requerimiento o aceptar equipamientos con tecnologías actuales o luminoterapias tipo led que comprenden logitudes de onda específicicas para el tratamiento de ictericia, las cuales tienen un rango compendida entre 400 a 550nm (Luz azul), sin embargo el requerimiento hace refererncia a longitudes de onda que hasta abarga el infrarojo las cuales son perjudiciales e inservible para dicho tratamiento. Recomendamos, Longitud de onda comprendida entre 400 y 550nm, o minimamente incluir este rango en el requerimiento"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Se realizara la aclaración de la especificación de onda 660 y 905mm

Consulta 203 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024

"Item 8 camilla con ruedas
Donde solicita ""Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total: como mínimo 210 cm. Ancho total: como mínimo de 95 cm"" solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipo que cumplan con las dimensiones minimas del lecho del paciente requerido en el apartado anterior, y con ancho inferior (con las barandillas laterales arriba), sugerimos que este punto se requiera con un ancho total como mínimo 70 cm, además cuando menos ancho sea la camilla es mejor para transpotar por todo le hospital incluso en puerta angosta, aceptando la solicitud no se limita a la participación de potenciales oferetes que puedan cotizar equipos con mejores prestaciones. La sugerencia queda de la siguiente manera: Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): Longitud total: como mínimo 210 cm. Ancho total: como mínimo de 70 cm"

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Las dimensiones solicitadas se adecuan a la necesidad del Hospital. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma

Consulta 204 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024

"Item 3 cama electrica
Donde solicita ""Balón de oxígeno con su respectivo soporte incorporado a la cama."". Solicitamos amablemente a la convocante eliminar este requerimiento tenitnedo en cuenta que las camas de internación o terapia intensiva no requieren de soporte de balon incoporado asi como las camillas de transporte, estas camas no son utilizados para trasladar paciente dentro del hospital y menos fuera de ella, el requerimiento corresponde a camillas de transporte, por lo que este punto imposibilita la oferta de cualquier marca."

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 205 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024

item 3 donde solicita longitud maxima de 220cm, solicitamos amablemente a la convocante acotar este requerimiento de la siguiente manera "Dimensiones totales de la cama con cabecera, piecera y barandales arriba, incluyendo protectores. Longitud máxima 220 (+/-2cm) cm. Ancho máximo 100 cm. de manera a no limitar la participación de potenciales oferentes que puedan ofertar equipos con mejores prestaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Mediante su consulta se realizaran las modificaciones correspondientes mediante una ADENDA.-

Consulta 206 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024

Autorización del Fabricante
Solicitamos a la convocante incluir la presentación de la autorización del fabricante debidamente legalizado y/o apostillado en origen, o en trámite de legalización aclaramos a la convocante que dicha presentación es sumamente indispensable y apropiado ya que este documento confirma la veracidad e integridad de la información proporcionada acerca del equipo ofertado y a ser importado, ofreciendo garantía y seguridad acerca de la asistencia técnica y la provisión de repuestos durante la vida útil del equipo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 207 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024

Para el Item 1: Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:
Autorización de la empresa oferente como empresa IMPORTADOR/EXPORTADOR de fuentes de radiación ionizante, emitida por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Para el Item 1

Dicho pedido obedece a que es un documento esencial y obligatorio para las empresas que comercializan productos radiológicos ya que se encuentran regulados por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear creado “Ley N° 5169/2014” dentro de la Republica del Paraguay.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 208 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024

PARA EL ITEM 1: Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:

AUTORIZACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJADOR OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (TOE) según lo establece la LEY 5169/14 Reglamentada por la Resolución -D-ARRN Nº 26/2016 - AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR.

Dicha solicitud es sumamente indispensables y apropiados ya que la ARRN acredita para operar en las actividades radiologicoas y cuya finalidad es regular las condiciones de protección radiológica y otorgar autorizaciones específicas habilitantes para el desempeño de la función al Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE); de acuerdo a requisitos internacionales, reglamentos y normas de seguridad radiológica y nuclear; especialmente de aquellas personas expuestas en la investigación; construcción; instalación; operación; mantenimiento; extracción de minerales radioactivos; manipulación; decomiso; deshabilitación y otras que fueran convenientes, de equipos e instalaciones expuestos a material radioactivo o generadores de radiaciones ionizantes, ciclotrones, instalaciones para la gestión de desechos o residuos radiactivos, fuentes radiactivas en desuso y combustibles gastados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 209 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024

Para el item 1: Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:
Lista del personal técnico que realizará los servicios técnicos durante el periodo de garantía. Dicho personal debe contar con la Autorización de Trabajador Ocupacionalmente Expuesto (TOE) otorgado por la Autoridad Reguladora Radiológica Nuclear (ARRN) creada por Ley 5169/2014. Lo solicitado obedece a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el Paraguay.
Dicha documentación es sumamente indispensable y apropiado ya que la convocante contara con la seguridad que el personal encargado cuente con el conocimiento y capacitación en el empleo de radiación ionizante durante la garantía del bien adquirido y que este en encuentre debidamente acreditado por la entidad Reguladora ARRN creada por la LEY 5169/201466

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 210 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2024

Para el Item 1 Solicitamos a la convocante incluir también el siguiente requisito:
Autorización de la empresa para realizar servicio técnico de reparación y mantenimiento a equipos generadores de radiación ionizantes de categoría IV,
Dicho pedido es sumamente indispensable y apropiado que la empresa oferente cuente con dicha autorización ya que por un lado garantiza la asistencia técnica y por el otra parte la empresa autorizada es la responsable en materia de seguridad nuclear, radiológica, de los desechos radiactivos o del transporte cuando realiza actividades o en relación con cualquier instalación nuclear o fuente de radiación ionizante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2024

Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones por la necesidad y la urgencia de la misma.-

Consulta 211 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024

UNIDAD ELECTROQUIRURGICA
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes:
Donde dice: Potenccia máxima de entrada 1.100VA
Si podría decir: Potenccia máxima de entrada DE 900 A 1.100VA

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas de acuerdo a las necesidades del hospital., solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 212 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024

UNIDAD ELECTROQUIRURGICA
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes:
Donde dice: Frecuencia HF de al menos 440Khz +/- 25%
Si podría decir: Frecuencia HF de al menos 350Khz

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por profesionales técnicos encargados de acuerdo a las necesidades del hospital y de manera urgente de adquirir dichos bienes. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 213 - Item 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024

Videoduodenoscopio.
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes.
Donde dice : Profundidad de campo, 5 - 60mm
Si Puede Decir: Profundidad de campo, 4 a 5 - 60mm

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024

En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por profesionales técnicos encargados de acuerdo a las necesidades del hospital y de manera urgente de adquirir dichos bienes. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones. Las mismas NO RESULTAN LIMITANTES NI EXCLUYENTES

Consulta 214 - ITEM 07 Servocuna

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024

: En las EETT se observa que tuvo un cambio en la adenda 4 en unos de los puntos, en el apartado de luminoterapia solicitan lo siguiente Longitud de onda SpO2, favor aclarar a que tipo de onda se refiere ya que se esta hablando de una luminoterapia.

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2024

Se realizo una aclaración reescribiendo del punto respecto al Pliego versión 3

Consulta 215 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Salida de señal digital HD-SDI, SD-SDI, DV y DVI. Si puede decir: Salida de señal Digital: HD-SDI, SD-SDI, DV, DVI-D o al menos una de ellas pero con resolución, 1920 x 1080 píxeles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 216 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Salida de señal HDTV analógica RGB o YPbPr y digital HD-SDI, SD-SDI, DV y DVI. Si puede decir: Salida de señal: Analogica: RGB, S Video, Video o al menos uno de ellas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 217 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Autoajuste de Ganancia, la imagen se puede ampliar electrónicamente. Si puede decir: Con zoom electrónico (que la imagen se pueda ampliar).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 218 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Con función que permita el "anti-empañamiento", RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 219 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Congelación de Imagen endoscópica utilizando un Endoscopio y situada en el teclado. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 220 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Deberá poder incorporarse a futuro ecogastroscopio radial y lineal, sistema de enteroscopia y broncoscopios varios. Si podría ampliarse a: Deberá poder incorporarse a futuro ecogastroscopio radial y lineal, sistema de enteroscopia y broncoscopios varios. Compatible con modulo de Inteligencia Artificial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 221 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Videoprocesador compatible con endoscopios de diferentes especialidades (digestivos, urología, otorrino, broncopulmonar y opticas de cirugía (conexión directa). SI PUEDE DECIR: Compatible con Endoscopios con Imagen CMOS o los de ultima generación con TXI O LCI, NBI O BLI.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 222 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Batería de litio, vida util 5 años. RETIRAR DEL PBC, O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 223 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Fuente de luz con lampara de Luz de tecnología Xenon 300W, libre de ozono (proveer mínimo 5 lámparas). SI PUEDE DECIR: Fuente de luz LED (con al menos 3 LED internas).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 224 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Posibilidad de visualización de pantalla dual, imagen en imagen (PIP) e imagen fuera de imagen (POP). SI PUEDE DECIR: Posibilidad de visualización de pantalla dual, imagen en imagen (PIP) y/o imagen fuera de imagen (POP).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 225 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Función de rotación de la imagen. SI PUEDE DECIR: Función de rotación de la imagen (opcional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 226 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Botones para funciones programables de usuario. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 227 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Original, de la misma marca del Endoscopio. SI PUEDE DECIR: Original en lo posible, de la misma marca del Endoscopio o indicado para Endoscopia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 228 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Nota: Entiéndase por todas las consolas a : Fuente de luz, videoprocesador, bomba de irrigación, insuflador de CO2, y electrobisturi como mínimo. SI PUEDE DECIR: Nota: Entiéndase por todas las consolas a : Fuente de luz, videoprocesador, bomba de irrigación, insuflador de CO2, como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 229 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Carro de estructura metálica y pintura antiestática. SI PUEDE DECIR: Carro de estructura metálica y pintura anticorrosiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 230 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: UPS adecuada para los bienes ofertados. Alimentacion electrica : 220V CA 10%/ 50 Hz con cable de alimentacion de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko). SI PUEDE DECIR: UPS adecuada para los bienes ofertados con bateria en caso que se vaya la energia y el médico pueda culminar el procedimiento. Alimentacion electrica : 220V CA 10%/ 50 Hz con cable de alimentacion de acuerdo a la norma CEE 7/4 tipo F (Schuko)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 231 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Calidad de Imagen HDTV. SI PUEDE DECIR: Calidad de Imagen Alta Definición (HD) / CMOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 232 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Con Cromoendoscopía electrónica pero principalmente NBI - TXI - LCI y/o BLI. SI PUEDE DECIR: Con Cromoendoscopía electrónica pero principalmente TXI o LCI, NBI o BLI.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 233 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Diámetro externo del extremo distal igual a 9,2mm. SI PUEDE DECIR: Diámetro externo del extremo distal no mayor a 9,2mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 234 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Longitud total de tubo de inserción 1.350 mm. SI PUEDE DECIR: Longitud total de tubo de inserción 1.350 a 1.400 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 235 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Endoscopio completamente hermético para su lavado y desinfección que no requiera tapa de hermeticidad. SI PUEDE DECIR: Endoscopio completamente hermético para su lavado y desinfección que no requiera tapa de hermeticidad (de una sola conexión).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 236 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Con Cromoendoscopía electrónica pero principalmente NBI - TXI - LCI y/o BLI. SI PUEDE DECIR: Con Cromoendoscopía electrónica pero principalmente TXI o LCI, NBI o BLI.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 237 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Diámetro externo del extremo distal 12,8 mm. SI PUEDE DECIR: Diámetro externo del extremo distal 12,0 a 13,2 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 238 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Longitud total de tubo de Inserción 2.005 mm, o mas. SI PUEDE DECIR: Longitud total de tubo de Inserción 1.990 mm, o mas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 239 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Sistema de rigidez variable que permita el avance del videocolonoscopio facilitando su inserción y control de usuario. SI PUEDE DECIR: Sistema de rigidez variable que permita el avance del videocolonoscopio facilitando su inserción y control de usuario. (opcional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 240 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Endoscopio completamente hermetico para su lavado y desinfeccion que no requiera tapa de hermeticidad. SI PUEDE DECIR: Endoscopio completamente hermetico para su lavado y desinfeccion que no requiera tapa de hermeticidad (de una sola conexión)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 241 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Transmisión de alta Fuerza (HFT) RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 242 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Adaptador de descarga del extremo distal para el proceso de lavado. SI PUEDE DECIR: Punta del extremo distal removible para el proceso de lavado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 243 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Cubierta distal que mejora a visualizacion y el acceso, de un solo uso. SI PUEDE DECIR: Debe incluir 5 paquetes (de 10 unidades) de capuchones o punta del extremo distal descartables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 244 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Profundidad de campo, 5 - 60mm. SI PUEDE DECIR: Profundidad de campo, 4 a 5 - 60mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 245 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Diámetro exterior del extreno distal, 13.5mm, o mas. SI PUEDE DECIR: Diámetro exterior del extremo distal no mayor a 13.5mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 246 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Modos de corte, PureCut, PulseCut Slow/Fast, BlendCut. SI PUEDE DECIR: Modos de corte, coagulación o con Software exclusivo para Endoscopia (polipectomía y papilotomia)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 247 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Modo de Coagulación, SoftCoag, SprayCoag, ForcedCoag, PowerCoag. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 248 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Frecuencia HF de al menos 440Khz +/- 25% SI PUEDE DECIR: Frecuencia HF de al menos 350Khz		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 249 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Potenccia máxima de entrada 1.100VA SI PUEDE DECIR: Potenccia máxima de entrada DE 900 A 1.100VA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 250 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Indicador de inicio. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 251 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Que posea pantalla de presión de gas con iluminación led. SI PUEDE DECIR: Que posea pantalla de presión o de gas con iluminación led.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 252 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Indicador de alimentación. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 253 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Interruptor de selección de la fuente de gas. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 254 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Contar con al menos los modos de operación bajo, medio y alto a traves de diferentes tubos de gas. SI PUEDE DECIR: Contar con al menos los dos modos de operación bajo, medio y/o alto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 255 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Debe poseer temporizador interno en periodos, Largo, Corto, Apagado. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 256 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Botella de agua reusable, autoclavable que suministra agua y gas compatible con los videoendoscopios de la oferta. SI PUEDE DECIR: Botella de agua reusable, que suministra agua y gas compatible con los videoendoscopios de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 257 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Bomba de irrigación para uso a través del canal auxiliar y canal para instrumentación del endoscopios. SI PUEDE DECIR: Bomba de irrigación para uso a través del canal auxiliar y canal para instrumentación del endoscopios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 258 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Panel frontal que permita regular potencias. SI PUEDE DECIR: Panel frontal que permita regular potencias por medio de boton o perilla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 259 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Flujo máximo por el canal auxiliar de agua: mayor o igual a 230 ml/min. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 260 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Permite ser controlada por medio de botones de endoscopios (video gastroscopio y videocolonoscopio como mínimo) ofertados. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 261 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Volumen de reservorio: Igual o mayor a 2 lts. SI PUEDE DECIR: Volumen de reservorio: Igual o mayor a 1 lts		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 262 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Suministro de agua mediante botella de agua extraible y autoclavable. SI PUEDE DECIR: Suministro de agua mediante botella de agua extraible y recargable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 263 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Incluir set de tubos de irrigación para funcionamiento por canal auxiliar y puerto de biopsia. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 264 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Lampara de emergencia Halógena de 12V como mínimo y accionamiento automático. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 265 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Con indicador de encendido de lampara de emergencia. RETIRAR DEL PBC O QUE DICHA ESPECIFICACION SEA OPCIONAL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 266 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Cromoendoscopia electrónica SI PUEDE DECIR: Cromoendoscopia electrónica y/o Óptica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 267 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE:Alimentación: 100-240V 50Hz 0.2A. SI PUEDE DECIR: Compacta o separada del Videoprocesador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 268 - ITEM 2 - Torre para videoendoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2024
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT para mayor participación de oferentes. DONDE DICE: Dirección de la vista lateral hacia atrás 15°. SI PUEDE DECIR: Dirección de la vista lateral hacia atrás 5° a 15°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 269 - ITEM 1 - Equipo de Rayos X movil Digital

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
"En punto de comandos en la parte donde dice Variación de mA de 10 mA o menos a 400 mA o más. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE CAMBIE POR Variación de mA de 50 mA o menos a 400 mA o más. DEBIDO A QUE UN RANGO MUY PEQUEÑO PUEDE TRAER ARTEFACTOS ADEMAS Los valores más bajos (50 mA) NO SON TAN útiles para exploraciones más sensibles y delicadas, como radiografías pediátricas o de tejidos finos ya que como son valores bajo la presencia de artefactos va ser mayor por eso apartir de 50 es lo ideal."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta, las Especificaciones Técnicas, fueron elaborados por personales técnicos del Hospital Militar Central. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		

Consulta 270 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	08-11-2024
En el punto donde dice que proveedor deberá entregar el 100% de los productos, dentro de los 45 días corridos, posteriores a la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del proveedor. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE CAMBIE POR En el punto donde dice que proveedor deberá entregar el 100% de los productos, dentro de los 30 días corridos, DEBIDO AL TIEMPO DE FABRICACION Y DE TRANSPORTE con la finalidad de cumplir con los tiempo y traer el equipo en optimas condiciones"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-11-2024
En cuanto a su consulta. Solicitamos a los potenciales oferentes adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.-		