

Consultas Realizadas

Licitación 453258 - Adquisición de Insumos para el Esterilizador a Oxido Etileno, marca Shinva

Consulta 1 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
Con respecto al Sistema de Adjudicación por Lote, es importante mencionar que no todos los presupuestos recibidos por la convocante fueron utilizados para determinar el precio referencial de los productos solicitados. En consecuencia, varias empresas en el mercado pueden ofertar los productos requeridos en el presente llamado. Esto limita la participación de diversas empresas, ya que algunos ítems del Lote están dirigidos a una marca específica, lo que impide la recepción de ofertas para los demás ítems de dicho lote. Solicitamos a la convocante que el sistema de adjudicación sea por ítem, con el fin de evitar posibles protestas contra el pliego de bases y condiciones en relación con lo mencionado anteriormente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-10-2024
Ajustarse al PBC, El sistema de adjudicación es por el Total, ya que este sistema asegura que los controles de calidad de los insumos (cinta testigo y otros) para los procesos de esterilización a baja y alta temperatura sean precisos, y que la provision de los insumos sean de características similares. La experiencia que esta convocante tiene es que de esta forma se podrá evitar que exista desentendimiento de un proveedor quien asegure que la falla técnica proviene del insumo provisto por otro proveedor.		
En el Punto que no todos los presupuestos recibidos fueron utilizado es considerando la Resolución DNCP N° 454/24 en su Artículo 3° Responsabilidad de la convocante "Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 38 del Decreto Reglamentario N° 9823/23" por todo esto se ha decidido utilizar los presupuestos que si cumplen con los requerimientos necesarios para la institución. Así mismo y teniendo en cuenta el Punto 5 de la Resolución DNCP N° 454/24 donde dice "A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados "		

Consulta 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
CON RESPECTO A ESTE PUNTO Y RESPUESTA: El sistema de adjudicación es por el Total, ya que este sistema asegura que los controles de calidad de los insumos (cinta testigo y otros) para los procesos de esterilización a baja y alta temperatura sean precisos, y que la provisión de los insumos sean de características similares. La experiencia que esta convocante tiene es que de esta forma se podrá evitar que exista desentendimiento de un proveedor quien asegure que la falla técnica proviene del insumo provisto por otro proveedor.		
CON RESPECTO A: desentendimiento de un proveedor, existen mecanismos, multas, sanciones, suspensiones para los proveedores que no actúan de acuerdo a las necesidades de la Salud Publica - Sin embargo limitar al total es visto como un claro favorecimiento a un proveedor y esta consulta es para reservarnos el derecho a protesta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 3 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Carta de Autorización del Fabricante correspondiente al Equipo marca Shinva, donde indique que la marca ofertada es compatible con el Esterilizador, si se cotiza algún ítem con una marca distinta al equipo instalado en el servicio, deberá también contar con la Autorización del Fabricante del Equipo marca Shinva, e indicar que es compatible al esterilizador. ESTE REQUISITO VIOLA LOS PRECEPTOS DE LIBRE COMPETENCIA, LOS INSUMOS SON GENERICOS Y CUMPLEN CON TODOS LOS ISO SOLICITADOS, OBIAMENTE EL FABRICANTE NO LE VA DAR A OTRO PROVEEDOR QUE NO SEA SU REPRESENTANTE LA CARTA DE COMPATIBILIDAD - NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROTESTA		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 4 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
En el Apartado del PBC reza que Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares. Sin embargo el mismo se contradice a través de la Solicitud de Carta de Autorización del Fabricante Shinva		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 5 - Insumos Oxido etileno SIN REGISTRO SANITARIO

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
En relacion a los insumos de esterilizacion de oxido etileno es mas que evvidente que se encuentra direcccionado a la empresa altas tecnologias Sociedad Anonima, pues el pliego favorece totalmente a la dicha empresa porque tenemos informes de que la misma no cuenta con registros sanitarios de los productos que oferta, desde la direcciona nacional de vigilancia sanitaria se exige totalmente que los insumos ofertados en este tipo de licitaciones tengan REGISTRO SANITARIO, este pliego viola totalmente lo requerido por DINAVISA, exigimos a la convocante que tenga en cuenta que el pliego debe requerir REGISTRO SANITARIO para todos los insumos ofertados-		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos a la convocante tener en cuenta que estos equipos de esterilización a baja temperatura son equipos que funcionan de forma segura solo con los insumos recomendados por la Fabrica, es sabido técnicamente que la esterilización por oxido etileno es de carácter CANCERIGENO es decir tiene cualidades de modificación de ADN en el ser Humano, para asegurar que estos equipos funcionen correctamente en ambientes controlados deben tener un representante oficial dentro del territorio paraguay, este por ley es el único capacitado para asegurar que el proceso de esterilización por oxido etileno se realice en forma totalmente segura para el hospital y para el usuario, actualmente el esterilizador a baja temperatura por oxido etileno se encuentra funcionando perfectamente y con garantía hasta el 31/01/2025 y con un mantenimiento constante del SERVICIO TECNICO EXCLUSIVO de la empresa ALTAS TECNOLOGIAS, con lo expuesto solicitamos a la convocante aclarar tecnicamente porque debería de permitir la participación de otros oferente que cuentan con insumos de oxido etileno que supuestamente son compatibles con el esterilizador Marca SHINVA y porque no solicita carta de representación del equipo por oxido etileno y también de los insumos, el llamado es para insumos del esterilizador MARCA SHINVA el oferente que se presente deberá asegurar el buen funcionamiento técnico y de los insumos dentro del equipo para así asegurar que no le provoque CANCER a los usuarios y que los procesos de esterilización se lleven a cabo completamente y de forma segura, tener en cuenta que una falla por utilización de insumos genericos en estos equipo significaría un riesgo alto en contraer CANCER, Favor tener en cuenta que la empresa ALTEC S.A. no podrá asegurar el funcionamiento correcto del equipo si los insumos utilizados son GENERICOS y que no fueron aprobadas por la FABRICA. Por lo expuesto es las consultas anteriores y por la constante prorroga de esta licitación sin motivo alguno entendemos que los involucrados del área administrativa no están teniendo en cuenta estas cuestiones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 7 - Solictuda de Documentos Tecnicos

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos a la convocante solicitar una carta de declaracion jurada donde el proveedor de insumos medicos se haga cargo del funcionamiento correcto del equipo durante la utilizacion de todo el lote ofertado teniendo en cuenta que al abrir las especificaciones tecnicas y permitir la participacion de empresas que no representan La marca del esterilizador pone en riesgo el funcionamiento de la central de esterilizacion y por ello la seguridad de los usuarios y de los pacientes teniendo en cuenta que el oxido etileno debe poder eliminarse en su totalidad dentro del esterilizador para asi evitar contacto con pacientes y usuarios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 8 - Autorizacion del fabricante del equipo y de los insumos

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos a la convocante tener en cuenta que los insumos genericos no son aprobados por la FABRICA SHINVA porque al introducir insumos de oxido etileno GENERICOS el mismo presentara fallas tecnicas ocasionando daños irreversibles al equipo, el representante ALTEC S.A. no podra hacerse cargo del mal funcionamiento del equipo por meter INSUMOS QUE NO SON LOS APROBADOS POR LA FABRICA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 9 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2024
Solicitamos a la convocante solitar Registro sanitario de los item ofertados o nos veremos obligados a protestar el pliego de bases y condiciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 10 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se sugiere que la convocante establezca criterios claros en la licitación que permitan a todos los oferentes demostrar la idoneidad de sus insumos, así como la capacitación necesaria para su uso seguro. Esto permitirá tomar decisiones informadas y asegurar la protección tanto de los usuarios como del personal de salud. NO SOLO FAVORECER CLARAMENTE A LA EMPRESA ALTEC S.A., VIOLANDO ABIERTAMENTE LOS PRECEPTOS DE LIBRE COMPETENCIA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 11 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
La compatibilidad de insumos con el esterilizador no depende únicamente de la marca, sino también de las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante. Muchos insumos genéricos pueden cumplir con los estándares requeridos sin comprometer la eficacia del proceso, siempre que estén validados. O acaso los ISO 13485 de los fabricantes no garantizan una correcta fabricación y compatibilidad? SOLO VALE LA CARTA COMPATIBILIDAD AL REPRESENTANTE LOCAL que abiertamente amenaza en no poder garantizar el correcto funcionamiento del equipo si se compran bolsas genéricas o indicadores genéricos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		

Consulta 12 - Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante que solicite Registro sanitario para todos los item ofertados. asi evitariamos las protestas que se daran en caso de no hacer cumplir con lo establecido por DINAVISA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-10-2024
Ajustarse al PBC para garantizar la calidad de las prestaciones.-		