

## Consultas Realizadas

### Licitación 453717 - LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS

#### Consulta 1 - Ítem 90

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante aclarar la presentación específica del suero fisiológico 0,9% que requieren en el ítem 90	27-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	05-11-2024	

#### Consulta 2 - Lote N° 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos amablemente a la convocante separar del Lote N° 1, el ítem N° 73 - Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez, ya que esta determinación es muy específica y pocas marcas poseen este tipo de determinación. Dicha solicitud obedece a poder garantizar la mayor participación de potenciales oferentes, como fue realizado en el llamado LPN N° 06/2022 - ID: 406.459 en el Lote N° 11 ítem N° 2, separándola del Lote N° 10. O en su defecto poder ofertar en un equipo adicional.	27-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Ajustarse al PBC, las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Desglosar el ítem con equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.	05-11-2024	

#### Consulta 3 - Lote N° 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos amablemente a la convocante separar del Lote N° 2, el ítem N° 78 - Metrotrexate, ya que esta determinación es muy específica y pocas marcas poseen este tipo de determinación. Dicha solicitud obedece a poder garantizar la mayor participación de potenciales oferentes, como fue realizado en el llamado LPN N° 76/21 - ID: 402.445. O en su defecto poder ofertar en un equipo adicional y/o permitir la derivación ya que la cantidad solicitada para esta determinación es ínfima en comparación con el resto de las determinaciones.	27-09-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Ajustarse al PBC, las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Desglosar el ítem con equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio. Esta prueba única y específica, es una herramienta valiosa de un Hospital Materno Infantil.	05-11-2024	

## Consulta 4 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	
Teniendo en cuenta que solicitan 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, solicitamos amablemente a la convocante analizar la posibilidad de entregar un analizador auxiliar en caso que el equipo integrado no realice todas las determinaciones.	01-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	05-11-2024	

## Consulta 5 - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	
Teniendo en cuenta que solicitan 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, solicitamos amablemente a la convocante analizar la posibilidad de entregar un analizador auxiliar en caso que el equipo integrado no realice todas las determinaciones.	01-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC, las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Desglosar el ítem con equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.	05-11-2024	

## Consulta 6 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	
Teniendo en cuenta que solicitan 1 (un) equipo en comodato, Equipo de Química Clínica unida a un módulo de inmunoensayo integrados por un Gestor de Módulos de Muestras, solicitamos amablemente a la convocante analizar la posibilidad de entregar un analizador auxiliar en caso que el equipo integrado no realice todas las determinaciones.	01-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC, las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Desglosar el ítem con equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.	05-11-2024	

## Consulta 7 - Lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el ítem 38 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez	01-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. No se puede eliminar, por ser esta una prueba única y específica, es una herramienta valiosa dentro de un Hospital Materno Infantil, para guiar el tratamiento y el seguimiento en mujeres embarazadas y evitar intervenciones innecesarias cuando no hay riesgo de infección fetal.	05-11-2024	

## Consulta 8 - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el ítem 78 Metrotrexate		

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y estructura del servicio. No se puede eliminar, por ser esta una prueba específica y una herramienta valiosa dentro de un Hospital que cuenta con el servicio de Oncología		

## Consulta 9 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante eliminar el ítem 73 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez		

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. No se puede eliminar, por ser esta una prueba única y específica, es una herramienta valiosa dentro de un Hospital Materno Infantil, para guiar el tratamiento y el seguimiento en mujeres embarazadas y evitar intervenciones innecesarias cuando no hay riesgo de infección fetal.		

## Consulta 10 - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Se solicita un analizador con Capacidad mínima de 50test/hora, se podría modificar por "Capacidad mínima 30 test/hora", considerando que la mayoría de gasómetros cuentan con esta característica y da apertura a la competencia de mayores oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.		

## Consulta 11 - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Se solicita un analizador con Capacidad mínima de 50test/hora, se podría modificar por "Capacidad mínima 30 test/hora", considerando que la mayoría de gasómetros cuentan con esta característica y da apertura a la competencia de mayores oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.		

## Consulta 12 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
La convocante solicita "Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Y/o DINAVISA según corresponda". Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa y un retraso importante en Dinavisa en la emisión de algún tipo de documento. Solicitamos a la convocante o excluir dicho requisito o sustituir por Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada, tal como lo está estableciendo el Instituto de Previsión Social referenciado con el ID N° 432.638		

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Ajustarse al PBC. Se solicitan las documentaciones necesarias tanto certificado como constancias según corresponda. Actualmente es DINAVISA la institución, independiente del MSPBS, es una secretaría de Estado, encargada de emitir las documentaciones necesarias para la importación y comercialización de los PDIV en la República del Paraguay. El Certificado de libre venta es emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de fabricación del producto. No es lo mismo que una aprobación de una autoridad sanitaria local como lo es DINAVISA, para poder utilizar el producto en nuestro país.		

## Consulta 13 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
La convocante menciona que en caso de desperfecto o falla del equipo se deberá derivar de forma inmediata o poner un equipo de contingencia según sea el caso. Podría la convocante también tener en cuenta en caso de falla por MAL USO de parte del USUARIO comprobado por ambas partes que la convocante deberá de asumir la responsabilidad del mismo.		

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron estudiadas suficientemente y corresponden a la necesidad de los servicios, de esta forma el oferente debe garantizar y documentar la plena y completa capacitación y adiestramiento a los usuarios del equipo.		

## Consulta 14 - Lote 2 - Item 82 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Se solicita a la entidad convocante realizar una modificación en el enunciado que establece: "Las tiras que se utilicen deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros, tales como: pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina y eritrocitos, densidad, aspecto, color y turbidez." Es importante destacar que las tiras reactivas únicamente permiten la evaluación de parámetros químicos, mientras que la medición de los parámetros físicos es realizada exclusivamente por los equipos automatizados. En consecuencia, solicitamos que las especificaciones técnicas se modifiquen de la siguiente manera: "Las tiras que se utilicen deben ser capaces de detectar al menos 10 parámetros químicos: 1) Densidad; 2) Glucosa; 3) Proteínas; 4) Bilirrubina; 5) Urobilinogeno ; 6) Ph; 7) Sangre; 8) Cuerpos cetónicos; 9) Nitritos ; y 10) Leucocitos. Asimismo, el equipo debe tener la capacidad de medición de los siguientes parámetros físicos: 1) Aspecto o Turbidez; y 2) Color		

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas, se solicitan las mínimas pruebas necesarias que debe detectar la tira.		

## Consulta 15 - Lote 2- Item 82- Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Solicitamos a la convocante la posibilidad de separar del lote N° 2 el ítem 82 y crear de este un lote independiente para Orina generando de esta forma mayor posibilidad en participación para una especialidad tan específica. Tal y como se venía realizando en la LPN N° 91/21- ID N° 403.270 - LOTE 28 y 104, que solicito para el Hospital de Barrio Obrero y Luque un lote específico para dicho reactivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Se ha tenido en cuenta la cantidad de RRHH y la organización actual del servicio en un sistema de gestión y procesamiento de muestras para cumplir con la demanda de todas las pruebas de la cartera de servicio del laboratorio. También se consideró la interconexión de todos los equipos a este sistema y el fluograma de procesamiento de muestras en cada uno de los equipos componentes del mismo y la correspondiente provisión de reactivos e insumos unificados a un solo proveedor que involucre a todas las etapas del proceso desde la toma de muestra, la separación, análisis específico y hasta la impresión del resultado final de todas las pruebas solicitadas en el pedido médico para el paciente.		

## Consulta 16 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante donde solicita "Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Y/o DINAVISA según corresponda". Teniendo en cuenta que tanto nuestra compañía como otras, nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa, y también teniendo en cuenta el retraso importante en Dinavisa en la emisión de cualquier tipo de documento. Solicitamos a la convocante la exclusión de dicho requisito o reemplazarlo por el Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada, tal como lo está estableciendo el Instituto de Previsión Social referenciado con el ID N° 432.638.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC. Se solicitan las documentaciones necesarias tanto certificado como constancias según corresponda. Actualmente es DINAVISA la institución, independiente del MSPBS, es una secretaría de Estado, encargada de emitir las documentaciones necesarias para la importación y comercialización de los PDIV en la República del Paraguay. El Certificado de libre venta es emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de fabricación del producto. No es lo mismo que una aprobación de una autoridad sanitaria local como lo es DINAVISA, para poder utilizar el producto en nuestro país.		

## Consulta 17 - LOTE 21

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2024
Se solicita a la convocante dar la posibilidad de ofertar otras tecnologías ademas de ELISA con las mismas prestaciones, sensibilidad y especificidad como ser ELFA y otras alternativas, a modo de dar espacio a la libre competencia de otros proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 18 - LOTE 3 ITEM 65

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante separar del Lote Nº 3, el Ítem Nº 65 – ESTROGENO , ya que esta determinación es muy específica y pocas marcas poseen este tipo de determinación. Dicha solicitud obedece a poder garantizar la mayor participación de potenciales oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 19 - ENTREGA DE REACTIVOS COMPLEMENTARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
<p>Según PBC:</p> <p>RENDIMIENTO DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO</p> <p>La convocante establece un rendimiento de productos a ser entregados, en los siguientes parámetros:</p> <p>Hematología, rendimiento establecido: 70%.</p> <p>Química Clínica, rendimiento establecido: 80%.</p> <p>Inmunología, rendimiento establecido: 80%.</p> <p>Crasis Sanguínea, rendimiento establecido: 70%.</p> <p>Gases y Electrolitos (electrodos), rendimiento: 70%.</p> <p>Cartuchos (para gases y/o electrolitos), rendimiento establecido: 100%.</p> <p>Reactivos para Elisa, rendimiento establecido: 85%</p> <p>En caso de determinarse un rendimiento inferior a los parámetros referidos, el jefe/a del Laboratorio elaborará un reporte argumentando las posibles razones del menor rendimiento, conjuntamente con el Director/a de cada dependencia:</p> <p>Solicitará al proveedor adjudicado la entrega de la diferencia detectada, acompañando el reporte antes mencionado.</p> <p>SIN EMBARGO en la página 58/77 establece la entrega de los reactivos complementarios con la orden de compra emitida, favor aclarar porque se deben entregar los reactivos complementarios antes de que sean utilizados esos reactivos incluso antes de que el jefe del laboratorio elabore el reporte argumentando el rendimiento inferior a los parámetros descriptos más arriba.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
La entrega de los reactivos complementarios es inmediata a la entrega de los reactivos teniendo en cuenta que se ha consensuado un rendimiento menor de los reactivos según listado de cartera de servicios. En caso de identificarse un rendimiento aún menor del que está estipulado en el listado se solicitará al jefe de laboratorio el informe del estudio correspondiente para solicitar aún más reactivos complementarios que el porcentaje fijado que figura en la lista dependiendo del analito correspondiente. Se entiende que se solicita reactivos, pero conociendo que los productos no tienen el 100% de rendimiento, teniendo en cuenta las repeticiones, calibraciones y controles correspondientes para contar con el resultado en tiempo y forma.		

## Consulta 20 - PLAN DE ENTREGAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicitamos a la convocante establecer un plazo de mínimamente 10 días para la 1era entrega de la cantidad mínima.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Ajustarse al PBC. Los plazos fueron suficientemente estudiados teniendo en cuenta la necesidad del servicio y las condiciones de entrega de los equipos con actas de puestas en funcionamiento que incluyen procesamiento de controles y calibradores de manera a confirmar el buen funcionamiento de equipos en comodato con reactivos e insumos adjudicados.		

## Consulta 21 - Especificaciones Técnicos: Lote 21

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Sobre el tiempo de procesamiento: La especificación indica un tiempo máximo de dos horas para el procesamiento de las pruebas. Solicito la aplicación del tiempo a un máximo de 2 horas 30 minutos, para ampliar la cantidad posible de competidores.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Ya se dio respuesta en la consulta 17.-		

## Consulta 22 - LOTE 10 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
<p>Se solicita con el reactivo ASTO un equipo Agitador de Placas en comodato.</p> <p>Consulta: ¿ Se debe ofertar un agitador para cada uno de los 3 hospitales ?</p> <p>Nota: Recordamos a la convocante que los requerimientos técnicos solicitados como por ejemplo en la página 47/76 del pliego no aplican para el Agitador, a excepción de lo indicado en el párrafo Mantenimiento preventivo y correctivo mencionado en la misma página del pliego, es decir: el Agitador en cuestión no necesita de: calibradores, controles, UPS, programa de control de calidad interno, conexión al sistema de gestión de laboratorio, . . . ya que se trata de un equipo periférico de apoyo.</p> <p>Lo mencionado debe tenerse en cuenta en el caso de una adjudicación !</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 23 - LOTE 26 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
<p>Se solicita tiras reactivas de orina de 10 parámetros.</p> <p>Consulta: ¿ Podemos ofertar las tiras de 11 parámetros ?</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos solicitados de: 10 parámetros como mínimo a detectar con las tiras de orina.		

## Consulta 24 - LOTE 66.1 LAMINAS ESMERILADAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
<p>DONDE DICE: Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo</p> <p>Consulta: Se puede ofertar laminas dimensiones 76 x 26mm?</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 25 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Menciona que requerirán muestras de medicamentos, pero no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
La convocante aclara que algunos productos están imputados en la categoría de medicamentos, como por ejemplo Alcohol rectificado, Iodopovidona Jabón líquido, Suero Fisiológico, ajustarse al PBC.-		

## Consulta 26 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicita: Demostrar la experiencia en provisión de REACTIVOS, INSUMOS y MEDICAMENTOS SEGÚN LO COTIZADO, no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
La convocante aclara que algunos productos están imputados en la categoría de medicamentos, como por ejemplo Alcohol rectificado, Iodopovidona Jabón líquido, Suero Fisiológico, ajustarse al PBC.-		

## Consulta 27 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Menciona "para medicamentos", sin embargo no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
La convocante aclara que algunos productos están imputados en la categoría de medicamentos, como por ejemplo Alcohol rectificado, Iodopovidona Jabón líquido, Suero Fisiológico, ajustarse al PBC.-		

## Consulta 28 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Item 73 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez item 75 Chagas, con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo para realizar ambas pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal.		

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Desglosar el ítem con equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.		

## Consulta 29 - LOTE 2

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Item 77 Chagas, con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal.		

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Ajustarse al PB. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la necesidad y espacio físico del servicio. Desglosar el ítem con equipos independientes para un solo test, retrasaría la capacidad técnica del servicio.		

## Consulta 30 - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
38 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidez 77 Chagas, con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal.		

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 31 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Solicita: "equipo lector portátil de mano en comodato". Consultamos que cuando menciona "portatil" se refiere a un dispositivo de puede ser sostenido en la palma de la mano y con un peso no mayor a 500gr.? Porque portatil tambien puede interpretarse a un instrumento con una manija que puede ser transportado de una mesa a otra y con un peso superior a 1kg., tamaño que no permite ser operado sosteniendo con una mano y manipulando con la otra, necesariamente debe descansar sobre un mueble		

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 32 - LOTE 18 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
LOTE 18 – ITEM 1 CHAGAS TEST RAPIDO: aceptarían una sensibilidad del 92.9%		

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 33 - LOTE 24 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
LOTE 24 – ITEM 1 HERPER IGM aceptarían una sensibilidad del 90% y una especificidad del 91% y si podría ser detección y diferenciación herpes 1 y herpes 2, tanto IgG como IgM		

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados		

## Consulta 34 - Equipo de Gases y Electrolitos

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicita: "Con una capacidad mínima de 50 muestras por hora" Considerando que el tiempo promedio de medición de una muestra en un gasómetro en lo hace en 60segundos, el ensayo debe completar un ciclo completo es de 120segundos, en consecuencia se solicita a la convocante un periodo de ensayo mas realista y permita una capacidad mínima de 30 pruebas x hora	03-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	05-11-2024	

## Consulta 35 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	
<b>VENCIMIENTO</b> En la página 14 bajo el punto B PARA LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN FECHA DE VENCIMIENTO (Drogas Puras, Productos Inertes): se solicita Constancia de origen. Consulta: ¿ Se puede presentar para esta exigencia el Certificado de Representación de la marca ofertada debidamente registrada y legalizada ? Nota: Para el caso en cuestión de los productos considerados inertes, como ser: gradillas de plástico, propipetas de plástico y de goma, cámara de Neubauer de vidrio, frascos para esputo u orina, pipetas automáticas, puntas para pipetas, cronómetros, láminas cubre-objetos, morteros de porcelana, placas para tipificación, placa para VDRL, sellador de tubos, etc., etc., (es decir: productos de metal, de vidrio, de plástico, de porcelana y algodón) existe el DICTAMEN A.J. DGGIES Nº 506/2015 que hace referencia a lo antedicho.	16-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	05-11-2024	

## Consulta 36 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante considerar aceptar Catálogos en lugar de muestras físicas debido a que no todos los proveedores contamos en stock de los insumos de laboratorio requeridos.	16-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC. Se solicitan Folletos y Catálogos de los bienes ofertados y en caso de requerir muestras el Comité de evaluación procederá con las gestiones correspondientes.	05-11-2024	

## Consulta 37 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>Bajo el punto C dice: Reactivos e Insumos en General (que no requieren equipos en comodato): El vencimiento mínimo de los reactivos e INSUMOS es de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los lugares indicados para la entrega. En caso de no cumplir con el requerimiento, mencionan que debemos presentar Autorización de entrega, acompañados de otros documentos.</p> <p>Solicitamos a la convocante EXCLUIR el pedido de estos documentos (Nota de Autorización de Entrega, Carta de Compromiso de Canje y Póliza de Seguro) para los INSUMOS INERTES de laboratorio como ser gradillas de plástico, propipetas de plástico y de goma, cámara de Neubauer de vidrio, frascos para esputo u orina, pipetas automáticas, puntas para pipetas, cronómetros, láminas cubre-objetos, morteros de porcelana, placas para tipificación, placa para VDRL, sellador de tubos, etc., etc., (es decir: productos de metal, de vidrio, de plástico, de porcelana y algodón) que por su naturaleza no cuentan con vencimiento alguno, por ende NO DEBE SER APLICADO el pedido de estos documentos para los INSUMOS INERTES mencionados más arriba.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>Misma respuesta que en consulta 35.</p>		

## Consulta 38 - LOTE Nº 10

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>REACTIVOS COMPLEMENTARIOS</p> <p>Informamos además que el Agitador a ser proveído en comodato no afecta ni influye en el rendimiento de los parámetros solicitados en el Lote 10. Por esta razón no podrán exigirse ``Reactivos Complementarios`` mencionados en la página 55 del pliego.</p> <p>Solicitamos por lo tanto excluir el posible pedido de Reactivos Complementarios del Lote 10</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	16-10-2024
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>		

## Consulta 39 - LPTE 3 ITEM 3 AL 77 equipo que realice química clínica y un equipo que realice inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
<p>Se podría admitir: Un equipo que realice química clínica y un equipo que realice inmunología, por separado?</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
<p>Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas, lo que se solicita para los servicios son equipos integrados que puedan funcionar óptimamente con las condiciones de infraestructura, RRHH y demanda de los servicios afectados. Se solicita equipo integrado teniendo en cuenta la funcionalidad del servicio.</p>		

## Consulta 40 - LOTE 3 ITEM 3 AL 77 Equipos de soporte -2

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
<p>Se podría admitir: Equipos de soporte en el caso de que el integrado no realice todas las determinaciones solicitadas? Se podría ofertar equipo de electrolitos por separado?</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
<p>Ajustarse al PBC. Se aceptará equipo auxiliar solo para el área de Inmunología.</p>		

## Consulta 41 - LOTE 3 ITEM 3 reactivos compatibles con el equipo en comodato.

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podría admitir: ofertar reactivos compatibles con el equipo en comodato pero que sean de una marca diferente al equipo.		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-		05-11-2024

## Consulta 42 - LOTE 3 ITEM 33 equipo de soporte

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podría admitir: un equipo de soporte en el que pueda realizarse la determinación HAV, en el caso de que el equipo integrado no realice todas las determinaciones solicitadas?		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Misma respuesta que consulta 4.		05-11-2024

## Consulta 43 - LOTE 3 ITEM 65 tipo de estrógeno

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita aclarar: que tipo de estrógeno es el que se desea determinar, Se podría ofertar estriol?		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Misma respuesta que consulta 18.		05-11-2024

## Consulta 44 - LOTE 3 ITEM 75 Equipo de electrolitos

Consulta	Fecha de Consulta	
Se podría admitir: Equipo que realice a parte la determinación de electrolitos?		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC. Se aceptará equipo auxiliar solo para el área de Inmunología.		05-11-2024

## Consulta 45 - LOTE 3 ITEM 76 determinación de PCR

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita aclarar: La determinación PCR debe ser realizada por el equipo integrado? Se podría ofertar PCR ultrasensible?		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC. Lo solicitado cumple con los requerimientos.		05-11-2024

## Consulta 46 - LOTE 3 ITEM 2 INSUMOS-Calibrador de marca diferente a la del equipo ofertado

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita aceptar: Calibrador de marca diferente a la del equipo ofertado, compatible con el mismo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Misma respuesta que consulta 41.		

## Consulta 47 - LOTE 3 ITEM 3 AL 77 INSUMOS controles de calidad internos

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita aclarar: si se necesitan controles de calidad internos de tercera opinión o un programa de control de calidad externo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Misma respuesta que consulta 41.		

## Consulta 48 - LOTE 3 ITEM 2 INSUMOS volumen mínimo y máximo de los tubos-3

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita aclarar: El volumen mínimo y máximo de los tubos con anticoagulante EDTA solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC. Se espera que el proveedor provea de tubos con anticoagulante como insumo y debe realizar los cálculos correspondientes según demanda del servicio para la toma de muestra según población pediátrica o adulta de cada servicio		

## Consulta 49 - LOTE 3 ITEM 2 INSUMO-Programa de control de calidad-2

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita aceptar: Programa de control de calidad interno de hematología de dos niveles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas según necesidad del servicio.		

## Consulta 50 - lote 3 item 78 al 80 insumos - volumen mínimo y máximo de los tubos

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita aclarar: El volumen mínimo y máximo de los tubos con anticoagulante Citrato de Sodio solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2024
Ajustarse al PBC. Se espera que el proveedor provea de tubos con anticoagulante como insumo y debe realizar los cálculos correspondientes según demanda del servicio para la toma de muestra según población pediátrica o adulta de cada servicio		

## Consulta 51 - LOTE 3 ITEM 78 AL 80 INSUMOS - controles de calidad internos-2

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita aclarar: si se necesitan controles de calidad internos de tercera opinión o un programa de control de calidad externo		

Consulta	Fecha de Consulta	
Misma respuesta que en consulta 41		

## Consulta 52 - LOTE 3 ITEM 78 al 80 INSUMOS- controles de calidad internos-2

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita aclarar: si se necesitan controles de calidad internos de tercera opinión o un programa de control de calidad externo		

Consulta	Fecha de Consulta	
Misma respuesta que en consulta 41		

## Consulta 53 - Lote 94 Cronometro

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor aclarar si están precisando TIMER para LABORATORIO ó Cronometro, debido a que en las especificaciones técnicas se refieren más a Timer a que Cronometro.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas según la necesidad del servicio.		

## Consulta 54 - LOTE 21 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante revisar las especificaciones técnicas, donde se menciona la necesidad de un equipo automatizado para ELISA que procese un mínimo de 20 pruebas diferentes por corrida en un tiempo máximo de dos horas. Donde el requerimiento es para un UNICO tipo de prueba, el test de Dengue NS1.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 55 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 18, ítem 1: (Chagas Test Rápido), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad. Con certificado de calidad del país de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% como mínimo ya que esta sensibilidad y especificidad siguen siendo altamente efectivas para pruebas de tamizaje, y son las más comunes para estos tipos de pruebas. Además, de esta manera también permitiría una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 94% de sensibilidad y 99% de especificidad como mínimo. Con certificado de calidad del país de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación."	21-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Misma respuesta que en consulta 32.	05-11-2024	

## Consulta 56 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 19, ítem 1: (Test Rápido para Rotavirus), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de antigenos de rotavirus en materia fecal humana. Con 99,9% de sensibilidad y 95 % de especificidad, como mínimo. Con certificado de calidad del país de origen. Capacidad de realizar un mínimo de 20 determinaciones por presentación." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 96% como mínimo, debido a que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de test. Al establecer este estándar, se facilitará la participación de un mayor número de oferentes, lo que promoverá la competencia y, potencialmente, mejores condiciones en la adquisición de los productos. Por lo tanto, proponemos que dicho requerimiento se redacte de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de antigenos de rotavirus en materia fecal humana. Con 96% de sensibilidad y 95 % de especificidad, como mínimo. Con certificado de calidad del país de origen. Capacidad de realizar un mínimo de 20 determinaciones por presentación."	21-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	05-11-2024	

## Consulta 57 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, específicamente en el punto "Para insumos", donde se indica: "El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria." Solicitamos amablemente a la convocante excluir de dicho requerimiento a los lotes números 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97 y 98 respectivamente, ya que según la resolución de DINAVISA N ° 266/2022 los insumos generales de laboratorio no precisan de registro sanitario para su importación y comercialización.	21-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	05-11-2024	

## Consulta 58 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: "1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato." Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario. Esta ampliación es necesaria debido a los tiempos requeridos para la fabricación, la logística de envío y los trámites aduaneros, los cuales podrían superar fácilmente un mes. Ampliar el plazo permitiría que más oferentes, que tienen la capacidad de suministrar los productos solicitados, puedan participar en el proceso, fomentando así una competencia más equitativa. De este modo, se evitaría favorecer únicamente a aquellos que disponen del producto en stock, asegurando una oportunidad justa para todos los participantes.</p>	21-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Ajustarse al PBC. Los tiempos de proceso de entrega fueron suficientemente estudiados según necesidad del servicio y stock de reactivos a la fecha.</p>	05-11-2024	

## Consulta 59 - ITEM 93 TERMOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicita el PBC Rango de -20 a 150º C            Favor considerar mínimo -10º C para favorecer la participación de mas oferentes</p>	25-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>	12-11-2024	

## Consulta 60 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 18, ítem 1: (Chagas Test Rápido), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 99,9% de sensibilidad y 99,6 % de especificidad. Con certificado de calidad del país de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% como mínimo ya que esta sensibilidad y especificidad siguen siendo altamente efectivas para pruebas de tamizaje, y son las más comunes para estos tipos de pruebas. Además, de esta manera también permitiría una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 94% de sensibilidad y 99% de especificidad como mínimo. Con certificado de calidad del país de origen. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación."</p>	30-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Ajustarse al PBC, las EETT fueron estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.-</p>	12-11-2024	

## Consulta 61 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 19, ítem 1: (Test Rápido para Rotavirus), donde dice: "Test rápido inmuno Cromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de抗原os de rotavirus en materia fecal humana. Con 99,9% de sensibilidad y 95 % de especificidad, como mínimo. Con certificado de calidad del país de origen. Capacidad de realizar un mínimo de 20 determinaciones por presentación." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 96% como mínimo, debido a que esta sensibilidad sigue siendo altamente efectiva para pruebas de tamizaje, y es la sensibilidad más común para estos tipos de test. Al establecer este estándar, se facilitará la participación de un mayor número de oferentes, lo que promoverá la competencia y, potencialmente, mejores condiciones en la adquisición de los productos. Por lo tanto, proponemos que dicho requerimiento se redacte de la siguiente manera: "Test rápido inmuno Cromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de抗原os de rotavirus en materia fecal humana. Con 96% de sensibilidad y 95 % de especificidad, como mínimo. Con certificado de calidad del país de origen. Capacidad de realizar un mínimo de 20 determinaciones por presentación."</p>	30-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC, el requerimiento cumple con lo solicitado.-	12-11-2024	

## Consulta 62 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 65, ítem 1 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: "De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm, en caja x 50 unidades como mínimo." Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "De vidrio, mínimas dimensiones 74 x 24 mm ± 1mm, en caja x 50 unidades como mínimo."</p>	30-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-11-2024	

## Consulta 63 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 65, ítem 1 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: "Traslúcidas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo." Se solicita amablemente a la convocante considerar la admisión de láminas lisas, ya que ofrecen una observación clara y sin distorsiones, permitiendo visualizar detalles finos y con alta resolución al no alterar la trayectoria de la luz que atraviesa la muestra. Además, son compatibles con una amplia variedad de técnicas de microscopía, incluidas la microscopía de campo claro y de contraste de fases. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Traslúcidas o lisas, libre de ralladuras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo."</p>	30-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-11-2024	

## Consulta 64 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 66, ítem 1 (LAMINAS ESMERILADAS), donde dice: "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo." Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, ya que cada marca maneja dimensiones específicas con variaciones mínimas entre ellas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Esmerilada, mínimas dimensiones 72 x 26 mm ± 3 mm, banda mate. Con separador de papel sulfito entre láminas. Caja x 50 unidades como mínimo. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo."</p>	30-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-11-2024	

## Consulta 65 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 85, ítem 1 (PIPETAS PASTEUR), donde dice: "DE PLASTICO, DE 3 ML DE VOLUMEN." Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de un volumen de 7 mililitros, con una escala de graduación que varía de 0,5 a 3 ml. Esta flexibilidad en la capacidad permite cubrir un rango de volúmenes mayor sin comprometer los requisitos específicos de las mediciones. Además, esta capacidad es ampliamente utilizada en numerosos laboratorios y se ajusta a los protocolos estandarizados en diversas prácticas de laboratorio. Por lo expuesto, solicitamos que dicho enunciado quede redactado de la siguiente forma: "DE PLASTICO, DE 3 ML COMO MÍNIMO DE VOLUMEN."</p>	30-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-11-2024	

## Consulta 66 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 86, ítem 1 (PIPETAS PASTEUR), donde dice: "DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN." Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de un volumen de 12 mililitros, con una escala de graduación que varía de 1 a 5 ml. Esta flexibilidad en la capacidad permite cubrir un rango de volúmenes mayor sin comprometer los requisitos específicos de las mediciones. Además, esta capacidad es ampliamente utilizada en numerosos laboratorios y se ajusta a los protocolos estandarizados en diversas prácticas de laboratorio. Por lo expuesto, solicitamos que dicho enunciado quede redactado de la siguiente forma: "DE PLASTICO, DE 5 ML COMO MÍNIMO DE VOLUMEN."</p>	30-10-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse a la última versión del PBC.-	12-11-2024	

## Consulta 67 - LOTE 16 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2024
LOTE 16 ITEM 1 Test Rapido para Hepatitis B HBs Ag. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%, con certificado de Calidad del país de origen. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o cassettes y de lectura visual. Capacidad de realizar como mínimo 10 y máximo 25 determinaciones por presentación. CONSULTA: Solicitamos a la Convocante la posibilidad de ofertar en cajas como mínimo 10 y máximo 30 determinaciones por presentación		

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 68 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 24, ítem 1: (Test Rápido Herpes IgM), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o cassettes y de lectura visual." Se solicita amablemente a la convocante aceptar una presentación que permita la identificación de ambos anticuerpos, IgG e IgM, en un mismo test. De este modo, se cumpliría con lo solicitado y se añadiría valor adicional al ofrecer también la detección diferenciada de los anticuerpos IgG.		

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Ajustarse al PBC, el requerimiento cumple con lo solicitado.-		

## Consulta 69 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 65, ítem 1 (LAMINAS PORTAOBJETO), donde dice: "De vidrio, mínimas dimensiones 72 x 24 mm, en caja x 50 unidades como mínimo. Traslúcidas, libre de rayaduras y que no se peguen entre sí. Oferta es por unidad de lámina. Presentación de entrega: Caja de 50 unidades como mínimo." Se solicita amablemente a la convocante la admisión de un rango en las dimensiones de la lámina, dado que cada marca maneja dimensiones específicas con ligeras variaciones. Esto ayudaría a evitar que se favorezca a un solo oferente con una marca que coincida exactamente con las dimensiones mencionadas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "De vidrio, mínimas dimensiones 72 x 24 mm ± 3 mm, en caja x 50 unidades como mínimo."		

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.-		

## Consulta 70 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 18, ítem 1: (Chagas Test Rápido), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 98% de sensibilidad y 98 % de especificidad. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% como mínimo ya que esta sensibilidad y especificidad siguen siendo altamente efectivas para pruebas de tamizaje, y son las más comunes para estos tipos de pruebas. Además, de esta manera también permitiría una mayor participación de oferentes. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 94% de sensibilidad y 96% de especificidad como mínimo. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2024
<p>Ajustarse al PBC, misma respuesta a la consulta 60.-</p>		

## Consulta 71 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
<p>En la página 67 del PBC se mencionan bajo el punto B los productos que no tengan fecha de vencimiento (como: drogas puras, artículos inertes).    Aclaramos al respecto que los productos inertes en general (como metal, vidrio, plásticos o derivados, goma, porcelana y algodón) son fabricados y proveídos sin número de lote y sin vencimiento o vida útil.    Para estos productos en cuestión consideramos que el Certificado de Representación/Distribución de la marca del producto avala suficientemente el origen del bien. Solicitamos por lo tanto a la Convocante que el Certificado mencionado sea aceptado con respecto al punto B arriba mencionado.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>Ajustarse al PBC: Los requisitos documentales fueron solicitadas según los requerimientos correspondientes para garantizar la validez de la garantía de los bienes.</p>		

## Consulta 72 - Lote Nº 10 Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
<p>En el Lote 10 ítem 1 del PBC se solicitan equipos en comodato.    Aclaramos al respecto que los equipos para este lote son Agitadores que por sus características y uso son equipos periféricos sencillos NO automatizados que NO requieren de las exigencias mencionadas en las páginas 65 y 66 del PBC, como por ejemplo: Software, Hardware, controles, calibradores, reactivos, reportes, conexión al sistema informático. Se entiende por otro lado para este lote que: la instalación, puesta en marcha, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo con servicio técnico permanente y disponibilidad de equipo de contingencia SI estarán a cargo del oferente.    Finalmente solicitamos que los puntos 1) y 2) sean tenidos en cuenta para posibilitar la participación a un mayor número de potenciales oferentes lo que siempre ha redundado en beneficio de las arcas del estado/ciudadano y también disminuyendo así el riesgo de quedar sin el suministro de los bienes solicitados.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>Ajustarse al PBC. Ya fueron aclarados que para los equipos de apoyo se requerirán el mantenimiento preventivo y correctivo en casos que lo requieran y que es claro que no requieren otras exigencias como el software, hardware, controles ni calibradores, etc.</p>		

## Consulta 73 - Lote 94 Cronometro

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
¿Podemos ofertar TIMER/Temporizador para LABORATORIO en lugar de Cronometro? Tenemos entendido que las 3 dependencias de laboratorio NECESITAN TIMER/Temporizador y NO CRONOMETRO.		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas según la necesidad del servicio.		

## Consulta 74 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
La convocante solicita Copia de la Resolución de Apertura Vigente para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos según corresponda, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) Solicitamos a la convocante aceptar Resolución de Apertura Vigente para importar y comercializar dispositivos médicos (equipos de uso laboratorial y Descartables), expedido por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria - MSPyBS, y/o DINAVISA, teniendo en cuenta que tanto nuestra empresa como otras tantas, nos encontramos en un proceso de transición entre ambas instituciones.		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Ajustarse al PBC. Se solicitan las documentaciones necesarias tanto certificado como constancias según corresponda y actualmente es DINAVISA la institución; independiente del MSPBS, la encargada de emitir las documentaciones necesarias para la importación y comercialización de los dispositivos médicos.		

## Consulta 75 - Lote 23-1 Malaria

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
La convocante solicita que el producto este preclasificado por la OPS/OMS. Solicitamos a la convocante excluir este pedido para posibilitar la participación a un mayor número de potenciales oferentes lo que siempre ha redundado en beneficio de las arcas del estado/ciudadano y también disminuyendo así el riesgo de quedar sin el suministro de los bienes solicitados.		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Ajustarse al PBC. Lo que solicitamos es un producto que figure dentro de la lista de preclasificados por la OPS/OMS de manera a garantizar la eficacia del producto. Esto implica productos con indicadores de calidad necesario que nos permita un desempeño óptimo de la prueba de manera a mantener el estatus de país libre de malaria.		

## Consulta 76 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2024
Se solicita a la Convocante aceptar Constancia de inscripción del PDIV (Productos para Diagnóstico de uso in vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud o copia del Registro Sanitario vigente emitido por DINAVISA o Constancia de estar en trámite de aprobación emitido por DINAVISA. Se pueda presentar indistintamente uno de los documentos citados, tal como lo ha solicitado en otros llamados de la misma naturaleza.		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
Ajustarse al PBC. Se solicitan las documentaciones necesarias tanto certificado como constancias según corresponda y actualmente es DINAVISA la institución; independiente del MSPBS, la encargada de emitir las documentaciones necesarias para la importación y comercialización de los PDIV en la República del Paraguay.		

## Consulta 77 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .

Consulta	Fecha de Consulta	
LOTE 4 ITEM 1: Solicitan provisión de 1 (un) equipo lector portátil ( de peso máximo: 1 kg ) en comodato. consultamos a la convocante teniendo en cuenta las licitaciones anteriores: LPN 107/21 ID 404.497 LPN 122/21 ID 405.211 LPN 127/21 ID 405.328 si el equipo solicitado debe ser PORTATIL DE MANO? o podría ser un equipo que pueda utilizarse en un mueble al pie del paciente?	12-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	14-11-2024	

## Consulta 78 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	
ítem: 4 a 75 Consultamos a la Convocante si podemos ofertar un equipo de soporte en inmunología para lograr la velocidad 120 T/H solicitada?	13-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC: Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	14-11-2024	

## Consulta 79 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 76 a 78 Consultamos sobre el punto 5 de las eett : se podría ofertar un equipo que posea lector de código de barras para muestras?, solicitamos eliminar ésta especificación: lector de código de barras reactivos, controles y calibradores con el fin de dar participación a potenciales oferentes.	13-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC: Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	14-11-2024	

## Consulta 80 - Kit para Equipo de Gases y Electrolitos

Consulta	Fecha de Consulta	
En los requerimientos técnicos en el punto 3 dice: 3. Con una capacidad mínima de 50 muestras por hora. Si pudieran bajar la cantidad de determinaciones a 40 muestras hora, atendiendo que 50 es probable que ninguna marca cumpla con un solo equipo.	13-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC: Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	14-11-2024	

## Consulta 81 - lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	
ítem 79 a 81 Se podría ofertar un equipo que posea lector de código de barras para muestras?, solicitamos eliminar ésta especificación: lector de código de barras reactivos, controles y calibradores con el fin de dar participación a potenciales oferentes.	13-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC: Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	14-11-2024	

## Consulta 82 - LOTE 2 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	
EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS Consultamos a la Convocante si podemos ofertar un equipo de como mínimo 40 pruebas /hora, teniendo en cuenta que en el mercado no existe actualmente lo solicitado 50 pruebas/hora. Nuestra solicitud es con el fin de darle participación a potenciales oferentes.	13-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC: Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	14-11-2024	

## Consulta 83 - lote 3

Consulta	Fecha de Consulta	
ítem 3 a 77 Con el propósito de dar mayor participación a potenciales oferentes consultamos a la Convocante si podrían aceptar un equipo de soporte en inmunología para alcanzar la velocidad requerida?	13-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC: Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de laboratorio.	14-11-2024	

## Consulta 84 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de Periodo de validez de la Garantía de los bienes, en el punto "B. Productos que no tengan fecha de vencimiento (drogas puras, productos inertes)", donde dice: "No será necesario ninguna autorización, siempre y cuando el proveedor presente Constancia de origen, debidamente legalizada y traducida al español. Copia autenticada de la Constancia deberá acompañar a la carpeta de oferta y en caso de ser adjudicada remitir copia autenticada al Administrador del Contrato y una copia simple en cada entrega de producto." Se solicita amablemente a la convocante que la constancia de origen sea requerida una vez que el proveedor sea adjudicado y no al momento de la oferta, dado que la legalización y traducción al español del documento implican un gasto considerable. Alternativamente, se propone que se acepte la constancia de origen en formato PDF impreso durante el proceso de oferta, y que la versión original, legalizada y traducida al español, se entregue tras la adjudicación.	14-11-2024	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al PBC: Los requisitos documentales fueron solicitadas según los requerimientos correspondientes para garantizar la validez de la garantía de los bienes	14-11-2024	

## Consulta 85 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>En el apartado de Especificaciones técnicas - CPS, en el lote 18, ítem 1 (CHAGAS TEST RAPIDO), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 98 % de sensibilidad y 98 % de especificidad. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación." Se solicita amablemente a la convocante aceptar una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% como mínimo, ya que se trata de una prueba de tamizaje por lo que esta sensibilidad y especificidad siguen siendo buenas y eficientes para este tipo de pruebas, además son las mas comunes. Por lo expuesto solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Para la detección cualitativa in vitro de ANTICUERPOS IgG de CHAGAS en suero. Con 94 % de sensibilidad y 96 % de especificidad como mínimo. Presentación de entrega: Capacidad de realizar un mínimo de 25 determinaciones por presentación."</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.</p>		

## Consulta 86 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 24, ítem 1: (Test Rápido Herpes IgM), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. Las muestras deben ser depositadas directamente en las tiras o cassettes y de lectura visual." Se solicita amablemente a la convocante admitir una presentación que permita la identificación de ambos anticuerpos, tanto IgG como IgM en el misma prueba, ya que esto no afectaría la finalidad de uso del test ni compromete su efectividad. Además, se estaría dando una información adicional aparte de lo que se esta solicitando, favoreciendo al usuario final.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.</p>		

## Consulta 87 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: "1ra ENTREGA 25% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato." Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario, ya que el plazo actual de 20 días resulta insuficiente para cumplir con los requisitos. Esta ampliación es necesaria debido al tiempo requerido para la fabricación, la logística de envío y los trámites aduaneros, los cuales suelen superar los 30 días. Extender el plazo permitiría la participación de más oferentes con capacidad de suministrar los productos solicitados, promoviendo así una competencia más justa y evitando que el proceso favorezca únicamente a aquellos con stock disponible.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
<p>Ajustarse al PBC. Los tiempos de proceso de entrega fueron suficientemente estudiados según necesidad del servicio y stock de reactivos a la fecha.</p>		

## Consulta 88 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
El PBC solicita Demostrar la experiencia en provisión de REACTIVOS, INSUMOS y MEDICAMENTOS SEGÚN LO COTIZADO con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los tres últimos años 2021-2022-2023. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. Solicitamos a la Convocante aclarar si un oferente oferta reactivos, la experiencia que debe demostrar debe ser de reactivos y así sucesivamente para los otros productos.		

Consulta	Fecha de Consulta	14-11-2024
El oferente deberá presentar la experiencia correspondiente a los productos que haya ofertado, de acuerdo con lo que se haya cotizado en el procedimiento de contratación. Es decir, si el oferente cotiza únicamente reactivos, deberá demostrar experiencia exclusivamente en la provisión de reactivos. Si el oferente cotiza tanto reactivos como insumos, deberá demostrar experiencia en la provisión de ambos productos, cumpliendo con el requisito del 25% de la facturación total para cada uno de los productos ofertados (reactivos y insumos, en este caso). Por lo tanto, la experiencia debe ser proporcional a los productos cotizados, y las facturaciones presentadas deben alcanzar el porcentaje del 25% para cada categoría de productos ofrecidos, conforme lo indica el PBC.-		

## Consulta 89 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2024
Se podría aceptar que el modulo integrado de química tenga una capacidad de 42 reactivos a bordo en lugar de 50, para posibilitar la apertura a un mayor número de oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de Laboratorio.-		

## Consulta 90 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2024
Pide identificación por código de barras de reactivos. La convocante podría aceptar también identificación de reactivos por RFID, el cual es la tecnología más nueva disponible en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de Laboratorio.-		

## Consulta 91 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2024
Reactivos de hemostasia. Piden que Controles, Calibradores, y Reactivos de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit. La convocante podría aceptar que los calibradores y controles de la misma marca del equipo y reactivo, se provea en cajas independientes para cada material.		

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de Laboratorio.-		

## Consulta 92 - LOTE 16 ITEM 1 Test Rápido para Hepatitis B

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar reactivo con sensibilidad de 1 ng/ml		

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas en base a la necesidad para los parámetros de sensibilidad y especificidad de los reactivos solicitados.-		

## Consulta 93 - LOTE 12 ITEM 1 TEST PARA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar kit de reactivo con presentación de 100 determinaciones.		

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de Laboratorio.-		

## Consulta 94 - LOTE 4 ITEM 1 equipo portátil de hasta 3,70 kg

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2024
Se solicita a la convocante aceptar equipo portátil de hasta 3,70 kg, ampliar la tolerancia en las especificaciones relativas al peso fomentará una competencia más inclusiva, permitiendo que más oferentes participen con tecnologías innovadoras. Analizadores portátiles con un peso superior al requerido, a parte de mantener la característica de portabilidad; cumplen con los objetivos del análisis a realizar; por lo cual solicitamos la flexibilización de dicho criterio.		

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de Laboratorio.-		

## Consulta 95 - LOTE 3 ITEM 4 Reactivo para urea

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2024
<p>"el requisito establecido en el pliego de licitación que indica que "Reactivos y calibradores deben ser de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo, y que deben estar incluidos en cada kit". Consideramos que esta especificación podría limitar innecesariamente la participación de diversos proveedores que cumplen con estándares internacionales de calidad y desempeño, reduciendo la competitividad del proceso.</p> <p>Desde una perspectiva técnica, incluir el calibrador en el mismo kit de los reactivos puede comprometer su calidad y estabilidad, ya que, al abrirse el kit para el uso de los reactivos, el calibrador también queda expuesto. Esto puede generar problemas de estabilidad en el calibrador para el momento en que sea necesario realizar la calibración. Por el contrario, cuando el calibrador se proporciona por separado, su apertura y uso se realiza únicamente cuando sea estrictamente necesario, garantizando así su óptima calidad y funcionalidad en cada determinación."</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2024
Ajustarse al PBC. Las EETT fueron suficientemente estudiadas y planificadas en el contexto de la demanda del servicio de Laboratorio.-		