

Consultas Realizadas

Licitación 445807 - LPN Nº 104/2024 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE HOSPITALES REGIONALES Y DISTRITALES

Consulta 1 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica.

| Consulta | Fecha de Consulta | 01-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos amablemente a la convocante donde solicita "Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Y/o DINAVISA según corresponda". Teniendo en cuenta que tanto nuestra compañía como otras, nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa, y también teniendo en cuenta el retraso importante en Dinavisa en la emisión de cualquier tipo de documento. Solicitamos a la convocante la exclusión de dicho requisito o reemplazarlo por el Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada, tal como lo está estableciendo el Instituto de Previsión Social referenciado con el ID Nº 432.638.</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-12-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC. Específicamente se solicita CONSTANCIA de Inscripción del PDIV teniendo en cuenta la transición de los expedientes entre ambas instituciones LCSP para el MSPBS y DINAVISA actualmente de la Secretaría de Estado.</p> | | |

Consulta 2 - LOTE ITEM 19

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>"Se solicita a la convocante aclarar especificaciones técnicas del lote 7 item 19, "</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-12-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.</p> | | |

Consulta 3 - LOTE 7 - ITEM 19

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Se podría aceptar de hemoglobina glicada por separado. Metodología HPLC</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-12-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.</p> | | |

Consulta 4 - LOTE 7 - ITEM 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>"Se solicita a la convocante aclarar especificaciones técnicas del lote 7 item 20"</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-12-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.</p> | | |

Consulta 5 - LOTE 7 ITEM 20

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se podría aceptar un equipo de electrolito por separado | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-12-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | | |

Consulta 6 - LOTE 7 ITEM 19

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| "Se solicita a la convocante aclarar especificaciones técnicas del lote 7 item 19, " | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-12-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | | |

Consulta 7 - LOTE 1 AL 14 - INSUMOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| "Se podría admitir controles de marca diferente al equipo considerando que estos dan resultados satisfactorios" | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-12-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | | |

Consulta 8 - LOTE 1- 14- INSUMOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| "Se podría admitir controles de marca diferente al equipo considerando que estos dan resultados satisfactorios" | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-12-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | | |

Consulta 9 - LOTE 1 AL 14 - Kit control inmunológico Biorad trilevel

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| "Se podría admitir controles de marca diferente al equipo considerando que estos dan resultados satisfactorios" | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 19-12-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | | |

Consulta 10 - LOTE 1 AL 14 - Liquicheck Cardiac Markers Plus Control Level 1 2 3

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| "Se podría admitir controles de marca diferente al equipo considerando que estos dan resultados satisfactorios" | |

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | |

Consulta 11 - LOTE 1 AL 14 - Kit control Biorad Tumor Marker Trilevel

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| "Se podría admitir controles de marca diferente al equipo considerando que estos dan resultados satisfactorios" | |

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | |

Consulta 12 - LOTE 1 AL 14 - TUBOS CON GEL SEPARADOR

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---------------------------------|-------------------|
| Aceptarían tubos de 3 ml y 6 ml | |

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | |

Consulta 13 - LOTE 1 AL 14 - TUBOS CON GEL SEPARADOR

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| Se solicita a la convocante aclarar el volumen de los tubos | |

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | |

Consulta 14 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| La convocante solicita "Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Y/o DINAVISA según corresponda". Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa y un retraso importante en Dinavisa en la emisión de algún tipo de documento tal como el Registro Sanitario. Solicitamos a la convocante o excluir dicho requisito o sustituir por Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada, tal como lo está estableciendo el Instituto de Previsión Social referenciado con el ID N° 432.638 | |

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| Ajustarse al PBC. Específicamente se solicita CONSTANCIA de Inscripción del PDIV teniendo en cuenta la transición de los expedientes entre ambas instituciones LCSP para el MSPBS y DINAVISA actualmente de la Secretaría de Estado. | |

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas – Lote 7

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Podría la convocante aceptar para el Lote 7, ítem 19 un equipo independiente de Hemoglobina Glicosilada por HPLC ya que es el método con mayor precisión y exactitud, reconocido como el estándar de referencia. Además, detecta variantes de hemoglobina que otros métodos no logran identificar, lo cual evita interferencias en los resultados. Está avalado por organizaciones internacionales y garantiza estandarización y comparabilidad global, cruciales para el monitoreo adecuado de pacientes con diabetes | 02-10-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | 19-12-2024 | |

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas – Lote 7

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Podría la convocante aceptar para el Lote 7, ítem 20 un equipo independiente de Electrolitos ya que ofrecería mayor precisión, resultados más rápidos y aliviaría la carga un equipo analizador de química clínica, además del espacio físico ya que estamos hablando de un equipo más compacto. Además teniendo en cuenta que el 98% de los ítems solicitado en el presente lote son reactivos de inmunología por lo que se precisaría si o si el de contar con un equipo adicional. | 02-10-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | 19-12-2024 | |

Consulta 17 - Lote 7

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lote 7, ítems 19 y 20: Solicitamos amablemente a la entidad convocante que aclare las especificaciones técnicas (EETT) de los ítems 19 y 20. ¿Sería posible realizar ambas determinaciones en un solo equipo de química clínica? Esto permitiría optimizar el espacio físico del laboratorio y maximizar el uso de reactivos y consumibles. | 03-10-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | 19-12-2024 | |

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos a la Convocante aclarar si todos los equipos deben estar conectados al Sistema de Gestión del Laboratorio disponible, quedando dicha conexión a cargo del proveedor adjudicado. Sobre este punto, el Sistema de Gestión a proveer puede ser diferente al que se encuentra en uso en el servicio o deberíamos acoplarnos al sistema de gestión que se utiliza actualmente en el servicio? Favor aclarar el punto. | 08-10-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | 19-12-2024 | |

Consulta 19 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Un sistema de provisión de agua con sistema de filtro con mantenimiento preventivo y cambio de filtro periódico, en caso que precise. La provisión de agua destilada podría realizarse independientemente por bidones? O debe ser exclusivamente a través del sistema de filtro? Solicitamos a la Convocante aclarar el punto mencionado. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | | |

Consulta 20 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Rotor con capacidad para 15 muestras como mínimo. Consultamos a la Convocante si serán aceptados ofertas con un equipo con sistema de Rack, 5 muestras por rack en total una capacidad de carga de 60 muestras?. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC. | | |

Consulta 21 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - LOTE 7 - ITEM 19

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la posibilidad de separar este ítem en un lote independiente, dado que corresponde a una metodología diferente a la de los ítems principales del lote actual. Esta separación permitiría ampliar las oportunidades para que los oferentes puedan presentar sus propuestas de manera individual en cada lote, promoviendo así una mayor competitividad y eficiencia en el proceso de adjudicación. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Ajustarse al PBC. Los requerimientos han sido ajustados de acuerdo a la funcionalidad y necesidad actual de los servicios solicitantes. | | |

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas - LOTE 7 - ITEM 20

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita atentamente a la convocante evaluar la viabilidad de dividir este ítem en un lote separado, ya que pertenece a una metodología distinta de la utilizada en los ítems principales del lote actual. Esta división favorecería mayores oportunidades para que los oferentes presenten sus propuestas de forma independiente en cada lote, fomentando así una competitividad más amplia y optimizando el proceso de adjudicación. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Ajustarse al PBC. Los requerimientos han sido ajustados de acuerdo a la funcionalidad y necesidad actual de los servicios solicitantes. | | |

Consulta 23 - Capacidad Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita respetuosamente a la convocante considerar, en el apartado referente a la "Constancia de inscripción del PDIV (Productos para Diagnósticos de Uso In Vitro), expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública y/o DINAVISA según corresponda", la inclusión de la posibilidad de presentar la liquidación del trámite de registro y/o un documento que certifique que dicho registro se encuentra en proceso. | 18-12-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Ajustarse al PBC. Específicamente se solicita CONSTANCIA de Inscripción del PDIV teniendo en cuenta la transición de los expedientes entre ambas instituciones LCSP para el MSPBS y DINAVISA actualmente de la Secretaría de Estado, pueden presentar uno de los dos. | 27-12-2024 | |

Consulta 24 - Experiencia Requerida

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita respetuosamente a la convocante especificar en los requisitos documentales que las facturaciones, contratos y/o recepciones finales que respalden la experiencia requerida correspondan exclusivamente a los últimos tres años previos a esta licitación (2021, 2022 y 2023). | 18-12-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ajustarse al PBC. Con el criterio de experiencia se aclara que los años considerados son los años 2021-2022-2023.- | 27-12-2024 | |

Consulta 25 - Lote 7 - Item 20

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita a la convocante, verificando que para el ítem 20 se ha solicitado un equipo independiente que realice la determinación de Electrolitos, establecer mínimas especificaciones técnicas, donde se pueda conocer al menos la cantidad mínima de test/h solicitados. | 18-12-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC | 03-01-2025 | |

Consulta 26 - Lote 7 - Item 19

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita a la convocante, verificando que para el ítem 19 se ha solicitado un equipo independiente que realice la determinación de HbA1c, establecer mínimas especificaciones técnicas, donde se pueda conocer al menos la cantidad mínima de test/h solicitados. | 18-12-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| Ajustarse a la última versión del PBC | 03-01-2025 | |

Consulta 27 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Detalle de los bienes y/o servicios Punto 18. Se consulta amablemente a la convocante si podrían ofertarse kits de reactivos de marca distinta al equipo en comodato, garantizándose técnicamente la compatibilidad de lectura e interpretación de resultados entre marcas, para dar mayor participación a oferentes. | 30-12-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Al utilizar reactivos de otra marca, se corren riesgos donde los resultados pueden variar, comprometiendo la exactitud (proximidad al valor verdadero) y la precisión (repetibilidad de los resultados) de los análisis, lo que puede llevar a errores clínicos en el diagnóstico. | 08-01-2025 | |