

Consultas Realizadas

Licitación 453750 - LPN N° 127/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO XVIII REGION SANITARIA CAPITAL - MSPBS

Consulta 1 - LOTE 11 – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Se solicita tiras reactivas de orina de 10 parámetros. Consulta: ¿ Podemos ofertar las tiras de 11 parámetros ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Se podrán ofertar tiras con 11 parámetros, siempre que incluya los 10 parámetros solicitados en el ítem.		

Consulta 2 - Lote N° 46:

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Según planilla de precios este lote debe ofertarse como ítem 1 y no como ítem 2 como se indica en las especificaciones técnicas del pliego. ¿ Es correcto esto ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 3 - Lote N° 47:

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Según planilla de precios este lote debe ofertarse como ítem 1 y no como ítem 3 como se indica en las especificaciones técnicas del pliego. ¿ Es correcto esto ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Remitirse a la última versión del PBC.		

Consulta 4 - Lote 5 ítem 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Se solicita con el reactivo PCR un equipo Agitador de Placas en comodato. Consulta: ¿ Se debe ofertar un agitador para cada uno de los 2 hospitales ? Nota: Recordamos a la convocante que los requerimientos técnicos solicitados como por ejemplo en las páginas 41 y 42 del pliego no aplican para el Agitador, a excepción de lo indicado en el párrafo Mantenimiento preventivo y correctivo mencionado en la página 123 del pliego, es decir: el Agitador en cuestión no necesita de: calibradores, UPS, programa de control de calidad interno, gradilla, tubos, cubetas, agua destilada, papel de impresión, conexión al sistema de gestión de laboratorio, . . . ya que se trata de un equipo periférico de apoyo. Lo mencionado debe tenerse en cuenta en el caso de una adjudicación !		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la adenda y al PBC última versión.		

Consulta 5 - LOTE Nº 5 REACTIVOS COMPLEMENTARIOS

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Informamos además que el Agitador a ser proveído en comodato no afecta ni influye en el rendimiento de los parámetros solicitados en el Lote 5. Por esta razón no podrán exigirse ``Reactivos Complementarios`` mencionados en la página 44 del pliego. Solicitamos por lo tanto excluir el posible pedido de Reactivos Complementarios del Lote 5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 6 - VENCIMIENTO Punto B

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Bajo el punto B PARA LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN FECHA DE VENCIMIENTO (Drogas Puras, Productos Inertes): se solicita Constancia de origen. Consulta: ¿ Se puede presentar para esta exigencia el Certificado de Representación de la marca ofertada debidamente registrada y legalizada ? Nota: Para el caso en cuestión de los productos considerados inertes, como ser: gradillas de plástico, propipetas de plástico y de goma, cámara de Neubauer de vidrio, frascos para esputo u orina, pipetas automáticas, puntas para pipetas, cronómetros, láminas cubre-objetos, morteros de porcelana, placas para tipificación, placa para VDRL, sellador de tubos, etc., etc., (es decir: productos de metal, de vidrio, de plástico, de porcelana y algodón) existe el DICTAMEN A.J. DGGIES Nº 506/2015 que hace referencia a lo antedicho.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 7 - VENCIMIENTO Punto C

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Bajo el punto C dice: Reactivos e Insumos en General (que no requieren equipos en comodato): El vencimiento mínimo de los reactivos e INSUMOS es de 12 (doce) meses al momento de la entrega en los lugares indicados para la entrega. En caso de no cumplir con el requerimiento, mencionan que debemos presentar Autorización de entrega, acompañados de otros documentos. Solicitamos a la convocante EXCLUIR el pedido de estos documentos (Nota de Autorización de Entrega, Carta de Compromiso de Canje y Póliza de Seguro) para los INSUMOS INERTES de laboratorio como ser gradillas de plástico, propipetas de plástico y de goma, cámara de Neubauer de vidrio, frascos para esputo u orina, pipetas automáticas, puntas para pipetas, cronómetros, láminas cubre-objetos, morteros de porcelana, placas para tipificación, placa para VDRL, sellador de tubos, etc., etc., (es decir: productos de metal, de vidrio, de plástico, de porcelana y algodón) que por su naturaleza no cuentan con vencimiento alguno, por ende NO DEBE SER APLICADO el pedido de estos documentos para los INSUMOS INERTES mencionados más arriba.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 8 - Lote N° 24 Ítem 1 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 2-200 ul para pipeta automática variable y fija de hasta 200 ul? Aclaramos que el mismo cubre con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 9 - Lote N° 25 Ítem 1 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas Amarillas con volumen de 2-200 ul para pipeta automática variable y fija de hasta 200 ul? Aclaramos que el mismo cubre con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 10 - Lote 30 Cronometro

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Favor aclarar si están precisando TIMER para LABORATORIO, debido a que en las especificaciones técnicas se refieren más a TIMER que Cronometro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, se requiere Timer para laboratorio.		

Consulta 11 - Lote Nº 66 Ítem 1 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas con volumen de 2-200 ul para pipeta automática variable y fija de hasta 200 ul? Aclaremos que el mismo cubre con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 12 - Lote Nº 67 Ítem 1 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
¿Podemos ofertar Puntas Amarillas con volumen de 2-200 ul para pipeta automática variable y fija de hasta 200 ul? Aclaremos que el mismo cubre con el rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 13 - Lote 72 Cronometro

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Favor aclarar si están precisando TIMER para LABORATORIO, debido a que en las especificaciones técnicas se refieren más a TIMER que Cronometro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, se requiere Timer para laboratorio.		

Consulta 14 - LOTE 47 - ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Se solicita con el reactivo PCR un equipo Agitador de Placas en comodato. Consulta: ¿ Se debe ofertar un agitador para cada uno de los 2 hospitales ? Nota: Recordamos a la convocante que los requerimientos técnicos solicitados como por ejemplo en las páginas 41 y 42 del pliego no aplican para el Agitador, a excepción de lo indicado en el párrafo Mantenimiento preventivo y correctivo mencionado en la página del pliego, es decir: el Agitador en cuestión no necesita de: calibradores, UPS, programa de control de calidad interno, gradilla, tubos, cubetas, agua destilada, papel de impresión, conexión al sistema de gestión de laboratorio, . . . ya que se trata de un equipo periférico de apoyo. Lo mencionado debe tenerse en cuenta en el caso de una adjudicación !		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la adenda y a la última versión del PBC.		

Consulta 15 - LOTE Nº 47

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
REACTIVOS COMPLEMENTARIOS Informamos además que el Agitador a ser proveído en comodato no afecta ni influye en el rendimiento de los parámetros solicitados en el Lote 47. Por esta razón no podrán exigirse ``Reactivos Complementarios`` mencionados en la página 44 del pliego. Solicitamos por lo tanto excluir el posible pedido de Reactivos Complementarios del Lote 47.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 16 - LOTE 5- ITEM 3

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2024
Se solicita con el reactivo PCR un equipo Agitador de Placas en comodato. Consulta: ¿ Se debe ofertar un agitador para cada uno de los 2 hospitales ? Nota: Recordamos a la convocante que los requerimientos técnicos solicitados como por ejemplo en las páginas 41 y 42 del pliego no aplican para el Agitador, a excepción de lo indicado en el párrafo Mantenimiento preventivo y correctivo mencionado en la página del pliego, es decir: el Agitador en cuestión no necesita de: calibradores, UPS, programa de control de calidad interno, gradilla, tubos, cubetas, agua destilada, papel de impresión, conexión al sistema de gestión de laboratorio, . . . ya que se trata de un equipo periférico de apoyo. Lo mencionado debe tenerse en cuenta en el caso de una adjudicación !		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la adenda y a la última versión del PBC.		

Consulta 17 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante en caso que un solo instrumento no realice la totalidad de las pruebas requeridas permita un equipo de apoyo para realizar pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal. Hacemos esta solicitud amparados en lo establecido en los incisos c) y d) del Artículo 4 "Principios rectores" y Artículo 45 "Pliegos de Bases y Condiciones" de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC fue realizado teniendo en cuenta la limitante de espacio físico.		

Consulta 18 - capacidad tecnica y experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
EXPERIENCIA REQUERIDA Solicita: Demostrar la experiencia en provisión de REACTIVOS, INSUMOS y MEDICAMENTOS , no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar. Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica Menciona "para medicamentos", sin embargo no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
La convocante aclara que algunos productos esta imputados en la categoría de medicamentos, como por ejemplo Iodopovidona jabón líquido, entre otros. Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 19 - Autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Requiere:La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde. Aceptara la convocante copia de la autorización del fabricante, sin legalización por consulado paraguayo o apostillado, inscripto en el registro publico de comercio?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 20 - Lote 2

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el PBC menciona "Debe permitir el ingreso de tubo primario, que posea lector de código de barras para muestras, reactivos, controles y calibradores.", solicitamos a la convocante aceptar que el lector de código de barras sea para muestras y reactivos, ya que la mayoría de equipos de coagulación del mercado posee esta característica genérica, dando mayor oportunidad a la competencia de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 21 - LOTE 1 equipo de hemograma del equipo integrado

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
se podría ofertar en un lote distinto el equipo de hemograma del equipo integrado de química-inmuno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 22 - LOTE 1 reactivos compatibles con el equipo integrado-2

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se podría admitir reactivos compatibles con el equipo integrado en comodato pero que sean de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 23 - LOTE 1 equipo de soporte-3

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se podría admitir un equipo de soporte en el que pueda realizarse la determinación HAV, en el caso de que el equipo integrado no realice todas las determinaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 24 - LOTE 1 equipo de soporte en el que pueda realizarse la determinación-4

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se podría admitir un equipo de soporte en el que pueda realizarse la determinación CHAGAS, en el caso de que el equipo integrado no realice todas las determinaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 25 - LOTE 1 equipo de crisis sanguínea-5

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se podría admitir un equipo de crisis sanguínea con un lector de código de barras externo para los códigos de barras para muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 26 - LOTE 2 lote distinto el equipo de hemograma

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
se podría ofertar en un lote distinto el equipo de hemograma del equipo de química e inmuno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 27 - LOTE 2 reactivos compatibles con el equipo de química-2

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se podría admitir reactivos compatibles con el equipo de química en comodato pero que sean de una marca diferente al equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 28 - LOTE 2 equipo de soporte en el que pueda realizarse la determinación HAV-3

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se podría admitir un equipo de soporte en el que pueda realizarse la determinación HAV, en el caso de que el equipo de inmunología no realice todas las determinaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 29 - LOTE 2 equipo de crisis sanguínea-4

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se podría admitir un equipo de crisis sanguínea con un lector de código de barras externo para los códigos de barras para muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 30 - LOTE 18 rasco recolector de orina de 100mL

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
se podría ofertar un frasco recolector de orina de 100mL de capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 31 - LOTE 36 recolector de orina de 100mL

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
se podría ofertar un frasco recolector de orina de 100mL de capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
El lote mencionado no corresponde a Frasco recolector de orina.		

Consulta 32 - LOTE 60 frasco recolector de orina de 100mL

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
se podría ofertar un frasco recolector de orina de 100mL de capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 33 - Lote 1 - Item 72 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Teniendo en cuenta que en el presente lote, se solicita un equipo con capacidad de procesamiento de 160 test/hora para el Analizador automatizado de Orina, se solicita a la convocante revisar esta solicitud, ya que carece de fundamento técnico. Para la cantidad total de tiras solicitadas, que es de 48.000 unidades para el total de 24 meses, haciendo una división simple de 48.000/24 se obtiene el valor de 2000 tiras por mes, y haciendo nuevamente una división simple de las 2000 tiras mensuales entre los 30 días del mes, se obtiene una cantidad de 67 tiras diarias. Por este motivo, se solicita a la convocante, que el equipo a comodato solicitado tenga una capacidad mínima de 120 test/h, con lo que se cubriría de forma más que suficiente la necesidad diaria del servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 34 - Lote 1- Item 72 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se solicita a la convocante aclarar, si para los parámetros solicitados para la detección automatizada mediante equipos automatizados de Orina, no se incluyan leucocitos ni urobilinógeno, ya que estos parámetros son habituales en la rutina de análisis de orina, y la cantidad de parámetros listados en las especificaciones técnicas no incluye éstos. Se solicita amablemente aclarar si no se trata de un error involuntario, debiéndose obviar otros parámetros para incluir los consultados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 35 - Lote 1 - Item 72 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se solicita a la convocante aclarar, si para los parámetros solicitados para la detección automatizada mediante equipos automatizados de Orina, no se incluyan leucocitos ni urobilinógeno, ya que estos parámetros son habituales en la rutina de análisis de orina, y la cantidad de parámetros listados en las especificaciones técnicas no incluye éstos. Se solicita amablemente aclarar si no se trata de un error involuntario, solicitando modificar de la siguiente manera: "El módulo lector automatizado de tiras reactivas, debe medir: 1-Proteína 2-Bilirrubina 3-Glucosa 4-Vitamina C 5-Gravedad específica 6-Cetonas 7-Nitrito 8-pH 9-Eritrocito 10-Leucocitos 11-Urobilinogeno"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 36 - Lote 2 - Item 63 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se solicita a la convocante aclarar, si para los parámetros solicitados para la detección automatizada mediante equipos automatizados de Orina, no se incluyan leucocitos ni urobilinógeno, ya que estos parámetros son habituales en la rutina de análisis de orina, y la cantidad de parámetros listados en las especificaciones técnicas no incluye éstos. Se solicita amablemente aclarar si no se trata de un error involuntario, solicitando modificar de la siguiente manera: "El módulo lector automatizado de tiras reactivas, debe medir: 1-Proteína 2-Bilirrubina 3-Glucosa 4-Vitamina C 5-Gravedad específica 6-Cetonas 7-Nitrito 8-pH 9-Eritrocito 10-Leucocitos 11-Urobilinogeno"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 37 - Lote 2 - Item 63 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se solicita a la convocante aclarar, si para los parámetros solicitados para la detección automatizada mediante equipos automatizados de Orina, no se incluyan leucocitos ni urobilinógeno, ya que estos parámetros son habituales en la rutina de análisis de orina, y la cantidad de parámetros listados en las especificaciones técnicas no incluye éstos. Se solicita amablemente aclarar si no se trata de un error involuntario, debiéndose obviar otros parámetros para incluir los consultados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, el PBC indica lo mínimo requerido.		

Consulta 38 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
La convocante solicita "Constancia de inscripción del PDIV (productos para diagnóstico de uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública. Y/o DINAVISA según corresponda". Teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso de transición de cambio entre Laboratorio Central y Dinavisa y el un retraso importante que presenta Dinavisa en la emisión de algún tipo de documento. Solicitamos a la convocante o excluir dicho requisito y sustituir por Certificado de venta libre del país de origen de cada determinación ofertada, tal como lo está estableciendo el Instituto de Previsión Social referenciado con el ID N° 432638		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 39 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, específicamente en el punto "Para insumos", donde se indica: "El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente del o de los productos ofertados, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y/o autoridad sanitaria correspondiente." Solicitamos amablemente a la convocante excluir de dicho requerimiento a los lotes número 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 respectivamente, ya que según la resolución de DINAVISA N ° 266/2022 los insumos generales de laboratorio no precisan de registro sanitario para su importación y comercialización		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 40 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: "1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato." Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario. Esta ampliación es necesaria debido a los tiempos requeridos para la fabricación, la logística de envío y los trámites aduaneros, ya que podrían superar fácilmente un mes. Ampliar el plazo permitiría que más oferentes, que tienen la capacidad de suministrar los productos solicitados, puedan participar en el proceso, fomentando así una competencia más equitativa. De este modo, se evitaría favorecer únicamente a aquellos que disponen del producto en stock, asegurando una oportunidad justa para todos los participantes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 41 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 8 y lote 50, ítem 1: (Test Rápido para Influenza), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad de 98%. Con certificado de Calidad del país de origen." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 87% y una especificidad del 94% como mínimo para la influenza tipo A, así mismo, para la detección de influenza B, una especificidad del 97% como mínimo, ya que estas sensibilidades y especificidades siguen siendo altamente efectivas para pruebas de tamizaje, y son las sensibilidades y especificidades más comunes para estos tipos de test. Al establecer estos estándares, se facilitará la participación de un mayor número de oferentes, lo que promoverá la competencia y, potencialmente, mejores condiciones en la adquisición de los productos. Por lo tanto, proponemos que dicho requerimiento se redacte de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad debe ser del 87% y especificidad del 94% como mínimo para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad del 97% como mínimo. Con certificado de Calidad del país de origen."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 42 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 22 y lote 64, ítem 1: (Láminas esmeriladas), donde dice: "Esmerilada, 76 x 26 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina." Se solicita amablemente a la convocante admitir un rango de tamaño para este ítem, ya que cada marca puede tener ligeras variaciones en las dimensiones sin afectar la funcionalidad del insumo. Estas diferencias son mínimas y no comprometen el desempeño del producto. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede de la siguiente manera: "Esmerilada, 74-76 x 24-26 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 43 - EXPERIENCIA REQUERIDA y Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
EXPERIENCIA REQUERIDA Solicita: Demostrar la experiencia en provisión de REACTIVOS, INSUMOS y MEDICAMENTOS SEGÚN LO COTIZADO, no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar. Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica Menciona "para medicamentos", sin embargo no se observa que la presente licitación sea un llamado para suministro de medicamentos. Se solicita a la convocante rectificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 44 - LOTE 1 Item 64, item 65

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
LOTE 1 Item 65 Anti Toxoplasma IgG Test de Avidex item 64 Chagas, Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante permita un equipo de apoyo para realizar ambas pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal. Hacemos esta solicitud amparados en lo establecido en los incisos c) y d) del Artículo 4 "Principios rectores" y Artículo 45 "Pliegos de Bases y Condiciones" de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 45 - LOTE 1 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
LOTE 1 ITEM 39 Dimerod Se solicita a la convocante permita ofertar e en el equipo de Crasis sanguínea		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 46 - LOTE 2 ITEM 39

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
LOTE 2 ITEM 39 Dimerod Se solicita a la convocante permita incluir en el equipo de Crasis sanguínea		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 47 - lote 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
LOTE 3 ítem 1 Solicita: "equipo lector portátil de mano en comodato". Consultamos que cuando menciona "portatil" se refiere a un dispositivo de puede ser sostenido en la palma de la mano y con un peso no mayor a 500gr.? Porque portatil tambien puede interpretarse a un instrumento con una manija que puede ser transportado de una mesada a otra y con un peso superior a 1kg., tamaño que no permite ser operado sosteniendo con una mano y manipulando con la otra, necesariamente debe descansar sobre un mueble		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Portátil de mano se refiere a que ser sostenido en la palma de la mano durante el análisis. El Equipo debe tener esa prestación (de mano) con un peso no mayor a 700 gramos (incluyendo la batería); teniendo en cuenta que debe estar en la palma de la mano del operador y al pie del paciente en la UCI y en el Quirófano; lugares en donde no se utiliza ninguna mesa o mueble de apoyo, debido al espacio reducido. Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 48 - LOTE 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
LOTE 3 ítem 1 Solicita: "equipo lector portátil de mano en comodato". Consultamos que cuando menciona "portatil" se refiere a un dispositivo de puede ser sostenido en la palma de la mano y con un peso no mayor a 500gr.? Porque portatil tambien puede interpretarse a un instrumento con una manija que puede ser transportado de una mesada a otra y con un peso superior a 1kg., tamaño que no permite ser operado sosteniendo con una mano y manipulando con la otra, necesariamente debe descansar sobre un mueble		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Portátil de mano se refiere a que ser sostenido en la palma de la mano durante el análisis. El Equipo debe tener esa prestación (de mano) con un peso no mayor a 700 gramos (incluyendo la batería); teniendo en cuenta que debe estar en la palma de la mano del operador y al pie del paciente en la UCI y en el Quirófano; lugares en donde no se utiliza ninguna mesa o mueble de apoyo, debido al espacio reducido. Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 49 - LOTE 3 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
LOTE 3 ítem 1 Solicita conservación entre 2 a 8grados. Permitirá la convocante ofrecer un cartucho que no necesite refrigeración		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 50 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
Lote 1 Con el propósito de dar mayor participación de oferentes se solicita a la convocante en caso que un solo instrumento no realice la totalidad de las pruebas requeridas permita un equipo de apoyo para realizar pruebas con la misma tecnología solicitada para el instrumento principal. Hacemos esta solicitud amparados en lo establecido en los incisos c) y d) del Artículo 4 "Principios rectores" y Artículo 45 "Pliegos de Bases y Condiciones" de la Ley 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 51 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, específicamente en el punto “Para insumos”, donde se indica: “El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario Vigente del o de los productos ofertados, emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y/o autoridad sanitaria correspondiente.” Solicitamos amablemente a la convocante excluir de dicho requerimiento a los lotes número 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 respectivamente, ya que según la resolución de DINAVISA N ° 266/2022 los insumos generales de laboratorio no precisan de registro sanitario para su importación y comercialización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 52 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: “1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato.” Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario. Esta ampliación es necesaria debido a los tiempos requeridos para la fabricación, la logística de envío y los trámites aduaneros, ya que podrían superar fácilmente un mes. Ampliar el plazo permitiría que más oferentes, que tienen la capacidad de suministrar los productos solicitados, puedan participar en el proceso, fomentando así una competencia más equitativa. De este modo, se evitaría favorecer únicamente a aquellos que disponen del producto en stock, asegurando una oportunidad justa para todos los participantes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 53 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 8 y lote 50, ítem 1: (Test Rápido para Influenza), donde dice: “Test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad de 98%. Con certificado de Calidad del país de origen.” Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 87% y una especificidad del 94% como mínimo para la influenza tipo A, así mismo, para la detección de influenza B, una especificidad del 97% como mínimo, ya que estas sensibilidades y especificidades siguen siendo altamente efectivas para pruebas de tamizaje, y son las sensibilidades y especificidades más comunes para estos tipos de test. Al establecer estos estándares, se facilitará la participación de un mayor número de oferentes, lo que promoverá la competencia y, potencialmente, mejores condiciones en la adquisición de los productos. Por lo tanto, proponemos que dicho requerimiento se redacte de la siguiente manera: “Test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad debe ser del 87% y especificidad del 94% como mínimo para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad del 97% como mínimo. Con certificado de Calidad del país de origen.”		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 54 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 22 y lote 64, ítem 1: (Láminas esmeriladas), donde dice: "Esmerilada, 76 x 26 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina." Se solicita amablemente a la convocante admitir un rango de tamaño para este ítem, ya que cada marca puede tener ligeras variaciones en las dimensiones sin afectar la funcionalidad del insumo. Estas diferencias son mínimas y no comprometen el desempeño del producto. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede de la siguiente manera: "Esmerilada, 76 x 26 mm $\pm$ 2 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 55 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 26 y 68, ítem 1 (PIPETA PASTEUR), donde dice: "DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN." Se solicita amablemente a la convocante considerar la aceptación de un volumen de 12 mililitros, con una escala de graduación que varía de 1 a 5 ml. Esta flexibilidad en la capacidad permite cubrir un rango de volúmenes mayor sin comprometer los requisitos específicos de las mediciones. Además, esta capacidad es ampliamente utilizada en numerosos laboratorios y se ajusta a los protocolos estandarizados en diversas prácticas de laboratorio. Por lo expuesto, solicitamos que dicho enunciado quede redactado de la siguiente forma: "DE PLASTICO, DE 5 ML COMO MÍNIMO DE VOLUMEN."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 56 - Lote N° 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	15-11-2024
Solicitamos amablemente a la convocante separar del Lote N° 1, el Ítem N° 65 - Anti Toxoplasma IgG Test de Avidex, ya que esta determinación es muy específica y pocas marcas poseen este tipo de determinación. Dicha solicitud obedece a poder garantizar la mayor participación de potenciales oferentes, como fue realizado en el llamado anterior de esta misma LPN, en su pasada edición, la LPN N° 06/2022 - ID: 406.459 en el Lote N° 11 Ítem N° 2, separándola del Lote N° 1, o en su defecto poder ofertar en un equipo adicional.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 57 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2024
En el apartado de Periodo de validez de la Garantía de los bienes, en el punto B, donde dice: "PARA LOS PRODUCTOS QUE NO TENGAN FECHA DE VENCIMIENTO (Drogas Puras, Productos Inertes): No será necesario ninguna autorización, siempre y cuando el proveedor presente Constancia de origen, debidamente legalizada y traducida al español. Copia autenticada de la Constancia deberá acompañar a la carpeta de oferta y en caso de ser adjudicada remitir copia autenticada al Administrador del Contrato y una copia simple en cada entrega de producto." Se solicita amablemente a la convocante considerar la entrega únicamente de la autorización del fabricante para estos productos. Cabe destacar que la constancia de origen se emite de forma individual para cada producto y, en caso de requerir su legalización y traducción al español, esto generaría un costo adicional significativo que podría impactar la oferta presentada		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 58 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2024
En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 8 y lote 48, ítem 1: (Test Rápido para Influenza), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad no debe ser menor a 97% y especificidad de 100% para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad de 98%. Con certificado de Calidad del país de origen." Se solicita a la convocante admitir una sensibilidad del 85% y una especificidad del 94% como mínimo para la influenza tipo A, así mismo, para la detección de influenza B, una especificidad del 97% como mínimo, ya que estas sensibilidades y especificidades siguen siendo altamente efectivas para pruebas de tamizaje, y son las sensibilidades y especificidades más comunes para estos tipos de test. Al establecer estos estándares, se facilitará la participación de un mayor número de oferentes, lo que promoverá la competencia y, potencialmente, mejores condiciones en la adquisición de los productos. Por lo tanto, proponemos que dicho requerimiento se redacte de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Virus Influenza A y B. Serán elegidos los kits cuya sensibilidad debe ser del 85% y especificidad del 94% como mínimo para Influenza tipo A; así mismo, para la detección Influenza B la sensibilidad no debe ser menor a 90% y especificidad del 97% como mínimo. Con certificado de Calidad del país de origen."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 59 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2024
En el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el lote 22 y lote 62, ítem 1: (Láminas esmeriladas), donde dice: "Esmerilada, 76 x 26 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina." Se solicita amablemente a la convocante admitir un rango de tamaño para este ítem, ya que cada marca cuenta con dimensiones específicas que pueden variar mínimamente. Establecer una dimensión exacta limita la participación únicamente a la marca que cumpla con esa medida específica. En cambio, permitir un rango de dimensiones hace que el proceso de selección sea más equitativo, favoreciendo la inclusión de un mayor número de oferentes y promoviendo una competencia más justa. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Esmerilada, 76 x 26 mm $\pm$ 2 mm, banda mate. Traslúcidas, libre de rayaduras, con separador de papel sulfito entre láminas. La oferta es por unidad de lámina"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 60 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 26 y 66, ítem 1 (PIPETA PASTEUR), donde dice: "DE PLASTICO, DE 5 ML DE VOLUMEN." Se solicita amablemente a la convocante admitir un volumen de 12 mililitros, con una escala de graduación que varia de 1 a 5 ml. Este volumen adicional representa un valor agregado que no afecta las especificaciones técnicas solicitadas ni compromete la funcionalidad del producto, sino que ofrece una ventaja adicional para su uso. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "DE PLASTICO, DE 5 ML COMO MÍNIMO DE VOLUMEN."		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 61 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2024
En el apartado de especificaciones técnicas, en el lote 30 y 70, ítem 1 (Cronómetro para laboratorio), donde dice: "Digital, con cronometro, memoria hasta 24 horas, para marcado de horas, minutos y segundos, con pinza para sujetar al bolsillo, imán para fijación a superficies metálicas y soporte para fijación vertical. Con batería incluida." Se solicita amablemente a la convocante aclarar si en este lote se está solicitando un timer para laboratorio, ya que el enunciado menciona específicamente un cronómetro, pero en las especificaciones técnicas se detalla nuevamente 'con cronómetro'. Esto sugiere que lo requerido podría ser un timer con función dual, capaz de contar hacia atrás desde un tiempo predefinido y hacia adelante desde cero. Tener en cuenta que timer y cronómetro no son lo mismo, por lo que se requiere esta aclaración para poder cumplir correctamente con sus necesidades y asegurar que se ofrece el producto adecuado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC, se requiere Timer para laboratorio.		

Consulta 62 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2024
En el apartado de PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, en el punto REACTIVOS E INSUMOS EN GENERAL (no requieren equipos en comodato), donde menciona: "1ra ENTREGA 20% DE LA CANTIDAD MÍNIMA: El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días calendario para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra, la cuál será emitida dentro de los 20 (VEINTE) días de haber firmado el contrato." Se solicita amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días calendario, dado que el plazo actual de 20 días resulta insuficiente para cumplir con todos los requisitos. Esta ampliación es necesaria debido al tiempo requerido para la fabricación, la logística de envío y los trámites aduaneros, los cuales suelen superar los 30 días. Con el plazo actual, solo es posible la participación de oferentes con producto en stock, excluyendo a aquellos que, aunque tienen la capacidad de proveer los productos, requieren un tiempo de entrega más realista.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse al PBC.		

Consulta 63 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	18-11-2024
El PBC establece Constancia de Inscripción del PDIV (Productos para Diagnostico de Uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública y/o DINAVISA según corresponda. Solicitamos a la Convocante aceptar constancia de estar en tramite de autorización emitido por DINAVISA, a fin de brindar mayor oportunidad de participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2024
Ajustarse a la última versión del PBC.		