Consultas Realizadas

Licitación 444790 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTALES MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL

Consulta 1 - Presentacion de Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada item cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 2 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Donde dice: Plazo de reposición de bienes El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: DOS (2) DÍAS HÁBILES. Solicitamos que el plazo de reposición de los bienes para el caso de los instrumentales sea ampliado a 45 días, por la gran cantidad de ítems y alguno de ellos complejos deberán ser importados para su reposición		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 3 - Item 3 – Bandeja de acero para instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Bandejas de acero inoxidable. Tamaño 42x32x6.5cm, solicitamos se acepte una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 4 - Item 5 – Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 5 - Item 13 – Caja para sutura

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 6 - Item 15 – Caja para vascular de exploración mínima

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 7 - Item 65 - Saturómetro

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Donde solicitan Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, pedimos que el funcionamiento a red eléctrica sea opcional, considerando que no son equipos que se utilicen conectados de manera prolongada a un solo paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
EL SATURÓMETRO CORRESPONDE AL ITEM 66. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 8 - precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Solicitamos respetuosamente se revisen y modifiquen los precios referenciales de los instrumentales, o reducir las cantidades, de manera a que la institución reciba instrumentales de alta calidad y durabilidad, esto permitirá el rendimiento de la inversión por varios años		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
LOS PRECIOS REFERENCIALES FUERON REALIZADOS CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES. FAVOR AJUSTARSE A LOS MISMOS.		

Consulta 9 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
Debido a la gran cantidad de ítems y componentes solicitados, pedimos que el plazo para emisión de la orden de compra se amplie a 60 días hábiles después de la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 10 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2024
En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
LOS PORCENTAJES SE ESTIPULAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMANADOS POR LAS AUTORIDADES DEL MSPYBS. FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 11 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Consultamos la posibilidad de presentar un lote de 5 (cinco) a 10 (diez) instrumentales de la misma marca y procedencia cotizada, a los efectos de realizar el análisis de calidad, como se ha establecido en llamados similares anteriores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 12 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos ampliar el plan de entregas a por lo menos 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, posteriores a la recepción de la orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 13 - Ítem 7 Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la longitud y +/-1mm en el ancho de los instrumentos que componen la caja		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 14 - Ítem 8 Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 15 - Ítem 11 Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 16 - Ítem 12 Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 17 - Ítem 37 Pinza clamp quirúrgica

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos otorgar un rango de +/-10mm en la medida		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 18 - Ítem 44 Pinza Kerrison

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
¿Se podría cotizar oblicua de 30º a 40º?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 19 - Ítem 72 Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
Solicitamos otorgar un rango de +/-20mm en la medida de los instrumentales y +/-30mm en la cubeta y cesta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 20 - Ítem 84 Trépano quirúrgico

Consulta	Fecha de Consulta	11-10-2024
¿Se podría otorgar un rango de +/-1cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 21 - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
DONDE DICE: 1 Pinza Kocher recta 16 cm (+ - 2cm). CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER 16 cm (+/- 2cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 22 - MUESTRAS SOLICITADAS

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada item cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. Solicitamos: Respetuosamente a la convocante aceptar que se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental. Con una muestra y catalogo de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 23 - ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
DONDE DICE: 1 Pinza aro o Forester mediana, de 16cm (+ - 2cm) CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar pinza FOERSTER-BALLENGER RECTA 16cm -/+ 2cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 24 - ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
DONDE DICE: 1 Pinza Kocher con dientes recta 16 cm (+ - 2cm). CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER con dientes 16 cm (+/- 2cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 25 - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
DONDE DICE: 1 Pinza Kocher recta con dientes 16 cm (+ - 2cm). CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER rectas con dientes 16 cm (+/- 2cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 26 - ITEM 15

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
DONDE DICE: 1 Pinza Kocher recta con dientes 16 cm (+ - 2cm). CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar pinza OCHSNER-KOCHER recta con dientes 16 cm (+/- 2cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 27 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2024
DONDE DICE: La primera orden de compra/servicio será emitida dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato. CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 90 días, de modo a no limitar la participación de los potenciales oferentes, considerando el plazo de fabricación de estos productos y asi tambien su importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 28 - Presentación de muestras

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada item cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas. Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 29 - Plazo reposicion de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

Donde dice: Plazo de reposición de bienes
El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:
DOS (2) DÍAS HÁBILES.

Solicitamos que el plazo de reposición de los bienes para el caso de los instrumentales sea ampliado a 45 días, por la gran cantidad de ítems y alguno de ellos complejos deberán ser importados para su reposición

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.

Consulta 30 - Item 3 – Bandeja de acero para instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

Bandejas de acero inoxidable. Tamaño 42x32x6.5cm, solicitamos se acepte una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.

Consulta 31 - Item 5 – Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 32 - Item 13 – Caja para sutura

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 33 - Item 15 – Caja para vascular de exploración mínima

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 34 - Item 65 - Saturómetro

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Donde solicitan Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, pedimos que el funcionamiento a red eléctrica sea opcional, considerando que no son equipos que se utilicen conectados de manera prolongada a un solo paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
EL SATURÓMETRO CORRESPONDE AL ITEM 66. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 35 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Solicitamos respetuosamente se revisen y modifiquen los precios referenciales de los instrumentales, o reducir las cantidades, de manera a que la institución reciba instrumentales de alta calidad y durabilidad, esto permitirá el rendimiento de la inversión por varios años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
LOS PRECIOS REFERENCIALES FUERON REALIZADOS CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES. FAVOR AJUSTARSE A LOS MISMOS.		

Consulta 36 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Debido a la gran cantidad de ítems y componentes solicitados, pedimos que el plazo para emisión de la orden de compra se amplie a 60 días hábiles después de la firma del contrato		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
AVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 37 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2024
LOS PORCENTAJES SE ESTIPULAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMANADOS POR LAS AUTORIDADES DEL MSPYBS. FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 38 - ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024
Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar con una variación de +/- 5mm o 2mm por lo minimo asi como los demás items solicitados, para mas participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.		

Consulta 39 - ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

DONDE DICE: 1 PORTAAGUJAS HEGAR 240MM CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO
CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar PORTA-AGUJAS MAYOR-HEGAR 23cm con bocas de carburo de Tungsteno

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.

Consulta 40 - ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

DONDE DICE: 1 SEPARADOR HUESOS C.MANGO EN T 240MM
CONSULTA: Se solicita amablemente a la covocante aclarar cual es el mango T

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

SE ACLARA QUE SE SOLICITA SEPARADOR O GANCHO OSEO CON LA FORMA EN MANGO T, CON UN SOLO GARFIO AGUDO DE 240MM (+/-5mm).
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.

Consulta 41 - ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2024

DONDE DICE: 2 NSTR.DE EXTRACCIÓN P.VÁST.DE PRÓTESES
CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante la aclaración del instrumental solicitado ya que por la descripción parece ser sacado de un catalogo

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2024

SE ACLARA QUE SE SOLICITA INSTRUMENTAL DE EXTRACCION PARA VASTAGO DE PROTESIS, LONGITUD 300MM (+/- 5mm).
FAVOR DIRIGIRSE A LA ADENDA.

Consulta 42 - Muestras – ITEM 77 - Taladro Traumatológico

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Para el Ítem 77 – Taladro Traumatológico:
Solicitamos una modificación en el procedimiento de presentación de muestra, considerando la presentación de catálogos técnicos, fichas de productos con documentación gráfica que acrediten las características y especificaciones técnicas del bien ofertado, la misma proporciona información de confiabilidad y detallada. Esta medida permitirá optimizar tiempo, reducir costos, sin comprometer el rigor técnico de evaluación en el proceso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

SE DEBERÁ PRESENTAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE, NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 3 DEL PBC.

Consulta 43 - Muestras – ITEM 77 - Taladro Traumatológico

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Para el Ítem 77 – Taladro Traumatológico:
Solicitamos una modificación en el procedimiento de presentación de muestra, considerando la presentación de catálogos técnicos, fichas de productos con documentación gráfica que acrediten las características y especificaciones técnicas del bien ofertado, la misma proporciona información de confiabilidad y detallada. Esta medida permitirá optimizar tiempo, reducir costos, sin comprometer el rigor técnico de evaluación en el proceso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

SE DEBERÁ PRESENTAR EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE, NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRA. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSIÓN 3 DEL PBC.

Consulta 44 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Donde menciona: Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:
El oferente deberá presentar UNA muestra por cada ítem cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.
Solicitamos respetuosamente a la institución convocante la modificación en cuanto a la presentación de muestras, considerando catálogos y fichas técnicas donde se detalle con imágenes ilustrativas las características exactas de lo solicitado en cada ítem específicamente en los ítems 8,11, 30, 32, 38 al 74 y del 76 al 80. Esto proporciona de igual manera información confiable y precisa ayudando a optimizar los tiempos y reducir costos sin comprometer a los instrumentales a las pruebas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.

Consulta 45 - Muestras – Procedimiento de Control de Calidad

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Donde menciona en cuanto a Procedimiento de Control de Calidad durante la Evaluación de los Instrumentales:
Los instrumentales deberán ser sometidos a las siguientes pruebas:
1. El Dpto. de Enfermería recibirá por nota, las muestras remitidas por la Comisión Evaluadora, y observará las condiciones en las que se encuentra antes del ensayo de esterilización, al que serán sometidos en dependencias del Servicio de Esterilización del Hospital de Trauma, donde será realizado el ensayo de esterilización, conforme al siguiente esquema:
1.1 Prelavado con Jabón Enzimático.
1.2 Lavado con chorro de agua.
1.3 Esterilización a calor Húmedo (Autoclave) a 135°C durante 15 minutos con una frecuencia de 2 veces al día durante 5 días.
Los instrumentales sometidos a estas pruebas no deben alterarse en su coloración, aspecto físico-químico, funcionalidad y presentar resistencia al daño contra otras superficies de acero quirúrgico, según informe del Servicio de Esterilización del Hospital Central, en donde sería realizado el ensayo de esterilización correspondiente.
Las características técnicas de los materiales deberían ser las siguientes:
Acero inoxidable quirúrgico, tolerante a agentes corrosivos, resistentes a temperaturas de más de 180º C, sin cambios de color o aspecto.
El Hospital de Trauma no se hace responsable, en el caso de que dichas muestras se alteren o destruyan durante el proceso.

Solicitamos a la institución convocante reducir el tiempo de esterilización ya que según las normas la esterilización por vapor se realiza con vapor saturado a 134/132 grados generalmente a 5min de exposición, también debe garantizarse la calidad de vapor que establece la norma EN285, En caso contrario, podrían aparecer residuos de corrosión en el sistema de conducciones o producir un contenido demasiado alto de ácido silícico causando alteraciones de color en el instrumental.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.

Consulta 46 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Solicitamos respetuosamente a la institución convocante ampliar el rango de precios, los precios referenciales en los ítems 8, 11, 12, 73 y 74 están por debajo de los costos de muchos proveedores que comercializan productos de buena calidad, con esos precios solo tendrían instrumentales y sets de baja calidad, por ende esos instrumentales durarán poco tiempo por el tipo de material de fabricación de baja calidad e incurrirán en más llamados y compra de los mismos en menor tiempo que de instrumentales de calidad con las Normas requeridas de fabricación de instrumental quirúrgico conforme a las normas EN ISO 7153-1 o EN ISO 16061, y también las normas DIN EN ISO 11607-1 para los contenedores de esterilización.

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

LOS PRECIOS FUERON REALIZADOS CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES; POR MEDIO DE COTIZACIONES RECIBIDAS DE DISTINTAS FIRMAS DEDICADAS A LA PROVISIÓN DE MATERIALES E INTRUMENTALES MÉDICOS QUE PERMITIERON DISPONER LOS PRECIOS REFERENCIALES DEL MERCADO. FAVOR AJUSTARSE A LOS MISMOS.

Consulta 47 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Donde dice: El oferente deberá presentar UNA muestra por cada item cotizado, hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.
Solicitamos que en este punto se puedan presentar una muestra de cada tipo de instrumental, como ser un mango de bisturí, una pinza anatómica, una pinza tipo fórceps, una tijera, etc. y no una muestra por cada ítem. Con una muestra de cada tipo de instrumental se podrá comprobar el cumplimiento de los requerimientos en cuanto a origen, marca, presentación y sobre todo la calidad del instrumental ofertado

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.

Consulta 48 - Plazo de reposición de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Donde dice: Plazo de reposición de bienes
El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:
DOS (2) DÍAS HÁBILES.

Solicitamos que el plazo de reposición de los bienes para el caso de los instrumentales sea ampliado a 45 días, por la gran cantidad de ítems y alguno de ellos complejos deberán ser importados para su reposición
En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.

Consulta 49 - Item 3 – Bandeja de acero para instrumentales

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024

Bandejas de acero inoxidable. Tamaño 42x32x6.5cm, solicitamos se acepte una variación de + 2 cm en las medidas solicitadas
En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.

Consulta 50 - Item 5 – Caja de cirugía menor

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+-2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador. En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 51 - Item 9- Caja para instrumental

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde dice: 1 Tijera Lister para vendaje de yeso 28cm de largo, solicitamos se permita cotizar 1 Tijera Bozeman para vendaje de yeso 28 cm de largo, considerando que cumplen la misma función		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 52 - Item 11 - Caja de traumatologia y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde solicitan: 1 PALANCA HUESOS VERBRUGGE-MULLER 44MM, pedimos se puedan cotizar 1 PALANCA HUESOS HOHMANN, considerando que cumplen la misma función.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 53 - Item 13 – Caja para sutura

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde piden: 1 Separador de farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+-2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador. En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 54 - Item 15 – Caja para vascular de exploración mínima

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde piden: 1 Separador de Farabeuf 13 cm (+ - 2cm), solicitamos se puedan cotizar separador PARKER-BABY 13 cm (+- 2cm), para poder cumplir con la medida solicitada sin alterar la función del separador. En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 55 - item 66 - Saturómetro

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde solicitan Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, pedimos que el funcionamiento a red eléctrica sea opcional, considerando que no son equipos que se utilicen conectados de manera prolongada a un solo paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.		

Consulta 56 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Debido a la gran cantidad de ítems y componentes solicitados, pedimos que el plazo para emisión de la orden de compra se amplie a 60 días hábiles después de la firma del contrato. En la respuesta a esta consulta nos indican por favor dirigirse a la Adenda, sin embargo la misma no se encuentra publicada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 3 DEL PBC.		

Consulta 57 - Condiciones del contrato:

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
En donde se indica: Tasa de interés por mora 0.001%, solicitamos que esta tasa sea por lo menos igualada a la multa de 0.01% por día de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2024
LOS PORCENTAJES SE ESTIPULAN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS EMANADOS POR LAS AUTORIDADES DEL MSPYBS. FAVOR AJUSTARSE AL PBC.		

Consulta 58 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024

DONDE DICE: EL PLAZO DE ENTREGA S SERA DE 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR.
Solicitamos respetuosamente a la convocante volver a ampliar el plan de entregas a por lo menos 45 (cuarenta y cinco) días hábiles, posteriores a la recepción de la orden de compra, ya que son muchos instrumentales los solicitados. Debido a que será imposible realizar una importación tan rapida. Asi aumentar la demanda de ofertas y la libre participación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024

FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.

Consulta 59 - ITEM 5: CAJA DE CIRUGIA MENOR

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024

Donde dice: 1 Pinza aro o Forester mediana, de 16cm (+ - 2cm)
Consulta: Solicitamos amablemente a la concocante aceptar poder ofertarse la pinza foerster a FOERSTER-BALLENGER, ya que ambas son para utilización en sujetar pólipos, tapones y esponjas. Sólo el nombre estaria cambiando.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024

FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 60 - Item 8: Caja para cadera

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024

DONDE DICE: 1 PORTAAGUJAS HEGAR 240MM CON INSERTO DE CARBURO DE TUNGSTENO (+/-5MM)
CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar PORTA-AGUJAS MAYOR-HEGAR, ya que ambas son para utilización de porta-agujas con bocas de carburo de tungsteno y cumplen la misma funcion.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024

FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 61 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024

DONDE DICE: 2 PALANCA HUESOS VERBRUGGE-MULLER 44MM(+/-5MM)
CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar PALANCA DE HUESOS O ELEVADORES HOHMANN

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024

FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 62 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
DONDE DICE: SEPARADOR O GANCHO OSEO CON LA FORMA EN MANGO T, CON UN SOLO GARFIO AGUDO DE 240MM (+/- 5mm) Consulta: se solicita amablemente a la convocante aclarar cual es el instrumental solicitado o nombrar para que sea mas facil de identificar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 63 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si se agrego el +/- 5mm en la medida del instrumental largo-ancho o los diametros, por favor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
LA VARIACION SERIA PARA EL LARGO, ANCHO Y DIÁMETRO		

Consulta 64 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
DONDE: 1 MIOS RETRACTOR CADERA 60° ESTÁND.U-CORT.(+/-5MM) CONSULTA: Se solicita a la convocante aceptar el OBWEGESER o especificar mejor si es el retractor anillado o el largo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
EL LARGO		

Consulta 65 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Donde dice: 1 BROCA DE EXTRACCIÓN DE CABEZA FÉMORAL(+/-5MM) Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre de la broca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 66 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Donde dice: 1 PALANCA DE LUXACIÓN PARA LEVANTAR LA CABEZA DEL FÉMUR 27 MM EN LA PUNTA, LONG 300 MM(+/- 5MM) Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre de la palanca para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 67 - ITEM 9: CAJA DE CURACION

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar con una variación de +/- 5mm o 2mm por lo minimo asi como los demás items solicitados, para mas participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 68 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
DONDE DICE: 2 INSTRUMENTAL DE EXTRACCION PARA VASTAGO DE PROTESIS, LONGITUD 300MM (+/- 5mm) Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 69 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Donde dice: 2 MAJADOR REDONDO D14MM 300MM(+/-5MM) Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 70 - CAJA DE CIRUGIA 8: CAJA DE CADERA

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
donde dice: 1 MARTILLO 580GR, CABEZA DIAM 40MM, LONGITUD 245MM(+/-5MM) Solicitamos respetuosamente a la convocate aceptar MARTILLO OMBREDANNE de 550G, 24,0 CM		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 71 - CAJA DE CURACION N9

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
donde dice: 1 Tijera Iris 16cm (+ - 2cm) consulta: Se solicita amablemente a la convocante aceptar la tijera de iris de 11,5 cm de largo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 72 - CAJA DE CURACION N9

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
DONDE DICE: 1 Tijera Lister para vendaje de yeso 28cm de largo CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aceptar Tijera Lister de 21,0 cm de largo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 73 - CAJA DE CURACION N9

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
Donde dice: 1 Llave en T para extracción de rotula 19cm de largo N° 11mm Consulta: Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 74 - CAJA DE CURACION N9

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
donde dice: 1 Llave en T para extracción de rotula 19cm de largo N° 10mm Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 75 - CAJA DE CURACION N9

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
donde dice: 1 Llave en T para extracción de rotula 19cm de largo N° 9mm Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 76 - CAJA DE CURACION N9

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
donde dice: 1 Mango en T para extracción de Shamp con mariposita de 15cm Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 77 - CAJA DE CIRUGIA 16: MAXILOFACIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
DONDE DICE: 1 Tijera Metzembaum de 15 cm +/- 1 cm recta y curva CONSULTA: Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se refiere a opcional o solicitan ambas 1 unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SE SOLICITAN AMBAS 1 UNIDAD. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 78 - CAJA DE CIRUGIA 16: MAXILOFACIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
donde dice; 1 Separador de órbita Shuman Se solicita amablemente a la convocante favor aclarar el nombre del instrumental para mejor identificacion		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SEGUN LO CONVERSADO CON VARIOS ESPECIALISTAS DE LA CONVOCANTE, TODOS MENCIONAN LA MISMA NOMINACIÓN PARA EL INSTRUMENTAL REQUERIDO.		

Consulta 79 - CAJA DE CIRUGIA 16: MAXILOFACIAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2024
donde dice: 1 Tijera Iris de 12 cm +/- 1 cm recta y curva consulta: Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se refiere a opcional o solicitan ambas 1 unidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
SE SOLICITAN AMBAS 1 UNIDAD. FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 80 - ITEM 81

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
DONDE DICE: TIJERA DE POTT: TIJERA DE POTT DE 60º DE 17 CM. VARIANTE:+ - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar tambien tijera POTTS-SMITH de 17cm +/- 2cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 81 - ITEM 80

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024
DONDE DICE: TIJERA DE POTT: TIJERA DE POTT DE 45º DE 17 CM. VARIANTE:+ - 2 CM. PARA CIRUGÍA VASCULAR CONSULTA: Solicitamos amablemente a la convocante aceptar tijera POTTS-SMITH 17cm +/-2cm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024
FAVOR DIRIGIRSE A LA VERSION 4 DEL PBC.		

Consulta 82 - CAJA PARA MAXILOFACIAL: ITEM 16

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2024

CONSULTA: 1 Pinza cistica 15 cm +/- 1 cm
DONDE DICE: Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el rango de las medidas aceptar de 22cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2024

FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 83 - Requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	31-10-2024

c) Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DINAVISA, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16. En caso de que el item ofertado no posea dicho certificado, el oferente deberá solicitar a la DNVS una constancia donde conste que el item ofertado no requiere de dicha certificación.
¿Se podría considerar la constancia de renovación en trámite, para los registros sanitarios que se encuentren vencidos a la fecha de apertura de ofertas y se encuentren en proceso de renovación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024

LA CONVOCANTE TENDRA EN CONSIDERACION LA CONSTANCIA DE RENOVACION EN TRAMITE EMITIDA POR LA DINAVISA

Consulta 84 - MUESTRAS SOLICITADAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024

Favor aclarar si sera con el catalogo como indica el primer reglon de la solicitud o como indica en el segundo.
La evaluación se realizará con el catálogo para todos los ítems ofertados, donde deberán estar debidamente individualizados dentro del mismo el N° de ítem a cual corresponde.
Asimismo, en caso de ofertar instrumentales médicos, los oferentes deberán presentar muestra de DOS instrumentales que sean de diferentes tipos, de cualquiera de los ítems cotizados, para verificar las características de los materiales y realizar el procedimiento de control de calidad hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024

Conforme se establece en el PBC se requieren ambos. Por un lado CATALOGO PARA TODOS LOS ITEMS OFERTADOS. Por otro lado, solo EN CASO DE OFERTAR INSTRUMENTALES MEDICOS se debera presentar solo 2 unidades de muestras para evaluar las caracteristicas del material y control de calidad, independientemente a la cantidad de items cotizados por el oferente.

Consulta 85 - MUESTRAS SOLICITADAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024

Solicitamos a la convocante que en en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al lote-ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024

EN CASO DE OFERTAR INSTRUMENTALES MEDICOS se debera presentar solo 2 unidades de muestras para evaluar las caracteristicas del material y control de calidad, independientemente a la cantidad de items cotizados por el oferente.

Consulta 86 - MUESTRAS SOLICITADAS

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2024

DONDE DICE: La evaluación se realizará con el catálogo para todos los ítems ofertados, donde deberán estar debidamente individualizados dentro del mismo el N° de ítem a cual corresponde.
Asimismo, en caso de ofertar instrumentales médicos, los oferentes deberán presentar muestra de DOS instrumentales que sean de diferentes tipos, de cualquiera de los ítems cotizados, para verificar las características de los materiales y realizar el procedimiento de control de calidad hasta la fecha marcada por la convocante como tope para entrega de las ofertas.
CONSULTA: Se solicita respetuosamente en caso de ofertarse en varios lotes el mismo tipo de instrumental, aceptar la presentación de los dos instrumentales para ambos lotes que contegan los mismos instrumentos para el control de calidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2024

EN CASO DE OFERTAR INSTRUMENTALES MEDICOS se debera presentar solo 2 unidades de muestras para evaluar las caracteristicas del material y control de calidad, independientemente a la cantidad de items cotizados por el oferente.

Consulta 87 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024

Donde solicitan: 1 MIOS RETRACTOR CADERA 60° ESTÁND.U-CORT. (+/-5mm), hacemos notar que la descripción de lo solicitado corresponde a la marca Aaesculap por lo que pedimos puedan definir de manera general el instrumental necesario.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024

SE REFIERE A UNA PALANCA OSEA, CONOCIDA TAMBIEN COMO SEPARADOR DE HOHMANN

Consulta 88 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024

Donde dice: 1 CUCHARILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-5mm), solicitamos se puedan ofertar 1 CUCHARILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-2cm).

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 89 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024

Donde dice: 1 CUCHARA CORTANTE 30MM 300MM (+/-5mm), solicitamos se puedan ofertar 1 CUCHARA CORTANTE 30MM 300MM (+/-5cm)

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.

Consulta 90 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024
Donde dice: 2 INSTRUMENTAL DE EXTRACCIÓN PARA VÁSTAGO DE PRÓTESIS, LONGITUD 300MM (+/-5mm), podrían aclarar de que trata el instrumental, cual es el tipo de vástago a extraer.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
EL INSTRUMENTAL TAMBIEN ES CONOCIDO COMO CINCEL O ESCOPLO PARA EXTRACCION DE TODO TIPO DE VASTAGO.		

Consulta 91 - Ítem 8 - Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024
Donde solicitan: 2 MAJADOR REDONDO D14MM 300MM (+/-5mm), porfavor aclarar que tipo de instrumental se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
EL INSTRUMENTAL TAMBIEN ES CONOCIDO COMO IMPACTOR PARA LA COLOCACION DE PROTESIS.		

Consulta 92 - Item 66 – Saturometro

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024
Donde solicitan: Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, por favor aclarar que el funcionamiento con red eléctrica es solo para la carga de la batería.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
NO SE SOLICITA EL FUNCIONAMIENTO A RED ELECTRICA, ES A BATERIA RECARGABLE. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 93 - Ítem 74- Caja de traumatología y Ortopedia.

Consulta	Fecha de Consulta	04-11-2024
Donde solicitan: 1 ESCARIADOR, CON 2 GARGANTAS, 150 mm, 6" (+/- 5mm), por favor aclarar si se trata de un escariador de PERTHES y a que se refieren con doble garganta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
NO ES UN ESCARRIADOR DE PERTHES, SE TRATA DE UN ESCARRIADOR RECTO CON DOBLE CANAL (GARGANTA) PARA GENERAR ESPACIO OSEO CON PRECISION.		

Consulta 94 - Item 8 –Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Donde solicitan: 1 MIOS RETRACTOR CADERA 60° ESTÁND.U-CORT. (+/-5mm), hacemos notar que la descripción de lo solicitado corresponde a la marca Aaesculap por lo que pedimos puedan definir de manera general el instrumental necesario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
SE REFIERE A UNA PALANCA OSEA, CONOCIDA TAMBIEN COMO SEPARADOR DE HOHMANN		

Consulta 95 - Item 8 –Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Donde dice: 1 CUCHARILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-5mm), solicitamos se puedan ofertar 1 CUCHARILLA CORTANTE DENTADA 9MM 300MM (+/-2cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADECUAN A LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 96 - Item 8 –Caja de traumatología y ortopedia

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Donde solicitan: 2 MAJADOR REDONDO D14MM 300MM (+/-5mm), porfavor aclarar que tipo de instrumental se requiere.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
EL INSTRUMENTAL TAMBIEN ES CONOCIDO COMO IMPACTOR PARA LA COLOCACION DE PROTESIS.		

Consulta 97 - Item 66 – Saturometro

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Donde solicitan: Funciona con red eléctrica y a batería recargable integrada con autonomía mínima de 4 horas, por favor aclarar que el funcionamiento con red eléctrica es solo para la carga de la batería		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
NO SE SOLICITA EL FUNCIONAMIENTO A RED ELECTRICA, ES A BATERIA RECARGABLE. FAVOR AJUSTARSE A LAS EETT DEL PBC.		

Consulta 98 - Ítem 74- Caja de traumatología y Ortopedia.

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2024
Donde solicitan: 1 ESCARIADOR, CON 2 GARGANTAS, 150 mm, 6" (+/- 5mm), por favor aclarar si se trata de un escariador de PERTHES y a que se refieren con doble garganta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-11-2024
NO ES UN ESCARRIADOR DE PERTHES, SE TRATA DE UN ESCARRIADOR RECTO CON DOBLE CANAL (GARGANTA) PARA GENERAR ESPACIO OSEO CON PRECISION.		