

Consultas Realizadas

Licitación 454299 - LPN N° 136/24 ADQUISICIÓN DE TORRE DE LAPAROSCOPÍA Y ARCO EN C PARA EL IPS

Consulta 1 - EETT ítem 1 - PROCESADOR DE IMÁGENES ENDOSCÓPICAS FULL HD

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización. Sugerimos a la convocante que este punto sea opcional, ya que los parámetros del insuflador se pueden registrar en el mismo insuflador, además esta característica solo cumple la marca Storz, en caso de ser opcional, permitirá la participación de otros oferentes.	17-10-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	29-10-2024	

Consulta 2 - PROCESADOR DE IMÁGENES ENDOSCÓPICAS FULL HD

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: El procesador debe ofrecer la posibilidad de incorporar módulos adicionales, que permitan que con la misma torre se puedan realizar simultáneamente endoscopías rígidas, y video endoscopias. Utilizando el mismo monitor, y con la capacidad de mostrar ambas imágenes (la de endoscopía rígida y la de la video endoscopia) al mismo tiempo, para poder realizar procedimientos híbridos. Sugerimos a la convocante que este punto sea opcional, debido a que esta característica solo cumple la marca Storz, de esa manera permitirá la participación de otros oferentes.	17-10-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	29-10-2024	

Consulta 3 - EETT ítem 1 - CABEZAL DE CÁMARA

Consulta	Fecha de Consulta	
De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1920 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom óptico para focal. Sugerimos a la convocante ampliar la tecnología del cabezal de cámara a 3 Chip HD CCD o CMOS. De esa manera permitirá la participación de otros oferentes.	17-10-2024	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	29-10-2024	

Consulta 4 - EETT ítem 1 - INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE CO2 UNIVERSAL

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: Manejo mediante pantalla táctil color de al menos Sugerimos a la convocante que este punto sea OPCIONAL, debido a que esta característica es exclusiva de una marca en específica, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		29-10-2024

Consulta 5 - EETT ítem 1 - FUENTE DE LUZ FRÍA LED

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: FUENTE DE LUZ FRÍA LED Consultamos a la convocante que aclare si el valido que si la fuente de luz LED sea integrado con el procesador de imagen.		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		29-10-2024

Consulta 6 - EETT ítem 1 - FUENTE DE LUZ FRÍA LED

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: Temperatura de color de 6000 Kelvin como mínimo. Sugerimos a la convocante sacar este punto o que sea OPCIONAL, ya que existen tecnologías de LEDs que trabajan con la longitud de onda de cada color de LEDs. De esa manera permitirá la participación de otros oferentes.		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		29-10-2024

Consulta 7 - EETT ítem 1 - FUENTE DE LUZ FRÍA LED

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: Duración de la vida útil de la lámpara de 25.000hs o mejor. Sugerimos a la convocante reducir la vida útil de la lámpara a 10.000hs o mejor, debido a que esta característica es exclusiva de una marca en específica, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		29-10-2024

Consulta 8 - EETT ítem 1 - FUENTE DE LUZ FRÍA LED

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: 01 (una) Ópticas rígida de visión foroblicua panorámica de 30° Sugerimos a la convocante esta especificación sea Óptica rígida de 30° y sacar la especificación de "visión foroblicua", ya que la misma es exclusiva a la marca Storz, de esta manera permitirá la participación de otros oferentes.		17-10-2024

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		29-10-2024

Consulta 9 - ITEM 1 - EETT - PUNTO 4.4

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el ítem1 en el punto 4.4 donde menciona: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización.		
Solicitamos respetuosamente a la institución convocante aceptar equipos con capacidades similares para mayor participación de los oferentes ya que estas características son de un solo proveedor en el mercado, como por ejemplo: Sí, es importante que se pueda visualizar en balance de blanco en la pantalla no así las configuraciones del insuflador ya que eso podría hacerse antes de iniciar la cirugía y evitar más procesos para el cirujano, iniciar y parar la insuflación también puede realizar el/la circulante, no son determinantes para la salud del paciente que es lo que se tiene como prioridad.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - ITEM 1 - EETT - PUNTO 7.10.5

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el ítem1 en el punto 7.10.5 donde menciona: Trocar de 11mm, para condiciones de gas ideales.		
Solicitamos a la institución convocante aceptar trocar de 10 mm de diámetro, o aumentar el rango de tolerancia de +/- 1 mm.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - ITEM 1 - EETT - PUNTO 7

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el ítem1 en el punto 7, INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE CO2 UNIVERSAL en general, solicitamos a la convocante aceptar insuflador con calefacción de gas integrada, también casetes de evacuación de humo intercambiables que es de suma importancia cuando existe riesgo de contaminación en el caso de pacientes con covid o alguna afección que podría llegar a ser contagiosa y no sea suficiente solo utilizar el filtro de CO2.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - ITEM 1 - EETT - PUNTO 9.5

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el ítem1 en el punto 9.5 donde menciona: Debe contar con una puerta trasera y una puerta delantera con llave, para resguardo seguro de los equipos.		
Solicitamos a la convocante aceptar otros modelos de carro de transporte que no sea precisamente todo cerrado, debería de poder estar resguardado dentro del quirófano sin ningún tipo de inconveniente. Los carros que vienen de fabrica por lo general no son cerrados en la parte de adelante, pero si cuentan con algún compartimiento con llave en el caso de ser necesario.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde mencionan: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, que confirme que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado		
Teniendo en cuenta que las legalizaciones de los documentos extranjeros tardan como mínimo 45 días desde su petición, solicitamos amablemente a la convocante aceptar copia simple para la apertura de oferta y presentar legalizados para la firma del contrato en caso de resultar adjudicado.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – PUNTO 4.4

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el item1 en el punto 4.4 donde menciona: El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como el Insuflador y la Fuente de Luz, para poder mostrar y configurar los parámetros de los mismos en la pantalla de visualización.		
Solicitamos respetuosamente a la institución convocante aceptar equipos con capacidades similares para mayor participación de los oferentes ya que estas características son de un solo proveedor en el mercado, como por ejemplo: Sí, es importante que se pueda visualizar en balance de blanco en la pantalla no así las configuraciones del insuflador ya que eso podría hacerse antes de iniciar la cirugía y evitar más procesos para el cirujano, iniciar y parar la insuflación también puede realizar el/la circulante, no son determinantes para la salud del paciente que es lo que se tiene como prioridad.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – PUNTO 7.10.5

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el item1 en el punto 7.10.5 donde menciona: Trocar de 11mm, para condiciones de gas ideales.		
Solicitamos a la institución convocante aceptar trocar de 10 mm de diámetro, o aumentar el rango de tolerancia de +/- 1 mm.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – PUNTO 7

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el item1 en el punto 7, INSUFLADOR ELECTRÓNICO DE CO2 UNIVERSAL en general, solicitamos a la convocante aceptar insuflador con calefacción de gas integrada, también casetes de evacuación de humo intercambiables que es de suma importancia cuando existe riesgo de contaminación en el caso de pacientes con covid o alguna afección que podría llegar a ser contagiosa y no sea suficiente solo utilizar el filtro de CO2.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Especificaciones Técnicas del ITEM 1 – PUNTO 9.5

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Para el item1 en el punto 9.5 donde menciona: Debe contar con una puerta trasera y una puerta delantera con llave, para resguardo seguro de los equipos. Solicitamos a la convocante aceptar otros modelos de carro de transporte que no sea precisamente todo cerrado, debería de poder estar resguardado dentro del quirófano sin ningún tipo de inconveniente. Los carros que vienen de fabrica por lo general no son cerrados en la parte de adelante, pero si cuentan con algún compartimiento con llave en el caso de ser necesario.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 18 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
Donde mencionan: Certificación emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del país de origen, que confirme que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado		
Teniendo en cuenta que las legalizaciones de los documentos extranjeros tardan como mínimo 45 días desde su petición, solicitamos amablemente a la convocante aceptar copia simple para la apertura de oferta y presentar legalizados para la firma del contrato en caso de resultar adjudicado.		

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2024
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		