

## Consultas Realizadas

# Licitación 454507 - ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA LA DINAC - AD REFERENDUM

### Consulta 1 - EETT- ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2024
<ul style="list-style-type: none"><li>• EETT- ÍTEM 1: La capacidad de peso dice 150 kg (+/- 10), solicito amablemente a la convocante modificar de 100 a 150 kg de tal modo a garantizar una mayor cantidad de oferentes.</li><li>• EETT-ÍTEM 1: Proponen que los posa pies sean abatibles y desmontables, solicitamos amablemente a la convocante modificar agregar posa pies fijos, es decir, abatibles, desmontables o fijos, de tal modo a garantizar una mayor cantidad de oferentes.</li><li>• EETT-ÍTEM 1: Piden una profundidad de asiento: 40cm (+/-4), solicitamos amablemente a la convocante ampliar la profundidad a 45cm (+/-2)</li></ul>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>CAPACIDAD DE PESO: SE SOLICITA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN LAS EE.TT TENIENDO EN CUENTA QUE EL FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS DENTRO DEL AISP SON PERSONAS CORPULENTAS Y EN MAYOR NÚMERO CON SOBREPESO Y LAS SILLAS DE RUEDAS DEBEN SER APTAS PARA SU USO CORRESPONDIENTE.</p> <p>POSA PIES: FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 1, UNA VEZ QUE LA MISMA SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP.</p> <p>PROFUNDIDAD DE ASIENTO: FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 1, UNA VEZ QUE LA MISMA SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP.</p>		

### Consulta 2 - Ítem 18 - Silla de ruedas

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
<p>Ítem 18 - Silla de ruedas</p> <p>En una parte de las Especificaciones Técnicas dice: Ancho de asiento: 22 pulgadas</p> <p>Solicitamos amablemente al Convocante permita cotizar para el Ancho de asiento: 22 pulgadas (+/- 3 pulgadas).</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2024
<p>FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA 1, UNA VEZ QUE LA MISMA SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP.</p>		