

Consultas Realizadas

Licitación 445914 - LPN N° 165-24 **ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PERFUSIÓN Y MONITORIZACIÓN ECMO PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGÍA DEL HC DEL IPS**

Consulta 1 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Pide:4.1.1 Consola: Parte Delantera: PANTALLA Subdivisión de Pantalla Unidad Principal: Pantalla táctil de 8,1" Unidad de reserva: Pantalla táctil de ...Consulta: Se puede ofertar otro equipo que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, pero con otras dimensiones de la pantalla principal? o ampliar el rango de 5 a 10"	24-06-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se aclara que deben poder visualizar las 2 pantallas en caso de falla de la pantalla principal, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 18 de junio del 2025.	17-07-2025	

Consulta 2 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
4.3.2 Utilización: forma continua hasta 14 días Consulta: Se puede ofertar un equipo que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas pero con una utilización de 5 días debido a que los tratamientos de ECMO suelen ser tratamientos cortos, Si bien una vida útil más corta puede parecer una desventaja, puede ser beneficiosa en situaciones donde se prevé que el soporte de ECMO sea a corto plazo. En tales casos, usar un desechable validado para 5 días podría ser más rentable si un desechable de 14 días se desechara prematuramente. Costo inicial por desechable potencialmente menor: Los desechables individuales de 5 días podrían tener un precio unitario más bajo en comparación con los de 14 días , además si se desea prolongar el tratamiento a mas de 5 dias se tiene la opción de cambiar el descartable y prolongarlo 5 dias mas dependiendo del tratamiento.	24-06-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se aclara que lo requerido por el servicio es ECMO para un mínimo de 14 días tanto del oxigenador como del cono de centrifuga para tratar condiciones más complejas y tener un tiempo más extendido para la recuperación de órganos, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 18 de junio del 2025.	17-07-2025	

Consulta 3 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicita: 4.3.3 Velocidad : 0 - 5000 RPM Consulta:Se puede ofertar un equipo que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas pero con una velocidad de 0 - 3500 rpm ya que cada fabricante usa las revoluciones de la centrifuga de acuerdo al descartable que va a ser utilizado por el equipo.	24-06-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se aclara que la velocidad de bomba hasta 5000 rpm permite tratar pacientes más complejos y demandantes en lo referido a oxigenación, flujo sanguíneo y mejor soporte cardíaco, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 18 de junio del 2025.	17-07-2025	

Consulta 4 - Capacidad tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
en punto 8 solicita: Certificacion emitida por el fabricante legalizada por consultado del pais de origen de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. Solicitamos a la convocante permita "declaracion Jurada del oferente y a la firma del contrato presentar documentos emitido por el fabricante que avalen de que el equipo es nuevo y no remanufacturado", considerando que el plazo de apertura desde la fecha de publicacion no es suficiente para la obtencion de la consularizacion, o en su defecto la convocante permita presentar documento simple y a la firma de contrato presentar el documento consularizado. (el plazo de consularizacion segun el pais donde se encuentre el consulado paraguayo, toma aproximadamente mas de 30 dias)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2025
Se aclara que la certificación solicitada debe ser emitida por el fabricante. La consularización o apostilla se podrá presentar a la firma del contrato, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 18 de junio del 2025.		