

Consultas Realizadas

Licitación 455031 - LPN 148/2024 - SERVICIO DE ESTERILIZACION CON PROVISION DE PACKS QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO

Consulta 1 - Consulta 1.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la sección "MUESTRAS". Con respecto al tamaño de contenedores rígidos, sobre las medidas solicitadas para las muestras, se consulta a la convocante: ¿Cuál será el rango de tolerancia aceptable para las medidas exteriores de los contenedores en general? Se pide establecer un rango de tolerancia o indicar "medidas mínimas aceptadas" o "medidas máximas aceptadas" con el fin de permitir mayor participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 2 - Consulta 8.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la página 45 del PBC, en la sección “RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE”, en el punto donde dice: “ El MSPyBS pondrá a disposición de la empresa adjudicada un área destinada a Central de Esterilización y almacén de materiales esterilizados, completa con todas las condiciones necesarias y previstas por ley y por las guías nacionales e internacionales de infraestructura, servicios eléctricos, hídrico, sistema de tratamiento y suministro de agua, sistema de tratamiento y suministro de aire, sistema y suministro de aire comprimido en área sucia y limpia por cada estación de trabajo, agua comprimida en área sucia, control de parámetros ambientales y cambios de aire, presiones ambientales diferenciadas por cada área, materiales de acabamiento no porosos y lavables resistentes a los tratamientos de desinfección diaria. El área será entregada a la empresa adjudicada en condiciones de poder seguir a propio cargo con la instalación de los equipos y del sistema de trazabilidad.” Durante la visita técnica realizada in situ, se ha detectado que no se cumplen con las condiciones establecidas en este punto. De ninguna forma pueden ser “condiciones necesarias y previstas por ley y por las guías internacionales” ya que no se cumplen las condiciones mínimas para el establecimiento de una central de esterilización. Infraestructura: no se han contemplado las medidas mínimas recomendadas de los desagües para el correcto drenaje de los equipos que utilizan agua. Se han colocado caños de pequeñas secciones (50) en lugar de la sección recomendada de (100) Servicios eléctricos: no se han colocado suficientes tomas eléctricas para equipos que requieran 380VAC. Hídrico: No cuenta con planta de tratamiento de agua para la conexión a los equipos. Sistema de tratamiento y suministro de agua: No se puede comprobar la presión de agua que llega hasta la central de esterilización, por tanto, no se sabe a ciencia cierta si se cumple con la presión mínima de agua y el caudal mínimo necesario para la conexión de los equipos a dicho suministro. Sistema de tratamiento y suministro de aire: no se encuentra ningún sistema de tratamiento y suministro de aire en el local destinado para la central de esterilización. Sistema y suministro de aire comprimido en área sucia y limpia por cada estación de trabajo: no existe ningún sistema de aire comprimido. Agua comprimida en área sucia: se ha observado solo una bacha para lavado de manos en el área sucia. No se observan manómetros de control de presión de agua en todo el local. Solo se cuenta con un suministro de agua “dura” y no existe ningún sistema de tratamiento de agua, cuando se requiere un suministro independiente de agua descalcificada y otro independiente de agua de ósmosis inversa. Control de parámetros ambientales y cambios de aire: no existe ningún control de parámetros ambientales (como mínimo deberían ser temperatura, humedad, presión de sala). Los sistemas de aire acondicionado instalados en el lugar de ninguna forma pueden lograr el control de presiones requerido en las guías internacionales para centrales de esterilización. Presiones ambientales diferenciadas por cada área: no cuenta con ningún sistema de presurización ambiental. No se cuenta con los planos de señales débiles, hídricos ni eléctricos. Ningún plano ha sido facilitado a los potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 3 - Consulta 2.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se recomienda a la convocante que, en vez de solicitar contenedores por medidas de acuerdo a las establecidas en el PBC, se solicite un contenedor con instrumentales para cada tipo de cirugía que será realizada en el Hospital de Coronel Oviedo para que de esta forma la convocante pueda evaluar qué solución puede ofertarse ante cada tipo de procedimiento.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 4 - Consulta 3.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la sección de “EXPERIENCIA REQUERIDA”, en donde dice: “Demostrar la experiencia prestando servicios de esterilización en el mercado local en el sector público o privado de los años 2021, 2022 y 2023. Demostrar la experiencia en el mercado nacional en la provisión servicios y/o bienes relacionados con el objeto del presente llamado o relacionados a procesos de esterilización a una institución de salud, con contratos y/o facturaciones de venta y/o sus recepciones finales a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente a 20% del monto máximo del presente llamado, dentro de los: 5 (cinco) años (2019-2020-2021-2022-2023). En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan al periodo establecido en el presente punto, el mismo será considerado como válido para la participación.” Se consulta a la convocante si el oferente debe DEMOSTRAR ambos puntos indefectiblemente o basta con DEMOSTRAR solo uno de los dos puntos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 5 - Consulta 4.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la sección “CAPACIDAD TÉCNICA” en el punto número 6, donde dice: “Mínimo 1 (una) Autoclave con esterilización de prevacío y/o gravedad de doble puerta mínimo de 230 lt de capacidad de cámara, de vapor autogenerado, con UPS que evite riesgos de interrupción de servicio, garantice la continuidad de la trazabilidad de los materiales esterilizados. El esterilizador debe estar equipado para las opciones de conectividad de sistemas de gestión y almacén de datos de proceso y al sistema de trazabilidad de los materiales procesados en la central.” Se solicita a la convocante eliminar este punto porque no se halla necesaria la provisión de un equipo de este tamaño siendo que en el punto 5 ya se piden dos equipos del doble de este tamaño (mínimo 570 litros). Además, el espacio físico del lugar y las instalaciones eléctricas en el sitio no están preparados para un equipo aparte de los solicitados en el punto 5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 6 - Consulta 5.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la sección “REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA” en el punto número 6 donde dice: “Mínimo 1 (una) Autoclave con esterilización de prevacío y/o gravedad de doble puerta mínimo de 230 lt de capacidad de cámara, de vapor autogenerado, con UPS que evite riesgos de interrupción de servicio, garantice la continuidad de la trazabilidad de los materiales esterilizados. El esterilizador debe estar equipado para las opciones de conectividad de sistemas de gestión y almacén de datos de proceso y al sistema de trazabilidad de los materiales procesados en la central.” Se solicita a la convocante eliminar este punto porque no se halla necesaria la provisión de un equipo de este tamaño siendo que en el punto 5 ya se piden dos equipos del doble de este tamaño (mínimo 570 litros). Además, el espacio físico del lugar y las instalaciones eléctricas en el sitio no están preparados para un equipo aparte de los solicitados en el punto 5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 7 - Consulta 6.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la página 44 del PBC donde dice: "FLUJO UNIDIRECCIONAL DE ÁREAS DE TRABAJO (REMITIRSE AL DOCUMENTO ADJUNTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "FIGURA 1")" no se halla el documento mencionado en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 8 - Consulta 7.

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la página 45 del PBC donde dice: "FLUJO DE PROCESO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN (REMITIRSE AL DOCUMENTO ADJUNTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "FIGURA 2")" no se observa el documento en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 9 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se requerirá la presentación de las siguientes muestras al momento de la presentación de ofertas: • Contenedores rígidos de las medidas solicitadas: o (Exterior): 59 x 28 x 26 cm, 59 x 28 x 15 cm, 59 x 28 x 26 cm, 30 x 28 x 15 cm, 47 x 28 x 15 cm. Dimensiones máximas aceptadas (Interior): 54 x 25 x 23 cm, 54 x 25 x 12 cm, 54 x 25 x 23 cm, 25 x 25 x 12 cm, 42 x 25 x 12 cm. • Cestas internas de los contenedores adaptables a las medidas solicitadas • Estériles de contenedores para instrumentales específicos • Placas identificadoras por color de los contenedores • Filtros de PTFE (Politetrafluoroetileno) para los contenedores. Mayor a 5000 ciclos. • Instrumentales de referencia con Datamatrix según norma DIN • Instrumentales para muestra y evaluación según listado: o (2) Tijeras de disección METZENBAUM, curvas, 180,00 mm (7"), 145,00 mm (5 3/4") o (3) Portaagujas MAYO-HEGAR, 150,00 mm (6"), 185,00 mm (7 1/4"), 205,00 mm (8") o Pinzas hemostáticas HALSTED (MOSQUITO), curvas, dentadas, 125,00 mm (5") o Pinzas hemostáticas CRILE, curvas, dentadas 140,00 mm (5 1/2") o Portaagujas CRILE-WOOD, recto, 185,00 mm (7 1/4") o Pinzas hemostáticas KOCHER-OCHSNER, rectas, dentadas 160,00 mm (6 1/4") o Bisturí Descartable retráctil #15, #13, #18 y #20 • Una unidad de Packs quirúrgicos Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. • Una unidad de bata quirúrgica • Una unidad de sábana de enfermería tipo 1 • Una unidad de sábana de enfermería tipo 2 • Una unidad de compresas de vientre Las muestras de los ítems ofertados serán solicitadas por el Comité de Evaluación conforme la necesidad de los mismos, a fin de corroborar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas descritas, solicitadas en el PBC, debiendo ser presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a la solicitud del Comité de Evaluación. La presentación de las muestras será necesaria para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, marcas y procedencias correspondientes o que no se encuentren deterioradas al momento de su presentación conforme se detalla a continuación. Solicitamos a la convocante, aclarar si las muestras se deben entregar con la oferta, o el comité evaluador solicitaran las mismas en el periodo de evaluación según necesidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 10 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Al inicio del apartado de muestras dice: "Se requerirá la presentación de las siguientes muestras al momento de la presentación de ofertas..." Y al terminar la descripción de los materiales que deben ser presentados dice: "Las muestras de los ítems ofertados serán solicitadas por el Comité de Evaluación conforme la necesidad de los mismos, a fin de corroborar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas descriptas, solicitadas en el PBC, debiendo ser presentadas dentro de las veinticuatro (24) horas..." Favor aclarar si las muestras serán requeridas el día de la apertura de sobres o a pedido del comité de evaluación, de manera a que no existan discrepancias ni dudas en la interpretación del texto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 11 - PLANOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
Se solicita publicar los siguientes planos de las áreas asignadas para el servicio de esterilización: Planos eléctricos; Planos de estructura; Planos hidráulicos y Planos de señales débiles. Lo solicitado es fundamental para definir adecuadamente la distribución de equipos de acuerdo a la infraestructura instalada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 12 - MUETRAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
1. En el apartado MUESTRAS, pagina 13 del Pliego de Bases y Condiciones donde mencionan en detalle las características de los materiales a ser presentados y en el cual la Convocante hace referencia técnica a que los Contenedores deben tener ESPECIFICAMENTE: FILTROS DE PTFE PARA LOS CONTENEDORES MAYOR A 5.000 CICLOS. Solicitamos con el objetivo de ampliar el universo de oferentes la INCLUSION de Filtros tipo LABERINTOS para contenedores rígidos con reusos INFINITOS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 13 - MUETRAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
2. En el apartado MUESTRAS, página 13 del Pliego de Bases y Condiciones donde mencionan EXACTAMENTE algunas medidas PUNTUALES: CONTENEDORES RIGIDOS DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS (Exterior): 59x28x26cm; 58x28x26cm; 30x28x15cm; 47x28x15cm. Dimensiones máximas aceptadas (Interior): 54x25x23cm; 54x25x12cm; 25x25x12cm; 42x25x12cm Solicitamos a la convocante no direccionar a una sola marca de sets e instrumentales (BBRAUN/AESCLAP), por lo que se solicita ampliar el rango de las medidas de los contenedores rígidos a medidas estándares que cumplan las normas y se ajusten a las necesidades de composición de cada especialidad. Esta consulta obedece a que el hospital aún no ha establecido la composición de los sets quirúrgicos por especialidad por lo cual no se definen tamaños y cantidad de instrumentales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 14 - MUETRAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
3. En el apartado MUESTRAS, página 13 del Pliego de Bases y Condiciones donde mencionan: Bisturí Descartable Retráctil #15, #13, #18 y #20 Solicitamos: EXCLUIR del Pliego de Bases y Condiciones estas muestras de bisturís descartables retractiles #15, #13, #18 y #20 debido a que no figuran en ningún apartado del Pliego como instrumental desechable a proveer por el oferente como tampoco forma parte de las composiciones de los Paquetes Quirúrgicos Descartables Estériles de un solo uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 15 - REQUISITOS DOCUMENTALES

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el apartado REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUCION DE LA EXPERIENCIA, página 22 del Pliego de Bases y Condiciones se solicita con el objetivo de garantizar y resguardar calidad de gestión en sus procesos por parte del oferente a la convocante INCLUIR como requisito que el oferente debe contar con Certificación de Gestión de Calidad ISO 9001:2015		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 16 - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el Pliego de Bases y Condiciones encontramos que: NO SE MENCIONAN tiempos de entrega de la CEyE instalada y funcionando como tampoco la exigencia de contar con un PLAN DE CONTINGENCIA por parte del OFERENTE en caso de retrasos en los plazos, por lo tanto, se solicita INCLUIR en el Pliego de Bases y Condiciones en el apartado RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA detalladas en las páginas 46, 47 y 48 lo siguiente: En casos fortuitos o de fuerza mayor el Oferente deberá contar con un Plan de Contingencia para asegurar el SERVICIO objeto del presente llamado al momento del arranque de actividades previstas propias del Hospital. Dicho plan de contingencia consistirá en tener una segunda planta de esterilización montada y funcional de tamaño no menor a la instalada en el hospital y con los mismos requerimientos de normas de calidad y sistema informático de trazabilidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 17 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En el apartado REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TECNICA, página 26 del Pliego de Bases y Condiciones punto G donde menciona El software de trazabilidad deberá ser del mismo PROVEEDOR de los instrumentales y contenedores para asegurar el correcto funcionamiento. Solicitamos ACLARAR la mención MISMO PROVEEDOR, debido a que el enunciado da a interpretaciones subjetivas entre fabricante y proveedor, siendo que son industrias totalmente diferentes lo cual no interfiere para el correcto funcionamiento de la trazabilidad y su funcionalidad debe ser compatible con todas las marcas de instrumentales y motores de la convocante según PBC.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 18 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la página 73 menciona que se deberán evitar las referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como: "o sustancialmente equivalente" u "o por lo menos equivalente". No se visualiza que la convocante haya tenido en cuenta en las especificaciones técnicas y en las muestras solicitadas porque va direccionado a una marca específica que es BBRAUN/AESCULAP, dicho esto no hacen referencia a lo mencionado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 19 - ÁREA TÉCNICA (TRATAMIENTO DE AGUAS)

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la página 45 del PBC, en la sección de “ÁREA TÉCNICA (TRATAMIENTO DE AGUAS)”. No se ha observado ninguna planta de tratamiento de agua como se menciona en el punto “a.” donde se dice garantizar la pureza y la calidad del agua utilizada en los procesos de esterilización. Este punto también queda dentro de las “RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE”.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 20 - LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO A LA EMPRESA ADJUDICADA

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la página 48 del PBC, donde dice: “LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO A LA EMPRESA ADJUDICADA” en el punto “F”: Se solicita a la convocante eliminar este punto porque no se halla necesaria la provisión de un equipo de este tamaño siendo que en el punto “E” ya se piden dos equipos del doble de este tamaño (mínimo 570 litros). Además, el espacio físico del lugar y las instalaciones eléctricas en el sitio no están preparados para un equipo aparte de los solicitados en el punto “E”.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 21 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la página 52 del PBC, donde dice: “La Empresa deberá proveer un sistema informático de gestión del CEyE, con estándares de calidad y normas HL7 y deberá permitir la emisión de liquidaciones y reportes de control en base a los cuales el oferente adjudicado emitirá la factura de los servicios prestados, a fin de asegurar una eficiente y eficaz gestión logística de la CEyE, así como la transparencia de todos los procesos.” Se sugiere eliminar “normas HL7” por cuanto el hospital no está adecuado con un sistema HIS y no se puede implementar dicho requerimiento. Se sugiere modificar el punto de la siguiente manera: “La Empresa deberá proveer un sistema informático de gestión del CEyE, con estándares de calidad y deberá poder emitir las liquidaciones y reportes de control en base a los cuales el oferente adjudicado emitirá la factura de los servicios prestados, a fin de asegurar una eficiente y eficaz gestión logística de la CEyE, así como la transparencia de todos los procesos”		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 22 - PLANOS Y DISEÑOS

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2024
En la sección "PLANOS Y DISEÑOS" no se contempla ningún plano de diseño de las áreas de la central de esterilización. Se pide a la convocante facilitar: plantas del proyecto de climatización, plantas del proyecto eléctrico, plantas del proyecto hidráulico, plantas del proyecto de señales débiles, plantas del proyecto de bandejas, plantas de arquitectura que incluya puertas, ventanas y tabiquerías. Todos conforme a obra. Esto se solicita ya que los mismos son necesarios para el correcto dimensionamiento e intervención en el sector para la adecuación del servicio y montaje correcto de los equipos garantizando la seguridad del usuario y de las instalaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		

Consulta 23 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2024
Favor aclarar el documento por el cual se demuestra que los instrumentales y el software de trazabilidad corresponden al mismo proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-01-2025
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		