

## Consultas Realizadas

# Licitación 457883 - LPN N° 19/2025 "ADQUISICIÓN DE KIT DE CIRCUITO EXTERNO DE ANESTESIA PARA EL MSPYBS"

### Consulta 1 - Ítem 1: Circuito para maquina de anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	30-01-2025
<p>Solicitamos a la convocante considerar lo siguiente "Kit de circuito externo de anestesia Revestido con fosfato de plata antimicrobiano. Uso adulto. Tubuladura corrugada con longitud de 1,8 m. Conector de PE (polietileno) para conexión al equipo en 22 mmF. Extremo opuesto con pieza en Y paralela plana de resina transparente y codo de conexión al paciente. Mini filtro antibacteriano HME con puerto para Ccapnografía. Longitud adicional de 0,8 m en tubuladura corrugada estándar. Bolsa de respiración desmontable de 3,0 litros, libre de látex. Línea de muestreo de gas de 3,0 m de longitud. Mascarilla facial tamaño 5. Uso universal adaptable a todas las marcas o compatible con máquinas de anestesia. Certificaciones Internacionales, como ser, ISO 13485 y 14001; CE; FDA. " Esto proporciona una explicación clara y precisa del requisito técnico solicitado, además en la eett original incluye una descripción técnicamente incorrecta al mencionar "aditivo de plata para mejor agarre", cuando en realidad el fosfato de plata se utiliza por sus propiedades antimicrobianas, no para funciones mecánicas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	05-02-2025
<p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.</p>		