

Consultas Realizadas

Licitación 459890 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AÑO 2025-2026 - AD REFERÉNDUM 2025

Consulta 1 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2025
En la Pg. 21 del PBC, sección de Experiencia requerida, establece: "Demostrar experiencia en mantenimiento preventivo y/o correctivo de Equipos Biomédicos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente del 25 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en sumatoria de los (3) Tres años 2021, 2022, 2023". Solicitamos amablemente a la convocante que la experiencia demostrada sea exclusivamente en mantenimiento y reparación de equipos de la marca NIPRO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2025
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 2 - Requisitos Documentales

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2025
En la Pg. 21 sección de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, establece: Documentación para evaluar el criterio: a) Deberá presentar Curriculum de funcionarios de al menos (1) un Ingeniero con titulación afin al tipo de servicio a realizar y/o (1) un técnico especializado con capacitación, que estarán encargados de los trabajos de mantenimiento; los Curriculum estarán acompañados de Certificados de Cursos de Capacitación en mantenimiento/reparación de los equipos biomédicos similares a ser mantenidos y/o reparados. Solicitamos amablemente a la convocante requerir certificados de capacitación expedidos por el Fabricante, de manera a asegurar que los trabajos cuenten con la garantía, el respaldo y la certificación de la Fábrica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-01-2025
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el PBC.		