

Consultas Realizadas

Licitación 464228 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO

Consulta 1 - Lote N° 66 Placa de Petri descartable

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2025
Se puede ofertar placa de petri 90 x 15mm ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar placa de petri 90x14mm (± 1).		

Consulta 2 - Lote 41

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2025
<p>Con relación al requerimiento técnico para la prueba de detección de Rotavirus, específicamente en cuanto a los valores mínimos exigidos de sensibilidad y especificidad (98% en ambos casos), solicitamos amablemente a la convocante admitir métodos diagnósticos que presenten una sensibilidad relativa del 97% (IC 95%: 94.5% - 98.9%) y una especificidad relativa del 97% (IC 95%: 94.2% - 98.8%).</p> <p>La inclusión de estos rangos, respaldados por intervalos de confianza que se superponen con los valores exigidos, permitiría una mayor competitividad en la licitación sin comprometer significativamente la validez diagnóstica ni la confiabilidad clínica del ensayo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Test rapido inmunocromatografico en un solo paso. Para deteccion cualitativa in vitro de antigenos de rotavirus en materia fecal humana. Con 98% de sensibilidad y de 98% de especificidad, consideramos de suma importancia la sensibilidad 98% del reactivo solicitado, para la deteccion de enfermedades, precision diagnostica y seguridad del paciente y la especificidad 98%, que nos indica la proporcion de resultados negativos verdaderos en relacion con el total de resultados negativos reales, tanto la especificidad y la sensibilidad del reactivo garantiza la calidad de resultados de los pacientes. Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo solicitado en el PBC, los</p>		

Consulta 3 - Lote 44

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2025
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), para el Lote 44, se establece como requerimiento: "Módulo lector de tiras: diferenciación de eritrocitos intactos y lisados". Al respecto, solicitamos amablemente a la convocante la aceptación de sistemas que realizan dicha diferenciación mediante el análisis del sedimento urinario, complementado con verificación por imágenes capturadas por el equipo.</p> <p>Este enfoque permite una discriminación más precisa y objetiva entre eritrocitos intactos y lisados, proporcionando evidencia visual que puede ser auditada por el usuario, lo cual incrementa la trazabilidad y la confiabilidad diagnóstica del análisis</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>La diferenciación solicitada debe realizarse específicamente en la etapa de lectura de la tira reactiva, de forma automatizada e integrada al sistema, sin recurrir a procedimientos adicionales como el análisis del sedimento urinario o a verificación mediante imágenes capturadas.</p> <p>Este criterio técnico responde a la necesidad de contar con un análisis inmediato, estandarizado y reproducible, independientemente de la variabilidad que puede introducirse en etapas posteriores o en la interpretación de imágenes.</p>		

Consulta 4 - Lote 66

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2025
<p>En relación con el Lote 66, se establece como requerimiento una placa de Petri con dimensiones de 90 x 14 mm. Solicitamos amablemente a la convocante admitir una tolerancia dimensional de ± 1 mm en ambas medidas (diámetro y altura), es decir, placas con dimensiones comprendidas entre 89-91 mm de diámetro y 13-15 mm de altura.</p> <p>Esta variación se encuentra dentro de los rangos estándar de fabricación para este tipo de insumos y no afecta su funcionalidad ni compatibilidad con los equipos comúnmente utilizados en laboratorios clínicos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar placa de petri 90x14mm (± 1).</p>		

Consulta 5 - Lote N° 40

Consulta	Fecha de Consulta	08-04-2025
<p>¿Podemos ofertar con capacidad de realizar 20 determinaciones como mínimo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar con capacidad de realizar 20 determinaciones como mínimo.</p>		

Consulta 6 - LOTE 9

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>Podrían aclarar por favor la interpretación correcta de este lote? Item 1: Test rápido de Influenza A (solo) Item 2: Test rápido de influenza B (solo) Si es así, se tendría que ofertar 2 TEST por separado..? o se debe ofertar el Test que detecta influenza A&B (en un solo test) Gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar el test que detecta influenza A y B en un solo test, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.</p>		

Consulta 7 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>ITEMS 1: En referencia al equipo de eritrosedimentación automática con capacidad de 60 posiciones y un rendimiento de 150 muestras por hora. Solicitamos la aceptación de una alternativa técnica equivalente o superior, con capacidad de trabajo simultáneo de 20 muestras sin necesidad de rack, lo cual simplifica la carga y descarga de muestras, alta velocidad de procesamiento: hasta 180 muestras por hora, superando el rendimiento especificado en los términos de referencia. El sistema ofrecido, si bien cuenta con una menor cantidad de posiciones simultáneas, compensa ampliamente esta diferencia mediante una mayor velocidad de procesamiento, manteniendo la precisión, la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales para análisis de eritrosedimentación. Por lo tanto, solicitamos se evalúe la aceptación del equipo propuesto como alternativa técnica válida, ya que cumple con los objetivos funcionales establecidos en la licitación, incluso superando el rendimiento exigido. Además, la aceptación de esta alternativa permitiría ampliar la participación de oferentes, fomentando la competencia leal y asegurando una mejor relación costo-beneficio para la institución licitante, en línea con los principios de igualdad, transparencia y eficiencia de los procesos de contratación pública.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que el equipo de eritrosedimentación automática debe utilizar necesariamente muestras con EDTA, con un volumen no mayor a 175 microlitros, con capacidad de carga mínima para 60 muestras, que permita la carga directa mediante el racks (facilita la parte operativa del usuario), con un rendimiento mínimo de 150 muestras por hora, con lector de código de barras y que esté conectado al software de gestión del laboratorio y del hospital, conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el PBC. Por lo expuesto, se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 8 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>ITEMS 1: solicitamos respetuosamente la separación del equipo de hemograma del lote 1 actualmente combinado con los equipos de química e inmunología. Consideramos que agrupar tecnologías de distinta naturaleza funcional, operativa y técnica en un único lote puede restringir la participación de más oferentes, limitando la competencia y reduciendo la posibilidad de obtener mejores condiciones comerciales y técnicas para la institución convocante. El equipamiento de hemograma posee características y requerimientos específicos distintos a los de los analizadores de química clínica e inmunología, tales como: Diferencias en la metodología analítica, mantenimiento operativo, distinta frecuencia de uso y reposición de reactivos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial Oferente que las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio y la disponibilidad del personal de blanco. La modificación solicitada no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería práctico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor, por grupo de Determinaciones, en razón de que representaría una mayor necesidad de logística, de tiempo y de espacio físico, que demandarían cambios considerables y costos para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. Otros puntos a tener en cuenta son: La unificación del sistema informático de Laboratorio, los reactivos e insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clínico y que aseguran la calidad del servicio. La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.</p>		

Consulta 9 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>ITEMS 81, 94 al 98: Solicitamos a la convocante que se contemple la posibilidad de presentar un equipo de soporte complementario para cubrir aquellas determinaciones que no se encuentren disponibles en el equipo principal ofrecido. Esta modalidad permitiría dar cumplimiento al alcance total de la licitación, asegurando la calidad analítica, sin restringir innecesariamente la participación de otros proveedores. promoviendo una mayor competencia, igualdad de condiciones y una mejor optimización de recursos para la institución licitante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial Oferente que las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas de acuerdo a las condiciones físicas del laboratorio, es decir, el laboratorio del hospital no cuenta con espacio físico para otro equipo. Por lo expuesto, se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 10 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>Items 1 al 100: En cuanto a los equipos de backup solicitados, tras un análisis detallado de las especificaciones técnicas solicitadas para los equipos de inmunología y química, hemos observado que las mismas se corresponden de manera muy precisa con un modelo específico (cobas c311 y cobas e 411) de equipo comercializado exclusivamente por una única empresa del mercado, lo cual podría restringir injustificadamente la participación de otros oferentes que cuentan con soluciones técnicamente equivalentes y de calidad comprobada. Consideramos que esta situación limita los principios de libre competencia e igualdad de oportunidades. En virtud de lo expuesto, solicitamos respetuosamente que se revise y adecue el Pliego de Bases y Condiciones, permitiendo la participación de equipos técnicamente equivalentes que cumplan con el propósito funcional requerido, sin limitar el llamado a una única marca o proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se aceptan los equipos de backup con las siguientes características técnicas mínimas: Química: mínimo 300 pruebas/horas (fotométricas) y mínimo 450 pruebas/hora (solo ISE). Las especificaciones técnicas fueron evaluadas y verificadas de acuerdo a las necesidades del laboratorio y disponibilidad del personal.</p>		

Consulta 11 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>ITEMS 30 al 62: En referencia al requerimiento de "equipo integrado de química e inmunología con puntas desechables para evitar arrastres", se solicita a la convocante: aceptar un equipo que utiliza una única punta reutilizable con sistema automático de lavado y descontaminación entre muestras. Este sistema ha sido diseñado específicamente para eliminar cualquier posibilidad de arrastre o contaminación cruzada, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y precisión en análisis clínicos. Adicionalmente, el uso de una única sonda lavable contribuye a la reducción de residuos plásticos, lo que lo hace más sustentable y rentable a largo plazo, sin sacrificar calidad ni seguridad analítica. Por lo tanto, se considera que el requisito de "puntas desechables" no constituye una condición técnica esencial, y podría limitar la participación de demás oferentes que tienen equipos con tecnologías equivalentes o superiores en términos de control de arrastre y eficiencia analítica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>De acuerdo a los criterios técnicos correspondientes, se considera una condición esencial el uso de puntas desechables, debido a la necesidad de minimizar al máximo el riesgo de contaminación por arrastre entre muestras, especialmente considerando el tipo y la sensibilidad de los análisis requeridos, el uso de puntas desechables proporciona una garantía adicional y directa de aislamiento entre muestras. Por lo expuesto, se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 12 - LOTE 43

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>ITEMS 1 Y 2: En referencia al equipo automatizado de Hemocultivo, se solicita a la convocante aclarar que significa capacidad mínima de 60 frascos "DIARIOS", ya que esta especificación puede generar dudas, se refiere indirectamente a la capacidad total del equipo? Podrían especificar exactamente la capacidad mínima del equipo que solicitan?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se solicita Equipo Automatizado con CAPACIDAD MINIMA DE 120 frascos (muestras), se aclara que las especificaciones técnicas han sido elaboradas en base a las necesidades del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero. El equipo automatizado de hemocultivo con CAPACIDAD MINIMA de 60 frascos diarios. NO se refiere a equipo automatizado para 60 frascos de hemocultivo. Entiéndase que 1(un) frasco de hemocultivo debe incubarse en el equipo por 5 (cinco) días seguidos, dicha incubación se prolonga a 20 (veinte) días para hongos si así se requiere; por esta razón no se puede tomar que cantidad mínima de 60 (sesenta) frascos diarios sería un equipo de 60 posiciones. Se solicita al Oferente ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 13 - LOTE 55

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
<p>ITEMS 1: Antisuero polivalente salmonella, frasco de 3 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar frascos de 1 ml como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar frasco de 1 ml como mínimo, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.</p>		

Consulta 14 - LOTE 57

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
ITEMS 1: Látex para Estreptococos en frascos de 3 ml como mínimo. Se solicita a la convocante aceptar frascos de 1,5ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar frasco de 1,5 ml como mínimo, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.		

Consulta 15 - LOTE 59

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
ITEMS 1: Látex para Estafilococos en frascos de 3 ml como mínimo. Se solicita a la convocante aceptar frascos de 1,5ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar frasco de 1,5 ml como mínimo, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.		

Consulta 16 - LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Se sugiere amablemente a la convocante, que donde solicitan equipo de química clínica integrado, que consideren la separación del lote o que se acepte un equipo de química clínica y un equipo de inmunología por separado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que el laboratorio del hospital no cuenta con espacio físico para otro equipo, las especificaciones técnicas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio y la disponibilidad del personal. Se solicita al Oferente ajustarse al PBC.		

Consulta 17 - LOTE 1- HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante, que para las especificaciones técnicas del equipo, puedan considerar lo siguiente: - Contador hematológico de 5 partes con tecnología de citometría de flujo, con luz laser de dispersión de 4 ángulos, mediciones ópticas y de impedancia - Con capacidad como mínimo 49 parámetros hematológicos, posibilidad de procesar muestras de forma automática y manual con módulo de urgencia (STAT). - El equipo debe procesar un mínimo de 90 muestras por hora, dilución automática de muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que las especificaciones técnicas reflejan los requerimientos "mínimos" necesarios y han sido redactados de acuerdo a la disponibilidad de la tecnología en el mercado local.		

Consulta 18 - LOTE 9

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante que puedan considerar la aceptación de test rápido para influenza A y B en un mismo cassette de detección con el fin de optimizar costos del laboratorio, y a fin de no limitar la participación de los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se puede ofertar el test que detecta influenza A y B en un solo test, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.		

Consulta 19 - LOTE 11

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante, que puedan considerar especificar para cuantas drogas sería el Test multidrogas para orina.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al Oferente que se necesita screening de 10 drogas.		

Consulta 20 - LOTE 57 - Latex p/ Estreptococcus

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante, que puedan considerar Frasco x 1,5 ml como mínimo, a fin de no limitar la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se puede ofertar frasco de 1,5 ml como mínimo, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.		

Consulta 21 - LOTE 66 - PLACAS DE PETRI

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante, considerar las medidas de placas de petri con 90x15 mm de diámetro, ya que es la medida estándar adecuada para los plaqueteros de uso habitual en los laboratorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se puede ofertar placas de petri con las características técnicas planteadas.		

Consulta 22 - LOTE 65 - AGAR CROMOGENICO

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar un agar cromogénico para diferenciar cepas resistentes a carbapenemasas, con 100% de sensibilidad y 100% de especificidad, para detección de una amplia variedad de carbapenemasas, KPC, NDM, VIM, IMP y OXA-48. Medio deshidratado utilizado para identificar especies de enterobacterias resistente a carbapenemasas (KPC). Con sus respectivo suplemento si lo tiene. Vencimiento mínimo un año al momento de entrega. Envase con rendimiento para 5000 mL. Los resultados deben poder interpretarse tras 18-24 h de incubación aeróbica a 35-37°C. Presentar constancia de uso satisfactorio emitido por el LCSP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Ajustarse al PBC. El Agar cromogénico debe incluir el suplemento de la misma marca ofertada.		

Consulta 23 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
<p>En el apartado de Experiencia requerida, en el punto 2 donde dice: "Demostrar haber suministrado la Provisión de Reactivos e Insumos para laboratorio para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2022-2023-2024) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado." Se solicita a la convocante la modificación de dicho requisito, quedando redactado de la siguiente manera: "Demostrar haber suministrado la provisión de reactivos e insumos para laboratorio para instituciones públicas y/o privadas en la sumatoria de los últimos tres años (2022-2023-2024), en un porcentaje equivalente al 50% del monto total máximo ofertado." Esta modificación permitirá mayor participación en la licitación y dará oportunidad a una mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara que el criterio establecido en cuanto a la experiencia requerida corresponde a la sumatoria de los últimos tres años (2022-2023-2024), en un porcentaje equivalente al 50% del monto total máximo ofertado.</p>		

Consulta 24 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 9 (Test Rápido para Influenza). Se solicita a la convocante aceptar la presentación de un test rápido para Influenza que permita la detección simultánea de los tipos A y B en un mismo cassette, considerando que cumple con el objetivo diagnóstico requerido y representa una solución eficiente y práctica para su utilización</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se puede ofertar el test que detecta influenza A y B en un solo test, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.</p>		

Consulta 25 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 40 (Test para sangre oculta), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación" Se solicita a la convocante aceptar presentaciones que contengan entre 20 y 50 determinaciones por caja. Esta modificación no afecta la finalidad ni la calidad del test, y permitirá una mayor participación de proveedores, favoreciendo así una mayor competitividad y la posibilidad de recibir ofertas más convenientes y variadas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por presentación"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara que el Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por presentación y/o caja"</p>		

Consulta 26 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable), donde dice: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo." Se solicita a la convocante la modificación de las dimensiones requeridas a 90 x 14 ±1 mm, ya que establecer un valor absoluto restringe la participación de oferentes, beneficiando únicamente a quienes disponen exactamente de esa medida. Al permitir una tolerancia de ±1 mm, se amplía la posibilidad de participación sin afectar la funcionalidad del producto, promoviendo así una mayor competitividad y mejores condiciones en la licitación. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 ±1 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se puede ofertar placas de petri con las características técnicas planteadas.</p>		

Consulta 27 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable), donde dice: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo." Se solicita a la convocante la aceptación de un rango en la presentación solicitada, permitiendo bolsas cerradas de entre 20 y 10 unidades como mínimo. Esta flexibilización evitará restringir la participación únicamente a aquellos oferentes que cuenten con presentaciones exactas de 20 unidades, promoviendo así una mayor competencia.</p> <p>Cabe destacar que esta modificación no afecta en absoluto la calidad, funcionalidad ni el cumplimiento del objetivo del producto, y además garantiza condiciones adecuadas de conservación, esterilidad y manipulación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se puede ofertar placas de petri con las características técnicas planteadas.</p>		

Consulta 28 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable), donde dice: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo." Se solicita a la convocante que se utilice poliestireno (PS) como material de fabricación en lugar de polietileno (PE), considerando que el poliestireno es el material más utilizado a nivel internacional para la elaboración de placas de Petri, debido a su excelente claridad óptica y transparencia, características esenciales para una correcta observación y análisis en aplicaciones de laboratorio. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIESTIRENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se puede ofertar placas de petri con las características técnicas planteadas.</p>		

Consulta 29 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

En el apartado de "Plan de entrega de los bienes", donde dice: "Todos los equipos en comodato y los reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local del Laboratorio del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y en el Hospital Regional Sta Rosa de Lima de la ciudad de Cnel. Oviedo, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida por la Tesorería Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial. Todas las pruebas preliminares de los equipos, reactivos, emisión de resultados, capacitación de los profesionales de cada área, deben realizarse dentro de este periodo de tiempo." Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 30 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra, teniendo en cuenta los tiempos requeridos para la fabricación, importación y despacho de los productos. El plazo actual de 15 días hábiles no se ajusta a la realidad logística del proceso, y podría limitar injustamente la participación a oferentes que únicamente cuenten con stock disponible inmediato, reduciendo así la competitividad y variedad de propuestas en la licitación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se solicita al potencial oferente ajustarse a los plazos establecidos en el PBC, ya que fueron establecidos según la necesidad del hospital.

Consulta 30 - lote 1 ítem 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

LOTE 1, ÍTEM 1: Permitirá la convocante ofertar 2 equipos de eritrosedimentación con muestras con EDTA, capacidad para 30 muestras, carga directa de Racks, rendimiento 90 muestras por hora, lector de código de barras incluido, conectado al software de gestión.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas fueron evaluadas y verificadas de acuerdo a las condiciones físicas del laboratorio y disponibilidad del personal. Ajustarse al PBC.

Consulta 31 - lote 1 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

Lote 1, ítems 96, 97, 99, 100 Con el propósito de dar mayor participación a oferentes solicitamos a la convocante permita un equipo de soporte automatizado de mesa, que realice las determinaciones citadas, por la misma metodología requerida por el equipo principal

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas fueron evaluadas y verificadas de acuerdo a las condiciones físicas del laboratorio. Adecuarse al pliego de bases y condiciones.

Consulta 32 - lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

Requiere: 2 (dos) equipos de backup por separado (en comodato), de la misma marca, tecnología y reactivos compatibles con el equipo integrado, 1 (uno) para la química y 1(uno) para inmunología. Se Consulta si se podría ofertar el equipo de backup integrado química inmunología

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones técnicas fueron evaluadas y verificadas de acuerdo a la necesidad de usuarios del hospital de Coronel Oviedo, por lo que no se requiere una integrado. Adecuarse al pliego de bases y condiciones.

Consulta 33 - lote 44

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

Requiere: "Inicia automáticamente tras la carga de la rutina o de las muestras prioritarias o urgentes". La convocante se refiere a que el equipo debe estar provisto con un sensor que detecta los tipos de carga automáticamente? o que una vez realizada la carga y que el operador accione la tecla de inicio, inicie automáticamente sin ningún proceso previo

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se refiere a que el equipo inicie la operación de forma automática ya sea para muestras de rutinas, prioritarias o urgentes, sin necesidad de que el operador realice otra acción.

Consulta 34 - Lote 44 - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

Referente al equipo automatizado de orina, en relación con la especificación que indica que el equipo debe ser capaz de realizar la diferenciación entre eritrocitos intactos y lisados mediante tiras reactivas, solicitamos tenga a bien considerar que dicha distinción también puede realizarse mediante el módulo de sedimento urinario automatizado, el cual ofrece observación directa y clasificación precisa de las células presentes en la muestra. Esta alternativa diagnóstica permite una evaluación más específica de los elementos formes presentes en la orina, incluyendo la visualización y cuantificación de eritrocitos intactos, lo que complementa y en muchos casos supera la limitación semicuantitativa de las tiras en cuanto a la diferenciación entre hemoglobina libre y eritrocitos intactos. Por lo tanto, limitar la evaluación exclusivamente a la química de tiras restringe injustificadamente la participación de tecnologías equivalentes, como aquellas que incorporan módulos de análisis de sedimento automatizado. Aceptar esta alternativa garantiza una mayor concurrencia de oferentes sin comprometer la calidad diagnóstica, en concordancia con los principios de igualdad, libre competencia y razonabilidad establecidos en la normativa vigente de contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

La diferenciación solicitada debe realizarse específicamente en la etapa de lectura de la tira reactiva, de forma automatizada e integrada al sistema, sin recurrir a procedimientos adicionales como el análisis del sedimento urinario o a verificación mediante imágenes capturadas.
Este criterio técnico responde a la necesidad de contar con un análisis inmediato, estandarizado y reproducible, independientemente de la variabilidad que puede introducirse en etapas posteriores o en la interpretación de imágenes. Adecuarse al pliego de bases y condiciones.

Consulta 35 - lote 38, lote 39

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

Permitira la convocante ofertar en presentacion de: lote 38 caja 4x250ml; lote 39 caja 3x250ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se puede ofertar con las características técnicas planteadas.

Consulta 36 - lote 59

Consulta	Fecha de Consulta	14-04-2025
----------	-------------------	------------

lote 59, permitira la convocante ofertar kit por 50 determinaciones como minimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se puede ofertar con las características técnicas planteadas.

Consulta 37 - Capacidad técnica – Para PDIV

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2025
<p>Teniendo en cuenta de que la transición de LCSP a DINAVISA es reciente, y que muchos productos se registran por primera vez, no existe Constancia de Renovación de Trámite y tampoco Certificado de trámite, por lo que se solicita extraordinariamente aceptar la Mesa de Entrada de la Solicitud de Registro Sanitario, ya que es el único documento disponible a la fecha que permite corroborar que el producto se encuentra en trámite de registro. Esta medida ya ha sido adoptada en otros llamados de la convocante, como lo fueron la LPN 130/2024 ID: 453781, LPN 155/2024 ID: 455249.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Ajustarse a lo establecido en el PBC, los criterios técnicos establecidos fueron elaborados en virtud a las normativas que regulan dichas documentaciones.</p>		

Consulta 38 - Capacidad técnica - Para PDIV

Consulta	Fecha de Consulta	15-04-2025
<p>La convocante solicita: "Constancia de inscripción vigente de productos para diagnóstico uso in vitro otorgado por la Dirección de Registro, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública del MSPBS y/o Registro Sanitario y Habilitación del titular/ofertante emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria -DINAVISA, según corresponda." Se solicita amablemente tener en cuenta que la transición de LCSP a DINAVISA es reciente, por lo que muchos productos aún se encuentran en trámite de Registro Sanitario. Se solicita admitir de forma extraordinaria, la Solicitud de Trámite de Registro Sanitario, de la misma manera solicitada en los llamados LPN 130/2024 ID: 453781, LPN 155/2024 ID: 455249.: "Constancia de Inscripción del PDIV (Productos para Diagnóstico de Uso In Vitro) expedida por la Dirección de Registros, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública o Registro Sanitario de DINAVISA según corresponda. En caso de que los documentos se encuentren vencidos deberá acompañar la Constancia o Certificado de Trámite emitido por DINAVISA", de tal forma a poder fomentar una mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Ajustarse a lo establecido en el PBC, los criterios técnicos establecidos fueron elaborados en virtud a las normativas que regulan dichas documentaciones.</p>		

Consulta 39 - Consulta sobre el Lote 1, Ítem 59 – Troponina (Tiempo de procesamiento 10 minutos)

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2025
<p>Con relación al Lote 1, Ítem 59: Troponina (Tiempo de procesamiento 10 minutos), solicitamos a la convocante tenga a bien aclarar si dicho tiempo de procesamiento (10 minutos) es un requisito estricto, o si se podrían aceptar propuestas que ofrezcan tiempos de procesamiento menores o mayores, siempre que cumplan con los demás requisitos técnicos y de calidad solicitados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que el tiempo de procesamiento indicado (10 minutos) responde a las necesidades operativas y asistenciales del laboratorio, por lo cual se considera como el tiempo máximo sugerido para esta determinación. En ese sentido, se aceptarán propuestas que igualen o mejoren dicho tiempo de procesamiento, siempre que cumplan con el resto de los requisitos técnicos y de calidad establecidos en las bases del proceso.</p>		

Consulta 40 - LOTE 44 - TIRAS REACTIVAS DE ORINA(PLAN DE ENTREGAS-EETT)

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2025
Se consulta amablemente a la convocante si realmente será necesario solo 1 equipo de urianálisis, ya que en la sección de Plan de entrega de los bienes se solicita la instalación y puesta en marcha tanto en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero así como también en el Hospital Regional Sta Rosa de Lima de la ciudad de Coronel Oviedo, no obstante, en el desglose de las especificaciones técnicas se solicita solo uno (sección: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS A SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE COMODATO).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que solo será necesario un (1) equipo, el cual será instalado y puesto en marcha exclusivamente en el Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero.		

Consulta 41 - LOTE 45 - Antígeno Prostático Especifico (PAS) -EETT

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2025
Se consulta amablemente a la convocante si se podría aclarar la metodología necesaria para la determinación de Antígeno Prostático Especifico (PAS) (por ejemplo: ELISA, Inmunocromatografía, etc), de modo a ofertar la técnica necesaria para la institución		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que la metodología necesaria para la determinación de Antígeno Prostático Especifico (PAS) es Inmunocromatografía.		

Consulta 42 - Lote 2 – Especificaciones técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2025
Se solicita a la convocante, aclarar lo solicitado en las especificaciones técnicas adicionales de "Kit para Equipo de Electrolitos y Gasómetro" donde se establece "Determinaciones de electrolitos: Mínimas características: Na, K, y Ca iónico. Para Gasometría pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematocrito. H+, CHCO3, CTCO2, BE, BEACT, BESS, BB, pHST, CHCO3ST, pAO2, NCa, QS/QT, p50, sO2 (C), AaDO2, a/AO2, eAVDO2, AGOER, Hct (C), PAO2t, RItPHtPCO2t, H+t, AaDO2t.", ya que, no se encuentra suficientemente claro lo solicitado en el parámetro RItPHtPCO2t. Si lo que se solicita es cálculo de Índice respiratorio (RI), solicitamos amablemente solicitar este parámetro, ya que el que se encuentra en el PBC es un parámetro que no logramos identificar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que se solicita los siguientes parámetros: RIt Índice respiratorio con temperatura de paciente distinta a 37 °C. pHt pH con temperatura de paciente distinta a 37 °C. PCO2t Valor de PCO2 con temperatura de paciente distinta a 37 °C.		

Consulta 43 - Lote 2 - Especificaciones técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2025
----------	-------------------	------------

En el apartado donde se solicita RitPhtPCO2t, se solicita aclarar lo que la convocante desea como requisito para esta determinación, de tal forma a que el oferente pueda preparar la oferta de sus productos de manera adecuada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que se solicita los siguientes parámetros.
Rit Índice respiratorio con temperatura de paciente distinta a 37 °C.
pHt pH con temperatura de paciente distinta a 37 °C.
PCO2t Valor de PCO2 con temperatura de paciente distinta a 37 °C.

Consulta 44 - Lote 44 - Especificaciones técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante modificar el requisito referido a "consumibles desechables", ya que en los analizadores automatizados de orina, los únicos consumibles específicos utilizados para el funcionamiento del equipo son tubos contenedores de orina. Estos analizadores no requieren copas, cubetas u otros insumos desechables adicionales, como ocurre en otros tipos de analizadores clínicos. Por tanto, se solicita amablemente modificar este requisito, o en su defecto aclarar los consumibles específicos a los cuales se refiere.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que los "consumibles desechables" serán requeridos únicamente en el caso de equipos que utilicen insumos adicionales para el procesamiento de muestras, como cubetas, tiras reactivas u otros similares. En caso de no requerir dichos insumos, este requisito no aplicará.

Consulta 45 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
----------	-------------------	------------

En referencia al equipo de eritrosedimentación automática con capacidad de 60 posiciones y un rendimiento de 150 muestras por hora. Solicitamos la aceptación de una alternativa técnica equivalente o superior, con capacidad de trabajo simultáneo de 20 muestras sin necesidad de rack, lo cual simplifica la carga y descarga de muestras, alta velocidad de procesamiento: hasta 180 muestras por hora, superando el rendimiento especificado en los términos de referencia. El sistema ofrecido, si bien cuenta con una menor cantidad de posiciones simultáneas, compensa ampliamente esta diferencia mediante una mayor velocidad de procesamiento, manteniendo la precisión, la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales para análisis de eritrosedimentación. Por lo tanto, solicitamos se evalúe la aceptación del equipo propuesto como alternativa técnica válida, ya que cumple con los objetivos funcionales establecidos en la licitación, incluso superando el rendimiento exigido. Además, la aceptación de esta alternativa permitiría ampliar la participación de oferentes, fomentando la competencia leal y asegurando una mejor relación costo-beneficio para la institución licitante, en línea con los principios de igualdad, transparencia y eficiencia de los procesos de contratación pública.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que el equipo de eritrosedimentación automática debe utilizar necesariamente muestras con EDTA, con un volumen no mayor a 175 microlitros, con capacidad de carga mínima para 60 muestras, que permita la carga directa mediante el racks (facilita la parte operativa del usuario), con un rendimiento mínimo de 150 muestras por hora, con lector de código de barras y que esté conectado al software de gestión del laboratorio y del hospital, conforme a los requerimientos técnicos establecidos en el PBC. Por lo expuesto, se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>solicitamos respetuosamente la separación del equipo de hemograma del lote 1 actualmente combinado con los equipos de química e inmunología. Consideramos que agrupar tecnologías de distinta naturaleza funcional, operativa y técnica en un único lote puede restringir la participación de más oferentes, limitando la competencia y reduciendo la posibilidad de obtener mejores condiciones comerciales y técnicas para la institución convocante. El equipamiento de hemograma posee características y requerimientos específicos distintos a los de los analizadores de química clínica e inmunología, tales como: Diferencias en la metodología analítica, mantenimiento operativo, distinta frecuencia de uso y reposición de reactivos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial Oferente que las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio y la disponibilidad del personal de blanco. La modificación solicitada no resulta aplicable, debido a la naturaleza del servicio a ser contratado. Al tratarse de una adquisición de reactivos con equipos en comodato, no sería práctico ni funcional para la convocante tener un equipo activo por proveedor, por grupo de Determinaciones, en razón de que representaría una mayor necesidad de logística, de tiempo y de espacio físico, que demandarían cambios considerables y costos para la convocante, no resultando conveniente a los intereses de la Institución su aplicación. Otros puntos a tener en cuenta son: La unificación del sistema informático de Laboratorio, los reactivos e insumos para la realización de los análisis laboratoriales, son vitales para lograr una estandarización de los procesos técnicos que son la esencia del laboratorio clínico y que aseguran la calidad del servicio. La convocante se mantiene en los términos inicialmente establecidos en el PBC.</p>		

Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 ITEMS 81, 94 al 98

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>Solicitamos a la convocante que se contemple la posibilidad de presentar un equipo de soporte complementario para cubrir aquellas determinaciones que no se encuentren disponibles en el equipo principal ofrecido. Esta modalidad permitiría dar cumplimiento al alcance total de la licitación, asegurando la calidad analítica, sin restringir innecesariamente la participación de otros proveedores. promoviendo una mayor competencia, igualdad de condiciones y una mejor optimización de recursos para la institución licitante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial Oferente que las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas de acuerdo a las condiciones físicas del laboratorio, es decir, el laboratorio del hospital no cuenta con espacio físico para otro equipo. Por lo expuesto, se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC.</p>		

Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Lote 1 Items 1 al 100

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>En cuanto a los equipos de backup solicitados, tras un análisis detallado de las especificaciones técnicas solicitadas para los equipos de inmunología y química, hemos observado que las mismas se corresponden de manera muy precisa con un modelo específico (cobas c311 y cobas e 411) de equipo comercializado exclusivamente por una única empresa del mercado, lo cual podría restringir injustificadamente la participación de otros oferentes que cuentan con soluciones técnicamente equivalentes y de calidad comprobada. Consideramos que esta situación limita los principios de libre competencia e igualdad de oportunidades. En virtud de lo expuesto, solicitamos respetuosamente que se revise y adecue el Pliego de Bases y Condiciones, permitiendo la participación de equipos técnicamente equivalentes que cumplan con el propósito funcional requerido, sin limitar el llamado a una única marca o proveedor.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se aceptan los equipos de backup con las siguientes características técnicas mínimas: Química: mínimo 300 pruebas/horas (fotométricas) y mínimo 450 pruebas/hora (solo ISE). Las especificaciones técnicas fueron evaluadas y verificadas de acuerdo a las necesidades del laboratorio y disponibilidad del personal.</p>		

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1 ITEMS 30 al 62

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>En referencia al requerimiento de "equipo integrado de química e inmunología con puntas desechables para evitar arrastres", se solicita a la convocante: aceptar un equipo que utiliza una única punta reutilizable con sistema automático de lavado y descontaminación entre muestras. Este sistema ha sido diseñado específicamente para eliminar cualquier posibilidad de arrastre o contaminación cruzada, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y precisión en análisis clínicos. Adicionalmente, el uso de una única sonda lavable contribuye a la reducción de residuos plásticos, lo que lo hace más sustentable y rentable a largo plazo, sin sacrificar calidad ni seguridad analítica. Por lo tanto, se considera que el requisito de "puntas desechables" no constituye una condición técnica esencial, y podría limitar la participación de demás oferentes que tienen equipos con tecnologías equivalentes o superiores en términos de control de arrastre y eficiencia analítica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que acuerdo a los criterios técnicos correspondientes, se considera una condición esencial el uso de puntas desechables, debido a la necesidad de minimizar al máximo el riesgo de contaminación por arrastre entre muestras, especialmente considerando el tipo y la sensibilidad de los análisis requeridos, el uso de puntas desechables proporciona una garantía adicional y directa de aislamiento entre muestras.</p>		

Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 43 ITEMS 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>En referencia al equipo automatizado de Hemocultivo, se solicita a la convocante aclarar que significa capacidad mínima de 60 frascos "DIARIOS", ya que esta especificación puede generar dudas, se refiere indirectamente a la capacidad total del equipo? Podrían especificar exactamente la capacidad mínima del equipo que solicitan?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se solicita Equipo Automatizado con CAPACIDAD MINIMA DE 120 frascos (muestras), se aclara que las especificaciones técnicas han sido elaboradas en base a las necesidades del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero. El equipo automatizado de hemocultivo con CAPACIDAD MINIMA de 60 frascos diarios. NO se refiere a equipo automatizado para 60 frascos de hemocultivo. Entiéndase que 1(un) frasco de hemocultivo debe incubarse en el equipo por 5 (cinco) días seguidos, dicha incubación se prolonga a 20 (veinte) días para hongos si así se requiere; por esta razón no se puede tomar que cantidad mínima de 60 (sesenta) frascos diarios sería un equipo de 60 posiciones. Se solicita al Oferente ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 51 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 55 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>Antisuero polivalente salmonella, frasco de 3 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar frascos de 1 ml como mínimo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar frasco de 1 ml como mínimo, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.</p>		

Consulta 52 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 57 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
----------	-------------------	------------

Látex para Estreptococos en frascos de 3 ml como mínimo. Se solicita a la convocante aceptar frascos de 1,5ml como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar frasco de 1,5 ml como mínimo, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.

Consulta 53 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 59 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
----------	-------------------	------------

Látex para Estafilococos en frascos de 3 ml como mínimo. Se solicita a la convocante aceptar frascos de 1,5ml como mínimo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar frasco de 1,5 ml como mínimo, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.

Consulta 54 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 44 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
----------	-------------------	------------

Referente al equipo automatizado de orina, en relación con la especificación que indica que el equipo debe ser capaz de realizar la diferenciación entre eritrocitos intactos y lisados mediante tiras reactivas, solicitamos tenga a bien considerar que dicha distinción también puede realizarse mediante el módulo de sedimento urinario automatizado, el cual ofrece observación directa y clasificación precisa de las células presentes en la muestra. Esta alternativa diagnóstica permite una evaluación más específica de los elementos formes presentes en la orina, incluyendo la visualización y cuantificación de eritrocitos intactos, lo que complementa y en muchos casos supera la limitación semicuantitativa de las tiras en cuanto a la diferenciación entre hemoglobina libre y eritrocitos intactos. Por lo tanto, limitar la evaluación exclusivamente a la química de tiras restringe injustificadamente la participación de tecnologías equivalentes, como aquellas que incorporan módulos de análisis de sedimento automatizado. Aceptar esta alternativa garantiza una mayor concurrencia de oferentes sin comprometer la calidad diagnóstica, en concordancia con los principios de igualdad, libre competencia y razonabilidad establecidos en la normativa vigente de contrataciones públicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

La diferenciación solicitada debe realizarse específicamente en la etapa de lectura de la tira reactiva, de forma automatizada e integrada al sistema, sin recurrir a procedimientos adicionales como el análisis del sedimento urinario o a verificación mediante imágenes capturadas.

Este criterio técnico responde a la necesidad de contar con un análisis inmediato, estandarizado y reproducible, independientemente de la variabilidad que puede introducirse en etapas posteriores o en la interpretación de imágenes.

Consulta 55 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE N° 39 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
----------	-------------------	------------

En referencia al reactivo de Ziehl Neelsen de 3 x 100 ml, podrían admitir reactivos con una presentación de 250 ml?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se puede ofertar con las características técnicas planteadas.

Consulta 56 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE N° 44 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
En cuanto a la especificación que dice diferenciación de eritrocitos lisados, se refiere a la Hemoglobina libre en la muestra? Es de decir hemoglobina proveniente de los glóbulos rojos que se han roto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara al potencial oferente que se refiere a la capacidad del sistema o equipo para identificar o tener en cuenta la presencia de hemoglobina libre en la muestra, es decir, hemoglobina que proviene de glóbulos rojos que han sufrido lisis (ruptura).		

Consulta 57 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE N° 66 ITEMS 1

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
Se solicita a la convocante aceptar placas de Petri de 90 x 15 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se puede ofertar placas de petri con las características técnicas planteadas.		

Consulta 58 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, en el punto f, donde dice: "Constancia de inscripción vigente de productos para diagnóstico uso in vitro otorgado por la Dirección de Registro, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública del MSPBS y/o Registro Sanitario y Habilitación del titular/ofereente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria -DINAVISA, según corresponda." Se solicita amablemente a la entidad convocante considerar la aceptación de la Constancia de Proceso de Autorización del Registro Sanitario, dado que algunos de los productos requeridos en el presente llamado se encuentran actualmente en proceso de renovación de registro sanitario ante la autoridad reguladora DINAVISA, por lo expuesto, solicitamos que quede redactado de la siguiente manera: "Constancia de inscripción vigente de productos para diagnóstico uso in vitro otorgado por la Dirección de Registro, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública del MSPBS y/o Registro Sanitario o Constancia de Proceso de Autorización del Registro Sanitario y Habilitación del titular/ofereente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria -DINAVISA, según corresponda. "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Ajustarse a lo establecido en el PBC, los criterios técnicos establecidos fueron elaborados en virtud a las normativas que regulan dichas documentaciones.		

Consulta 58 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 9 (Test Rápido para Influenza). Se solicita a la convocante aceptar la presentación de un test rápido para Influenza que permita la detección simultánea de los tipos A y B en un mismo cassette, considerando que cumple con el objetivo diagnóstico requerido y representa una solución eficiente y práctica para su utilización		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
Se puede ofertar el test que detecta influenza A y B en un solo test, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.		

Consulta 59 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 40 (Test para sangre oculta), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación" Se solicita a la convocante aceptar presentaciones que contengan entre 20 y 50 determinaciones por caja. Esta modificación no afecta la finalidad ni la calidad del test, y permitirá una mayor participación de proveedores, favoreciendo así una mayor competitividad y la posibilidad de recibir ofertas más convenientes y variadas. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por presentación"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se aclara que el Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por presentación y/o caja"		

Consulta 60 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable), donde dice: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo." Se solicita a la convocante la modificación de las dimensiones requeridas a 90 x 14 ±1 mm, ya que establecer un valor absoluto restringe la participación de oferentes, beneficiando únicamente a quienes disponen exactamente de esa medida. Al permitir una tolerancia de ±1 mm, se amplía la posibilidad de participación sin afectar la funcionalidad del producto, promoviendo así una mayor competitividad y mejores condiciones en la licitación. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 ±1 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
Se puede ofertar placas de petri con las características tecnicas planteadas.		

Consulta 61 - DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable), donde dice: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo." Se solicita a la convocante la aceptación de un rango en la presentación solicitada, permitiendo bolsas cerradas de entre 20 y 10 unidades como mínimo. Esta flexibilización evitará restringir la participación únicamente a aquellos oferentes que cuenten con presentaciones exactas de 20 unidades, promoviendo así una mayor competencia.</p> <p>Cabe destacar que esta modificación no afecta en absoluto la calidad, funcionalidad ni el cumplimiento del objetivo del producto, y además garantiza condiciones adecuadas de conservación, esterilidad y manipulación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se puede ofertar placas de petri con las características técnicas planteadas.</p>		

Consulta 62 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>En el apartado de "Plan de entrega de los bienes", donde dice: "Todos los equipos en comodato y los reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local del Laboratorio del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y en el Hospital Regional Sta Rosa de Lima de la ciudad de Cnel. Oviedo, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida por la Tesorería Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial. Todas las pruebas preliminares de los equipos, reactivos, emisión de resultados, capacitación de los profesionales de cada área, deben realizarse dentro de este periodo de tiempo." Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 30 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra, teniendo en cuenta los tiempos requeridos para la fabricación, importación y despacho de los productos. El plazo actual de 15 días hábiles no se ajusta a la realidad logística del proceso, y podría limitar injustamente la participación a oferentes que únicamente cuenten con stock disponible inmediato, reduciendo así la competitividad y variedad de propuestas en la licitación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se solicita al potencial oferente ajustarse a los plazos establecidos en el PBC, ya que fueron establecidos según la necesidad del hospital.</p>		

Consulta 63 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>En el apartado de Experiencia requerida, en el punto 2 donde dice: "Demostrar haber suministrado la Provisión de Reactivos e Insumos para laboratorio para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2022-2023-2024) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado." Se solicita a la convocante la modificación de dicho requisito, quedando redactado de la siguiente manera: "Demostrar haber suministrado la provisión de reactivos e insumos para laboratorio para instituciones públicas y/o privadas en la sumatoria de los últimos tres años (2022-2023-2024), en un porcentaje equivalente al 50% del monto total máximo ofertado." Esta modificación permitirá mayor participación en la licitación y dará oportunidad a una mayor cantidad de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-04-2025
<p>Se aclara que el criterio establecido en cuanto a la experiencia requerida corresponde a la sumatoria de los últimos tres años (2022-2023-2024), en un porcentaje equivalente al 50% del monto total máximo ofertado.</p>		

Consulta 64 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Se solicita respetuosamente a la entidad convocante que tenga a bien especificar el porcentaje correspondiente a la cantidad mínima que se requerirá para la primera provisión de los reactivos que no estén asociados a equipos en comodato. Esta precisión favorecerá una mayor participación de oferentes, al no restringir la competencia únicamente a aquellos que dispongan de stock inmediato, y contribuirá a obtener propuestas más competitivas en beneficio del proceso de contratación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que el porcentaje de la primera provisión será como mínimo el 10% aproximadamente de la cantidad adjudicada.</p>		

Consulta 65 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Se solicita respetuosamente a la entidad convocante que tenga a bien especificar el porcentaje correspondiente a la cantidad mínima que se requerirá para la primera provisión de los reactivos que no estén asociados a equipos en comodato. Si bien en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), en el apartado "Plan de Entrega", se establece que dicha entrega deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, no se detalla la cantidad prevista para esta primera etapa.</p> <p>Se comprende que la entrega se efectuará según las necesidades de la convocante; sin embargo, establecer un porcentaje referencial para la primera entrega de la cantidad mínima favorecerá una mayor participación de oferentes, al no limitar la competencia exclusivamente a quienes cuenten con stock inmediato. Esto permitirá recibir propuestas más competitivas, en beneficio del proceso de contratación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que el porcentaje de la primera provisión será como mínimo el 10% aproximadamente de la cantidad adjudicada.</p>		

Consulta 66 - Requisitos documentales

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
<p>En el apartado de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, en el punto f, donde dice: "Constancia de inscripción vigente de productos para diagnóstico uso in vitro otorgado por la Dirección de Registro, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública del MSPBS y/o Registro Sanitario y Habilitación del titular/ofereente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria -DINAVISA, según corresponda." Se solicita amablemente a la convocante la aceptación de la Constancia de Proceso de Autorización del Registro Sanitario, considerando que actualmente existe una etapa de transición entre el LCSP y DINAVISA. Esta situación ha generado demoras en la expedición de los registros sanitarios. Sin embargo, se cuenta con la constancia de trámite correspondiente, la cual habilita la importación, comercialización y presentación de los productos de diagnóstico in vitro (IVD) en procesos licitatorios, por lo expuesto, solicitamos que quede redactado de la siguiente manera: "Constancia de inscripción vigente de productos para diagnóstico uso in vitro otorgado por la Dirección de Registro, Habilitación y Control del Laboratorio Central de Salud Pública del MSPBS y/o Registro Sanitario y/o Constancia de Proceso de Autorización del Registro Sanitario, y Habilitación del titular/ofereente emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria -DINAVISA, según corresponda. "</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Ajustarse a lo establecido en el PBC, los criterios tecnicos establecidos fueron elaboradas en virtud a las normativas que regulan dichas documentaciones.</p>		

Consulta 67 - Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 8 (Dengue Test rápido)

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 8 (Dengue Test rápido). Se solicita a la convocante la aceptación de la presentación de dos test por separado: uno para la detección del antígeno NS1 y otro para la detección de anticuerpos IgG/IgM contra el dengue. Esta modalidad no afecta la funcionalidad ni la finalidad diagnóstica requerida, respetándose asimismo la cantidad de determinaciones solicitadas en el pliego. Alternativamente, se solicita considerar la posibilidad de dividir la solicitud en dos ítems diferenciados: uno destinado a la detección del antígeno NS1 y otro destinado a la detección de los anticuerpos IgG/IgM.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se puede ofertar el test rápido Dengue, NS1 y anticuerpos IgG/IgM en test por separado, cumpliendo los requerimientos del PBC en cuanto a especificidad y sensibilidad.</p>		

Consulta 68 - Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 40 (Test para sangre oculta)

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 40 (Test para sangre oculta), donde dice: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 25 y 50 determinaciones por presentación" Se solicita a la convocante aceptar presentaciones que contengan entre 20 y 50 determinaciones por caja. Esta modificación no afecta la finalidad ni la calidad del test, y permitirá una mayor participación de proveedores. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para la detección de hemoglobina en las heces frescas. Capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por presentación". Lo volvemos a solicitar porque vemos que no se realizó la modificación en el PBC.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se aclara al potencial ofertante que se admite el test rápido inmunocromatográfico en un solo paso. Método inmunológico para detección de hemoglobina en heces frescas, con capacidad de realizar entre 20 y 50 determinaciones por presentación.</p>		

Consulta 69 - Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable)

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable), donde dice: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo." Se solicita a la convocante la modificación de las dimensiones requeridas a 90 x 14 ±1 mm, ya que establecer un valor absoluto restringe la participación de oferentes, beneficiando únicamente a quienes disponen exactamente de esa medida. Al permitir una tolerancia de ±1 mm, se amplía la posibilidad de participación sin afectar la funcionalidad del producto, promoviendo así una mayor competitividad y mejores condiciones en la licitación. Por lo expuesto, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 ±1 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se admite Placa de Petri descartables de polietileno, estériles de 90 x 14 (±1). mm de dimensión en bolsas cerradas. Caja por 500 unidades.</p>		

Consulta 70 - Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable)

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
<p>En el apartado de Detalle de los bienes y/o servicios, en el lote 66 (Placa de Petri descartable), donde dice: "Placa de Petri descartable DESCARTABLES 90 X 14 mm en BOLSAS CERRADAS DE 20 unidades como mínimo. FABRICADAS EN POLIETILENO, ESTERILES. Caja x 500 placas como mínimo." Se solicita a la convocante la aceptación de un rango en la presentación solicitada, permitiendo bolsas cerradas de entre 20 y 10 unidades como mínimo. Esta flexibilización evitará restringir la participación únicamente a aquellos oferentes que cuenten con presentaciones exactas de 20 unidades, promoviendo así una mayor competencia. Cabe destacar que esta modificación no afecta en absoluto la calidad, funcionalidad ni el cumplimiento del objetivo del producto, y además garantiza condiciones adecuadas de conservación, esterilidad y manipulación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se aclara al potencial oferente que se admite la presentación mencionada entre 20 y 10 unidades.</p>		

Consulta 71 - Experiencia Requerida.

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
<p>En el apartado de Experiencia requerida, en el punto 2 donde dice: "Demostrar haber suministrado la Provisión de Reactivos e Insumos para laboratorio para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2022-2023-2024) en un porcentaje equivalente del 50% del monto total máximo ofertado." Se solicita a la convocante la modificación de dicho requisito, quedando redactado de la siguiente manera: "Demostrar haber suministrado la provisión de reactivos e insumos para laboratorio para instituciones públicas y/o privadas en la sumatoria de los últimos tres años (2022-2023-2024), en un porcentaje equivalente al 50% del monto total máximo ofertado." Esta modificación permitirá mayor participación en la licitación y dará oportunidad a una mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se aclara que el criterio establecido en cuanto a la experiencia requerida corresponde a la sumatoria de los últimos tres años (2022-2023-2024), en un porcentaje equivalente al 50% del monto total máximo ofertado.</p>		

Consulta 72 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
<p>En el apartado de "Plan de entrega de los bienes" , donde dice: "Todos los equipos en comodato y los reactivos e insumos deben ser entregados y puestos en funcionamiento correcto en el local del Laboratorio del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero y en el Hospital Regional Sta Rosa de Lima de la ciudad de Cnel. Oviedo, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra emitida por la Tesorería Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial. Todas las pruebas preliminares de los equipos, reactivos, emisión de resultados, capacitación de los profesionales de cada área, deben realizarse dentro de este periodo de tiempo." Se solicita a la convocante extender el plazo de entrega a 30 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra, teniendo en cuenta los tiempos requeridos para la fabricación, importación y despacho de los productos. El plazo actual de 15 días hábiles no se ajusta a la realidad logística del proceso, y podría limitar injustamente la participación a oferentes que únicamente cuenten con stock disponible inmediato, reduciendo así la competitividad y variedad de propuestas en la licitación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
<p>Se solicita al potencial oferente ajustarse a los plazos establecidos en el PBC, ya que fueron establecidos según la necesidad del hospital.</p>		

Consulta 73 - LOTE 44

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
----------	-------------------	------------

ITEMS 1: Se solicita a la convocante aclarar el requerimiento relacionado con la capacidad del equipo para diferenciar entre eritrocitos intactos y lisados mediante tiras reactivas. Según la tecnología disponible, las tiras reactivas permiten identificar patrones de color asociados a la hemoglobina libre (eritrocitos lisados) y a eritrocitos intactos. Sin embargo, la información que el sistema reporta al usuario es la presencia de "sangre" en distintos niveles, sin especificar si corresponde a eritrocitos intactos o lisados. En este sentido, se requiere confirmar si la especificación técnica exige que el equipo identifique y reporte explícitamente esta diferenciación, o si es suficiente con la detección general de sangre en orina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que si es suficiente con la detección general de sangre en orina.

Consulta 74 - LOTE 43

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
----------	-------------------	------------

ITEMS 1. Se solicita aclaración respecto a la especificación que indica "capacidad mínima de 60 frascos diarios" en relación a su respuesta con la capacidad mínima del equipo automatizado de 120 frascos. Esta relación resulta contradictoria, ya que si el equipo debe procesar 60 frascos por día y cada frasco requiere un tiempo de incubación mínimo de 5 (cinco) días, la capacidad total necesaria sería de al menos 300 posiciones activas, sin considerar los casos en que se requiera extender la incubación hasta 20 días para estudios micológicos. Por lo tanto, no resulta coherente que se exija una capacidad mínima de 120 frascos si al mismo tiempo se establece un procesamiento mínimo de 60 frascos diarios, ya que dicha capacidad no sería suficiente para cumplir con los tiempos de incubación requeridos. Asimismo, al analizar la cantidad total de frascos solicitados en la presente convocatoria, se evidencia que el volumen de muestras no corresponde a un flujo de 60 frascos de hemocultivo por día, lo que refuerza la necesidad de revisar y precisar esta especificación para asegurar que sea consistente con las necesidades reales del servicio.

En este sentido, se solicita a la convocante especificar con claridad en el PBC si el requerimiento que necesitan es un equipo con 120 frascos como mínimo a bordo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que el equipo de Hemocultivo ofertado además de las especificaciones técnicas solicitadas debe contar con un diseño de escalabilidad, es decir, estar diseñado para adaptarse a necesidades del laboratorio permitiendo la adición de módulos de incubación adicionales, aumentando de esta manera su capacidad si así lo requiere el Hospital. Ajustarse al PBC.

Consulta 75 - LOTE 43

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
----------	-------------------	------------

ITEMS 1: Se solicita a la convocante que aclare y precise la capacidad mínima real requerida del equipo automatizado de hemocultivo. En las especificaciones técnicas se indica que debe procesar un mínimo de 60 frascos diarios, pero la licitación contempla un total de solo 2000 frascos. Dado que cada frasco requiere una incubación mínima de cinco días, un equipo que procese 60 frascos por día debería contar con al menos 300 posiciones activas para mantener el ritmo sin interrupciones. Bajo esta lógica, los 2000 frascos se consumirían en unos 33 días, lo cual no concuerda con una planificación anual. Además, resulta contradictorio exigir una capacidad mínima de 120 posiciones si el volumen total de frascos es reducido, lo que sugiere que el equipo requerido no necesita ser de gran dimensión. Por tanto, se solicita que se defina si la capacidad diaria de 60 frascos responde a un volumen real de muestras o solo a una exigencia técnica, y que, en base a ello, se determine objetivamente la capacidad mínima requerida para recibir ofertas acordes al trabajo real del Hospital Central de Policía "Rigoberto Caballero".

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara al potencial oferente que el equipo de Hemocultivo ofertado además de las especificaciones técnicas solicitadas debe contar con un diseño de escalabilidad, es decir, estar diseñado para adaptarse a necesidades del laboratorio permitiendo la adición de módulos de incubación adicionales, aumentando de esta manera su capacidad si así lo requiere el Hospital. Ajustarse al PBC.

Consulta 76 - Capacidad técnica - Para PDIV

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2025
----------	-------------------	------------

Teniendo en cuenta la respuesta de la convocante sobre la solicitud de aceptar Constancia de que el Producto se encuentra en Trámite de Registro Sanitario, que establece que "los criterios técnicos establecidos fueron elaborados en virtud a las normativas que regulan dichas documentaciones", se quiere recalcar que los oferentes se encuentran en una transición de LCSP a DINAVISA, y que muchos de los productos se encuentran en espera de evaluación por parte de la entidad regulatoria para posteriormente obtener el registro sanitario. Estos procesos nos limitan considerablemente, por lo que se solicita amablemente reconsiderar la solicitud, y establecer de forma extraordinaria de la misma manera que los llamados LPN 130/2024 ID: 453781, LPN 155/2024 ID: 455249.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-04-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo establecido en el PBC, los criterios técnicos establecidos fueron elaborados en virtud a las normativas que regulan dichas documentaciones.